REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione N. 355

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 15 GIU. 2011

OGGETTO: Rettifica Capitolato procedura aperta per la fornitura in service di reattivi e strumenti per validare sangue ed emocomponenti con la metodica NAT per la S.C. Immunoematologia. Anni due con opzione rinnovo per un altro anno. Codice CIG 1116048FED.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 15 GIU. 2011
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Bruno Simola
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio Puddu

SU proposta del Servizio Provveditorato;

PREMESSO che con deliberazione n. 307 del 02.03.2011 (All. "A" fg. 2) è stata indetta una gara con procedura aperta per l'acquisizione di una fornitura in service di reattivi e strumenti per validare sangue ed emocomponenti con la metodica NAT per la S.C. Immunoematologia, per un periodo di due anni con opzione rinnovo per un altro anno;

ATTESO che la succitata gara è stata pubblicata nelle forme previste dall'art. 66 del D.L.gs. n. 163/06 sulla G.U.C.E.E., sulla G.U.R.I., sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet della R.A.S., sul sito informatico dell'Azienda e su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione regionale, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata nel giorno 20.06.2011;

VISTA la nota prot. n. 948 del 09.06.2011 (All. "B" fg. 2) con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha trasmesso la nota prot. n. 185 del 06.06.2011 del Direttore della S.C. Immunoeematologia che, a seguito di istanza di chiarimenti da parte di una Ditta, ha chiesto la modifica dei seguenti dati di cui al punto 2 dell'allegato tecnico del Capitolato:

- "concentrazione di HIV-1 RNA ≤ 100 copie/mL" invece di "concentrazione di HIV-1 RNA ≥ 100 copie/mL";
- "concentrazione di HCV RNA ≤ 100 copie/mL" invece di "concentrazione di HCV RNA ≥ 100 copie/mL";

RITENUTO pertanto di rettificare il capitolato nei termini surriportati, con rinvio della scadenza per la presentazione delle offerte, fermo restando tutto il resto;

VISTI il D.Lgs n. 163/06 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06 e 5/07;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi esplicitati in premessa:

1) di rettificare l'allegato tecnico del Capitolato relativo alla gara con procedura aperta per l'acquisizione di una fornitura in service di reattivi e strumenti per validare sangue ed emocomponenti con la metodica NAT per la S.C. Immunoematologia, per un periodo di due anni con opzione rinnovo per un altro anno di cui alla deliberazione n. 307/02.03.2011 apportando al punto 2 le seguenti modifiche, fermo restando tutto il resto:

segue deliberazione n. 355 del 15 GIU. 2011

- "concentrazione di HIV-1 RNA ≤ 100 copie/mL" invece di "concentrazione di HIV-1 RNA ≥ 100 copie/mL";
- "concentrazione di HCV RNA ≤ 100 copie/mL" invece di "concentrazione di HCV RNA ≥ 100 copie/mL";

2) di disporre il rinvio della data per la presentazione delle offerte.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio Puddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

Dir. S.C. Provveditorato Dott. G.Casu
Coll.re Ammin.vo Dott.ssa A.M.Marongiu