



Deliberazione N. 1714

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data - 6 NOV. 2012

OGGETTO: Annullamento delibera n. 1032 del 22.07.2012, "Aggiudicazione acquisto in economia relativa alla fornitura di due monitor multiparametrici destinati alla S.C. di chirurgia plastica. Ditta D'Onza. Spesa complessiva € 11.591,80=iva compresa. Cod. CIG Z260557C80". Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 6 NOV. 2012
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Attilio Murru
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

- SU proposta del Servizio Provveditorato;
- PREMESSO che con delibera n° 1032 del 22.07.2012 (All. A fg. 2), è stata aggiudicata, in favore della Ditta D'onza, la fornitura di due monitor multiparametrici destinati alla S.C. di chirurgia plastica, per un importo complessivo annuo pari a € 11.591,80=iva inclusa;
- VISTA la nota del 12.07.2012 (All. B fg. 1), con la quale la Ditta Dr. Alessandro Dessi, chiede una verifica della conformità dei monitors aggiudicati, in particolare ai parametri emodinamici espressamente richiesti sul capitolato tecnico (output cardiaco e saturazione venosa mista);
- CONSIDERATO che con fax Prot. n.11347 del 06.08.2012 (All. C fg. 1), è stato chiesto specificatamente alla Ditta D'Onza se i monitors offerti avessero le caratteristiche specifiche, in particolare la funzione output cardiaco e la saturazione venosa mista, come espressamente richiesto nel capitolato tecnico;
- VISTA la nota del 08.08.2012, (All. D fg. 1) con la quale la Ditta D'Onza, comunica che i Monitors offerti non sono provvisti di saturazione venosa e di output cardiaco, come richiesto nel capitolato;
- ATTESO che con note Prot. n. 92/12 del 28.08.2012 e Prot. n. 97/12 del 06.09.2012 (All. E fg. 2), il Responsabile della S.C.di chirurgia plastica, chiede di annullare l'aggiudicazione alla Ditta D'Onza, in quanto i monitors offerti non hanno le caratteristiche richieste, ed inoltre la predisposizione di un'altra gara, tenuto conto che le caratteristiche richieste in precedenza (output cardiaco e la saturazione venosa mista) sono necessarie ma non indispensabili alla luce anche della eccessiva differenza di prezzi;
- RITENUTO di dover annullare la delibera n. 1032 del 22.07.2012 relativa all'aggiudicazione alla Ditta D'Onza;
- VISTI il D.Lgs n. 163/06 e le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;
- CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

Oh

D *A*



segue deliberazione n. 1714 del 6 NOV. 2012

D E L I B E R A

- 1) Per i motivi esposti in premessa, di annullare la delibera n. 1032 del 22.07.2012, relativa all'aggiudicazione di n. 2 monitors multiparametrici a favore della Ditta D'Onza;
- 2) di disporre l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;
- 3) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio C. Puddu

Dir. S.C. Provveditorato Dott. G.Casu
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu
Coll.re Amm.vo M. F.