



Deliberazione N. 491

- 7 APR. 2010

adottata dal COMMISSARIO in data _____

OGGETTO: Autorizzazione donazione Monitor per la S.C. Cardiologia. Ditta I.F.B. STRODER.

8 APR. 2010

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal _____
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO	Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo:	Dott. Bruno Simola
dal Direttore Sanitario:	Dott. Roberto Sequi

- SU proposta della S.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- VISTA la lettera del 06.11.2009 (All. "A" fg. 1) con la quale la Ditta I.F.B. Stroder ha proposto la donazione di n. 1 Monitor ECG Portatile ad un canale (HCG-801-E), del valore di € 294,00, da destinare alla S.C. di Cardiologia;
- ATTESO che il Direttore della S.C. Cardiologia e la Direzione Sanitaria hanno espresso parere favorevole, come da annotazione in calce alla succitata lettera;
- ATTESO che il Responsabile del Servizio di Fisica e Tecnologia Sanitaria ha espresso parere favorevole alla proposta di che trattasi, rinviando alla fase del collaudo la verifica della conformità dell' apparecchiatura alle norme di sicurezza;
- ATTESO che per il collaudo dovrà essere seguito quanto stabilito dalla guida CEI fascicolo 3783 R; in particolare dovranno essere effettuate le prove di sicurezza elettrica a cura della Ditta produttrice in contraddittorio con il personale tecnico di questa Azienda Ospedaliera;
- RITENUTO pertanto di autorizzare la donazione in parola, in quanto non comporta alcun onere di spesa per questa Azienda;
- VISTE le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;
- CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A


1) per i motivi esplicitati in premessa, di autorizzare la donazione, proposta dalla Ditta I.F.B. Stroder di n. 1 Monitor ECG Portatile ad un canale (HCG-801-E), del valore di € 294,00, da destinare alla S.C. di Cardiologia;

2) di verificare durante la fase del collaudo, da effettuarsi come indicato in premessa, la conformità del bene alle norme di sicurezza;


R a A

3) di prendere in carico inventariale l' apparecchiatura suddetta, con la precisazione che la stessa non comporta alcun onere di spesa per questa Amministrazione e alcun obbligo nei confronti della Ditta offerente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Sequi



IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau



Dir. S.C. Acquis. Beni Dott. G. Casu _____
Coll.re Ammin. Esperto Dott.ssa A. Buzzi a
Coll.re Ammin.vo Dott.ssa A.M. Marongiu a
Donazmonitor