

31 AGO. 2010

Deliberazione n. 1259

Adottata dal Commissario in data \_\_\_\_\_

OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura annua di test per la validazione del ciclo di sterilizzazione destinati a vari servizi e strutture ditta FC Genetics per un importo complessivo pari ad euro 4.497,60= iva inclusa  
art. 29 comma 2 L.R. n.10 del 28.07.06

IL COMMISSARIO Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal:  
Direttore Amministrativo: Dr. Bruno Simola  
Direttore Sanitario: Dr. Roberto Sequi

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" A PARTIRE DAL  
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

1 SET. 2010

Il Direttore Amministrativo

- SU** proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
- VISTE** le note del 3.05.2010 e del 19.05.2010, approvate dalla Direzione Sanitaria, con le quali il Capo Dipartimento di chirurgia ha chiesto la fornitura di test per la validazione del ciclo di sterilizzazione destinati alla struttura complessa di oculistica ed alla S.S.D. di otorinolaringoiatria;
- VISTA** la relazione, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all. "A" - fg. 6), nella quale il Responsabile della struttura ed il capo dipartimento dichiarano che i prodotti richiesti sono unici e non esistono nel mercato altri prodotti analoghi ed idonei, per le medesime applicazioni, a quelli proposti dalla ditta FC Genetics;
- CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni regionali e consip relativa a detto materiale per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla legge finanziaria 2007, come da elenco convenzioni attive allegate sotto la lettera B. fg.3;
- ATTESO** che, con nota prot. n.17226 dell'01.06.2010 è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta FC Genetics;
- VISTO** il preventivo della ditta FC Genetics, allegato sotto la lettera C fg. 3, e la relazione dell'utilizzatore avallata dal Capo Dipartimento di chirurgia i quali hanno espresso parere favorevole circa la conformità del prodotto e la congruità dei prezzi, allegata sotto la lettera D fg. 2, per cui si propone la seguente aggiudicazione annua a favore della ditta FC Genetics per un importo complessivo pari ad euro 4.497,60=iva compresa, così come sottodescritto:

n.	Descrizione materiale destinato alla S.C. di Oculistica e S.S.D. otorinolaringoiatria Offerta FC Genetics n.136/2010 FC del 07.06.2010	quantità	imponibile
1	Test di bowie-dick card giornaliero per piccole autoclavi cod. BD120 cad. confezione euro 684,00	2 confezione	1.368,00
2	Kit di hollow load test per corpi cavi, comprensivo di dispositivo riutilizz strip n°1 codice LT104/ITL cad. confezione euro 210,00	2 confezione	420,00
3	Indicatore biologico in fiala per cicli a vapore con popolazione 1X10E6 c Etichetta riposizionabile per la tracciabilità .lettura a risultato a 24 ore Cad. confezione 250,00 euro	4 confezioni	1.000,00
4	Indicatore integrato per la sterilizzazione a vapore codice 1100 cad. cor 480,00	2 confezione	960,00
	imponibile		3.748,00





31 AGO. 2010

	Iva 20%		749,60
	totale		4.497,60
	La ditta offre a titolo gratuito per il periodo della fornitura due incubatori IEZ -202 del valore commerciale di euro 785,36 cadauno		gratis

**VISTE** le LL.RR. n° 10/06, n° 10/97 e n.5/07, il DPGR n° 168/96 ed il D.lgs 163 del 12.04.2006 art. 57 comma 2 lett.b);

**CON** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

### D E L I B E R A

- 1) di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa, la procedura negoziata per la fornitura annua di test per la validazione del ciclo di sterilizzazione destinati alle autoclavi, già in dotazione alla struttura complessa di oculistica ed alla S.S.D. di otorinolaringoiatria, a favore della ditta FC Genetics per un importo complessivo pari ad euro 4.497,60= iva inclusa, spesa che grava sul numero di conto 0501010601 del piano dei conti, così come sottodescritto:

n.	Descrizione materiale destinato alla S.C. di Oculistica e S.S.D. otorinolaringoiatria - Offerta FC Genetics n.136/2010 FC del 07.06.2010	quantità	imponibile
1	Test di bowie-dick card giornaliero per piccole autoclavi cod. BD120 cad. confezione euro 684,00	2 confezione	1.368,00
2	Kit di hollow load test per corpi cavi, comprensivo di dispositivo riutilizzabile più codice LT104/ITL cad. confezione euro 210,00	2 confezione	420,00
3	Indicatore biologico in fiala per cicli a vapore con popolazione 1X10E6 con Etichetta riposizionabile per la tracciabilità .lettura a risultato a 24 ore Cad. confezione 250,00 euro	4 confezioni	1.000,00
4	Indicatore integrato per la sterilizzazione a vapore codice 1100 cad. confezione	2 confezione	960,00
	imponibile		3.748,00
	Iva 20%		749,60
	totale		4.497,60
	La ditta offre a titolo gratuito per il periodo della fornitura due incubatori IEZ -202 del valore commerciale di euro 785,36 cadauno		gratis

2) di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti;

3) di dare atto che il contratto è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006;

4) di comunicare l'adozione del presente atto all'assessorato igiene e sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10 del 28.07.2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Bruno Simola

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Roberto Segui

IL COMMISSARIO  
Dr. Antonio Garau

Direttore S.C. Acq. Beni Dr. GC  
Collaboratore Amministrativo esperto Dr. PF  
Responsabile procedimento Sig.ra M.Frau