



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 2 LUG. 2013

OGGETTO: Annullamento delibera n. 1401 del 13.09.2012, "Aggiudicazione acquisto in economia relativa alla fornitura di una frigoemoteca destinata alla S.C. di Chirurgia d'Urgenza. Ditta Analytical Control De Mori. Spesa complessiva € 3.800,61=iva compresa. Cod. CIG Z9205C31FA".  
Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 2 LUG. 2013  
per gg. 15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

---

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| IL DIRETTORE GENERALE     | Dott. Antonio Garau    |
| Coadiuvato dal            |                        |
| Direttore Amministrativo: | Dott. Attilio Murru    |
| dal Direttore Sanitario:  | Dott. Remigio C. Puddu |

---

SU proposta del Servizio Provveditorato;

PREMESSO che con delibera n. 1401 del 13.09.2012 (All. "A" fg. 3), è stata aggiudicata, in favore della Ditta Analytical Control De Mori la fornitura di una frigoemoteca destinata alla S.C. di Chirurgia d'Urgenza, per un importo complessivo pari a € 3.800,61 =iva inclusa;

VISTA la nota del 28.09.2012, (All. "B" fg. 1) con la quale la Ditta KW a seguito della lettera di non aggiudicazione, chiede la revisione della Delibera n. 1401 del 13.09.2012 segnalando che la frigoemoteca offerta dalla Ditta Analytical Control De Mori presenta delle caratteristiche non rispondenti esattamente a quelle indicate nel capitolato tecnico, in quanto era stata richiesta la struttura realizzata in acciaio Inox sia all'interno che all'esterno, mentre la frigoemoteca Frimed (Codice FS25E) dispone della struttura interna in acciaio INOX, ma la struttura esterna è in acciaio zincato rivestito bianco;

VISTA la nota prot. n. 13882 del 11.10.2012 con la quale si comunica alla Ditta Analytical Control De Mori la decisione adottata da questa Amministrazione di sospendere l'aggiudicazione a proprio favore (All. "C" fg. 1);

ATTESO che a seguito di un attento riesame della documentazione relativa alla gara di cui all'oggetto, con nota prot. n. 14410 del 23.10.2012 (All. "D" fg. 1) si comunica alla Ditta Analytical Control De Mori che la frigoemoteca offerta non corrisponde alle caratteristiche richieste e che si provvederà dunque all'attivazione della procedura di annullamento della delibera di aggiudicazione;

ATTESO che con nota prot. n. 84 del 15.04.2013 (All. "E" fg. 2) il Direttore della S.C. di Chirurgia d'Urgenza, dopo aver preso atto della comunicazione alla Ditta Analytical Control De Mori relativa all'attivazione della procedura di annullamento della delibera di aggiudicazione di una frigoemoteca, ha dichiarato che si è reso necessario procedere all'annullamento della gara in quanto il capitolato iniziale ha generato malintesi delle ditte concorrenti nell'interpretazione dello stesso;

RITENUTO di dover annullare la delibera n. 1401 del 13.09.2012 relativa all'aggiudicazione alla Ditta Analytical Control De Mori e di predisporre un'altra gara;

VISTI il D.Lgs n. 163/06 e le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;

*a*



segue deliberazione n. 1078 del 2 LUG. 2013

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

1. Per i motivi esposti in premessa, di annullare la delibera n. 1401 del 13.09.2012 relativa all'aggiudicazione alla Ditta Analytical Control De Mori e di predisporre un'altra gara;
2. di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Artilio Murru

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Remigio C. Puddu

Dir. S.C. Provveditorato Dott. ssa Agnese Faddis  
Resp. Ufficio Acquisti Dott. ssa A.M. Marongiu  
Ass. Amm.vo E.M.