

adottata dal Direttore Generale in data 14 APR. 2014

Oggetto: Aggiudicazione acquisto in economia ex art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06 per la fornitura di n. 8 carrelli da destinare al Servizio di Sterilizzazione Centrale dell'AOB. Ditta Sanamed. Spesa complessiva € 3.832,00 oltre Iva di Legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig Z160E0DB5E.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 APR. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

- Premesso** che con nota del 16.01.2014, autorizzata dalla Direzione Sanitaria, il Servizio di Sterilizzazione Centrale ha chiesto la fornitura di n. 8 carrelli che andranno a sostituire quelli attualmente in uso, ormai fatiscenti (All. A fg. 3);
- Considerato** che ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 si è proceduto all'acquisto mediante l'utilizzo del MEPA;
- Atteso** che con RDO n. 403619 stati invitati a presentare offerta n. 8 operatori economici e che nei termini sono pervenute le offerte delle Ditte Fc Genetics Service S.r.l., GLM S.r.l., Sanamed, Sanifarm S.r.l., Sirio medical S.r.l. e Terapon S.r.l.;
- Vista** la relazione in data 14.03.2014 nella quale l'utilizzatore ha espresso parere favorevole, in favore della Ditta GLM S.r.l., della Ditta Sanamed e Fc Genetics Service S.r.l., per conformità alla richiesta e contestualmente ha evidenziato che le offerte delle Ditte Terapon S.r.l., Sanifarm S.r.l. e Sirio Medical S.r.l., non sono conformi a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara (All. B fg. 1);
- Tenuto conto** che il sistema ha generato la graduatoria provvisoria, come da prospetto allegato, dal quale si evince che il prezzo più basso è quello proposto dalla Ditta Sanamed (All. C fg. 1);
- Ritenuto** pertanto di dover assegnare, alla Ditta Sanamed, la fornitura di n. 8 carrelli per il Servizio di Sterilizzazione dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 3.832,00 oltre Iva di Legge;
- Visto** il D. Lgs 163/06 ed il Regolamento Aziendale in economia adottato con atto deliberativo n. 173 del 01.02.2013;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 639 del 14 APR. 2014

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA


1. di assegnare, alla Ditta Sanamed, la fornitura di n. 8 carrelli per il Servizio di Sterilizzazione dell'A.O.B., per un importo complessivo pari a € 3.832,00 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che l'importo di € 3.832,00=Iva esclusa verrà imputato al n. 0102020501 del Piano dei Conti;
3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D. Lgs. n. 163/06;
4. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06;
5. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Attilio Murru)


Il Direttore Sanitario
(Dott. Remigio C. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu



Direzione Sanitaria
Servizio di Sterilizzazione Centrale

Cagliari, 16/01/2014

Alla c.a. Direttore Sanitario del Presidio
Dr.ssa Marinella Spissu
SEDE

Oggetto: adeguamento dotazioni tecniche

Al fine di garantire la sicurezza nelle varie fasi del percorso finalizzato alla produzione e consegna di materiale sterile, e a garanzia del mantenimento dell'integrità delle confezioni e della sicurezza degli operatori, si richiede la sostituzione dei carrelli, ormai fatiscenti, in uso presso la Centrale di Sterilizzazione con nuova dotazione che presenti le seguenti caratteristiche:

N°8 carrelli, da utilizzarsi per la movimentazione di carichi pesanti, così realizzati:

- Telaio in robusto tubo d'acciaio inox 18/10 a sezione rotonda, privo di giunture, del diametro di ca. 25 mm;
- Ripiani saldati dalla superficie di dimensioni non inferiori a 1000x600 mm, con bordo perimetrale profilato di ca. 10mm;
- 2 profili di rinforzo sulla facciata inferiore del ripiano;
- Distanza tra i ripiani di ca. 600 mm;
- 2 ruote fisse e 2 ruote snodabili del diametro di ca. 125mm, con freno, doppi cuscinetti a sfera, antistatiche, antifilo e dotati di paraurti;
- Dimensioni totali del carrello mm 1100x700x1000 ca.


Spesa presunta: €5500,00 (cinquemilacinquecento/00) + IVA

In attesa di un Vs. riscontro, si porgono cordiali saluti.

[Handwritten signature]
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIREZIONE SANITARIA

Il Coordinatore S.S.C.
Sig. Marco Corda

[Handwritten signature: Marco Corda]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Trans... ALL. "A" Pag. N. 2 di Fg. 3

Direzione Sanitaria
Servizio di Sterilizzazione Centrale

Prot. S.S.C. 45/2013

In Nonce

Cagliari, 04/11/2013

Alla c.a Sig. Responsabile del Servizio Provveditorato
SEDE

Oggetto: chiarimenti adeguamento dotazioni tecniche

In riferimento alla Vs. prot.2159 del 22/10/2013 avente come oggetto: adeguamento dotazioni tecniche – richiesta chiarimenti, si comunica che:

-il numero di carrelli da acquistare è di 8 (otto) unità;

-le ditte a mia conoscenza che potrebbero fornire tali prodotti sono: BLANCO^{NO}; FC. ok GENETICS; MDM srl;_{CA}

-Il capitolato da mettere a base d'asta è il seguente:

- Telaio in robusto tubo d'acciaio inox 18/10 a sezione rotonda, privo di giunture, del diametro di ca. 25 mm;
- Ripiani saldati dalla superficie di ~~ca~~ 1000x600 mm, con bordo perimetrale profilato di ca. 10mm;
- ✕• 2 profili di rinforzo sulla facciata inferiore del ripiano;
- Distanza tra i ripiani di ca. 600 mm;
- ✕• 2 ruote fisse e 2 ruote snodabili del diametro di ca. 125mm, con freno, doppi cuscini a sfera, antistatiche, antifilo e dotati di paraurti;
- Dimensioni totali del carrello mm 1100x700x1000 ca.

-è richiesta la preventiva visione della campionatura;

-la spesa presunta per l'acquisto di 8 (carrelli) provvisti delle caratteristiche sopra-elencate è di ca. 5000,00 Euro + IVA. 5.500

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti,

SERVIZIO PROVVEDITORATO
04 NOV. 2013
Prot. N. 2239

Il Coordinatore del S.S.C
Sig. Marco Corda



Prot. 2159

Cagliari, 22/10/13

Al Responsabile
Servizio di Sterilizzazione Centrale

Oggetto: adeguamento dotazioni tecniche – richiesta chiarimenti.

Con riferimento alla Vostra richiesta del 07/10/2013, prot. n. 53/2013, al fine di procedere con l'acquisto, si chiede di fornire le seguenti informazioni:

- numero dei carrelli da acquistare;
- elenco delle ditte da invitare;
- capitolato da mettere a base di gara.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti

Mares Corda

Il Responsabile del Servizio Provveditorato

Dott.ssa Agnese Foddis

J.T.



Oggetto: Acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di n. 8 Carrelli per il Servizio di Sterilizzazione Centrale. Codice Cig Z840C4822C

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA'

Viste le offerte delle Ditte Sanifarm, Sirio Medical, Sanamed, GLM, Fc Genetics e Terapon del 03/02/2014, relativa alla gara in oggetto, di cui alla RDO n. 403619 del 21/01/2014, si attesta quanto segue:

- DITTA SANIFARM → Marca CFS → NON IDONEO
Le ruote sono tutte pinzettanti e mancano i rinforzi come richiesti.
- DITTA SIRIO MEDICAL → VIVIAN → NON IDONEO
Dimensioni dei ripiani non idonee - Ruote tutte pinzettanti -
- DITTA GLM → HUPFER - NON IDONEO
Un solo profilo di rinforso e carico troppo basso (20 Kg) per supportare container di ferri per sterilizzazione. A seguito con. della ditta si considera idoneo. MC.
- DITTA TERAPON → TERAPON → NON IDONEO
Carrello ad un solo ripiano e ad uso differente da quello richiesto.
- DITTA SANAMED → LUCINI → IDONEO CON RISERVA
Il carrello in foto risulta evidentemente fissato con bullonerie e non saldato come richiesto. Si chiede di visionare il prodotto.
A seguito con. della ditta si considera idoneo. MC.
- DITTA FC GENETICS → IDONEO
Rispetta i requisiti richiesti

14-3-2014

Il Coordinatore del S.S.C.

Sign. Marco Corda

Marco Corda

ALL. " C " Pag. N. 1 di Fg. 1

Offerte

Offerente	Lotto 1	
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU	3832,00 Euro	Aggiudica definitivamente
FC GENETICS SERVICE SRL	4637,60 Euro	Aggiudica provvisoriamente
GLM S.R.L. CON SOCIO UNICO	5243,60 Euro	Aggiudica provvisoriamente
TERAPON S.R.L.	Offerta esclusa	
SANIFARM S.R.L.	Offerta esclusa	
SIRIO MEDICAL S.R.L.	Offerta esclusa	
Miglior offerta:	3832,00 Euro	