



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 7 DIC. 2016

OGGETTO: Autorizzazione Affiancamento Endoprotesi Tracheo Bronchiali per UO Chirurgia Toracica del PO Oncologico "Businco" di cui alla delibera n. 69 del 20.01.2016. Anni uno. Ditta MDM "COD CIG 6489802208 e ss.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 9 DIC. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato da	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- PREMESSO** che con deliberazione n. 69 del 20.01.2016 (All. A. fg. 3), è stata aggiudicata a favore della Ditta MDM per anni uno la fornitura di Endoprotesi Tracheo Bronchiali per UO Chirurgia Toracica del PO Oncologico "Businco" per un importo complessivo annuo pari a € 33.400,00+IVA,
- VISTA** la nota n. 2004 del 22.11.2016 (All. "B" fg. 5) con cui il Direttore della SC Farmacia ha chiesto l'affiancamento, senza oneri aggiuntivi, di endoprotesi di diverse misure a quelle aggiudicate a favore della ditta MDM con la delibera succitata;
- CONSIDERATO** che con la suddetta nota il Responsabile f.f della UO Chirurgia Toracica del PO Oncologico "Businco" ha chiarito che tale affiancamento si rende necessario onde intervenire con posizionamento di una protesi endotracheale su un paziente affetto da stenosi tracheale severa e per il quale le misure delle protesi aggiudicate con delibera n. 69/2016 non sono adatte in quanto a misure;
- PRESO ATTO** che si rende necessario, al fine di assicurare la continuità assistenziale sul paziente che necessita con urgenza di un intervento di posizionamento di protesi tracheale, autorizzare l'affiancamento delle protesi con misure diverse;
- RITENUTO** di autorizzare l'affiancamento senza oneri aggiuntivi, delle protesi endotracheali di cui alla delibera n. 69 del 20.01.2016 con una con diametro 18/20 e lunghezza 50mm con codice ST0510318050, a favore della Ditta MDM;
- VISTI** il D.Lgs n. 163/06 e il D.P.R. 207/2010;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D



AO Brotzu



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

segue deliberazione n. 2266 del 7 DIC. 2016

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di autorizzare l'affiancamento senza oneri aggiuntivi, delle protesi endotracheali di cui alla delibera n. 69 del 20.01.2016 con una con diametro 18/20 e lunghezza 50mm con codice ST0510318050, a favore della Ditta MDM.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vincio Atzeni

Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis 

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu 

Rif. M.E



AO Brotzu



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Deliberazione 69

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 20 GEN. 2016

Oggetto: Aggiudicazione Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Endoprotesi Tracheo Bronchiali per UO Chirurgia Toracica del PO Oncologico "Businco". Anni uno. Ditte MDM e Memis. Spesa complessiva annua pari a € 43.620,00+IVA. Cod CIG 6489719D86 e ss. Art 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 21 GEN. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- ACQUISITA** la nota n. 1773 del 10.11.2015 (All. "A" fg. 4), con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto l'acquisizione della fornitura annua di Endoprotesi Tracheo Bronchiali per la UO Chirurgia Toracica del PO Oncologico "Businco";
- DATO ATTO** che si è reso necessario provvedere in merito con Acquisto in Economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06;
- CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. "B" fg. 4);
- DATO ATTO** che con deliberazione n. 2018 del 25.11.2015 è stato autorizzato il ricorso alla acquisizione in economia ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06;
- ATTESO** che con la nota prot. n. 22739 del 30.11.2015 sono state invitate a presentare preventivo di spesa le seguenti n. 4 ditte: Memis, Mdm, Temosa e Technos e che, nei termini fissati, sono pervenute le offerte delle 4 ditte invitate (All. "C" fg. 1);
- RILEVATO** che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 17.12.2015 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "D" fg. 8);
- VISTE** la relazione (All. "E" fg. 5) con cui gli utilizzatori hanno dichiarato che i prodotti delle 4 ditte partecipanti risultano conformi;
- CONSIDERATO** che, con la lettera prot. n. 24465 del 23.12.2015, le 4 ditte partecipanti sono state invitate all'apertura delle offerte economiche in seduta pubblica;
- ATTESO** che le offerte economiche delle n. 4 Ditte partecipanti sono state aperte in seduta pubblica come da verbale redatto in data 29.12.2015 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "F" fg. 11);
- VISTE** le offerte economiche delle Ditte Memis, Mdm, Temosa e Technos (All. "G" fg. 9);
- RITENUTO** pertanto di dover aggiudicare la fornitura di Endoprotesi Tracheo Bronchiali alla ditta Memis che offre il prezzo più basso tra offerte conformi, relativamente ai lotti 1 e 2, e alla Ditta Mdm, che offre il prezzo più basso tra offerte conformi, relativamente ai lotti 3-4-5-6-7 e 8 per un importo complessivo annuo pari a € 43.620,00+IVA;



AO Brotzu

ALL. " A " Pag. N. 2 di Tot. 3

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

segue deliberazione n. 69 del 20 GEN. 2016

VISTI il D.Lgs n.163/06 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06, e 5/07;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di aggiudicare la fornitura di Endoprotesi Tracheo Bronchiali alla ditta Memis che offre il prezzo più basso tra offerte conformi, relativamente ai lotti 1 e 2, e alla Ditta Mdm, che offre il prezzo più basso tra offerte conformi, relativamente ai lotti 3-4-5-6-7 e 8 per un importo complessivo annuo pari a € 43.620,00+IVA, così come sottodescritto:

Rif	DESCRIZIONE	Q.TA MESI 12	Memis		MDM	
			Imp Unit. +iva	Imp tot.+iva	Imp. unit+iva	Imp. Tot +iva
1	Protesi tracheale a clessidra. Lungh 60 mm diametro 20 mm. CIG 6489719D86	5	1.460,00	7.300,00		
2	Protesi tracheale a clessidra. Lungh 60 mm diametro 28 mm CIG 648973176F	2	1.460,00	2.920,00		
3	Protesi Bronchiale cilindrica. Lungh 40 mm diametro 14 mm CIG 6489742085	3			1.350,00	4.050,00
4	Protesi Bronchiale cilindrica. Lungh 30 mm diametro 14 mm CIG 6489767525	3			1.350,00	4.050,00
5	Protesi Bronchiale cilindrica. Lungh 20 mm diametro 10 mm CIG 6489776C90	3			1.350,00	4.050,00
6	Protesi Bronchiale cilindrica. Lungh 10 mm diametro 0,8 mm CIG 648979081F	3			1.350,00	4.050,00
7	Protesi tracheo-bronchiali ad y, branche bronchiali asimmetriche: trachea lungh 50mm diametro 20, bronco dx lungh 20, bronco sx lungh 30 CIG 6489802208	5			2.000,00	10.000,00
8	Protesi tracheo-bronchiali a j: trachea lungh 50mm diametro 20, bronco lungh 30 diametro 14, bronco sx lungh 30 CIG 6489814BEC	4			1.800,00	7.200,00
					Tot imp.+ iva	€ 43.620,00

- di dare atto che la succitata spesa complessiva annua di € 43.620,00+IVA farà riferimento al n. conto A501010603, Centro Di Costo 1136130999 Businco - Chirurgia Toracica;

D



AO Brotzu



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

segue deliberazione n. 69 del 20 GEN. 2016

- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs n.163/12.04.06;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;
- di dare comunicazione del presente atto all'Assessore all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Faddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni - P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu

Rif. M.E



Prot. 2004 del 22/11/16

Al Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi

Sede

NP/2016/11116
23/11/2016

Oggetto: Affiancamento "endoprotesi tracheobronchiali" di cui a delibera n. 69 del 20.01.2016
ditta M.D.M S.R.L.

Si richiede l'affiancamento delle "endoprotesi tracheobronchiali", aggiudicate con delibera di cui all'oggetto, con altre di cui all'elenco allegato, che differiscono solo per misura, alle stesse condizioni economiche e contrattuali, tanto da permettere al Chirurgo Toracico la scelta più idonea a seconda del caso che si presenta.

Cordiali saluti.

Il Direttore SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellicchia

Cod. C. Stamp



Servizio Sanitario Nazionale
AOU BROTZU
Dipartimento di Chirurgia Oncologica
Azienda Ospedaliera Brotzu
U.O. Complessa di Chirurgia Toracica.
Resp. F.F. Dott. Roberto Cherchi

U.O.C. Chirurgia Toracica
Responsabile F.F
Dott. Roberto Cherchi
0706092060
FAX 0706092066

Dirigenti Medici:
Dott. Salvatore Giglio
Dott. Francesco Corda
Dott.ssa Giulia Grimaldi
Dott.ssa Laura Riva
Dott.ssa Sabrina Sarais
Dott. Massimiliano Santoru
070 52965130
FAX 0706095129

Caposala:
M. Fanunza
070 52965470

Reparto:
07052962084

P.O.:
I.P. M. Carta
070 52962067

ENDOSCOPIA:
I. M.B. Tatti
I. A. Dessi
I. R. Pintus
070 52965127

AMBULATORIO:
070 52962094

FARMACIA
18 NOV. 2016
PERVENUTO

AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FARMACIA
SEDE

Prot. N° 119

Oggetto: fornitura urgente protesi endotracheale di differente misura rispetto a quelle presenti in DI. 2016-69 per il sig. P. di

Si richiede protesi tracheale con urgenza per il Sig. P. affetto da stenosi tracheale DI GRADO SEVERO attualmente degente presso la nostra U.O.

Il trattamento previsto è il posizionamento di protesi endotracheale da attuarsi con urgenza per garantire il passaggio del flusso aereo attraverso la trachea pena l'insorgenza di grave insufficienza respiratoria.

Poiche le misure delle protesi endotracheali presenti in delibera 2016-69 non sono sufficienti per rispondere alle esigenze DI QUESTO CASO, considerate le DIMENSIONI DELLA STENOSI TRACHEALE, si richiede la fornitura urgente di protesi di differente misura rispetto a quella in DI. 2016-

21/11/2016 14:00:00



Servizio Sanitario Nazionale
AOU BROTTU
Dipartimento di Chirurgia Oncologica
Azienda Ospedaliera Brotzu
U.O. Complessa di Chirurgia Toracica.
Resp. F.F. Dott. Roberto Cherchi

69: diametro 18/20, lunghezza 50mm COD ST0510318050 ,

Cagliari 18-11-2016

Cordiali saluti

Responsabile Dr Roberto Cherchi

PROTESI BRONCHIALI E TRACHEALI AUTOESPANDIBILI IN NITINOL COMPLETAMENTE RICOPERTE

Codice	Protesi bronchiale autoespandibile in NITINOL	Sistema di introduzione	Copertura	Percentuale copertura / lunghezza (mm)	Diametro (min / max) (mm)
BRONCHIALI					
ST0510308020	Protesi bronchiale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	20 / 20	8 / 10
ST0510308030	Protesi bronchiale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	30 / 30	8 / 10
ST0510310020	Protesi bronchiale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	20 / 20	10 / 12
ST0510310030	Protesi bronchiale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	30 / 30	10 / 12
ST0510310040	Protesi bronchiale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	40 / 40	10 / 12
ST0510312020	Protesi bronchiale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	20 / 20	12 / 14
ST0510312030	Protesi bronchiale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	30 / 30	12 / 14
ST0510312040	Protesi bronchiale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	40 / 40	12 / 14
ST0510312050	Protesi bronchiale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	50 / 50	12 / 14
ST0510314020	Protesi bronchiale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	20 / 20	14 / 16
ST0510314030	Protesi bronchiale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	30 / 30	14 / 16
ST0510314040	Protesi bronchiale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	40 / 40	14 / 16
ST0510314050	Protesi bronchiale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	50 / 50	14 / 16
TRACHEALI					
ST0510316030	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	30 / 30	16 / 18

lotto 6

lotto 5

lotto 4

lotto 3

SCHEDA TECNICA

Rev. 011 del 23/07/15
Pag. 2/3

ST0510316040	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	40 / 40	16 / 18
ST0510316050	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	50 / 50	16 / 18
ST0510316060	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	60 / 60	16 / 18
ST0510316070	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	70 / 70	16 / 18
ST0510316080	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	80 / 80	16 / 18
ST0510318030	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	30 / 30	18 / 20
ST0510318040	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	40 / 40	18 / 20
ST0510318050	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	50 / 50	18 / 20
ST0510318060	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	60 / 60	18 / 20
ST0510318070	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	70 / 70	18 / 20
ST0510318080	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	80 / 80	18 / 20
ST0510318100	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	100 / 100	18 / 20
ST0510320040	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	40 / 40	20 / 22
ST0510320060	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	60 / 60	20 / 22
ST0510320080	Protesi tracheale autoespandibile in NITINOL	OTW - Lungh: 600 mm - Diam: 7 mm (21 Fr) - Filoguida: 0,035"	TOTAL	80 / 80	20 / 22

FABBRICANTE	Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd. - Repubblica Popolare Cinese
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO	INNOVAMEDICA s.p.a. - Cusago (MI), Italia