

Adottata dal Direttore Generale in data 26 MAR. 2018Deliberazione n. 700

Oggetto: Autorizzazione aggiornamento tecnologico, senza oneri, di cui alla deliberazione n. 2045 del 25.10.2017. Ditta Siemens Healthcare S.r.l. Lotto 2. Codice Cig 6974841CDD.

Il Direttore Generale Dott. ssa Graziella Pintus
 Coadiuvato dal
 Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata
 Direttore Sanitario Dr. Vinicio Atzeni

26 MAR. 2018

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL _____ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con deliberazione n. 2045 del 25.10.2017 è stata aggiudicata la Procedura Aperta per la fornitura in service di un sistema completo di analizzatore, materiale di consumo e quant'altro necessario, per validare, ai fini trasfusionali, sangue ed emocomponenti e per la fornitura in service di test con la metodica in chemiluminescenza, per un periodo di tre anni, con eventuale rinnovo, di anno in anno, per ulteriori due anni. (All. "A" fg. 3);

Dato atto che con nota prot. n. S446 del 07.03.2018, la Ditta Siemens Healthcare S.r.l., aggiudicataria del Lotto 2 della sopracitata fornitura, ha proposto l'aggiornamento tecnologico, senza oneri, dell'analizzatore ADVIA Centaur XTP, offerto in gara, con un sistema di nuova generazione (All. "B" fg. 1);

Vista la nota del 21.03.2018, con la quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha espresso parere favorevole in merito alla proposta della Ditta Siemens Healthcare S.r.l. (All. "C" fg.1)

Ritenuto di dover autorizzare, in favore della Ditta Siemens Healthcare S.r.l., l'aggiornamento tecnologico, senza oneri, dell'analizzatore ADVIA Centaur XTP, fermo restando tutto il resto;

Visti il D.lgs. n. 50/16 e la L.R. n. 10/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- 1) di autorizzare, in favore della Ditta Siemens Healthcare S.r.l., l'aggiornamento tecnologico, senza oneri, dell'analizzatore ADVIA Centaur XTP, fermo restando tutto il resto.

Il Direttore Amministrativo
 Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
 Dr. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
 Dott. ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.le Serv. AB S Dott.ssa Agnese Feddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Coll. Amm.vo Dott.ssa J. Troncia

Adottata dal Direttore Generale in data 25 OTT. 2017Deliberazione n. 2045

Oggetto: Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura in service di un sistema completo di analizzatore, materiale di consumo e quant'altro necessario, nulla escluso, per validare, ai fini trasfusionali, sangue ed emocomponenti e per la fornitura in service dei seguenti test con la metodica in chemiluminescenza: sierodiagnosi per la Lue, HIV1/2 Ab, HCV Ab, HBs Ag, per un periodo di tre anni, con eventuale rinnovo, di anno in anno, per ulteriori due anni.

Lotto 1, Ditta Ortho Clinical Diagnostic S.r.l., spesa complessiva annuale € 160.100,00 oltre Iva di Legge Codice Cig 6974827153;

~~Lotto 2, Ditta Siemens Healthcare S.r.l., spesa complessiva annuale € 78.802,19 oltre Iva di Legge, Codice Cig 6974841CDD.~~

Il Direttore Generale	Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dr. Vinicio Atzeni

26 OTT. 2017

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" A PARTIRE DAL _____ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con atto deliberativo n. 494 del 08.03.2017, rettificato con atti deliberativi n. 563 del 15.03.2017 e n. 695 del 05.04.2017, è stata indetta e pubblicata la Procedura Aperta per la fornitura in service di un sistema completo di analizzatore, materiale di consumo e quant'altro necessario, nulla escluso, per validare, ai fini trasfusionali, sangue ed emocomponenti e per la fornitura in service dei seguenti test con la metodica in chemiluminescenza: sierodiagnosi per la Lue, HIV1/2 Ab, HCV Ab, HBs Ag, per un periodo di tre anni, con eventuale rinnovo, di anno in anno, per ulteriori due anni (All. "A" fg. 8);

Dato atto che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle Ditte Ortho Clinical Diagnostic S.r.l. (Lotti 1 e 2), Roche Diagnostic S.p.A. (Lotti 1 e 2), Siemens Healthcare S.r.l. (Lotto 2);

Atteso che la Commissione di gara, nominata con delibera n. 1087 del 31.05.2017 (All. "B" fg. 2), ha portato a termine i lavori relativi all'ammissione delle Ditte, alla verifica della documentazione a corredo dell'offerta, alla valutazione delle offerte tecniche, alla comparazione dei prezzi e alla verifica dell'anomalia, come meglio riportato nei verbali n. 1 del 31.05.2017, n. 2 del 08.06.2017, n. 3 del 19.06.2017, n. 4 del 11.07.2017, n. 5 del 11.09.2017, n. 6 del 26.09.2017 e n. 7 del 11.10.2017 (All. "C" fg. 36);

Vista l'offerta della Ditta Ortho Clinical Diagnostic S.r.l., dalla quale risulta che l'aggiudicazione annua, relativamente al Lotto 1, ammonta a € 160.100,00 oltre Iva di Legge (All. "D" fg. 6);

%

↓

Segue delibera n. 2045 del 25 OTT. 2017

Vista l'offerta della Ditta Siemens Healthcare S.r.l., dalla quale risulta che l'aggiudicazione annua, relativamente al Lotto 2, ammonta a € 78.802,19 oltre Iva di Legge (All. "E" fg. 3);

Ritenuto di dover approvare i verbali n. 1 del 31.05.2017, n. 2 del 08.06.2017, n. 3 del 19.06.2017, n. 4 del 11.07.2017, n. 5 del 11.09.2017, n. 6 del 26.09.2017 e n. 7 del 11.10.2017, redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla procedura aperta per la fornitura in service di un sistema completo di analizzatore, materiale di consumo e quant'altro necessario, nulla escluso, per validare, ai fini trasfusionali, sangue ed emocomponenti e per la fornitura in service dei seguenti test con la metodica in chemiluminescenza: sierodiagnosi per la Lue, HIV1/2 Ab, HCV Ab, HBs Ag, per un periodo di tre anni, con eventuale rinnovo, di anno in anno, per ulteriori due anni, e di dover disporre l'aggiudicazione come di seguito specificato:

LOTTO 1			
	Operatore Economico	Ribasso Offerto	Prezzo Offerto
1	Ortho Clinical Diagnostic S.r.l.	€ 39.900,00 oltre Iva	€ 160.100,00 oltre Iva
LOTTO 2			
	Operatore Economico	Ribasso Offerto	Prezzo Offerto
1	Siemens Healthcare S.r.l.	€ 51.197,81 oltre Iva	€ 78.802,19 oltre Iva
2	Roche Diagnostic S.p.A.	€ 24.908,32 oltre Iva	€ 105.091,68 oltre Iva
3	Ortho Clinical Diagnostic S.r.l.	€ 21.470,86 oltre Iva	€ 108.529,14 oltre Iva

Ritenuto altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 13 del Capitolato Speciale di gara, di dover individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Maria Antonietta Carmela Putzulu, in servizio presso la S.C. di Immunoematologia l'AOb, la quale possiede le competenze professionali per svolgere tale incarico;

Visti il D.lgs. n. 50/16 e la L.R. n. 10/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- 1) per i motivi esposti in premessa, di approvare i verbali n. 1 del 31.05.2017, n. 2 del 08.06.2017, n. 3 del 19.06.2017, n. 4 del 11.07.2017, n. 5 del 11.09.2017, n. 6 del 26.09.2017 e n. 7 del 11.10.2017, redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla procedura aperta per la fornitura in service di un sistema completo di analizzatore, materiale di consumo e quant'altro necessario, nulla escluso, per validare, ai fini trasfusionali, sangue ed emocomponenti e per la fornitura in service dei seguenti test con la metodica in chemiluminescenza: sierodiagnosi per la Lue, HIV1/2 Ab, HCV Ab, HBs Ag, per un periodo di tre anni, con eventuale rinnovo, di anno in anno, per ulteriori due anni, e di dover disporre l'aggiudicazione come di seguito specificato:

Segue delibera n. 2045 del 25 OTT. 2017

LOTTO 1			
	Operatore Economico	Ribasso Offerto	Prezzo Offerto
1	Ortho Clinical Diagnostic S.r.l.	€ 39.900,00 oltre Iva	€ 160.100,00 oltre Iva

LOTTO 2			
	Operatore Economico	Ribasso Offerto	Prezzo Offerto
1	Siemens Healthcare S.r.l.	€ 51.197,81 oltre Iva	€ 78.802,19 oltre Iva
2	Roche Diagnostic S.p.A.	€ 24.908,32 oltre Iva	€ 105.091,68 oltre Iva
3	Ortho Clinical Diagnostic S.r.l.	€ 21.470,86 oltre Iva	€ 108.529,14 oltre Iva

- 2) di dare atto che l'importo annuale di € 12.000,00=Iva esclusa verrà imputato al conto n. A508020104 del Piano dei Conti, che l'importo annuale di € 212.902,19=Iva esclusa verrà imputato al conto n. A501010602 e che l'importo annuale di € 14.000,00=Iva esclusa verrà imputato al conto n. A507020101 – Centro di Costo San Michele n. 180340;
- 3) di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 13 del Capitolato Speciale di gara, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Maria Antonietta Carmela Putzulu, in servizio presso la S.C. di Immunoematologia l'AOB, la quale possiede le competenze professionali per svolgere tale incarico;
- 4) di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità del servizio da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus

Il Direttore Sanitario
Dr. Vinicio Atzeni



Nome Teresa Cioffoletti
Reparto Ufficio Commerciale Gare
HC WEA ITA OFF TN TAD
Telefono Centralino +39-02.243.1
PEC gare.shc@pec.siemens.it
E-Mail gareshc.rc-it.team@siemens-healthineers.com
Data 07.03.2018

Siemens Healthcare S.r.l., Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - 20126 Milano

Spett.le

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Ufficio Protocollo Generale
P.le A.Ricchi 1
09134 Cagliari

Prot. N. S446

Rif. Ns. Offerta n. 20096025

OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO - Rif. Deliberazione n. 2045 del 25.10.17 Fornitura in service di un sistema completo di analizzatore, materiale di consumo e quant'altro necessario, nulla escluso, per validare, ai fini trasfusionali, sangue ed emocomponenti e per la fornitura in service dei seguenti test con la metodica in chemiluminescenza: sierodiagnosi per la Lue, HIV1/2 Ab, HCV Ab, HBs Ag, per un periodo di tre anni, con eventuale rinnovo, di anno in anno, per ulteriori due anni LOTTO 2 CIG 6974841CDD

La scrivente società Siemens Healthcare S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 10, con capitale sociale di 50.000.000,00 Euro interamente versato, iscrizione nel registro Imprese di Milano e C.F. 04785851009, R.E.A. Milano n° 1459360, P.I. 12268050155, con riferimento all'oggetto e secondo quanto previsto dall' Art. n. 6 Aggiornamento tecnologico del Capitolato Speciale di Gara

- comunica la propria disponibilità alla gg tec dell'analizzatore ADVIA® Centaur XPT, offerto in gara, con un sistema di nuova generazione, **Atellica Solution IM 1300** e relativi componenti.

senza nessun onere aggiuntivo per il Vostro Spettabile Ente.

I sistemi rimangono di proprietà della Siemens Healthcare S.r.l. per tutta la durata del contratto.

Garanzie Assicurate: Responsabilità Civile Terzi (RCT) - Responsabilità Civile dei Prodotti (RCP).

Rimanendo in attesa di ricevere lettera di accettazione da parte della Vs. Amministrazione, ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Siemens Healthcare S.r.l.
Dr. Franco Willi Carlin
Procuratore

Siemens Healthcare S.r.l.
Dr. Luca Tognoli
Procuratore

Siemens Healthcare S.r.l.

Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano - Italia

Tel.: +39 02 243 1
www.siemens.it

Società a Unico Socio soggetta alla Direzione e Coordinamento di Siemens AG

Capitale sociale: Euro 50.000.000 i.v.; Iscrizione Registro Imprese Milano e codice fiscale: 04785851009; partita I.V.A.: IT - 12268050155; R.E.A. Milano: 1459360



AO Brotzu

Struttura Complessa
Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale
Direttore Dott. Mario Pani


Dipartimento Servizi

ALL. " C " Pag. N. 1 di Fg. 1



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. Coord n° __08/2018__ del __21/03/2018__



Spett.le Responsabile Servizio ABS
Dott. Agnese Foddis

Oggetto: Risposta Pari oggetto Protocollo 2018/2364 15/03/2018 Rif J.T. Parere per aggiornamento tecnologico.

Si esprime parere favorevole per la fornitura del sistema Atellica Solution IM1300 alle medesime condizioni del Sistema precedente e senza nessun onere aggiuntivo a nostro carico.

Distinti Saluti

Maria Antonietta Carmela Putzulu