



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 09 MAG. 2018

Oggetto: Aggiudicazione procedura di gara aperta per Fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. Anni 3 con opzione di rinnovo per anni 2. CIG vari – Importo triennale aggiudicazione € 200.340,00

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 10 MAG. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato da	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

RICHIAMATI

- il D.lgs n° 502/92 e s.m.i.,
- le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- il D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni);
- il DPR 207/2010, per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016, art. 217, comma 1, lett. u);

PREMESSO

- che con delibera AOB n. 761/2017, veniva indetta la *Procedura aperta per fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. Anni 3 con opzione di rinnovo per anni 2. Approvazione Bando di gara, Capitolato Speciale, Disciplinare e allegati. Importo annuo a base d'asta € 111.285,00 oltre IVA - spesa complessiva stimata € 778.995,00 oltre IVA;*
- che con successiva delibera n. 1032/2017 veniva disposta la parziale rettifica per errore materiale, della delibera soprarichiamata e degli atti di gara ad essa allegati;
- che con ulteriore delibera AOB n. 1154/2017 si provvedeva a una seconda parziale rettifica degli atti di gara, per la sussistenza di un errore materiale relativo all'importo a base d'asta del lotto 15;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 72-73 del D.L.gs. n. 50/2016 sono stati pubblicati i seguenti avvisi:

- Bando integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. S87 del 5/05/2017 e rettifiche pubblicate sulla G.U.U.E. n. S101 del 27/05/2017;
- Bando integrale di gara e documentazione a disposizione sul sito informatico dell'Azienda G.Brotzu dal 19/12/2016 e successive rettifiche pubblicate sul medesimo sito in Albo pretorio del 24/05/2017 e del 5/06/2017;
- Estratto del bando pubblicato sui quotidiani: La Repubblica, il Corriere della Sera, L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna del 23/05/2017;
- Bando integrale pubblicato sulla G.U.R.I. – 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 56 del 17/05/2017;
- Estratto del bando sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23/05/2017;

DATO ATTO che, entro il termine di scadenza del 16/06/2017, sono pervenuti n. 10 plichi da parte di altrettante aziende, come da verbale del Ufficio protocollo aziendale agli atti;

VISTI i verbali di gara n. 1-2-3-4-5, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale (**All. A pag. 45**), come redatti e sottoscritti dai componenti della Commissione di gara nominata con delibera AOB n. 1217/2017;

**DATO ATTO**

che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative alla fornitura *de quo*, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (**All. B pag. 2**);

RITENUTO

per quanto sopra, di dover prendere atto dei citati verbali di gara n. 1-2-3-4-5, e di dover aggiudicare la procedura di gara in oggetto, per lotti separati e distinti, e per il periodo di tre anni con opzione di rinnovo per due anni, come da prospetto appresso riportato:

LOTTO	DITTA AGGIUDICATARIA	IMPORTO ANNUALE - €	IMPORTO TRIENNALE - €
1	MEDTRONIC	6.400	19.200
2	BAXTER	3.575	10.725
3	NON AGGIUDICATO		
4	SEDA	1.380	4.140
5	NON AGGIUDICATO		
6	NON AGGIUDICATO		
7	NON AGGIUDICATO		
8	NON AGGIUDICATO		
9	MEDTRONIC	2.870	8.610
10	NON AGGIUDICATO		
11	NON AGGIUDICATO		
12	NON AGGIUDICATO		
13	NON AGGIUDICATO		
14	SEDA	5.600	16.800
15	SEDA	1.900	5.700
16	SEDA	1.400	4.200
17	SEDA	1.795	5.385
18	SEDA	41.860	125.580
19	NON AGGIUDICATO		
IMPORTO TOTALE AGGIUDICAZIONE		66.780	200.340

VISTE

le offerte economiche presentate dalla ditta aggiudicataria (**ALL. C – pag. 14**);

DATO ATTO

che non sussistono conflitti di interesse con le Ditte assegnatarie;

CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di prendere atto dei verbali di gara n. 1-2-3-4-5, allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, e di aggiudicare, per l'effetto, la *Procedura aperta per fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. Anni 3 con opzione di rinnovo per anni 2*, come da prospetto di seguito riportato:



LOTTO	DITTA AGGIUDICATARIA	IMPORTO ANNUALE - €	IMPORTO TRIENNALE - €
1	MEDTRONIC	6.400	19.200
2	BAXTER	3.575	10.725
3	NON AGGIUDICATO		
4	SEDA	1.380	4.140
5	NON AGGIUDICATO		
6	NON AGGIUDICATO		
7	NON AGGIUDICATO		
8	NON AGGIUDICATO		
9	MEDTRONIC	2.870	8.610
10	NON AGGIUDICATO		
11	NON AGGIUDICATO		
12	NON AGGIUDICATO		
13	NON AGGIUDICATO		
14	SEDA	5.600	16.800
15	SEDA	1.900	5.700
16	SEDA	1.400	4.200
17	SEDA	1.795	5.385
18	SEDA	41.860	125.580
19	NON AGGIUDICATO		
IMPORTO TOTALE AGGIUDICAZIONE		66.780	200.340

- Di dare atto che la succitata spesa, pari a un importo complessivo per 3 anni pari a € 200.340,00, farà riferimento al numero di conto economico A501010603 e al centro di costo Strutture varie;
- Di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata


Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dr.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis
Resp. Sett. Acquisiz. Beni - P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu
Coll. Amm. - Dott. Andrea Casu



AO Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 45

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti beni e servizi

VERBALE N. 1

OGGETTO: Procedura aperta per fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. CIG vari.

Deliberazione di indizione n. 761/2017 e delibere di rettifica n. 1032/2017 e n. 1154/2017.

Oggi 20/06/2017 ore 12.00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione di gara nominata con deliberazione n. 1217/2017 nelle persone dei Signori:

- Dott.ssa Agnese Foddis – Presidente
- Dott.ssa Michela Pellecchia – Componente
- Dott. Antonello Pani – Componente
- Dott. Andrea Casu – Segretario

per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i Sig.ri di cui all'elenco allegato (**All. A fg. 1**).

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti e del Segretario, l'integrità della documentazione di gara, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, dichiara aperta la seduta.

La Commissione dà atto che, ai sensi degli artt. 72-73 del D.L.gs. n. 50/2016 sono stati pubblicati i seguenti avvisi inerenti l'indizione della gara di che trattasi:

- Bando integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. S87 del 5/05/2017 e rettificato sulla GUUE S101 del 27/05/2017 e successivamente sulla GUUE S 2017/S 114-230485;
- Bando integrale di gara e documentazione a disposizione sul sito informatico dell'Azienda G.Brotzu dal 9/05/2017;
- Estratto del bando pubblicato sui quotidiani: La Repubblica, il Corriere della Sera, L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna del 23/05/2017;
- Bando integrale pubblicato sulla G.U.R.I. – 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 56 del 17/05/2017;
- Estratto del bando sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23/05/2017;

I Componenti della Commissione, dopo aver preso visione dell'elenco delle Ditte partecipanti, dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del D.L.gs. n. 163/2006. La firma del presente verbale sostituisce la sottoscrizione della relativa dichiarazione di non sussistenza di tale situazione.

La Commissione, sulla base del verbale di ricezione delle offerte redatto dall'Ufficio protocollo aziendale (**All. B**), dà atto che:

- entro il termine di scadenza fissato per il giorno 16/06/2017 alle ore 12.00, sono regolarmente pervenuti i plichi e la campionatura di n. 10 Ditte;
- il plico trasmesso dalla Ditta Bellco, contenente domanda di partecipazione, offerta e relativi allegati, è pervenuto oltre il predetto termine. La domanda della Bellco non può pertanto essere presa in considerazione ed è da considerarsi nulla.

La Commissione procede all'apertura dei plichi ed alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa e tecnica presentata nei termini dalle Ditte, come da prospetti allegati (**All. C – D**), con la sola eccezione della Ditta Bellco, il cui plico rimane intonso.

La Commissione procede contestualmente all'apertura dei plichi contenenti le campionature dei prodotti, al fine di una preliminare verifica della corrispondenza dei campioni stessi con i lotti per i quali è presentata offerta.



I lotti per i quali sono state presentate domanda di partecipazione e offerta sono i seguenti:

- BAXTER: 1-2-10-11
- BRAUN: 11
- COOK: 10-13
- DIALMEDICA: 18
- FRESENIUS: 1-10
- MEDTRONIC: 1-7-8-9-17-18
- MERIT MEDICAL: 11-12
- NIPRO: 3-7
- SEDA: 1-2-3-4-14-15-16-17-18-19
- TELEFLEX: 1-5-6-18

Al riguardo, la Commissione da atto che:

- La ditta Teleflex non ha presentato l'attestazione di pagamento del contributo ANAC con riferimento al lotto n. 18 (per il quale partecipa alla gara). La Commissione si riserva pertanto di verificare l'effettivo pagamento del contributo entro i termini di scadenza dell'offerta, in assenza del quale l'offerta stessa non potrà essere ammessa alla gara.
- La Ditta Cook, con riguardo al lotto n. 13, non ha presentato la campionatura relativamente ad alcuni codici e misure richieste. Si dispone pertanto di sottoporre la ditta alla procedura del soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016.

La Commissione, in ragione di quanto sopra esposto:

- Ammette immediatamente alla successiva fase della gara n. 8 ditte su 11 partecipanti;
- Si riserva di verificare la completezza e regolarità delle domande presentate dalle ditte Teleflex e Cook, rinviando a successiva seduta pubblica la comunicazione del risultato di detta verifica,
- Esclude definitivamente dalla procedura la ditta Bellco, per presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio previsto nel disciplinare di gara, dando atto che di tale esclusione verrà fornita comunicazione alla Ditta a norma del Dlgs 50/2016, art. 76.

Su esplicita richiesta del Presidente, i presenti dichiarano di non avere eccezioni od obiezioni da sollevare rispetto alle procedure seguite.

La Commissione inserisce le buste contenenti le offerte economiche in n. 1 plico sigillato e controfirmato sui lembi che verrà custodito nella cassaforte situata presso l'Ufficio Protocollo Generale ed affida la documentazione amministrativa e tecnica delle Ditte partecipanti al Segretario di gara che provvederà alla loro custodia in un armadio chiuso a chiave presso il Servizio Acquisti Beni e Servizi.

La Commissione infine decide di aggiornare la riunione in seduta pubblica – con data da definire - per procedere allo scioglimento delle riserve sopra precisate.

Ultimati i lavori e non essendoci dichiarazioni dei partecipanti da verbalizzare la riunione ha termine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari, 20/06/2017

LA COMMISSIONE

- Dott.ssa Agnese Foddis – Presidente
- Dott.ssa Michela Pellicchia – Componente
- Dott. Antonello Pani – Componente
- Dott. Andrea Casu – Segretario



AO Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 3 di Pg. 45

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti beni e servizi

OGGETTO: Procedura aperta per fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. CIG vari.

Allegato A al VERBALE N. 1

Nome ditta	FIRMA rappresentante
MENT	Urosinus Spa
BAXTER	Giovanni Carboni
NIPRO	Ugo Carboni
SEDA	Federico Grassi
BELCO	Cefalù Palmieri
FILES-XIUS MEDICAL	Federico Palmieri



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

AO BROTZU

PG/2017/12478

del 08/06/2017 ^{pre 11.37}

Indirizzo: SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

ALL. "A" Pag. N. 4 di Fg. 45

Destinatari: VEDI ELENCO

Classifica 1 Fascicolo 2 del 2017



Direzione Generale

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 16/06/2017

Tipo di gara: procedura di gara aperta

scadenza 16/06/2017 ore 12.00

OGGETTO: Procedura aperta per fornitura di CATETERI vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, Utic e Rianimazione. Anni 3 con opzione di rinnovo per anni 2.

- 1 COOK ITALIA SRL OFFERTA PIU' CAMPIONATURA Prot. n. 12483
- 2 BAXTER SPA OFFERTA Prot. n. 12939
- 3 B. BRAUN CAMPIONATURA Prot. n. 12944
- 4 MERIT MEDICAL OFFERTA PIU' CAMPIONATURA Prot. n. 13030
- 5 TELEFLEX CAMPIONATURA 2COLLI Prot. n. 13065
- 6 BELCO CAMPIONATURA Prot. n. 13066
- 7 FRESENIUS MEDICAL CARE OFFERTA PIU' CAMPIONATURA Prot. n. 13145
- 8 MEDTRONIC ITALIA SPA OFFERTA Prot. n. 13148
- 9 DIALMEDICA OFFERTA PIU' CAMPIONATURA Prot. n. 13151
- 10 SEDA SPA OFFERTA PIU' CAMPIONATURA 2COLLI Prot. n. 13205
- 11 B. BRAUN MILANO OFFERTA Prot. n. 13210
- 12 TELEFLEX MEDICAL SRL OFFERTA Prot. n. 13212
- 13 MEDTRONIC CAMPIONATURA Prot. n. 13213
- 14 NIPRO 13233 OFFERTA PIU' CAMPIONATURA Prot. n. 13233
- 15 BAXTER SPA CAMPIONATURA Prot. n. 13283

Pervenute al Protocollo aziendale entro il termine di scadenza N. _____ offerte

Protocollo generale

pag. 1

SEQUE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

AO BROTZU

PG/2017/12478

del 08/06/2017 ore 11.37

Mittente SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

ALL. "A" Pag. N. 5 di Fg. 45

Destinatari MEDI ELENCO

Classifica 1 Fascicolo 2 del 2017



Direzione Generale

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 16/06/2017

Tipo di gara: procedura di gara aperta

scadenza 16/06/2017 ore 12.00

OGGETTO: Procedura aperta per fornitura di CATETERI vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, Utic e Rianimazione. Anni 3 con opzione di rinnovo per anni 2.

1	BELCOSYL offerta pervenuta	Prot. n. 13318
2	alle ore 13,00 del 16/06/2017	Prot. n.
3	scadenza per la presentazione	Prot. n.
4	ore 12,00 del 16/06/2017	Prot. n.
5		Prot. n.
6		Prot. n.
7		Prot. n.
8		Prot. n.
9		Prot. n.
10		Prot. n.
11		Prot. n.
12		Prot. n.
13		Prot. n.
14		Prot. n.
15		Prot. n.

Pervenute al Protocollo aziendale entro il termine di scadenza N. 40 (dieci) offerte


[Handwritten signature]

Campionatura 13 Protocollo generale
(Tredici) *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

pag 2

[Handwritten signature]



OGGETTO: Procedura aperta per fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. CIG vari.

Allegato C al verbale n. 1 – documentazione amministrativa


N.	Ditte	DGUE	Dichiarazione attestante la capacità economica e finanziaria	Dichiarazione attestante la capacità tecnica e professionale	Cauzione provvisoria	Dichiarazione di fidejussore	Patto di integrità	GAP	PASSOE	Dichiarazione di esclusiva commercializzazione del prodotto
1	Cook	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Seda	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Medtronic	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Fresenius	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Teleflex	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Baxter	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	B Braun	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Merit Medical	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Dialmedica	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Nipro	X	X	X	X	X	X	X	X	X



OGGETTO: Procedura aperta per fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. CIG vari.

Allegato D al verbale n. 1 – documentazione tecnica

N.	Ditte	SCHEDE TECNICHE	CLASSIFICAZIONE CODICI PRODOTTI	CERTIFICAZIONE CE	DESCRIZIONE ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA TECNICA	OFFERTA SENZA PREZZI	CAMPIONATURA
1	Cook	X	X	X	X	X	Non completa
2	Seda	X	X	X	X	X	X
3	Medtronic	X	X	X	X	X	X
4	Fresenius	X	X	X	X	X	X
5	Teleflex	X	X	X	X	X	X
6	Baxter	X	X	X	X	X	X
7	B Braun	X	X	X	X	X	X
8	Merit Medical	X	X	X	X	X	X
9	Dialmedica	X	X	X	X	X	X
10	Nipro	X	X	X	X	X	X



VERBALE N. 2

OGGETTO: Procedura aperta per fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. CIG vari.

Oggi 12/07/2017 ore 9.30 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita in seduta privata la Commissione di gara nominata con deliberazione n. 1477 del 4/08/2016 nelle persone dei Signori:

- Dott.ssa Agnese Foddìs – Presidente
- Dott.ssa Michela Pellecchia – Componente
- Dott. Antonello Pani – Componente
- Dott. Andrea Casu – Segretario

per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 50/2016.

La Commissione preliminarmente prende atto che:

- Successivamente alla pubblica seduta del 20/06/2017, le buste contenenti le offerte economiche, rimaste intonse, sono state inserite in un plico sigillato e sottoscritto da tutti i presenti, e che questo è attualmente conservato all'interno della cassaforte dell'Ufficio del protocollo aziendale.
- La documentazione amministrativa e tecnica delle Ditte è custodita dal Responsabile dell'istruttoria, dott. Andrea Casu, in un armadio chiuso a chiave presso il Servizio Acquisti Beni e Servizi.

Ciò premesso, la Commissione da atto che in pubblica seduta del 20/06/2017, procedendosi all'apertura dei plichi ed alla verifica della regolarità della documentazione, si è rilevato quanto appresso:


1. Il plico trasmesso dalla Ditta Bellco, contenente domanda di partecipazione, offerta e relativi allegati, è pervenuto oltre il termine perentorio di scadenza del 16/06/2017. La domanda della Bellco è pertanto da considerarsi nulla.
2. La ditta Teleflex non ha presentato l'attestazione di pagamento del contributo ANAC con riferimento al lotto n. 18 (per il quale partecipa alla gara). La Commissione si è pertanto riservata di verificare l'effettivo pagamento del contributo entro i termini di scadenza dell'offerta, disponendo di sottoporre la Teleflex alla procedura del soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 Dlsg 50/2016.
3. La Ditta Cook, con riguardo al lotto n. 13, non ha presentato la campionatura relativamente ad alcuni codici e misure richieste. La Commissione ha così disposto di sottoporre la Cook alla richiamata procedura del soccorso istruttorio.

Per quanto sopra richiamato e descritto:

1. Con nota PEC n. 13781/2017 del 22/06/2017, a firma del Presidente della Commissione oggi riunita, è stata comunicata alla BELLCO l'esclusione dalla gara.
2. Con nota PEC prot. n. 13782/2017, anch'essa a firma del Presidente della Commissione, la Ditta Teleflex è stata inviata a integrare la documentazione mancante, relativamente al lotto 18, attraverso l'attestazione del versamento del contributo ANAC, rilevando che lo stesso deve risultare effettuato - a pena di esclusione - entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, del 16/06/2017.

La Teleflex con riscontro a mezzo PEC del 27/06/2015, acquisita agli atti, ha osservato ed eccepito che il mancato pagamento del contributo ANAC - nel caso in cui il pagamento stesso non sia espressamente richiesto a pena di esclusione negli atti di gara - non può portare all'esclusione, risultando possibile la sua successiva integrazione. Al riguardo la ditta ha richiamato la nota sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2/06/2016, causa C-27/15. Contestualmente la Teleflex ha allegato l'attestazione del versamento del contributo effettuato in data 26/06/2017.

La Commissione, dato atto che l'obbligo del versamento del contributo ANAC non è previsto espressamente negli atti della presente gara quale condizione di partecipazione a pena di esclusione, e fatte proprie le conclusioni di cui alla citata Sentenza CGUE, da intendersi qui integralmente richiamate, in quanto riferite ad un caso esattamente sovrapponibile a quello di specie, ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla Teleflex e ammette la ditta alle ulteriori fasi della gara.







3. Quanto alla mancata presentazione della campionatura da parte della ditta Cook, relativamente al lotto 13, il responsabile della struttura utilizzatrice e componente della Commissione, dott. Antonello Pani, con nota del 3/07/2017, acquisita agli atti e allegata al presente verbale come parte integrante e sostanziale, ha attestato che presso la Struttura sono attualmente in uso i dilatatori vasali in polietilene radiopaco della Ditta Cook e che, per detta ragione, non si ritiene necessario richiedere alla ditta la campionatura mancante.

La Commissione, preso atto della citata nota, ammette la Cook alle fasi successive della gara.

Ciò rilevato e chiarito, la Commissione dispone che in seduta pubblica del 17/07/2017 alle ore 12.00 presso gli uffici Aziendali, verrà comunicato a tutte le Ditte, da convocare a mezzo PEC, quanto sopra deciso nella seduta odierna.

Cagliari, 12/07/2017

LA COMMISSIONE

- Dott.ssa Agnese Foddis – Presidente 
- Dott.ssa Michela Pellecchia – Componente 
- Dott. Antonello Pani – Componente 
- Dott. Andrea Casu – Segretario 



Verbale n. 3

OGGETTO: Procedura aperta per fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. CIG vari.

Oggi 17/07/2017 ore 9.30 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita in seduta privata la Commissione di gara nominata con deliberazione n. 1477 del 4/08/2016 nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Agnese Foddis – Presidente
Dott.ssa Michela Pellecchia – Componente
Dott. Antonello Pani – Componente
Dott. Andrea Casu – Segretario

per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i Sig.ri di cui all'elenco allegato (All. A pag. 1).

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i Componenti e del Segretario, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati integralmente i precedenti verbali, dichiara aperta la seduta.

La Commissione preliminarmente da atto che:

- Nella pubblica seduta del 20/06/2017, si è proceduto all'apertura dei plichi e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione. In tal sede, verificata l'incompletezza della documentazione presentata dalla ditta Cook e dalla ditta Teleflex, è stato deciso di procedere, nei confronti delle citate ditte, al soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.
- In seduta privata del 12/07/2017 la Commissione, come da verbale di cui si dà in questa sede integrale lettura, ha proceduto alla conclusione della fase endoprocedimentale del soccorso istruttorio relativamente alle ditte Teleflex e Cook.

Ciò premesso, si conferma l'ammissione alle successive fasi della gara delle ditte Teleflex e Cook, rinviandosi a successiva seduta privata la valutazione delle offerte tecniche dei partecipanti.

Su esplicita richiesta del Presidente, non essendoci alcun rilievo o dichiarazione da parte dei presenti, si dichiarano ultimati i lavori e la riunione ha termine.

Letto, confermato e sottoscritto:

Dott.ssa Agnese Foddis – Presidente

Dott.ssa Michela Pellecchia – Componente

Dott. Antonello Pani – Componente

Dott. Andrea Casu – Segretario



OGGETTO: Procedura aperta per fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. CIG vari.

Allegato A

Ditte	FIRMA



VERBALE N. 4

Procedura aperta per fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. CIG

Addì, 27/03/2018 ore 10.00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", si è riunita in seduta privata la Commissione nominata con deliberazione n. 1477/2016 nelle persone dei Signori:

- Dott.ssa Agnese Foddìs – Presidente
- Dott.ssa Michela Pellecchia – Componente
- Dott. Antonello Pani – Componente
- Dott. Andrea Casu – Segretario

per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti e del Segretario, l'integrità della documentazione di gara, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati i precedenti verbali, dichiara aperta la seduta.

La Commissione preliminarmente da atto che:

- La documentazione amministrativa presentata dalle ditte è stata custodita dal Segretario in un armadio chiuso a chiave presso il Servizio Acquisti beni e servizi;
- La documentazione economica è tuttora custodita all'interno della cassaforte sita nell'Ufficio protocollo dell'Azienda.

La Commissione procede alla disamina della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti, alla valutazione della conformità dei prodotti a quanto richiesto in capitolato e alla attribuzione dei punteggi per parametri, come da scheda che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Si rileva inoltre quanto appresso. A seguito della ricezione ed esame delle offerte tecniche presentate dalle ditte, e a una più attenta analisi del capitolato di gara, la Commissione ha rilevato la sussistenza di errori e/o omissioni nella individuazione e descrizione delle caratteristiche di alcuni prodotti, e ritiene pertanto di non poter espletare il procedimento di valutazione dei lotti n. 6-7-8-11-13-19 e di non poter procedere alla loro aggiudicazione.

In particolare è stato rilevato che:

Lotti 6-7-8: in sede di capitolato si richiede erroneamente la sola la cannula, e non, più correttamente, l'intero kit. Risulta pertanto lesa il principio di concorrenza, posto che l'errata descrizione del prodotto ha potenzialmente impedito ad altre ditte di presentare offerta.

Lotti 11-13-19: tra i parametri di valutazione viene indicato quello della "maneggevolezza della guida metallica con punta morbida". Si tratta di altro errore materiale che è causa di violazione del principio di libera concorrenza, posto che il predetto requisito non è applicabile ai prodotti oggetto dei lotti in esame, così impedendo potenzialmente a diverse ditte di presentare offerta.

Terminata la valutazione tecnica, la Commissione dispone che l'apertura dell'offerta economica avverrà il giorno 4/04/2018 alle ore 10.00 presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu".

Della succitata seduta verrà data comunicazione a mezzo PEC alla ditta.

Il Presidente affida la documentazione amministrativa e tecnica al Segretario di gara che provvederà alla loro custodia in un armadio chiuso a chiave presso il Servizio Acquisti.

Ultimati i lavori la riunione ha termine.

Cagliari, 27/03/2018

LA COMMISSIONE

- Dott.ssa Agnese Foddìs – Presidente
- Dott.ssa Michela Pellecchia – Componente
- Dott. Antonello Pani – Componente
- Dott. Andrea Casu – Segretario

LOTTO 1

Qualità materiale monouso (MAX 40 PUNTI)		Caratteristiche di confezionamento (MAX 30 PUNTI)				
Materiali di realizzazione		Quantità per imballo con numeri minimi				
1	1					
TELEFLEX non conforme perché tutti i CVC sono differenti per calibro e misura rispetto al capitolato (OFFERTO 12*13, 14*16, 14*20)						
GIUDIZIO		GIUDIZIO				
N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio MAX
1	BAXTER	1	1	1	1	9
2	FRESENIUS	1	1	1	1	9
3	MEDTRONIC	1	1	1	1	9
4	SEDA	1	1	1	1	9
5	TELEFLEX	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme

ASSENZA DI LATTICE		Resistenza fisica imballo secondario				
2	2					
GIUDIZIO						
N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio MAX
1	BAXTER	1	1	1	1	9
2	FRESENIUS	1	1	1	1	9
3	MEDTRONIC	1	1	1	1	9
4	SEDA	1	1	1	1	9
5	TELEFLEX	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme

Manegevolezza della guida metallica con punta morbida		Agevole prelievo unitario				
3	3					
GIUDIZIO						
FRESENIUS: guida metallica inclusa nel kit poco pratica nell'utilizzo per eccessivo ingombro e scarsa maneggevolezza del supporto per l'introduzione		MEDTRONIC prelievo unitario poco pratico per visione difficoltosa del contenuto a causa dell'imballo non trasparente				
N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio MAX
1	BAXTER	1	1	1	1	5

2	FRESENIUS	0,5	0,5	0,5	5	2	FRESENIUS	1	1	1	1	5
3	MEDTRONIC	1	1	1	10	3	MEDTRONIC	0,6	0,6	0,6	0,6	3
4	SEDA	1	1	1	10	4	SEDA	1	1	1	1	5
5	TELEFLEX	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme	5	TELEFLEX	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme

VALIDITA' E SCADENZA

Sicurezza e praticità d'uso

4	VALIDITA' E SCADENZA												4	Sicurezza e praticità d'uso											
GIUDIZIO													GIUDIZIO	MEDTRONIC - FRESENIUS - BAXTER: il cvc ha conformazione terminale non pratica per la medicazione e chiusura post trattamento, soprattutto per eventuale dimissione al domicilio del paziente											
	Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX		N. PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio MAX													
N. PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	8	N. PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	coefficienti	7													
1	BAXTER	1	1	1	8	1	BAXTER	0,571428571	0,571428571	0,571428571	0,571428571	4													
2	FRESENIUS	1	1	1	8	2	FRESENIUS	0,571428571	0,571428571	0,571428571	0,571428571	4													
3	MEDTRONIC	1	1	1	8	3	MEDTRONIC	0,571428571	0,571428571	0,571428571	0,571428571	4													
4	SEDA	1	1	1	8	4	SEDA	1	1	1	1	7													
5	TELEFLEX	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme	5	TELEFLEX	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme													

BAXTER	67
FRESENIUS	62
MEDTRONIC	66
SEDA	70
TELEFLEX	nc

LOTTO 2

A					Qualità materiale monouso (MAX 40 PUNTI)				
1					Materiali di realizzazione				
GIUDIZIO					Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	12				
1	BAXTER	1	1	1	12				
2	SEDA	1	1	1	12				

B					Caratteristiche di confezionamento (MAX 30 PUNTI)				
1					Quantità per imballo con numeri minimi				
GIUDIZIO					Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9				
1	BAXTER	1	1	1	9				
2	SEDA	1	1	1	9				

2					ASSENZA DI LATTICE				
GIUDIZIO					Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10				
1	BAXTER	1	1	1	10				
2	SEDA	1	1	1	10				

2					Resistenza fisica imballo secondario				
GIUDIZIO					Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9				
1	BAXTER	1	1	1	9				
2	SEDA	1	1	1	9				

3					Maneggevolezza della guida metallica con punta morbida				
GIUDIZIO					Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX

3					Agevole prelievo unitario				
GIUDIZIO					Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX

N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antronello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10
1	BAXTER	1	1	1	10
2	SEDA	1	1	1	10

N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antronello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	5
1	BAXTER	1	1	1	5
2	SEDA	1	1	1	5

4	VALIDITA' E SCADENZA				
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antronello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	8
1	BAXTER	1	1	1	8
2	SEDA	1	1	1	8

4	Sicurezza e praticità d'uso				
GIUDIZIO	BAXTER: il cvc ha conformazione terminale non pratica per la medicazione e chiusura post trattamento, soprattutto per eventuale dimissione al domicilio del paziente				
N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
1	BAXTER	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antronello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	7
2	SEDA	0,57142857	0,571428571	0,571428571	4
		1	1	1	7

BAXTER	67
SEDA	70

LOTTO 3

A					Qualità materiale monouso (MAX 40 PUNTI)				
					Materiali di realizzazione				
1					NIPRO: NON CONFORME IN QUANTO NON PRESENTA PUNTE FLOTTANTI E CURVATURA RICHIESTA IN CAPITOLATO - SEDA: NON CONFORME IN QUANTO NON PRESENTA CURVATURA RICHIESTA				
		Presidente	Componente	Componente			Punteggio MAX		
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antronello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia			12		
2		NIPRO	NON CONFORME	NON CONFORME			NON CONFORME		
		SEDA	NON CONFORME	NON CONFORME			NON CONFORME		

B					Caratteristiche di confezionamento (MAX 30 PUNTI)				
1					Quantità per imballo con numeri minimi				
GIUDIZIO									
		Presidente	Componente	Componente			Punteggio MAX		
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antronello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia			9		
1		NIPRO	NON CONFORME	NON CONFORME			NON CONFORME		
		SEDA	NON CONFORME	NON CONFORME			NON CONFORME		

2					ASSENZA DI LATTICE				
GIUDIZIO									
		Presidente	Componente	Componente			Punteggio MAX		
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antronello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia			10		
1		NIPRO	NON CONFORME	NON CONFORME			NON CONFORME		
		SEDA	NON CONFORME	NON CONFORME			NON CONFORME		

2					Resistenza fisica imballo secondario				
GIUDIZIO									
		Presidente	Componente	Componente			Punteggio MAX		
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antronello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia			9		
1		NIPRO	NON CONFORME	NON CONFORME			NON CONFORME		
		SEDA	NON CONFORME	NON CONFORME			NON CONFORME		

3					Maneggevolezza della guida metallica con punta morbida				
GIUDIZIO									
		Presidente	Componente	Componente			Punteggio MAX		
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antronello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia			10		
1		NIPRO	NON CONFORME	NON CONFORME			NON CONFORME		
		SEDA	NON CONFORME	NON CONFORME			NON CONFORME		

3					Agevole prelievo unitario				
GIUDIZIO									
		Presidente	Componente	Componente			Punteggio MAX		
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antronello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia			5		
1		NIPRO	NON CONFORME	NON CONFORME			NON CONFORME		
		SEDA	NON CONFORME	NON CONFORME			NON CONFORME		

4					VALIDITA' E SCADENZA				
GIUDIZIO									

4					Sicurezza e praticità d'uso				
GIUDIZIO									

		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	8
1	NIPRO	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	
2	SEDA	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	

NIPRO	NC
SEDA	NC

		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	7
1	NIPRO	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	
2	SEDA	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	

LOTTO 4

Qualità materiale monouso (MAX 40 PUNTI)				
Materiali di realizzazione				
GIUDIZIO	Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	12
1	SEDA	1	1	12

ASSENZA DI LATTICE				
GIUDIZIO	Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10
1	SEDA	1	1	10

Maneggevolezza della guida metallica con punta morbida				
GIUDIZIO	Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10
1	SEDA	1	1	10


VALIDITA' E SCADENZA				
GIUDIZIO	Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	8
1	SEDA	1	1	8

Caratteristiche di confezionamento (MAX 30 PUNTI)				
Quantità per imballo con numeri minimi				
GIUDIZIO	Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9
1	SEDA	1	1	9

Resistenza fisica imballo secondario				
GIUDIZIO	Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9
1	SEDA	1	1	9

Agevole prelievo unitario				
GIUDIZIO	Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	5
1	SEDA	1	1	5

Sicurezza e praticità d'uso				
GIUDIZIO	Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	7
1	SEDA	1	1	7



LOTTO 5

Qualità materiale monouso (MAX 40 PUNTI)						
A						
1	Materiali di realizzazione					
GIUDIZIO	PRODOTTO NON CONFORME PER CALIBRO DIFFERENTE DAL CAPITOLATO (OFFERTO 14*16 E 14*20)					
	Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX	
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	12	
1	TELEFLEX	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME		
2	ASSENZA DI LATTICE					
GIUDIZIO						
	Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX	
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10	
1	TELEFLEX	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME		
3	Maneggevolezza della guida metallica con punta morbida					
GIUDIZIO						
	Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX	
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10	
1	TELEFLEX	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME		
4	VALIDITÀ E SCADENZA					
GIUDIZIO						
	Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX	

Caratteristiche di confezionamento (MAX 30 PUNTI)						
B						
1	Quantità per imballo con numeri minimi					
GIUDIZIO						
	Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX	
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9	
1	TELEFLEX	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME		
2	Resistenza fisica imballo secondario					
GIUDIZIO						
	Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX	
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9	
1	TELEFLEX	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME		
3	Agevole prelievo unitario					
GIUDIZIO						
	Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX	
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	5	
1	TELEFLEX	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME		
4	Sicurezza e praticità d'uso					
GIUDIZIO						
	Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX	

N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anntonello Pani	Dott.ssa Michela Pallecchia	8
1	TELEFLEX	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	

N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anntonello Pani	Dott.ssa Michela Pallecchia	7
1	TELEFLEX	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 9

A		Qualità materiale monouso (MAX 40 PUNTI)				B				Caratteristiche di confezionamento (MAX 30 PUNTI)						
1										Quantità per imballo con numeri minimi						
GIUDIZIO										1						
Materiali di realizzazione										GIUDIZIO						
	Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX		Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	dott. Pellecchia	Dott.ssa Michela Pellecchia	12	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	dott. Pellecchia	DITTE	9	MEDTRONIC	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9
1	MEDTRONIC	1	1	1	12	MEDTRONIC	1	1	1	MEDTRONIC	9	MEDTRONIC	1	1	1	9

2		ASSENZA DI LATTICE				Resistenza fisica imballo secondario					
GIUDIZIO											
	Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX		Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	dott. Pellecchia	Dott.ssa Michela Pellecchia	10	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	dott. Pellecchia	DITTE	9
1	MEDTRONIC	1	1	1	10	MEDTRONIC	1	1	1	MEDTRONIC	9

3		Maneggevolezza della guida metallica con punta morbida				Agevole prelievo unitario					
GIUDIZIO											
PRELIEVO UNITARIO POCO PRATICO PER VISIONE DIFFICILTOSA DEL CONTENUTO A CAUSA DELL'IMBALLO NON TRASPARENTE											
	Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX		Presidente	Componente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	dott. Pellecchia	Dott.ssa Michela Pellecchia	10	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	dott. Pellecchia	DITTE	5
1	MEDTRONIC	1	1	1	10	MEDTRONIC	0,6	0,6	0,6	MEDTRONIC	3

4		VALIDITA' E SCADENZA				Sicurezza e praticità d'uso			
GIUDIZIO									
il cvc ha conformazione terminale non pratica per la medicazione e chiusura post trattamento, soprattutto per eventuale dimissione al domicilio del paziente									

		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX			Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	8	N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	7
1	MEDTRONIC	1	1	1	8	1	MEDTRONIC	0,571428571	0,571428571	0,571428571	4

MEDTRONIC 65




red

LOTTO 10

Qualità materiale monouso (MAX 40 PUNTI)		Caratteristiche di confezionamento (MAX 30 PUNTI)	
A	B		
<p>1</p> <p>Materiali di realizzazione</p> <p>Quantità per imballo con numeri minimi</p>			
GIUDIZIO	GIUDIZIO		
N.PR.	N.PR.	Presidente	Componente
1	1	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani
2	2	NON CONFORME	NON CONFORME
3	3	NON CONFORME	NON CONFORME
2	2	Resistenza fisica imballo secondario	
GIUDIZIO	GIUDIZIO		
<p>2</p> <p>ASSENZA DI LATTICE</p>			
N.PR.	N.PR.	Presidente	Componente
1	1	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani
2	2	NON CONFORME	NON CONFORME
3	3	NON CONFORME	NON CONFORME
3	3	Agevole prelievo unitario	
GIUDIZIO	GIUDIZIO		
<p>3</p> <p>Maneggevolezza della guida metallica con punta morbida</p>			
N.PR.	N.PR.	Presidente	Componente
1	1	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani
2	2	NON CONFORME	NON CONFORME
3	3	NON CONFORME	NON CONFORME
4	4	Sicurezza e praticità d'uso	
GIUDIZIO	GIUDIZIO		
<p>4</p> <p>VALIDITA' E SCADENZA</p>			

[Signature]

[Signature]

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
		Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	12	N.PR.	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9
1	COOK	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME		1	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	
2	FRESENIUS	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME		2	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	
3	BAXTER	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME		3	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	

COOK	NON CONFORME
FRESENIUS	NON CONFORME
BAXTER	NON CONFORME




LOTTO 12

Qualità materiale monouso (MAX 40 PUNTI)		Caratteristiche di confezionamento (MAX 30 PUNTI)	
A	B		
1	1	Quantità per imballo con numeri minimi	
Materiali di realizzazione			
GIUDIZIO	GIUDIZIO		
N.P.R.	N.P.R.	Presidente	Componente
1	1	MERIT MEDICAL NON CONFORME	NON CONFORME
ASSENZA DI LATTICE			
2	2	Resistenza fisica imballo secondario	
GIUDIZIO	GIUDIZIO		
N.P.R.	N.P.R.	Presidente	Componente
1	1	MERIT MEDICAL NON CONFORME	NON CONFORME
Maneggevolezza della guida metallica con punta morbida			
3	3	Agevole prelievo unitario	
GIUDIZIO	GIUDIZIO		
N.P.R.	N.P.R.	Presidente	Componente
1	1	MERIT MEDICAL NON CONFORME	NON CONFORME
Sicurezza e praticità d'uso			
4	4		

GIUDIZIO		GIUDIZIO					GIUDIZIO							
			Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggi o MAX			Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggi o MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	coefficienti	8	N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	coefficienti	7	
1	MERIT MEDICAL	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME			1	MERIT MEDICAL	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME			


MERIT MEDICAL NON CONFORME





lotto 14

A		Qualità materiale monouso (MAX 40 PUNTI)				Caratteristiche di confezionamento (MAX 30 PUNTI)				
1		Materiali di realizzazione				Quantità per imballo con numeri minimi				
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX	GIUDIZIO				
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	12	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9
1	SEDA	1	1	1	12	1	1	1	1	9
2		ASSENZA DI LATTICE				Resistenza fisica imballo secondario				
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX	GIUDIZIO				
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9
1	SEDA	1	1	1	10	1	1	1	1	9
3		Maneggevolezza della guida metallica con punta morbida				Agevole prelievo unitario				
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX	GIUDIZIO				
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	5
1	SEDA	1	1	1	10	1	1	1	1	5
4		VALIDITA' E SCADENZA				Sicurezza e praticità d'uso				
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX	GIUDIZIO				
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	8	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	7
1	SEDA	1	1	1	8	1	1	1	1	7
	SEDA				70					



lotto 15

Qualità materiale monouso (MAX 40 PUNTI)					
A					
1	Materiali di realizzazione				
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	12
1	SEDA	1	1	1	12

ASSENZA DI LATTICE					
2					
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10
1	SEDA	1	1	1	10

Maneggevolezza della guida metallica con punta morbida					
3					
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10
1	SEDA	1	1	1	10

VALIDITA' E SCADENZA					
4					
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	8
1	SEDA	1	1	1	8

Caratteristiche di confezionamento (MAX 30 PUNTI)					
B					
1	Quantità per imballo con numeri minimi				
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9
1	SEDA	1	1	1	9

Resistenza fisica imballo secondario					
2					
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9
1	SEDA	1	1	1	9

Agevole prelievo unitario					
3					
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	5
1	SEDA	1	1	1	5

Sicurezza e praticità d'uso					
4					
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	7
1	SEDA	1	1	1	7

LOTTO 16

Qualità materiale monouso (MAX 40 PUNTI)					
1					
Materiali di realizzazione					
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	12
1	SEDA	1	1	1	12

ASSENZA DI LATTICE					
2					
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10
1	SEDA	1	1	1	10

Maneggevolezza della guida metallica con punta morbida					
3					
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10
1	SEDA	1	1	1	10

VALIDITA' E SCADENZA					
4					
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	8
1	SEDA	1	1	1	8

SEDA 70

Caratteristiche di confezionamento (MAX 30 PUNTI)					
B					
1					
Quantità per imballo con numeri minimi					
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9
1	SEDA	1	1	1	9

Resistenza fisica imballo secondario					
2					
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9
1	SEDA	1	1	1	9

Agevole prelievo unitario					
3					
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	5
1	SEDA	1	1	1	5

Sicurezza e praticità d'uso					
4					
GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggio MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddìs	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	7
1	SEDA	1	1	1	7

GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggi o MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	7
1	SEDA	1	1	1	7
2	MEDTRONIC	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	

GIUDIZIO		Presidente	Componente	Componente	Punteggi o MAX
N.PR.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	8
1	SEDA	1	1	1	8
2	MEDTRONIC	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	

SEDA	70
MEDTRONIC	NON CONFORME

LOTTO 17

A		Qualità materiale monouso (MAX 40 PUNTI)			
1		Materiali di realizzazione			
GIUDIZIO	MEDTRONIC NON CONFORME IN QUANTO MATERIALE DIFFERENTE RISPETTO AL CAPITOLATO (CVC IN SILICONE)				Punteggi o MAX
N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Punteggi o MAX
1	SEDA	1	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	12
2	MEDTRONIC	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	12

B		Caratteristiche di confezionamento (MAX 30 PUNTI)			
1		Quantità per imballo con numeri minimi			
GIUDIZIO	MEDTRONIC NON CONFORME				Punteggi o MAX
N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Punteggi o MAX
1	SEDA	1	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9
2	MEDTRONIC	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	9

2		ASSENZA DI LATTICE			
GIUDIZIO	MEDTRONIC NON CONFORME				Punteggi o MAX
N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Punteggi o MAX
1	SEDA	1	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10
2	MEDTRONIC	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	10

2		Resistenza fisica imballo secondario			
GIUDIZIO	MEDTRONIC NON CONFORME				Punteggi o MAX
N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Punteggi o MAX
1	SEDA	1	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	9
2	MEDTRONIC	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	9

3		Maneggevolezza della guida metallica con punta morbida			
GIUDIZIO	MEDTRONIC NON CONFORME				Punteggi o MAX
N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Punteggi o MAX
1	SEDA	1	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10
2	MEDTRONIC	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	10

3		Agevole prelievo unitario			
GIUDIZIO	MEDTRONIC NON CONFORME				Punteggi o MAX
N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Punteggi o MAX
1	SEDA	1	dott. Anrtonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	5
2	MEDTRONIC	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	5

4 VALIDITA' E SCADENZA

4 Sicurezza e praticità d'uso

LOTTO 18

Qualità materiale monouso (MAX 40 PUNTI)				
Materiali di realizzazione				
1		President e	Componente	Punteggi o MAX
DIAL MEDICA: KIT DEFICITARIO DI MANDRINO, RENDENDO OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DEL SISTEMA PEEL WAY CHE RENDE LA PROCEDURA MAGGIORMENTE DIFFICILE E RISULTA PIÙ TRAUMATIZZABILE PER LA PARETE VASALE - MEDTRONIC NON CONFORME PER CALIBRO E MISURE MAGGIORI RISPETTO AL CAPITOLATO (15*23 14,5*28 15*33) - TELEFLEX NON CONF. PER CALIBRO E MISURE MAGGIORI RISPETTO AL CAPITOLATO (15*23 15*27 15*33)				
GIUDIZIO				
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia
1	DIALMEDICA	non conf.	non conf.	non conf.
2	MEDTRONIC	non conf.	non conf.	non conf.
3	SEDA	1	1	1
4	TELEFLEX	non conf.	non conf.	non conf.
				12

Caratteristiche di confezionamento (MAX 30 PUNTI)				
Quantità per imballo con numeri minimi				
1		President e	Componente	Punteggi o MAX
GIUDIZIO				
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia
1	DIALMEDICA	non conf.	non conf.	non conf.
2	MEDTRONIC	non conf.	non conf.	non conf.
3	SEDA	1	1	1
4	TELEFLEX	non conf.	non conf.	non conf.
				9

ASSENZA DI LATTICE				
2		President e	Componente	Punteggi o MAX
GIUDIZIO				
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia
1	DIALMEDICA	non conf.	non conf.	non conf.
2	MEDTRONIC	non conf.	non conf.	non conf.
3	SEDA	1	1	1
4	TELEFLEX	non conf.	non conf.	non conf.
				10

Resistenza fisica imballo secondario				
2		President e	Componente	Punteggi o MAX
GIUDIZIO				
N.P.R.	DITTE	Dott.ssa A. Foddis	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia
1	DIALMEDICA	non conf.	non conf.	non conf.
2	MEDTRONIC	non conf.	non conf.	non conf.
3	SEDA	1	1	1
4	TELEFLEX	non conf.	non conf.	non conf.
				9

3 Maneggevolezza della guida metallica con punta morbida				
GIUDIZIO	President e	Componente	Componente	Punteggi o MAX
N.PR.	DITTE Dott.ssa A. Foddis	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	10
1	DIALMEDICA non conf.	non conf.	non conf.	
2	MEDTRONIC non conf.	non conf.	non conf.	
3	SEDA 1	1	1	10
4	TELEFLEX non conf.	non conf.	non conf.	

3 Agevole prelievo unitario					
GIUDIZIO	President e	Componente	Componente	Media	Punteggi o MAX
N.PR.	DITTE Dott.ssa A. Foddis	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	coefficienti	5
1	DIALMEDICA non conf.	non conf.	non conf.		
2	MEDTRONIC non conf.	non conf.	non conf.		
3	SEDA 1	1	1	1	5
4	TELEFLEX non conf.	non conf.	non conf.		

4 VALIDITA' E SCADENZA				
GIUDIZIO	President e	Componente	Componente	Punteggi o MAX
N.PR.	DITTE Dott.ssa A. Foddis	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	8
1	DIALMEDICA non conf.	non conf.	non conf.	
2	MEDTRONIC non conf.	non conf.	non conf.	
3	SEDA 1	1	1	8
4	TELEFLEX non conf.	non conf.	non conf.	

4 Sicurezza e praticità d'uso					
GIUDIZIO	President e	Componente	Componente	Media	Punteggi o MAX
N.PR.	DITTE Dott.ssa A. Foddis	dott. Antonello Pani	Dott.ssa Michela Pellecchia	coefficienti	7
1	DIALMEDICA non conf.	non conf.	non conf.		
2	MEDTRONIC non conf.	non conf.	non conf.		
3	SEDA 1	1	1	1	7
4	TELEFLEX non conf.	non conf.	non conf.		

DIALMEDICA	non conf.
MEDTRONIC	non conf.
SEDA	70
TELEFLEX	non conf.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. n. 4 di 35 di Fg. 45

Dipartimento Amministrativo
S.C. Acquisti Beni e Servizi

Procedura aperta per fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. CIG

VERBALE N. 5

Addì, 4/04/2018 ore 10.00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", si è riunita in seduta privata la Commissione nominata con deliberazione n. 1217/2017 nelle persone dei Signori:

- Dott.ssa Agnese Foddìs – Presidente
- Dott.ssa Michela Pellecchia – Componente
- Dott.ssa Valeria Matta – Componente supplente
- Dott. Andrea Casu – Segretario

per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i Sig.ri di cui all'elenco allegato **(All. A pag. 1)**.

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i Componenti e del Segretario, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati integralmente i precedenti verbali, dichiara aperta la seduta.

La Commissione preliminarmente da atto che:

- a) Nella pubblica seduta del 20/6/2017, si è proceduto all'apertura dei plichi e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione, ammettendo alle successive fasi, 8 delle 11 ditte partecipanti;
- b) In sede di soccorso istruttorio, sono state ammesse alla gara anche le ditte Cook e Teleflex;
- c) In seduta privata del 27/03/2018, del cui verbale si fornisce in odierna sede integrale lettura, la Commissione, sulla base della disamina delle schede tecniche, ha proceduto alla verifica della conformità dei prodotti offerti a quanto richiesto in capitolato e alla attribuzione dei punteggi per parametri.

Terminata la fase relativa alla comunicazione della valutazione tecnica, la Commissione dà avvio alla fase relativa all'apertura delle offerte economiche, dando atto che poco prima della presente riunione il Segretario supplente ha provveduto a ritirare il plico contenente le offerte economiche delle Ditte partecipanti, che era stato depositato al termine della seduta del 20/06/2017 nella cassaforte situata presso l'Ufficio Protocollo generale.

Dopo aver constatato la perfetta integrità dei sigilli della busta contenente il plico con l'offerta economica, la Commissione procede all'apertura dello stesso, dando lettura del contenuto **(All. B pag. 9)**.

Si procede all'aggiudicazione provvisoria dei 19 lotti di gara:

- 1 MEDTRONIC
- 2 BAXTER
- 3 non aggiudicato
- 4 SEDA
- 5 non aggiudicato
- 6 non aggiudicato
- 7 non aggiudicato
- 8 non aggiudicato
- 9 MEDTRONIC
- 10 non aggiudicato
- 11 non aggiudicato
- 12 non aggiudicato
- 13 non aggiudicato
- 14 SEDA
- 15 SEDA
- 16 SEDA
- 17 SEDA
- 18 SEDA
- 19 non aggiudicato

Su esplicita richiesta del Presidente i presenti dichiarano di non avere ulteriori eccezioni od obiezioni da sollevare rispetto alle procedure seguite, alla valutazione svolta. Ultimati i lavori, la riunione ha termine.
Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari 4/04/2018

- Dott.ssa Agnese Foddìs –
- Dott.ssa Michela Pellecchia –
- Dott.ssa Valeria Matta –
- Dott. Andrea Casu –



Procedura aperta per fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. CIG

Allegato A al VERBALE N. 5

Nome ditta	FIRMA rappresentante
▪ BAXTER	<i>[Handwritten signature]</i>
▪ BRAUN	
▪ COOK	
▪ DIALMEDICA	<i>[Handwritten signature]</i>
▪ FRESENIUS	<i>[Handwritten signature]</i>
▪ MEDTRONIC	
▪ MERIT MEDICAL	<i>[Handwritten signature]</i>
▪ NIPRO	
▪ SEDA	<i>[Handwritten signature]</i>
▪ TELEFLEX	<i>[Handwritten signature]</i>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


PROCEDURA APERTA FORNITURA CATETERI ANNI 3 CON OPZIONE RINNOVO ANNI 2 - LOTTO 1

Base d'asta annuale 14500 Base d'asta indicata in capitolato
 $A_i \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia}$
 $A_i > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$
 Calcolo coefficienti C_i

DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i	Punti
FRESENIUS	€ 11.000,00	24,14%	0,627	18,81
SEDA	€ 12.000,00	17,24%	0,448	13,43
MEDTRONIC	€ 6.400,00	55,86%	1,000	30,00
BAXTER	€ 8.500,00	41,38%	0,932	27,95

punteggio parziale e totale			
DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale
FRESENIUS	62,00	18,81	80,81
SEDA	70,00	13,43	83,43
MEDTRONIC	66,00	30,00	96,00
BAXTER	67,00	27,95	94,95

Graduatoria di merito			
MEDTRONIC	66,00	30,00	96,00
BAXTER	67,00	27,95	94,95
SEDA	70,00	13,43	83,43
FRESENIUS	62,00	18,81	80,81



LOTTO 2

annuale Base d'asta 5280 Base d'asta indicata in capitolato
 Base d'asta A_{max} 32,29% Ribasso dell'offerta più conveniente
 A_{soglia} 25,52% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta
 punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo
 X 0,9

$C_i = X * A_i / A_{soglia}$
 $C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Calcolo coefficienti C_i

offerte economiche				
DITTE	Offerta	Ribasso %	C _i	Punti
SEDA	€ 4.290,00	18,75%	0,661	19,84
BAXTER	€ 3.575,00	32,29%	1,000	30,00

punteggio parziale e totale			
DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale
SEDA	70,00	19,84	89,84
BAXTER	67,00	30,00	97,00

graduatoria di merito			
BAXTER	67,00	30,00	97,00
SEDA	70,00	19,84	89,84

Handwritten signature

Handwritten initials

LOTTO 4

annuale Base d'asta 1500 Base d'asta indicata in capitolato
 Base d'asta 8,00% Ribasso dell'offerta più conveniente
 A_{max} 8,00% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta
 A_{soglia} 30 Punteggio max attribuito al prezzo
 punti prezzo 0,9

$A_1 \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_1 / A_{soglia}$
 $A_1 > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_1 - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Calcolo coefficienti C_i

offerte economiche			
DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i
SEDA	€ 1.380,00	8,00%	0,900
			Punti 27,00

punteggio parziale e totale		
DITTE	Punti Qualità	Totale
SEDA	70,00	97,00

graduatoria di merito		
SEDA	70,00	97,00

[Handwritten signature]

lotto 9

annuale Base d'asta 3500 Base d'asta indicata in capitolato
 A_{max} 18,00% Ribasso dell'offerta più conveniente Calcolo coefficienti C_i
 A_{soglia} 18,00% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta

$C_i = X * A_i / A_{soglia}$
 $C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

punti prezzo X 0,9 Punteggio max attribuito al prezzo

offerte economiche				
DITTE	Offerta	Ribasso %	C _i	Punti
Medtronic	€ 2.870,00	18,00%	0,900	27,00

punteggio parziale e totale		
DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo
Medtronic	66,00	27,00
	Totale	93,00

graduatoria di merito	
Medtronic	66,00
	27,00
	93,00

LOTTO 14

annuale 5680 Base d'asta indicata in capitolato

A_{max} 1,41% Ribasso dell'offerta più conveniente

A_{soglia} 1,41% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta

punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo

Calcolo coefficienti C_i

$A_i \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia}$

$A_i > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_m - A_{soglia})]$

X 0,9 offerte economiche

DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i	Punti
SEDA	€ 5.600,00	1,41%	0,900	27,00

punteggio parziale e totale

DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale
SEDA	70,00	27,00	97,00

graduatoria di merito

SEDA	70,00	27,00	97,00
------	-------	-------	-------

Handwritten signatures and initials, including a stylized signature and the initials 'D.M.'.

Base d'asta annuale 2200 Base d'asta indicata in capitolato
 A_{max} 13,64% Ribasso dell'offerta più conveniente
 A_{soglia} 13,64% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta
 punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo
 X 0,9

Calcolo coefficienti C_i

$A_i \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia}$
 $A_i > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

offerte economiche			
DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i
SEDA	€ 1.900,00	13,64%	0,900
			27,00

punteggio parziale e totale		
DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo
SEDA	70,00	27,00
		Totale
		97,00

graduatoria di merito		
SEDA	70,00	27,00
		97,00





LOTTO 16

Base d'asta annuale 1475 Base d'asta indicata in capitolato
 5,08% Ribasso dell'offerta più conveniente Calcolo coefficienti C_i
 $A_1 \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia}$
 $A_1 > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

A_{max} 5,08% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta
 A_{soglia} 30 Punteggio max attribuito al prezzo

X 0,9 offerte economiche

DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i	Punti
SEDA	€ 1.400,00	5,08%	0,900	27,00

punteggio parziale e totale

DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale
SEDA	70,00	27,00	97,00

graduatoria di merito

SEDA	70,00	27,00	97,00
------	-------	-------	-------

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'F' and 'S.M.'.

LOTTO 17

Base d'asta annuale 1900 Base d'asta indicata in capitolato
 A_{max} 5,53% Ribasso dell'offerta più conveniente
 A_{soglia} 5,53% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta
 punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo
 X 0,9

$A_i \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia}$
 $A_i > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Calcolo coefficienti C_i

offerte economiche			
DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i
SEDA	€ 1.795,00	5,53%	0,900

punteggio parziale e totale		
DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo
SEDA	70,00	27,00
MEDTRONIC	NC	
graduatoria di merito		
SEDA	70,00	97,00

SEDA

LOTTO 18

annuale Base d'asta 44800 Base d'asta indicata in capitolato
 Base d'asta 44800 Base d'asta indicata in capitolato
 A_{max} 6,56% Ribasso dell'offerta più conveniente
 6,56% Ribasso dell'offerta più conveniente
 A_{soglia} 6,56% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta
 Media aritmetica dei ribassi dell'offerta
 punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo
 Punteggio max attribuito al prezzo

Calcolo coefficienti C_i

$A_i \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia}$
 $A_i > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i	Punti
SEDA	41.860,00	6,56%	0,900	27,00

punteggio parziale e totale		
DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo
DIAL MEDICA	nc	
SEDA	70,00	27,00
MEDTRONIC	NC	
TELEFLEX	NC	
Totale		97,00

graduatoria d'incarico		
SEDA	70,00	27,00
		97,00

[Handwritten signatures and initials]

Vetrina Convenzioni

<u>Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>
<u>Gas Naturale 10. Bando Numero: 1618036</u>	7	Convenzione attiva	07/03/2018
<u>Convenzione stipulata dalla Città metropolitana di Milano per l'acquisto dei servizi di "Vigilanza armata" Lotto 1 – Iniziativa riservata agli Enti locali della: Città metropolitana di Milano; Provincia di Monza e della Brianza; Provincia di Lecco; Provincia di Como; Provincia di Sondrio; Provincia di Varese. Bando Numero: 1847864</u>	15	Convenzione attiva	28/02/2018
<u>Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7. Bando Numero: 1552039</u>	7	Convenzione attiva	27/12/2017
<u>Energia elettrica 15. Bando Numero: 1620954</u>	7	Convenzione attiva	22/12/2017
<u>Licenze Software DELL EMC – OpenText. Bando Numero: 1421873</u>	12	Convenzione attiva	22/12/2017
<u>Apparecchiature multifunzione 28 - noleggio. Bando Numero: 1457305</u>	12	Convenzione attiva	21/12/2017
<u>Autoveicoli in noleggio per le Forze di Sicurezza. Bando Numero: 1289292</u>	9	Convenzione attiva	21/12/2017
<u>Carte di credito 5. Bando Numero: 1387583</u>	15	Convenzione attiva	30/11/2017
<u>Pc Desktop 15. Bando Numero: 1116205</u>	12	Convenzione attiva	30/11/2017
<u>Tecnologie Server 1. Bando Numero: 1426275</u>	12	Convenzione attiva	09/11/2017
<u>Buoni pasto elettronici 1. Bando Numero: 910712</u>	8	Convenzione attiva	26/10/2017
<u>Licenze d'uso IBM Passport 3. Bando Numero: 1398609</u>	12	Convenzione attiva	25/10/2017
<u>Licenze d'uso Oracle 3. Bando Numero: 1420025</u>	12	Convenzione attiva	24/10/2017
<u>Acquisto autovetture protette 2. Bando Numero: 1364096</u>	9	Convenzione attiva	02/10/2017
<u>Apparecchiature Multifunzione 27 - noleggio. Bando Numero: 1292353</u>	12	Convenzione attiva	03/08/2017
<u>Stampanti 15. Bando Numero: 1285591</u>	12	Convenzione attiva	31/07/2017
<u>Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione PO 2014-2020. Bando Numero: 977663</u>	15	Convenzione attiva	28/07/2017
<u>Aghi e Siringhe. Bando Numero: 1132688</u>	5	Convenzione attiva	19/04/2017
<u>Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi. Bando Numero: 965009</u>	12	Convenzione attiva	22/03/2017
<u>Microsoft Enterprise Agreement 4. Bando Numero: 1282561</u>	12	Convenzione attiva	15/03/2017
<u>Licenze d'uso Microsoft Government Open License 3. Bando Numero: 1281189</u>	12	Convenzione attiva	15/03/2017
<u>Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità' ed. 2. Bando Numero: 527108</u>	2	Convenzione attiva	10/01/2017
<u>Autoveicoli in noleggio 12. Bando Numero: 1158843</u>	9	Convenzione attiva	12/12/2016
<u>Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro. Bando Numero: 809180</u>	12	Convenzione attiva	30/11/2016
<u>Tomografi PET/CT. Bando Numero: 829059</u>	5	Convenzione attiva	10/11/2016
<u>Ecotomografi 4. Bando Numero: 963427</u>	5	Convenzione attiva	10/06/2016
<u>Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9. Bando Numero: 806226</u>	7	Convenzione attiva	08/04/2016
<u>Buoni pasto 7. Bando Numero: 665940</u>	8	Convenzione attiva	23/03/2016
<u>Tomografi Computerizzati (TC) 2. Bando Numero: 294830</u>	5	Convenzione attiva	11/02/2016
<u>Stampanti 14. Bando Numero: 659799</u>	6	Convenzione attiva	11/01/2016

Vetrina Convenzioni

<u>Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>
<u>Tomografi a risonanza magnetica 2. Bando Numero: 407471</u>	5	Convenzione attiva	11/01/2016
<u>Microsoft Enterprise Agreement 3. Bando Numero: 858964</u>	12	Convenzione attiva	16/12/2015
<u>TC simulatori per radioterapia. Bando Numero: 682630</u>	5	Convenzione attiva	05/11/2015
<u>Autovetture per la tutela del territorio. Bando Numero: 684621</u>	9	Convenzione attiva	30/10/2015
<u>CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6. Bando Numero: 683542</u>	7	Convenzione attiva	23/10/2015
<u>Server 10. Bando Numero: 681727</u>	12	Convenzione attiva	08/10/2015
<u>Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. Bando Numero: 97379</u>	2	Convenzione attiva	29/04/2015
<u>Telefonia mobile 6. Bando Numero: 190012</u>	12	Convenzione attiva	02/04/2015
<u>Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696</u>	11	Convenzione attiva	14/11/2014
<u>Stampanti 13. Bando Numero: 341003</u>	6	Convenzione attiva	15/09/2014
<u>Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637</u>	2	Convenzione attiva	20/12/2013
<u>Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725</u>	2	Convenzione attiva	22/11/2013

SEDA S.p.A.
Via Tolstoj, 7
20090 Trezzano s/Naviglio MI
P.IVA IT01681100150



Aliquota I.V.A. applicabile 4%

Prezzo di listino: Euro 140,00 a pezzo

(centoquaranta,00)

Prezzo a Voi riservato: Euro 69,00 a pezzo

(sessantanove,00)

(Classe 059)

Catalogo DSP138SE

13FX20CM KIT DUO-SPLIT

Venduto in confezioni da 10 pezzi

DM: 6427, CND F900201

Aliquota I.V.A. applicabile 4%

Prezzo di listino: Euro 140,00 a pezzo

(centoquaranta,00)

Prezzo a Voi riservato: Euro 69,00 a pezzo

(sessantanove,00)

LOTTO 14 - Q.TA' 20 KIT CATETERE TUNNELLIZZATO TIPO TESIO

DOPPIO CANNULA PER EMODIALISI APPROCCIO LATO DX E SX:

(Classe 059)

Catalogo BFX-6SE

TESIO - Catetere in poliuretano a lungo

termine per emodialisi

a doppia cannula, con mandrino.

cod BFL-6SE - 10FX52CM KIT TESIO POL. LATO SX C/S

cod BFR-6SE - 10FX52CM KIT TESIO POL. LATO DX C/S

SEDA S.p.A.
un procuratore
Patrizia Cedrati

SEDA S.p.A.
Via Tolstoi, 7
20090 Trazzano s/Naviglio MI
P.IVA IT01681100160

Pagina 4 / 12

DM: 6427, CND F900201

Aliquota I.V.A. applicabile 4%

Prezzo di listino: Euro 140,00 a pezzo

~~(centoquaranta,00)~~

Prezzo a Voi riservato: Euro 69,00 a pezzo

(sessantanove,00)

(Classe 059)

Catalogo DSP138SE

13FX20CM KIT DUO-SPLIT

Venduto in confezioni da 10 pezzi

DM: 6427, CND F900201

Aliquota I.V.A. applicabile 4%

Prezzo di listino: Euro 140,00 a pezzo

(centoquaranta,00)

Prezzo a Voi riservato: Euro 69,00 a pezzo

(sessantanove,00)

LOTTO 4 - Q.TA' 20 KIT PER CATETERE A BREVE TERMINE

BILUME RETTO PER FEMORALE A PUNTE FLOTTANTI IN

POLIURETANO:

(Classe 059)

Catalogo DSP136SE

13FX15CM KIT DUO-SPLIT

Venduto in confezioni da 10 pezzi

DM: 6427, CND F900201

Handwritten signature
Nota

Handwritten mark

SEDA S.p.A.
un procuratore
Patrizia Cedrati

Pagina 6 / 12

cod BFS-6SE - 10FX52CM KIT TESIO POL. LATO DX C/S

Venduto in confezioni da 5 pezzi

DM: 6311, CND F900202

Aliquota I.V.A. applicabile 4%

Prezzo di listino: Euro 584,00 a pezzo

(cinquecentoottantaquattro,00)

Prezzo a Voi riservato: Euro 280,00 a pezzo

(duecentoottanta,00)

LOTTO 15 - Q.TA' 10 KIT CATETERE TUNNELIZZATO TIPO TESIO

PER EMODIALISI MONOLUME APPROCCIO LATO DX E SX:

(Classe 059)

Catalogo BFXS

KIT TESIO catetere singolo in poliuretano.

cod BFSL - 10FX52CM KIT TESIO SINGOLO POL. SX

cod BFRS - 10FX52CM KIT TESIO SINGOLO POL. DX

cod BFSS - 10FX52CM KIT TESIO SING POL. MAGRI

Venduto in confezioni da 5 pezzi

DM: 6311, CND F900202

Aliquota I.V.A. applicabile 4%

Prezzo di listino: Euro 370,00 a pezzo

(trecentosettanta,00)

Prezzo a Voi riservato: Euro 190,00 a pezzo

(centonovanta,00)

LOTTO 16 - Q.TA' 5 KIT PER CATETERE TUNNELIZZATO TIPO

SEDA S.p.A.
un procuratore
Patrizia Cedrati

DOPPIO LUME:

(Classe 059)

Catalogo SSTXXSE

~~KIT CATETERI SPLIT STREAM CON MANDRINO:~~

accesso permanente per dialisi a doppio lume,
in poliuretano Carbothane, cuffia dacron,
diam. 14Fr, estensioni removibili, punte
separabili e possibilità di inserimento con
tecnica retrograda.

cod SST24SE - 14Fx24CM KIT SPLIT STREAM C/STILETT

cod SST28SE - 14FX28CM KIT SPLIT STREAM C/STILETT

cod SST32SE - 14FX32CM KIT SPLIT STREAM C/STILETT

Venduto in confezioni da 5 pezzi

DM: 6328, CND F900202

Aliquota I.V.A. applicabile 4%

Prezzo di listino: Euro 568,00 a pezzo

(cinquecentosessantotto,00)

Prezzo a Voi riservato: Euro 299,00 a pezzo

(duecentonovantanove,00)

LOTTO 19 - Q.TA' 40 ESTENSIONE CATETERE DI TESIO VENA E

ARTERIA:

(Classe 059)

Catalogo BF11A

Estensione terminale diritta arteriosa

SEDA S.p.A.
Il Procuratore
Pamela Cedrao

ALL. C 5 Fg. 14

SEDA S.p.A.
Via Tolstoj, 7
20080 Trezzano s/Naviglio MI
P.IVA IT01681100160



Pagina 9 / 12

(rossa) con clamp per catetere di Tesio in
poliuretano 10F.

Venduto in confezioni da 10 pezzi

DM: 55319, CND F9080

Aliquota I.V.A. applicabile 4%

Prezzo di listino: Euro 36,00 a pezzo

(trentasei,00)

Prezzo a Voi riservato: Euro 16,90 a pezzo

(sedici,90)

(Classe 059)

Catalogo BF11V

Estensione terminale diritta venosa (blu) con
clamp per catetere di Tesio in poliuretano
10F.

Venduto in confezioni da 10 pezzi

DM: 55319, CND F9080

Aliquota I.V.A. applicabile 4%

Prezzo di listino: Euro 36,00 a pezzo

(trentasei,00)

Prezzo a Voi riservato: Euro 16,90 a pezzo

(sedici,90)

(Classe 059)

Catalogo PBF11A

ESTENSIONE ARTER. PER TESIO PED. 6.5F

Handwritten signature: P. Cedrati

Handwritten signature: P. Cedrati

SEDA S.p.A.
un procuratore
Patrizia Cedrati

SEDA S.p.A.
Via Tolstol, 7
20090 Trezzano s/Naviglio MI
P.IVA IT01681100150

Pagina 10 / 12

Venduto in confezioni da 10 pezzi

DM: 55319, CND F9080

Aliquota I.V.A. applicabile 4%

~~Prezzo di listino: Euro 36,00 a pezzo~~

(trentasei,00)

Prezzo a Voi riservato: Euro 16,90 a pezzo

(sedici,90)

(Classe 059)

Catalogo PBF11V

ESTENSIONE VENOSA PER TESIO PED. 6.5F

Venduto in confezioni da 10 pezzi

DM: 55319, CND F9080

Aliquota I.V.A. applicabile 4%

Prezzo di listino: Euro 36,00 a pezzo

(trentasei,00)

Prezzo a Voi riservato: Euro 16,90 a pezzo

(sedici,90)

(Classe 059)

Catalogo SSAE

ESTENSIONE ARTERIOSA PER SPLIT STREAM

Venduto in confezioni da 10 pezzi

DM: 55319, CND F9080

Aliquota I.V.A. applicabile 4%

Prezzo di listino: Euro 47,00 a pezzo

Polini testio l

Polini

Polini

Polini

SEDA S.p.A.
Via Tolstoj, 7
20090 Trezzano s/Naviglio MI
P.IVA IT01681100150

ALL. " C " Pag. N. 7 di Fg. 14

Pagina 12 / 12

riscontro, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Trezzano sul Naviglio, 09/06/2017

Preventivo numero 2017 - OF 000590 SC/TC

Politecnico

Stella

EL

Q

SEDA S.p.A.
Via Tolstoj, 7
20090 Trezzano s/Naviglio MI
P.IVA IT01681100150

(quarantasette,00)

Prezzo a Voi riservato: Euro 16,90 a pezzo

(sedici,90)

Kalle

(Classe 059)

Catalogo SSVE

ESTENSIONE VENOSA PER SPLIT STREAM

Venduto in confezioni da 10 pezzi

DM: 55319, CND F9080

Aliquota I.V.A. applicabile 4%

Prezzo di listino: Euro 36,00 a pezzo

(trentasei,00)

Prezzo a Voi riservato: Euro 16,90 a pezzo

(sedici,90)

re

COSTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA EURO: 73.661,00

(SETTANTATREMILASEICENTOSSESSANTUNO,00)

COSTI PER LA SICUREZZA EURO: 481,47

(QUATTROCENTOTTANTUNO,47).

Si dichiara, inoltre:

- che i prodotti offerti sono di produzione Medical Components Inc. USA;

- che la presente offerta è valida 180 giorni decorrente dal termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte.

q

RingraziandoVi ed in attesa di un Vostro cortese cenno di

Federico

ALL. " C " Pag. N. 9 di Fg. 19

Handwritten signatures and initials:
f. Colli
P.S.
Q



Medtronic

Medtronic Italia S.p.A.
Via Varesina, 162
20156 Milano
Tel. +39 02 24137.1
Fax +39 02 241381

Spettabile
Azienda Ospedaliera G.Brotzu
Piazzale Alessandro Ricchi 1
09134 Cagliari CA

Milano, 12 Giugno 2017
Nostro protocollo N: ITT0010328/17/SDAM

Oggetto: Procedura aperta per fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. CIG vari.

La scrivente **MEDTRONIC ITALIA S.p.A.** con sede a Milano, Via Varesina 162, numero fax 02.241381, PEC (posta elettronica certificata): medtronicitalia.gare@legalmail.it , Codice Fiscale e Partita IVA n. 09238800156, codice attività: 51462, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano - al n. 09238800156 - REA (Repertorio Economico Amministrativo) al n. 1275682 - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette territorialmente competente: Milano - Settore Grandi Contributi - Via Manin 27, nella persona del Procuratore MARIA PATANE', nato a CATANIA (CT), il 09/05/1971 e residente a MILANO (MI) in Sforza Ascanio, 57 codice fiscale: PTNMRA71E49C351Y, nominato con Atto del 30/05/2016 n. 13.789, banca d'appoggio BANK OF AMERICA N.A. - Via Manzoni, 5 - 20121 MILANO - A.B.I. 03380 C.A.B. 01600 C/C 12510016 Codice IBAN IT07A0338001600000012510016 Codice CIN: A, con la presente

OFFRE QUANTO SEGUE

LOTTO	CFN	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	QTA FABBISOGNO	PREZZO UNITA' MINIMA OFF.TA	PREZZO OFFERTO CONFEZ. NE	IVA
1	8813817009	Kit catetere MAHURKAR a doppio lume Laser Cut 13,5 cm 11,5 Fr. estensione curva. Confezione indivisibile da 5 unità. Volume arterioso priming 1,1 cc; Volume venoso priming 1,2 cc CND:F900201 Repertorio:171832 Classe CE: Classe IIa Certificato CE: G1160473826042 Ditta Produttrice: Covidien Ilc - Mansfield	€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00)		€ 32,00 (trentadue/00)	€ 160,00 (centosessanta/00)	4%

Medtronic

LOTTO	CFN	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	QTA FABBISOGNO	PREZZO UNITA' MINIMA OFFERTA	PREZZO OFFERTO CONFEZIONE	IVA
1	8830415003	Kit catetere MAHURKAR a doppio lume Laser Cut 16 cm 11,5 Fr. estensione curva. Confezione indivisibile da 5 unità. Volume arterioso priming 1,2 cc; Volume venoso priming 1,3 cc CND:F900201 Repertorio:1333992 Classe CE: Classe IIa Certificato CE: G1160473826042 Ditta Produttrice: Covidien llc – Mansfield	€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00)		€ 32,00 (trentadue/00)	€ 160,00 (centosessanta/00)	4%
1	8813793013	Kit catetere MAHURKAR a doppio lume Laser Cut 19,5 cm 11,5 Fr. estensione curva. Confezione indivisibile da 5 unità. Volume arterioso priming 1,3 cc; Volume venoso priming 1,4 cc CND:F900201 Repertorio:171829 Classe CE: Classe IIa Certificato CE: G1160473826042 Ditta Produttrice: Covidien llc – Mansfield	€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00)	200 PZ TOTALI	€ 32,00 (trentadue/00)	€ 160,00 (centosessanta/00)	4%

TOTALE COMPLESSIVO LOTTO 1: € 6.400,00 euroseimilaquattrocento

Nota

5

Medtronic

LOTTO	CFN	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	QTA FABBISOGNO	PREZZO UNITA' MINIMA OFFERTA	PREZZO OFFERTO CONFEZIONE	IVA
8	8817232019	Catetere Quinton a singolo lume 29,5 cm 8 Fr estensione dritta. Confezione indivisibile da 5 unità. Lungh. cm 29; Volume priming cc 1,2 CND:F900201 Repertorio:1333969 Classe CE: Classe IIa Certificato CE: G1160473826042	€ 125,00 (centoventicinque/00)	100 PZ	€ 17,00 (diciassette/00)	€ 85,00 (ottantacinque/00)	4%
		Ditta Produttrice: Covidien llc – Mansfield					

TOTALE COMPLESSIVO LOTTO 8: € 1.700,00 euromillesettecento

LOTTO	CFN	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	QTA FABBISOGNO	PREZZO UNITA' MINIMA OFFERTA	PREZZO OFFERTO CONFEZIONE	IVA
9	8888345603HP	Kit catetere MAHURKAR a triplo lume per alte pressioni 13 cm, 12 Fr. estensione curva. Confezione indivisibile da 5 unità da 0. CND:F900201 Repertorio:856835 Classe CE: Classe IIa Certificato CE: G1160473826042	€ 635,00 (seicentotrentacinque/00)		€ 41,00 (quarantuno/00)	€ 205,00 (duecentocinque/00)	4%
		Ditta Produttrice: Covidien llc – Mansfield					
9	8888345611HP	Kit catetere MAHURKAR a triplo lume per alte pressioni 16 cm, 12 Fr. estensione curva. Confezione indivisibile da 5 unità da 0. CND:F900201 Repertorio:513858 Classe CE: Classe IIa Certificato CE: G1160473826042	€ 635,00 (seicentotrentacinque/00)		€ 41,00 (quarantuno/00)	€ 205,00 (duecentocinque/00)	4%
		Ditta Produttrice: Covidien llc – Mansfield					

Nota

ALL. "C" 12 di Fg. 14



Medtronic

9	8888345629HP	Kit catetere MAHURKAR a triplo lume per alte pressioni 20 cm, 12 Fr. estensione curva. Confezione indivisibile da 5 unità da 0. CND:F900201 Repertorio:513860 Classe CE: Classe IIa Certificato CE: G1160473826042 Ditta Produttrice: Covidien llc - Mansfield	€ 635,00 (seicentotrentacinque/00)	70 PZ TOTALI	€ 41,00 (quarantuno/00)	€ 205,00 (duecentocinque/00)	4%
---	--------------	---	------------------------------------	-----------------	-------------------------	------------------------------	----

TOTALE COMPLESSIVO LOTTO 9: € 2.870,00 euro duemilaottocentoseventanta

LOTTO	CFN	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	QTA FABBISOGNO	PREZZO UNITA' MINIMA OFFERTA	PREZZO OFFERTO CONFEZIONE	IVA
17	8834369001	Kit catetere Quinton PERMACATH a doppio lume 28 cm. Confezione indivisibile da 5 unità. CND:F900202 Repertorio:1334002 Classe CE: Classe III Certificato CE: G1160473826042 Ditta Produttrice: Covidien llc - Mansfield	€ 1.050,00 (millecinquantanta/00)	5 PZ TOTALI	€ 205,00 (duecentocinque/00)	€ 1.025,00 (milleventicinque/00)	4%

TOTALE COMPLESSIVO LOTTO 17: € 1.025,00 euro milleventicinque

ALL. " C " Fog. 14 #Fg. 14



Baxter

I costi della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, d.lgs 50/2016 sono pari all' 1% dell'importo totale della fornitura (€ 107,25 centosette/25).

Validità offerta: 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In fede,

BAXTER S.p.A.
Ludovica Tiberio
Procuratore



Sede Legale e Amministrativa

Baxter S.p.A.

Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma

Tel (+39) 06 324911 – Fax (+39) 06 3221643

Sito Internet: www.baxteritalia.it

Capitale Sociale € 7.000.000,00 i.v. – Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA – C.F. 00492340583 - P. IVA: 00907371009 – Nr. REA 323287

Indirizzo PEC: baxterspa@pec.baxter.com

Warehouse & Distribution

Viale Trentino 18/20, 35043 Monselice PD

Tel (+39) 0429 768501 – Fax (+39) 0429 768 590

Field Technical Service

Via Camurana 71, 41036 Medolla MO

Tel (+39) 0535 50411 – Fax (+39) 0535 25960

ALL. n. C. 13 di Fg. 14

tel. nota



Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDICI/00
 00000542 00000088 W00P2001
 00058227 22/04/2016 07:36:12
 4578-00088 D8DD082355A241AD
 IDENTIFICATIVO 01150912884205



Baxter

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU
 PIAZZALE RICCHI, 1
 09134 CAGLIARI

Roma, 07/06/2017

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica per le strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione per il periodo di 3 anni con opzione di rinnovo per anni 2.

OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 2

La sottoscritta Ludovica Tiberio nata a Roma il 28/12/1979, domiciliata per la carica ove appresso, in qualità di Procuratore della Baxter S.p.A. con Sede Legale in P.le dell'Industria n. 20 Roma, C.F. N. 00492340583 - P.I. N. 00907371009 (società soggetta a direzione e coordinamento di Baxter International Inc - Stati Uniti d'America), dichiara di offrire quanto segue:

Codice: 101806

GSK-815J - Kit con catetere a breve termine monolume precurvato (8 F - lungh. 15 cm)
 CND: F900201 N. REPERTORIO: 79365/R MARCHIO CE 0086 - CLASSE III
 Confezione: 5 pezzi Validità: 60 mesi
 Prodotto da: GAMBRO KATHETERTECHNIK
 Prezzo offerto unitario al netto Iva: Euro 32,50 (Trentadue/50)
 Aliquota IVA %: 4 (Quattro)

Codice: 100824

GSK-820J - Kit con catetere a breve termine monolume precurvato (8 F - lungh. 20 cm)
 CND: F900201 N. REPERTORIO: 156430/R MARCHIO CE 0086 - CLASSE III
 Confezione: 5 pezzi Validità: 60 mesi
 Prodotto da: GAMBRO KATHETERTECHNIK
 Prezzo offerto unitario al netto Iva: Euro 32,50 (Trentadue/50)
 Aliquota IVA %: 4 (Quattro)

Q.tà offerta annuale: 110
 Totale annuale lotto N. 2 al netto Iva: Euro 3.575,00 (Tremilacinquecentosettantacinque/00)
 Totale triennale lotto N. 2 al netto Iva: Euro 10.725,00 (Diecimilasettecentoventicinque/00)

Sede Legale e Amministrativa
 Baxter S.p.A.
 Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma
 Tel (+39) 06 324911 - Fax (+39) 06 3221643
 Sito Internet: www.baxteritalia.it
 Capitale Sociale € 7.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA - C.F. 00492340583 - P. IVA: 00907371009 - Nr. REA 323287
 Indirizzo PEC: baxterspa@pec.baxter.com

Warehouse & Distribution
 Viale Trentino 18/20, 35043 Monselice PD
 Tel (+39) 0429 768501 - Fax (+39) 0429 768 590

Field Technical Service
 Via Camurana 71, 41036 Medolla MO
 Tel (+39) 0535 50411 - Fax (+39) 0535 25960