



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 10 OTT. 2018 Deliberazione 2191

**Oggetto: Autorizzazione a contrarre con Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura in Service di 3 iniettori per mezzo di contrasto per indagini diagnostiche TC e del relativo materiale di consumo, destinati alle SSCC di Radiologia dell'A.O.B. Durata 2 anni. Importo annuale a base d'asta € 110.000,00 IVA esclusa.**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 OTT. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale coadiuvato da	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

*Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi*

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.  
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;  
il Dlgs n. 50/2016 s.m.i.;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 1959 del 01.10.2018 (All."A" fg. 10), con cui il Direttore della Farmacia ha trasmesso la richiesta del Responsabile della S.C. Radiologia, avente ad oggetto la fornitura biennale in Service di 3 iniettori per mezzo di contrasto per indagini diagnostiche TC e del relativo materiale di consumo, destinati alle SS CC di Radiologia dell'A.O.B.;
- RILEVATO** che la durata della fornitura in argomento è pari a 2 anni, per un importo annuale a base d'asta di € 110.000,00 oltre IVA di Legge;
- CONSIDERATO** che a norma delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, è in corso un'indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di apposito avviso per 15 giorni consecutivi sul sito internet aziendale;
- VISTA** la lettera d'invito e il capitolato (All."B" fg. 9), contenenti tutte le clausole contrattuali essenziali;
- DATO ATTO** che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 22.12.2015, per un importo pari a € 225,00;
- ATTESO** che ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- ATTESO** altresì che ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e dell'art. n. 31 del D. Lgs. n. 50/16 si deve procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento;
- VISTI** il D.lgs. n. 50/16, il D.P.R. n. 207/10, la L.R. n. 10/06 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**D E L I B E R A**

*Per i motivi indicati in premessa:*

R



segue Deliberazione n 2191 del 10 OTT. 2018

- per i motivi esplicitati in premessa, di autorizzare il ricorso alla Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura biennale in Service di 3 iniettori per mezzo di contrasto per indagini diagnostiche TC e del relativo materiale di consumo, destinati alle SS CC di Radiologia dell'AOB, per un importo annuale a base d'asta di € 110.000,00 oltre IVA di Legge;
- di approvare la relativa lettera d'invito ed il Capitolato (All."B" fg. 9), contenenti tutte le clausole contrattuali essenziali;
- di dare atto che sarà dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 22.12.2015, per un importo pari a € 225,00;
- di individuare l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nel Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi.

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu

Rif. Ass. Amm. Dott.ssa F. Aru



REC Azienda Ospedaliera Brotzu A

*Handwritten signature*

SC Farmacia

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 10

02 OTT 2018

Prot. n° 1959 del 01/10/18

NP/2018/8315  
del 02/10/2018

Al Resp. SC Serv. Acquisti Beni e Servizi  
Sede

**Oggetto: Richiesta PN per fornitura biennale in Service di "Iniettori per la somministrazione di mezzo di contrasto e relativo materiale di consumo" per le diagnostiche TC delle strutture di Radiologia della AOBrotzu.**

Si trasmette per i provvedimenti di competenza, il fabbisogno biennale di cui all'oggetto.

La spesa presunta è di € 110.000/anno + IVA

Spesa anno precedente € 110.000+ IVA.

Cordiali saluti.

Allegati: Richiesta del Direttore SC Radiologia AOB

Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

Dott.ssa G.Sanna

1

FARMACIA
17 SET. 2018

Dipartimento SC  
Struttura Complessa Radiologia  
Direttore Drssa Grazia Bitti

ALL. A Pag. N. 2 di Fg. 10

Al Direttore SC Servizio Farmacia

PERVENUTA IN FARMACIA		
17 SET. 2018	2	
Prot. N.	1881	

**Oggetto:** fornitura in Service, di n° 3 Iniettori privi di siringhe, per la somministrazione di Mezzo di Contrasto e relativo materiale di consumo per anni 2, per le diagnostiche TC delle **Strutture di Radiologia di AOBrotzu.**

## Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E BASE D'ASTA

FORNITURA IN SERVICE DI **tre(3) INIETTORI PER MEZZO DI CONTRASTO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE TC** E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE STRUTTURE DI RADIOLOGIA di AO BROTZU, COMPRENDE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E L'AGGIORNAMENTO HARDWARE SOFTWARE PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNITURA.

DURATA FORNITURA : 2 ANNI .

-IMPORTO ANNUALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA €110.000  
(n°16.000 pazienti/anno x costo unitario di base d'asta € 7+IVA).

L'importo è comprensivo del materiale di consumo, noleggio e assistenza tecnica delle apparecchiature per tutta la durata della fornitura.

La fornitura è costituita da un unico lotto e comprensiva del materiale necessario per l'esecuzione di 16.000 TC (PAZIENTI) **all'anno** e la fornitura di **n. 3 iniettori TC** nuovi di fabbrica e di ultima generazione, destinati a:

- n. 2 al PO San Michele,
- n.1 al PO Businco,

## Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E QUANTITA' PRESUNTA

**Le apparecchiature e le attrezzature medico/scientifiche** che costituiranno il sistema, dovranno essere di elevato livello qualitativo e tecnologico e rispondenti agli standard di sicurezza attualmente raggiungibili. I requisiti fondamentali richiesti per le apparecchiature sono:

- Robustezza
- Ergonomia
- Facilità di disinfezione, resistenza ai detergenti compreso il cloro, installazione su supporti aventi altezza idonea per la pulizia degli ambienti;
- Assenza di spigoli vivi o altri elementi in grado di produrre traumi;
- Semplicità d'uso della macchina per la somministrazione del MdC;
- Garanzia di totale e continuo aggiornamento hardware e software;

**Gli iniettori di Mezzo di Contrasto** devono essere privi di siringhe, a 3 canali per consentire infusioni multiple da due flaconi/sacche di mezzo di contrasto, di volume da 50 cc a 500 cc, e da un flacone/sacca di soluzione salina.

Devono possedere i seguenti sistemi di **sicurezza** :

1. sensori di bolle d'aria, al fine di prevenire ogni rischio d'iniezione di aria al paziente;
2. sistema di controllo della pressione tramite un sensore in linea nel circuito d'infusione in grado di evitare sovrappressioni e di prevenire occlusioni e stravasii.
3. Sistema anti reflusso e sistema per garantire la massima sterilità ed impedire la contaminazione batterica all'interno del flacone del MdC, e consentire il caricamento automatico del mezzo di contrasto con minime operazioni manuali.

Il sistema deve essere fornito di due consolle uguali; una installata con l'iniettore a soffitto con braccio mobile nel locale diagnostico, l'altra in sala comandi.

**Il materiale di consumo deve comprendere:**

Linee di infusione sterili, in materiale plastico, atossico, apirogeno, privo di lattice, trasparenti tali da consentire la visualizzazione del flusso di liquidi, compatibili con tutti i mezzi di contrasto presenti in commercio, di lunghezza non inferiore a 180cm.

La quantità delle linee dovrà essere tale da consentire l'esecuzione di 16.000 TC paziente /anno

La ditta dovrà indicare dettagliatamente la frequenza e la modalità di sostituzione dei consumabili, del tempo medio impiegato per le singole operazioni. Le modalità devono essere orientate alla massima praticità, economia e sterilità.

I prodotti devono essere forniti in apposito confezionamento conforme ai requisiti di legge.

Su ciascuna confezione devono essere riportati:

- numero di lotto;
- denominazione del prodotto;
- marcatura CE;
- ragione sociale del fabbricante;
- luogo e data di produzione;
- data di scadenza.

Il confezionamento e/o l'imballaggio esterno devono essere rispondenti alla normativa vigente e tali da garantire il prodotto da qualsiasi danno che ne possa pregiudicare l'utilizzo.

Ad ogni confezione devono essere allegati foglietto illustrativo e/o istruzione d'uso redatti in lingua italiana, in conformità alle normative previste.

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati. Tutti i beni devono essere installati a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga indispensabile per l'installazione e la messa in uso delle attrezzature.

**Servizio di manutenzione**

Per tutta la durata del Service la ditta deve garantire la manutenzione full risk di quanto fornito garantendo le manutenzioni preventive ed un numero illimitato di interventi, su chiamata senza nessun onere aggiuntivo per l'AOB. In caso di guasto o manutenzione straordinaria, l'intervento dovrà essere garantito entro otto ore lavorative.

**Art. 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA**

Le apparecchiature e le attrezzature medico-scientifiche devono essere appropriate all'utenza, richiedere bassi costi di gestione e manutenzione semplice, avere centri di assistenza possibilmente reperibili in zona di Cagliari.

**La ditta offerente, pena esclusione, deve descrivere:**

- l'organizzazione del centro di assistenza tecnica e manutenzione, specificando sede locale e centro di riferimento;
- eventuale presenza di un magazzino in loco;
- Tempo massimo di attesa dalla chiamata per l'intervento tecnico, che non dovrà comunque essere superiore alle otto ore lavorative;
- Iniziative per ridurre quanto più è possibile i tempi di fermo macchina dovuti a guasti (es. fornitura di muletti).

**Per il periodo di durata del service dovrà dichiarare:**

- le condizioni, la frequenza e le modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su chiamata. La manutenzione dovrà prevedere un numero illimitato di interventi correttivi, la sostituzione delle parti difettose, danneggiate ed eventuali kit periodici. Aggiornamenti del software.

**Art. 4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

L'Azienda offerente dovrà inoltre presentare, oltre a quanto già indicato negli articoli precedenti e successivi, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara, la seguente documentazione pena l'esclusione:

- a) Offerta economica senza prezzi;
- b) caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte con la descrizione completa di tutte le parti sia hardware che software
- c) relazione con dettaglio della frequenza, delle componenti e della modalità di sostituzione dei consumabili.
- d) dichiarazione di accettazione di tutte le clausole del capitolato;
- e) descrizione organizzazione del centro di assistenza tecnica specificando sede locale e centro di riferimento;
- f) modalità di erogazione della manutenzione full risk come descritta nell'articolo 3;
- g) CND di appartenenza e numero di repertorio

In caso di aggiudicazione della fornitura la ditta si impegna a fornire i manuali d'uso in lingua italiana delle apparecchiature in duplice copia di cui una in formato elettronico su supporto CD o DVD;

**Art. 5 VISIONE DELLE APPARECCHIATURE**

La commissione di gara, qualora lo ritenesse necessario, si riserva di richiedere in visione le apparecchiature offerte con un adeguato campionamento di consumabili oppure di andare a visionare uguali dispositivi in siti operativi indicati dalla ditta. La scelta avverrà a discrezione della commissione.

Le spese saranno a totale carico della Ditta offerente.

**Art. 6 AGGIUDICAZIONE**

La procedura di aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i sottoelencati criteri ed elementi di valutazione. Non saranno ammesse offerte in aumento alla spesa a base di gara. L'offerta dovrà essere unica, anche con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto specificato, purché rispondente al capitolato. Le offerte multiple, modificative, sostitutive, alternative non saranno quindi considerate valide e daranno seguito all'esclusione della ditta dalla gara.

La distribuzione dei punteggi sarà la seguente:

**1) Qualità e valore tecnico: 70 (Settanta) punti.**

Verranno presi in considerazione dalla commissione tutti gli aspetti legati alla qualità e valore tecnico dedotti dalla documentazione allegata. Il punteggio sarà suddiviso secondo il seguente schema:

<b>Iniettore</b>	34	
- Caratteristiche del sistema: Ergonomia d'esercizio, Numero di allarmi e sicurezze del sistema. Volume e peso dei rifiuti da smaltire al termine della singola		18

procedura e della giornata. Software e sua praticità d'impiego.		
- Aggiornamento hardware e software.		
- Semplicità e tempi di preparazione della macchina e praticità d'uso dei dispositivi consumabili.		16
<b>Consumabili</b>	28	
- Garanzia di mantenimento della sterilità nel corso della procedura		10
- Modalità di sostituzione dei consumabili e sua semplicità		8
- Economia d'esercizio ed organizzativa (copertura 24 h)		10
<b>Assistenza</b>	8	
- Assistenza offerta in situazione di guasto e di sostituzione dell'apparecchio		4
- Presenza assistenza a livello locale		4

Le valutazioni di cui sopra saranno adeguatamente motivate e insindacabili dalla Commissione tecnica di gara.

Verrà utilizzata la seguente formula:

$$C(a) = \sum_i [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

**C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);

**W<sub>i</sub>** = punteggio attribuito al requisito i-esimo;

**V(a)<sub>i</sub>** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i-esimo variabile tra zero e uno;

**Σ<sub>i</sub>** = sommatoria degli (i) requisiti da 1 a n.

**n** = numero totale dei requisiti;

I coefficienti **V(a)<sub>i</sub>** sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

## 2) Prezzo: 30 (trenta) punti.

Per la valutazione del parametro prezzo verrà preso in considerazione il costo indicato dalla ditta per il singolo paziente.

Per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo i coefficienti verranno calcolati con la seguente formula:

per  $A_i \leq A_{soglia}$

$$C_i = X * A_i / A_{soglia}$$

Per  $A_i > A_{soglia}$

$$C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$



Dove

$A_i$  = ribasso proposto dalla ditta i-esima

$A_{soglia}$  = Media aritmetica dei ribassi dell'offerta

$X = 0.90$

$A_{max}$  = Ribasso dell'offerta più conveniente

$C_i$  = coefficiente risultante per la ditta i-esima

Il punteggio attribuito alla ditta i-esima sarà il seguente

$P_i = C_i * 30$

Il punteggio finale sarà ottenuto dalla somma dei punteggi relativi a

**1) Qualità, valore tecnico**

**2) Prezzo**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto senza che le Aziende possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

**Art. 7 INSTALLAZIONE**

La Ditta dovrà completare l'installazione entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, ovvero nei termini più brevi indicati dall'aggiudicataria nelle condizioni di fornitura indicate in sede di offerta. In caso di ritardo, verrà applicata una penale pari al 0,03‰ dell'importo dell'ordine.

**Art. 8 COLLAUDO**

Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l'addestramento e l'avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente-aggiornato in sede di contratto.

Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della ditta.

Accertamento delle prestazioni della macchina e dell'installazione

Per quanto riguarda le apparecchiature fornite ai fini del collaudo verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente. In particolare il DL 46/97 e la Guida CEI 62-148.

Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quant'altro sia inerente alla fornitura in oggetto.

La Ditta dovrà curare l'installazione ottimizzando le prestazioni del sistema in ogni sua parte.

A completamento delle verifiche la ditta aggiudicataria dovrà effettuare a suo carico le prove di sicurezza elettrica in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera;

L'accettazione del dispositivo e l'utilizzo su paziente è vincolato all'esito delle prove.

Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale

Verrà verificato che l'istruzione richiesta in capitolato e descritta in offerta sia stata erogata e si procederà all'avviamento del sistema. Eventuali ulteriori periodi di istruzione previsti in fasi più avanzate di utilizzo del dispositivo non pregiudicheranno la firma del collaudo.

Solo ad esito favorevole delle prove elencate in questo articolo verrà firmato il collaudo della fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia.

Nel caso in cui si verificano condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture.

Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull'interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al di sopra delle parti per un consulto.

Resta inteso che saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le opere di modifica, completamento e sostituzione che dovessero venire prescritte durante i controlli e le verifiche dei singoli impianti per rendere le opere funzionanti e perfettamente efficienti. In detto periodo la Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione dell'immobile e delle apparecchiature a garanzia del lavoro eseguito.

Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e le eventuali spese di disinstallazione saranno a totale carico della ditta.

#### Art. 9 FORNITURA

La Ditta dovrà completare l'installazione entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, ovvero nei termini più brevi indicati dall'aggiudicataria nelle condizioni di fornitura indicate in sede di offerta. Per quanto riguarda i consumabili deve essere garantito un deposito con forniture di due settimane reintegrabile di settimana in settimana. I tempi della fornitura deve essere concordato con la Struttura di radiologia.

#### Art. 10 PENALITA'

Verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, a partire dalla data stabilita per l'ultimazione della fornitura, espressa in giorni, e nella misura dell'importo diviso per il tempo utile.

#### Art. 11 PAGAMENTI RELATIVI ALL'APPALTO

**Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7**, l'importo della aggiudicazione e/o delle aggiudicazioni della gara in oggetto verrà pagato alla ditta aggiudicataria, previa presa in carico delle fatture ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura da parte degli Uffici o Reparti competenti.

Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse, che dovranno essere emesse nei termini di cui all'art.16 punto 2) della L.R. n.3 del 29.04.2003 (Legge finanziaria Regione Sardegna), previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo ( art. 16 punto 3 della L.R. 3/03).

La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'azienda è senz'altro esonerata da ogni responsabilità.

In caso di inadempimento a seguito di mancata fornitura da parte della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione provvederà ad addebitare a quest'ultima la maggiore spesa che l'Azienda Ospedaliera dovrà sostenere per l'acquisizione della medesima fornitura oggetto della presente richiesta di preventivo presso altra Ditta.

Con la partecipazione alla presente gara le ditte s'impegnano altresì all'osservanza

#### Art. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico della ditta. Sono del pari a carico della ditta tutte le imposte (ad eccezione dell'IVA che è a carico della Amministrazione appaltante nella misura prevista per legge.) comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge.

#### Art. 13 CLAUSOLA DI RECESSO

L'Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti

intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l'oggetto aziendale della fornitura aggiudicata. In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto allo stesso per le prestazioni rese.

#### Art. 14 CESSIONE D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, il cessionario deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187;
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste al Fornitore dal Bando di gara e dal Disciplinare.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Ospedaliera tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

#### Art. 15 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il termine di consegna, l'Amministrazione, previa contestazione mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo posta, al Legale rappresentante della Ditta, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale.

Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Amministrazione li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione può procedere a norma del Capitolato Generale.

Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

#### Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) facendo presente che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte I del Titolo II del D. Lgs. 196/2003. Dati trattati potranno essere comunicati dall'Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

#### Art. 17 AUTOTUTELA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all'aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.

#### Art. 18 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, al Capitolato Generale di Appalto, che si allega in copia e alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/23, R.D. n. 827/24 e s.m.i.), al D.Lgs. 163/06 e alle LL.RR. nn. 10/97-10/06-5/07.

Dipartimento Servizi  
Struttura Complessa Radiologia  
Direttore Drssa Grazia Bitti

Per tutte le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

CA 11-09-2018

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
S.C. di RADIOLOGIA  
Direttore: Dott. Grazia Bitti

AO Brotzu - Cagliari  
DIPARTIMENTO SERVIZI  
Dott. Giancarlo Angioni



rif. F.A.  
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Spett.<sup>le</sup> Ditta

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b" del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura in Service di 3 iniettori per mezzo di contrasto per indagini diagnostiche TC e del relativo materiale di consumo, destinati alle SS CC di Radiologia dell'A.O.B. Durata 2 anni. Importo annuale a base d'asta € 110.000,00 IVA esclusa.**

E' indetta presso il Servizio Acquisti Beni e Servizi di questa Azienda una pubblica gara a mezzo acquisto in economia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16, per l'eventuale acquisizione di quanto indicato nel capitolato allegato.

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla succitata gara per prendere parte alla quale dovrà far pervenire, presso l'Ufficio Protocollo di questa Azienda Ospedaliera, sita in Piazzale Alessandro Ricchi, 1, in Cagliari, anche con consegna a mano, i sottonotati documenti racchiusi in piego raccomandato e sigillato e recante all'esterno la dicitura "PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. "B" DEL D.LGS. N. 50/16 PER LA FORNITURA IN SERVICE DI 3 INIETTORI PER MEZZO DI CONTRASTO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE TC E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, DESTINATI ALLE SS CC DI RADIOLOGIA DELL'A.O.B. DURATA 2 ANNI. IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 110.000,00 IVA ESCLUSA."

1. **L'offerta economica**, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente, contenente il prezzo proposto così in cifre come in lettere; in caso di discordanza prevarrà il prezzo più vantaggioso per questa Amministrazione. Il preventivo, inoltre, dovrà indicare una validità minima di 180 giorni ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/18.04.16. L'offerta economica, dovrà essere formulata esprimendo il prezzo unitario e complessivo dell'offerta, specificando la percentuale di sconto sui prezzi di listino, **dovrà essere racchiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti oltre l'offerta medesima;**

2. **Il modulo DGUE** allegato alla presente, compilato in ogni sua parte, accompagnato dalla fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante;

3. Schede Tecniche;
4. Listino prezzi;
5. Copia offerta senza prezzi in carta libera;
6. Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS\*;
7. ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC pari a € 20,00;
8. la documentazione prevista espressamente dal Capitolato Speciale, con particolare riferimento a quella indicata nell'art. n. 4;
9. Patto d'integrità compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta concorrente.

L'offerta economica, che dovrà indicare il CND ed il Numero di Repertorio, dovrà essere formulata esprimendo il prezzo unitario e per confezione e specificando la percentuale di sconto sul prezzo al pubblico o altra base di riferimento.

I prezzi indicati nell'offerta dovranno essere comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio; la Ditta dovrà inoltre evidenziare l'aliquota I.V.A.

L'offerta dovrà essere per quanto possibile dettagliata e dovrà comunque riportare tutte le indicazioni necessarie alla individuazione degli articoli richiesti e i tempi di consegna.

**La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.**

Qualora le offerte pervenute, contengano clausole modificative rispetto alla presente richiesta, saranno ritenute nulle e come non presentate. Analogamente saranno ritenute nulle e quindi come non apposte, eventuali condizioni, termini, clausole a stampa o similari, indicate sugli stampati della Ditta: infatti la Ditta medesima, con la consegna dell'offerta, accetterà incondizionatamente le clausole inserite nella presente richiesta di preventivo.



AO Brotzu

**Servizio Acquisti Beni e Servizi servizi**

ALL. " B " Pag. N. 2 di Fg. 9

Il pagamento della fattura avverrà entro i termini di legge previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

La presente richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l'Amministrazione per un eventuale acquisto di quanto indicato in offerta.

Si informa che per tutte le attività e le fasi relative a tutto il procedimento, ai sensi dell'art. 31 del citato D.Lgs n. 50/18.04.16, il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi, e il Responsabile dell'Istruttoria la Dott.ssa Anna Maria Marongiu.

Distinti Saluti.

Il Direttore SC Acquisti Beni e Servizi  
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Settore Acquisiz. Beni P.I. Dott.ssa A.M.Marongiu \_\_\_\_\_  
rif. Ass. Amm.Dott.ssa F. Aru

#### Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E BASE D'ASTA

FORNITURA IN SERVICE DI **tre(3) INIETTORI PER MEZZO DI CONTRASTO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE TC** E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE STRUTTURE DI RADIOLOGIA di AO BROTZU, COMPRENDENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E L'AGGIORNAMENTO HARDWARE SOFTWARE PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNITURA.

DURATA FORNITURA : 2 ANNI .

-IMPORTO ANNUALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA €110.000

(n°16.000 pazienti/anno x costo unitario di base d'asta € 7+IVA).

L'importo è comprensivo del materiale di consumo, noleggio e assistenza tecnica delle apparecchiature per tutta la durata della fornitura.

La fornitura è costituita da un unico lotto e comprensiva del materiale necessario per l'esecuzione di 16.000 TC (PAZIENTI) **all'anno** e la fornitura di **n. 3 iniettori TC** nuovi di fabbrica e di ultima generazione, destinati a:

- n. 2 al PO San Michele,
- n.1 al PO Businco,

#### Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E QUANTITA' PRESUNTA

**Le apparecchiature e le attrezzature medico/scientifiche** che costituiranno il sistema, dovranno essere di elevato livello qualitativo e tecnologico e rispondenti agli standard di sicurezza attualmente raggiungibili. I requisiti fondamentali richiesti per le apparecchiature sono:

- Robustezza
- Ergonomia
- Facilità di disinfezione, resistenza ai detergenti compreso il cloro, installazione su supporti aventi altezza idonea per la pulizia degli ambienti;
- Assenza di spigoli vivi o altri elementi in grado di produrre traumi;
- Semplicità d'uso della macchina per la somministrazione del MdC;
- Garanzia di totale e continuo aggiornamento hardware e software;

**Gli iniettori di Mezzo di Contrasto** devono essere privi di siringhe, a 3 canali per consentire infusioni multiple da due flaconi/sacche di mezzo di contrasto, di volume da 50 cc a 500 cc, e da un flacone/sacca di soluzione salina.

Devono possedere i seguenti sistemi di **sicurezza** :

1. sensori di bolle d'aria, al fine di prevenire ogni rischio d'iniezione di aria al paziente;
2. sistema di controllo della pressione tramite un sensore in linea nel circuito d'infusione in grado di evitare sovrappressioni e di prevenire occlusioni e stravasi.
3. Sistema anti reflusso e sistema per garantire la massima sterilità ed impedire la contaminazione batterica all'interno del flacone del MdC, e consentire il caricamento automatico del mezzo di contrasto con minime operazioni manuali.

Il sistema deve essere fornito di due consolle uguali; una installata con l'iniettore a soffitto con braccio mobile nel locale diagnostico, l'altra in sala comandi.

**Il materiale di consumo deve comprendere:**

Linee di infusione sterili, in materiale plastico, atossico, apirogeno, privo di lattice, trasparenti tali da consentire la visualizzazione del flusso di liquidi, compatibili con tutti i mezzi di contrasto presenti in commercio, di lunghezza non inferiore a 180cm.

La quantità delle linee dovrà essere tale da consentire l'esecuzione di 16.000 TC paziente /anno

La ditta dovrà indicare dettagliatamente la frequenza e la modalità di sostituzione dei consumabili, del tempo medio impiegato per le singole operazioni. Le modalità devono essere orientate alla massima praticità, economia e sterilità.

I prodotti devono essere forniti in apposito confezionamento conforme ai requisiti di legge.

Su ciascuna confezione devono essere riportati:

- numero di lotto;
- denominazione del prodotto;
- marcatura CE;
- ragione sociale del fabbricante;
- luogo e data di produzione;
- data di scadenza.

Il confezionamento e/o l'imballaggio esterno devono essere rispondenti alla normativa vigente e tali da garantire il prodotto da qualsiasi danno che ne possa pregiudicare l'utilizzo.

Ad ogni confezione devono essere allegati foglietto illustrativo e/o istruzione d'uso redatti in lingua italiana, in conformità alle normative previste.

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati. Tutti i beni devono essere installati a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga indispensabile per l'installazione e la messa in uso delle attrezzature.

**Servizio di manutenzione**

Per tutta la durata del Service la ditta deve garantire la manutenzione full risk di quanto fornito garantendo le manutenzioni preventive ed un numero illimitato di interventi, su chiamata senza nessun onere aggiuntivo per l'AOB. In caso di guasto o manutenzione straordinaria, l'intervento dovrà essere garantito entro otto ore lavorative.

**Art. 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA**

Le apparecchiature e le attrezzature medico-scientifiche devono essere appropriate all'utenza, richiedere bassi costi di gestione e manutenzione semplice, avere centri di assistenza possibilmente reperibili in zona di Cagliari.

**La ditta offerente, pena esclusione, deve descrivere:**

- l'organizzazione del centro di assistenza tecnica e manutenzione, specificando sede locale e centro di riferimento;
- eventuale presenza di un magazzino in loco;
- Tempo massimo di attesa dalla chiamata per l'intervento tecnico, che non dovrà comunque essere superiore alle otto ore lavorative;
- Iniziative per ridurre quanto più è possibile i tempi di fermo macchina dovuti a guasti (es. fornitura di muletto).

**Per il periodo di durata del service dovrà dichiarare:**



- le condizioni, la frequenza e le modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su chiamata. La manutenzione dovrà prevedere un numero illimitato di interventi correttivi, la sostituzione delle parti difettose, danneggiate ed eventuali kit periodici. Aggiornamenti del software.

#### Art. 4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'Azienda offerente dovrà inoltre presentare, oltre a quanto già indicato negli articoli precedenti e successivi, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara, la seguente documentazione pena l'esclusione:

- a) Offerta economica senza prezzi;
- b) caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte con la descrizione completa di tutte le parti sia hardware che software
- c) relazione con dettaglio della frequenza, delle componenti e della modalità di sostituzione dei consumabili.
- d) dichiarazione di accettazione di tutte le clausole del capitolato;
- e) descrizione organizzazione del centro di assistenza tecnica specificando sede locale e centro di riferimento;
- f) modalità di erogazione della manutenzione full risk come descritta nell'articolo 3;
- g) CND di appartenenza e numero di repertorio

In caso di aggiudicazione della fornitura la ditta si impegna a fornire i manuali d'uso in lingua italiana delle apparecchiature in duplice copia di cui una in formato elettronico su supporto CD o DVD;

#### Art. 5 VISIONE DELLE APPARECCHIATURE

La commissione di gara, qualora lo ritenesse necessario, si riserva di richiedere in visione le apparecchiature offerte con un adeguato campionamento di consumabili oppure di andare a visionare uguali dispositivi in siti operativi indicati dalla ditta. La scelta avverrà a discrezione della commissione.

Le spese saranno a totale carico della Ditta offerente.

#### Art. 6 AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i sottoelencati criteri ed elementi di valutazione. Non saranno ammesse offerte in aumento alla spesa a base di gara. L'offerta dovrà essere unica, anche con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto specificato, purché rispondente al capitolato. Le offerte multiple, modificative, sostitutive, alternative non saranno quindi considerate valide e daranno seguito all'esclusione della ditta dalla gara.

La distribuzione dei punteggi sarà la seguente:

##### 1) Qualità e valore tecnico: 70 (Settanta) punti.

Verranno presi in considerazione dalla commissione tutti gli aspetti legati alla qualità e valore tecnico dedotti dalla documentazione allegata. Il punteggio sarà suddiviso secondo il seguente schema:

<b>Iniettore</b>	34	
- Caratteristiche del sistema: Ergonomia d'esercizio, Numero di allarmi e sicurezze del sistema. Volume e peso dei rifiuti da smaltire al termine della singola		18

procedura e della giornata. Software e sua praticità d'impiego.		
- Aggiornamento hardware e software.		
- Semplicità e tempi di preparazione della macchina e praticità d'uso dei dispositivi consumabili.		16
<b>Consumabili</b>	28	
- Garanzia di mantenimento della sterilità nel corso della procedura		10
- Modalità di sostituzione dei consumabili e sua semplicità		8
- Economia d'esercizio ed organizzativa (copertura 24 h)		10
<b>Assistenza</b>	8	
- Assistenza offerta in situazione di guasto e di sostituzione dell'apparecchio		4
- Presenza assistenza a livello locale		4

Le valutazioni di cui sopra saranno adeguatamente motivate e insindacabili dalla Commissione tecnica di gara.

Verrà utilizzata la seguente formula:

$$C(a) = \sum_i [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

**C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);

**W<sub>i</sub>** = punteggio attribuito al requisito i-esimo;

**V(a)<sub>i</sub>** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i-esimo variabile tra zero e uno;

**Σ<sub>i</sub>** = sommatoria degli (i) requisiti da 1 a n.

**n** = numero totale dei requisiti;

I coefficienti **V(a)<sub>i</sub>** sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

**2) Prezzo: 30 (trenta) punti.**

Per la valutazione del parametro prezzo verrà preso in considerazione il costo indicato dalla ditta per il singolo paziente.

Per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo i coefficienti verranno calcolati con la seguente formula:

per  $A_i \leq A_{soglia}$

$$C_i = X * A_i / A_{soglia}$$

Per  $A_i > A_{soglia}$

$$C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Dove

$A_i$  = ribasso proposto dalla ditta i-esima

$A_{soglia}$  = Media aritmetica dei ribassi dell'offerta

$X = 0.90$

$A_{max}$  = Ribasso dell'offerta più conveniente

$C_i$  = coefficiente risultante per la ditta i-esima

Il punteggio attribuito alla ditta i-esima sarà il seguente

$P_i = C_i * 30$

Il punteggio finale sarà ottenuto dalla somma dei punteggi relativi a

**1) Qualità, valore tecnico**

**2) Prezzo**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto senza che le Aziende possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

**Art. 7 INSTALLAZIONE**

La Ditta dovrà completare l'installazione entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, ovvero nei termini più brevi indicati dall'aggiudicataria nelle condizioni di fornitura indicate in sede di offerta. In caso di ritardo, verrà applicata una penale pari al 0,03‰ dell'importo dell'ordine.

**Art. 8 COLLAUDO**

Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l'addestramento e l'avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente-aggiornato in sede di contratto.

Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della ditta.

Accertamento delle prestazioni della macchina e dell'installazione

Per quanto riguarda le apparecchiature fornite ai fini del collaudo verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente. In particolare il DL 46/97 e la Guida CEI 62-148.

Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quant'altro sia inerente alla fornitura in oggetto.

La Ditta dovrà curare l'installazione ottimizzando le prestazioni del sistema in ogni sua parte.

A completamento delle verifiche la ditta aggiudicataria dovrà effettuare a suo carico le prove di sicurezza elettrica in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera;

L'accettazione del dispositivo e l'utilizzo su paziente è vincolato all'esito delle prove.

Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale

Verrà verificato che l'istruzione richiesta in capitolato e descritta in offerta sia stata erogata e si procederà all'avviamento del sistema. Eventuali ulteriori periodi di istruzione previsti in fasi più avanzate di utilizzo del dispositivo non pregiudicheranno la firma del collaudo.

Solo ad esito favorevole delle prove elencate in questo articolo verrà firmato il collaudo della fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia.

Nel caso in cui si verificano condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture.

Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull'interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al di sopra delle parti per un consulto.

Resta inteso che saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le opere di modifica, completamento e sostituzione che dovessero venire prescritte durante i controlli e le verifiche dei singoli impianti per rendere le opere funzionanti e perfettamente efficienti. In detto periodo la Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione dell'immobile e delle apparecchiature a garanzia del lavoro eseguito.

Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e le eventuali spese di disinstallazione saranno a totale carico della ditta.

#### Art. 9 FORNITURA

La Ditta dovrà completare l'installazione entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, ovvero nei termini più brevi indicati dall'aggiudicataria nelle condizioni di fornitura indicate in sede di offerta. Per quanto riguarda i consumabili deve essere garantito un deposito con forniture di due settimane reintegrabile di settimana in settimana. I tempi della fornitura deve essere concordato con la Struttura di radiologia.

#### Art. 10 PENALITA'

Verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, a partire dalla data stabilita per l'ultimazione della fornitura, espressa in giorni, e nella misura dell'importo diviso per il tempo utile.

#### Art. 11 PAGAMENTI RELATIVI ALL'APPALTO

**Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7**, l'importo della aggiudicazione e/o delle aggiudicazioni della gara in oggetto verrà pagato alla ditta aggiudicataria, previa presa in carico delle fatture ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura da parte degli Uffici o Reparti competenti.

Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse, che dovranno essere emesse nei termini di cui all'art.16 punto 2) della L.R. n.3 del 29.04.2003 (Legge finanziaria Regione Sardegna), previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo ( art. 16 punto 3 della L.R. 3/03).

La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'azienda è senz'altro esonerata da ogni responsabilità.

In caso di inadempimento a seguito di mancata fornitura da parte della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione provvederà ad addebitare a quest'ultima la maggiore spesa che l'Azienda Ospedaliera dovrà sostenere per l'acquisizione della medesima fornitura oggetto della presente richiesta di preventivo presso altra Ditta.

Con la partecipazione alla presente gara le ditte s'impegnano altresì all'osservanza

#### Art. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico della ditta. Sono del pari a carico della ditta tutte le imposte (ad eccezione dell'IVA che è a carico della Amministrazione appaltante nella misura prevista per legge.) comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge.

#### Art. 13 CLAUSOLA DI RECESSO

L'Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti

intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l'oggetto aziendale della fornitura aggiudicata. In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto allo stesso per le prestazioni rese.

#### Art. 14 CESSIONE D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, il cessionario deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187;
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste al Fornitore dal Bando di gara e dal Disciplinare.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Ospedaliera tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

#### Art. 15 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il termine di consegna, l'Amministrazione, previa contestazione mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo posta, al Legale rappresentante della Ditta, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale.

Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Amministrazione li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione può procedere a norma del Capitolato Generale.

Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

#### Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) facendo presente che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte I del Titolo II del D. Lgs. 196/2003. Dati trattati potranno essere comunicati dall'Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

#### Art. 17 AUTOTUTELA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all'aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.

#### Art. 18 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, al Capitolato Generale di Appalto, che si allega in copia e alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/23, R.D. n. 827/24 e s.m.i.), al D.Lgs. 163/06 e alle LL.RR. nn. 10/97-10/06-5/07.

