



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 04 DIC. 2018 Deliberazione 2571

Oggetto: autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura ed installazione di un sistema di circolazione extracorporea, destinato alla sala operatoria della S.C. Cardiochirurgia. Spesa totale € 154.980,00 IVA esclusa. CIG.7689083006. Ditta Terapon.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 05 DIC. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
il Dlgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 7521 del 05.09.2018 (All. "A", fg. 2), con cui Il Direttore della S.C. Cardiochirurgia ha richiesto la fornitura ed installazione di un sistema di circolazione extracorporea, destinato alla sala operatoria;
- PRECISATO** che, nonostante non sia ricompresa nel programma degli investimenti 2018, l'acquisizione della suddetta apparecchiatura riveste un'importanza fondamentale, in quanto la macchina sostituisce le funzioni del cuore e del polmone, (c.d. CEC circolazione extracorporea) negli interventi cardiocirurgici;
- RILEVATO** che per l'intera fornitura in argomento l'importo presunto annuo ammonta a € 200.000,00 IVA esclusa;
- DATO ATTO** che si è reso necessario provvedere in merito con Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16 autorizzata con la presente delibera;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all'acquisizione della suddetta fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della CAT Sardegna;
- VERIFICATO** che sulla piattaforma elettronica (CAT Sardegna) è presente la categoria merceologica del prodotto di cui trattasi;
- ATTESO** che si è proceduto alla pubblicazione della RDO n. 325999, invitando tra gli operatori economici abilitati, le Ditte: ARTEMIDE, CARDIOMED, CARTA SANDRO, FC GENETICS, FIAB, GAMED, GETINGE, LANDUCCI, MAST MEDICAL, MEDICAL CONCEPT, MEDTRONIC, NEUROMED, PROMED, PS MEDICAL, SAMED, SILAB, SIRIO MEDICAL, SURGICAL, TECHNOS e TERAPON;
- RILEVATO** che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 29.11.2018 alle ore 12:00, è pervenuta l'offerta della Ditta TERAPON;
- VISTA** la relazione (All. "B" fg. 1) con cui l'utilizzatore, a seguito di esame e valutazione delle schede tecniche, ha espresso parere favorevole circa il prodotto offerto dalla Ditta TERAPON;
- VISTA** l'offerta della Ditta TERAPON (All. "C" fg. 3);

**RITENUTO**

pertanto di dover aggiudicare la Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b" del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura ed installazione di un sistema di circolazione extracorporea, destinato alla sala operatoria della S.C. Cardiocirurgia, per una spesa di € 154.980,00 IVA esclusa, alla Ditta TERAPON;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

di aggiudicare la Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b" del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura ed installazione di un sistema di circolazione extracorporea, destinato alla sala operatoria della S.C. Cardiocirurgia, per una spesa di € 154.980,00 IVA esclusa, alla Ditta TERAPON, così come sottodescritto:

n. 1 sistema per la Circolazione Extra Corporea	IMPORTO OFFERTO
	€ 154.980,00

- di dare atto che la succitata spesa pari a € 154.980,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto – A102020401 – centro di costo n. 070130 S. MICHELE - CARDIOCHIRURGIA_SALA OPERATORIA;
- di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della Circolare dell'Assessore alla sanità della Regione Sardegna prot. 0001763 del 28/05/15;
- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/16;
- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu

Rif. Ass. Amm. Dott. F. Aru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

S.C. Cardiocirurgia
Direttore: Dott. Emiliano Maria Cirio

Prot. n. NP/2018/7521

NP/2018/7638
del 10/09/2018

PROVVEDITORATO
06 SET. 2018
PERVENUTO

Cagliari 05 Settembre 2018

Al Sig. Direttore Servizio Acquisti Beni e Servizi

Dr.ssa A. Foddis

Oggetto: richiesta acquisto macchina circolazione extracorporea (CEC) – S. C. Cardiocirurgia.

In prossimità della scadenza (01.01.2019) dei contratti di assistenza e manutenzione delle macchine per la circolazione extracorporea in dotazione alla SC Cardiocirurgia uscite di produzione nel 2011, si fa gentile quanto urgente richiesta di acquisto di n° 2 nuove macchine per la circolazione extracorporea.

- Ogni nuova macchina deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- Macchina cuore-polmone modulare
- Il sistema deve essere equipaggiato con motori brushless a trazione diretta per le pompe roller
- Deve essere costruita di acciaio inossidabile
- Deve disporre almeno di 4 moduli di cui 2 a doppia testata e 2 singoli
- Deve essere provvista di una pompa centrifuga integrata con clamp elettronico arterioso
- Tutti i moduli devono essere gestiti tramite un menù interamente touch-screen
- La velocità di rotazione deve essere regolata da un comando di facile utilizzo che permetta di passare da una regolazione grossolana a una fine con una semplice manopola
- Deve presentare un display per la visualizzazione di tutti i parametri impostati e degli allarmi oltre che della cronologia degli allarmi e degli avvisi di allarme
- La consolle deve essere provvista di UPS e di alimentazione d' emergenza con autonomia di almeno 90 minuti con tutti i moduli in funzione a regime



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu


S.C. Cardiocirurgia
Direttore: Dott. Emiliano Maria Cirio

- Possibilità di visualizzazione dello stato della batteria dell' UPS e del tempo residuo in assenza di corrente elettrica.
- Ogni display deve essere sostituibile singolarmente anche durante l'intervento chirurgico senza necessità di set-up e quindi senza interruzione della CEC
- Deve avere un pannello generale di controllo della pompa
- N°4 moduli di pressione a 2 canali per la monitorizzazione
- N°1 modulo di temperatura a 4 canali
- Un sensore di bolle
- Un sensore di livello
- Un miscelatore di gas digitale con possibilità di conversione manuale
- Una regolazione del vuoto digitale
- Una lampada a LED
- Possibilità di aggiornamento e implementazione HW e SW senza necessità di sostituire il corpo macchina
- Possibilità di implementazione del sistema con cartella clinica elettronica

Base d' asta: € 200.000 (duecentomila /00) per ciascuna macchina

Cordiali saluti.

Il Direttore S. C. Cardiocirurgia
Dr. Emiliano Maria Cirio


AO Brotzu - Cagliari
DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE
Direttore: Dott. GIORGIO LOCCI



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi servizi

F.A.

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b" del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura ed installazione di un sistema di circolazione extracorporea, destinato alla sala operatoria della S.C. Cardiocirurgia. Spesa a base d'asta € 200.000,00 IVA esclusa. CIG.7689083006

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA'

Vista l'offerta della Ditta TERAPON, relativa alla fornitura in oggetto, si attesta quanto segue:

il prodotto offerto è conforme a quanto richiesto

Il Direttore S.C. Cardiocirurgia
Dott. Emiliano Maria Cirio

AO Brotzu - Cagliari
S.C. CARDIOCHIRURGIA
Il Direttore: Dr. Emiliano Maria CIRIO

OGGETTO: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura ed installazione di un sistema di circolazione extracorporea, destinato alla sala operatoria della S.C. Cardiochirurgia. Spesa a base d'asta € 200.000,00 IVA esclusa. CIG.7689083006

Dichiarazione di offerta economica

Il sottoscritto PALMAS MARIO.....

Nato aCAGLIARI.....il ...27/07/1945.....

In qualità di ...Amministratore Unico e Legale Rappresentante..dell'operatore economico ...Terapon S.r.l....

C.F. ...00517460929.....P. I.V.A. ...00517460929.....

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:

.....

Dichiara

n. 1 sistema per la Circolazione Extra Corporea	Importo base gara € 200.000 iva esclusa.
	CIG.7689083006

Di offrire il prezzo unitario di €154.980,00 (diconsi €centocinquantaquattromilanovecentottanta/00) IVA 22% esclusa.

per un importo complessivo pari a €154.980,00 (diconsi €centocinquantaquattromilanovecentottanta/00) IVA 22% esclusa.

Terapon S.r.l. dichiara:

- di aver applicato la seguente percentuale di sconto sul prezzo di listino: 61,89%.
- che l'importo offerto è comprensivo di costi di manodopera, stimati pari a €252,80 (euro duecentocinquantaquattro/80) e di oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, stimati pari a €10,03 (dieci/03).
- la seguente validità dell'offerta: 180 giorni ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D. Lgs. n. 50/18.04.16.
- che la classificazione CND del sistema offerto è la seguente: Z12050201. Numero di Iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici: 1582552.
- Tempi di consegna ed installazione: i più solleciti e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione.

Canone annuo relativo all'eventuale contratto di manutenzione full risk post garanzia pari a €11.623,50 (euro undicimilaseicentoventitre/50) (7,5% del valore dell'offerta).

Il canone rimarrà inalterato, come da richiesta delle Stazione Appaltante, per 8 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia fatti salvi gli incrementi ISTAT, che potranno essere riconosciuti a decorrere dal 4° anno di vigenza del contratto.

Il canone onnicomprensivo sarà fatturato in rate trimestrali posticipate ed il pagamento delle relative fatture dovrà avvenire entro 60 giorni data fattura.

Sulle fatture non pagate alle scadenze previste nel presente contratto potranno essere addebitati gli interessi di mora nelle misure della legge.

Data, 14/11/2018

Firma

.....
TERAPON S.r.l.
 Legale Rappresentante

Attenzione

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso.

[← Torna alla Lista](#)[Chiamata di Esportazione](#) ...

RdO : rfq_325999 - fornitura ed installazione di un sistema di circolazione extracorporea

Valutazione Economica

Bando :tender_208632 - Servizio Acquisti beni e servizi-Aru Floriana

Data di Chiusura RdO: 29/11/2018 12:00:00

[Dettagli](#) [Monitoraggio](#) [Impostazioni](#) [Valutazione](#) [Valutazione](#) [Aggiudicazione e Verbali](#) [Messaggi \(Non Letti 0\)](#)
[Riassunto Risposte](#) [Qualifica](#) [Tecnica](#) [Economica](#) [Stato Valutazione](#)

Fornitore : Terapon S.r.l.



Riassunto Valutazione Economica

[Esclusione Fornitore](#)[Storico](#)

Round 0	Dettagli pubblicazione 26/11/2018 17:12:36 da Mario Palmas
Allegato Busta Economica firmata digitalmente PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (49 KB)	Escludi risposta fornitore? No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	Commenti di Valutazione alla Busta Fornitore [0] Commenti
	Inserisci Mia Valutazione Verifica Download Allegato

Valuta Evento	Valuta Risposta Fornitore	Prezzo totale complessivo
EUR	EUR	154.980

Valuta: EUR

3. Busta Economica

3.1 offerta economica - Sezione prezzo		Totale	Commenti di Valutazione (Livello Parametro)
		(Sub-Totale Incluso nel Totale) 154.980	0
Riferimento	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario
3.1.1 n. 1 sistema per la Circolazione Extra Corporea	* la fornitura ed installazione di un sistema di circolazione extracorporea, destinato alla sala operatoria della S.C. Cardiochirurgia	1	154.980
		Totale	154.980
		Commenti di Valutazione (Livello Parametro)	0
3.2 LOTTO UNICO - Sezione prezzo		Totale	Commenti di Valutazione (Livello Parametro)
		(Sub-Totale Incluso nel Totale)	0

[Visualizza](#)

3.3 Area Allegati Aggiuntivi			
Nome File	Descrizione	Commento	Data ultima modifica
1 SchemaOffertaeconomica.pdf.p7m (423 KB)			26/11/2018 17:04

Allegati: 1

ALL. " C " Pag. N. 3 di Fg. 3

SardegnaCAT

Centrale Regionale di Committenza

[← Torna alla Lista](#)

[Chiamata di Esportazione](#) ...

RdO : rfq_325999 - fornitura ed installazione di un sistema di circolazione extracorporea

Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Bando : tender_208632 - Servizio Acquisti beni e servizi-Aru Floriana

Data di Chiusura RdO: 29/11/2018 12:00:00

[Dettagli](#) [Monitoraggio](#) [Impostazioni](#) [Valutazione](#) [Valutazione](#) [Aggiudicazione e Verbali](#) [Messaggi \(Non Letti 0\)](#)

[Classifica Finale](#) [Verbali \(visibili ai fornitori invitati\)](#)

Visualizza classifica

[Azioni Aggiudicazione](#)

[Azioni di Conversione](#)

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione

Allegati

0 [Commenti](#)

0 [Allegati](#)

Valuta
EUR

Classifica	Info - RTI	Fornitore	Prezzo totale	Prezzo Confermato	Buste Risposte			
1		Terapon S.r.l.	0 Commenti	154.980	154.980 Allegati	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> E

Totale 1

Pagina 1 di 1