



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 28 DIC. 2018 Deliberazione 2751

Oggetto: Autorizzazione a contrarre con Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura ed installazione di 3 lampade scialitiche destinate alla sala A della Chirurgia Generale – trapianti, sala A dell'Urologia – trapianti e alla sala dell'Emergenza Aziendale del P.O. San Michele. Spesa complessiva presunta totale € 100.000,00 IVA esclusa.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 28 DIC. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato da	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta della S.C. A.B.S.

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
il Dlgs n. 50/2016 s.m.i.;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 40 del 26.11.2018 (All."A" fg. 11), con cui il Responsabile Gestione Blocchi Operatori, ha richiesto la fornitura ed installazione di tre lampade scialitiche, destinate alla sala A della Chirurgia Generale – trapianti, sala A dell'Urologia – trapianti e alla sala dell'Emergenza Aziendale del P.O. San Michele, per un importo complessivo di € 100.000,00 IVA esclusa;
- VISTO** il capitolato (All."A" fg. 11), contenenti tutte le clausole contrattuali essenziali;
- DATO ATTO** che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 22.12.2015, per un importo pari a € 30,00;
- ATTESO** che ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- ATTESO** altresì che ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e dell'art. n. 31 del D. Lgs. n. 50/16 si deve procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento;
- RITENUTO** urgente ed indifferibile l'adozione del presente atto per l'espletamento della Procedura negoziata di che trattasi;
- VISTI** il D.lgs. n. 50/16, il D.P.R. n. 207/10, la L.R. n. 10/06 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:



segue Deliberazione N 2751 del 28 DIC. 2018

- per i motivi esplicitati in premessa di autorizzare il ricorso alla Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura ed installazione di tre lampade scialitiche, destinate alla sala A della Chirurgia Generale – trapianti, sala A dell'Urologia – trapianti e per la sala dell'Emergenza Aziendale del P.O. San Michele, per un importo complessivo di € 100.000,00 IVA esclusa;
- di approvare la relativa lettera d'invito ed il Capitolato (All."A" fg. 11), contenenti tutte le clausole contrattuali essenziali;
- di dare atto che sarà dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 22.12.2015, per un importo pari a € 30,00;
- di individuare l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nel Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Faddis

Ass. Amm. Dott. F. Aru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Prot. 40 del 26.11.2018
Cagliari

20 NOV. 2018

NP/2018/10530
del 07/12/2018

Alla c.a.
Resp. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Agnese Foddis

SEDE

Oggetto: Acquisto Lampade scialitiche

Con la presente si richiede la fornitura ed installazione di 3 lampade scialitiche per la sala A della Chirurgia Generale – Trapianti, per la sala A dell'Urologia – Trapianti e per la sala dell'Emergenza Aziendale del P.O. San Michele aventi caratteristiche presenti in capitolato.

Distinti Saluti

Resp. Gestione Blocchi Operatori
Dott. Franco Deplano

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU" Cagliari
Gestione Blocchi Operatori e Sistemi
di Sicurezza del Percorso Operatorio
Responsabile: Dott. Franco Deplano

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
STRUTTURA COMPLESSIVA DI CHIRURGIA GENERALE
CENTRO TRAPIANTI DI FEGATO E PANCREAS
DIRETTORE: Dott. Fausto Zamboni

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" Cagliari
S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Dessi



CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI TRE LAMPADE SCIALITICHE

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE
- ART. 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA
- ART. 4 (OPERE PREVISTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI)
- ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- ART. 6 VISIONE DELLE APPARECCHIATURE
- ART. 7 AGGIUDICAZIONE
- ART. 8 COLLAUDO
- ART. 9 INSTALLAZIONE
- ART. 10 PENALITA'
- ART. 11 PAGAMENTI RELATIVI ALL'APPALTO
- ART. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 13 CLAUSOLA DI RECESSO
- ART. 14 CESSIONE D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA
- ART. 15 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE
- ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 17 AUTOTUTELA
- ART. 18 NORME DI RINVIO



Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione di una lampada scialitica da installare nella sala B del blocco operatorio della Chirurgia Generale del P.O. San Michele e di due lampade scialitiche per il blocco operatorio del P.O. Businco aventi caratteristiche di seguito descritte.

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati. Tutti i beni devono essere installati a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga indispensabile per l'installazione e la messa in uso delle attrezzature.

Art. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'importo massimo a base di gara della fornitura è il seguente

3 lampade scialitiche	Importo base gara € 100.000 iva esclusa

Art. 3 CARATTERISTICHE DI MASSIMA DELLE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature e le attrezzature medico/scientifiche che costruiranno il sistema devono essere appropriate all'utenza, di elevato livello qualitativo e tecnologico, ed aggiornato con gli standard di sicurezza attualmente raggiungibili.

Requisiti fondamentali richiesti per le apparecchiature sono:

- Robustezza
- Ergonomia
- Facilità di disinfezione, Resistenza ai detergenti compreso il cloro, installazione su supporti aventi altezza idonea per la pulizia degli ambienti;
- Assenza di spigoli vivi o altri elementi in grado di produrre traumi;
- Deve permettere ampliamenti futuri secondo le nuove esigenze che dovessero sorgere.

Le apparecchiature verranno aggiudicate in un unico lotto con un importo massimo a base di gara che ammonta complessivamente a € 100.000,00 IVA esclusa.

Dovrà essere compreso nella fornitura l'affiancamento di uno specialista del prodotto con gli utilizzatori, ed un corso per la manutenzione di primo livello da effettuare in loco per i tecnici dell'AOB che li abiliti agli interventi di primo livello. A tale scopo dovranno essere forniti gli accessi al sistema anche con eventuale password.



Il sistema deve essere composta da:

1. Lampada scialitica con braccio porta monitor

Lampada scialitica ad alta tecnologia con illuminazione tramite LED.

Sistema a due corpi gemellari ancorato ad un unico punto di rotazione con un terzo braccio per la sospensione di un monitor.

Design ottimizzato per ridurre le turbolenze dovute al riscaldamento dell'aria circostante

Caratteristiche di ciascuna delle lampade:

- Capacità di illuminamento non inferiore a circa 160 Klux.
- Indice resa del colore superiore a circa 90.
- Temperature di colore regolabile.
- Intensità luminosa regolabile in un range più ampio possibile. I comandi per la regolazione devono essere utilizzabili in maniera comoda ed ergonomica.
- Diametro di focalizzazione regolabile in un ampio range meglio se con dispositivo automatico che consenta la sua costanza in funzione della distanza tra campo operatorio e lampada.
- Incremento della temperatura quanto più ridotto possibile.
- Telecamera HD con 2 Mpixel, autofocus con gestione da controllo esterno formato 16:9 e 1080p da installare su uno dei due corpi lampada.
- Elevata durata delle fonti luminose
- Massima manovrabilità dei corpi illuminanti
- Manipoli sterilizzabili
- Monitor, indicativamente da almeno 26", per la visualizzazione delle immagini della telecamera ed in futuro utilizzabile per il video routing. L'installazione deve essere fatta in modo da limitare al massimo le operazioni di integrazione con un eventuale collegamento a fonti di immagini esterne.

La scialitica deve essere fornita completa dei dispositivi di commutazione automatica sulla linea di sicurezza, di piastre di ancoraggio e di quant'altro sia necessario alla sua corretta installazione e funzionamento.

L'installazione sarà a totale carico della ditta aggiudicataria che in sede di sopralluogo dovrà verificare ogni aspetto legato alla corretta installazione del sistema offerto.

Impianti

La ditta dovrà curare la completa installazione delle apparecchiature provvedendo al cablaggio di tutti i componenti.

Le caratteristiche sopra riportate sono da considerare indicative. Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti comporteranno l'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. La commissione potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga indispensabile per l'installazione



e la messa in uso dell' apparecchiatura.

L'offerta dovrà essere unica, anche con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto specificato, purché rispondente al capitolato. Le offerte multiple, modificative, sostitutive, alternative non saranno quindi considerate valide e daranno seguito all'esclusione della Ditta dalla gara.

CONSIDERAZIONI GENERALI

- le apparecchiature devono essere fornite complete di tutti gli accessori necessari per il regolare e sicuro funzionamento ed installati a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.
- i dispositivi offerti devono essere di elevate prestazioni, di recente produzione, di ultima generazione, di alta affidabilità, conformi alla Direttiva 93/42/CEE, alle norme CEI, alle norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto applicabili e compatibili con un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza di operatori e pazienti.

Dovrà essere compreso nella fornitura l'affiancamento di uno specialista del prodotto con gli utilizzatori, ed un corso per la manutenzione di primo livello da effettuare in loco per i tecnici dell'AOB che li abiliti agli interventi di primo livello e alle normali attività di gestione quali effettuazione di backup, modifica della data e dell'ora e operazioni simili. La ditta dovrà fornire eventuali password di accesso e, nel caso fossero presenti, anche le eventuali chiavi hardware di accesso. A tal fine la ditta offerente dovrà descrivere in offerta un piano dettagliato di formazione del personale coinvolto con le specifiche degli argomenti.

La ditta dovrà indicare in offerta

- I codici CIVAB (se disponibile) e CND dei dispositivi offerti;

Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che la Commissione Tecnica potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.

L'offerta dovrà essere unica, anche con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto specificato, purché rispondente al capitolato. Le offerte multiple, modificative, sostitutive, alternative non saranno quindi considerate valide e daranno seguito all'esclusione della ditta dalla gara.

Art. 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA

Le apparecchiature e le attrezzature medico-scientifiche devono essere appropriate all'utenza, richiedere bassi costi di gestione e manutenzione semplice, avere centri di assistenza possibilmente reperibili in zona di Cagliari.

La ditta offerente, pena esclusione, deve descrivere:

- l'organizzazione del centro di assistenza tecnica e manutenzione, specificando sede locale e centro di riferimento;
- la durata del periodo di garanzia;
- eventuale presenza di un magazzino in loco;



- Tempo massimo di attesa dalla chiamata per l'intervento tecnico, che non dovrà comunque essere superiore alle otto ore lavorative;

Per il periodo di durata della garanzia dovrà dichiarare:

- le condizioni e modalità di esecuzione degli interventi programmati (indicandone la frequenza) e di quelli su chiamata;
- la disponibilità ad effettuare sia la manutenzione straordinaria, che quella programmata, così come prevista dalla casa costruttrice con la sostituzione delle parti difettose, danneggiate ed anche di eventuali kit periodici in scadenza durante il periodo di garanzia.

Per il periodo post garanzia dovrà proporre:

- un contratto di manutenzione annuo "full-risk" per gli anni successivi al periodo di garanzia. Il canone, il cui valore annuo non può essere superiore al 8% al valore dell'offerta, dovrà essere indicato nell'offerta economica. Tale canone deve rimanere inalterato per 8 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia fatti salvi gli incrementi ISTAT, che potranno essere riconosciuti a decorrere dal 4° anno di vigenza del contratto. Dovrà essere onnicomprensivo, comprese le sonde offerte, non deve avere limitazioni di chiamate per interventi o parti di ricambio e dovrà comprendere anche le misure di sicurezza elettrica.

Il contratto proposto deve prevedere l'assistenza e manutenzione di tutti i componenti, accessori e quanto altro, nessuno escluso comprese le sonde.

Deve inoltre accettare le seguenti penali:

- 0.1% sul costo del contratto di manutenzione per intervento non effettuato entro le 8 (otto) ore per ogni giorno in più;
- 0.1% del costo del contratto di manutenzione per ogni giorno successivo al quarto dall'inizio dell'intervento;

Le penali saranno applicate cumulativamente sino ad un ammontare massimo annuo del 10%.

Sarà facoltà dell'amministrazione stipulare il contratto di manutenzione alla scadenza del periodo di garanzia. Nel caso l'amministrazione non stipuli alcun contratto di manutenzione dovranno comunque rimanere valide le seguenti dichiarazioni:

- La disponibilità, con la massima sollecitudine possibile, alla fornitura, su richiesta dell'amministrazione, dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla fine della produzione e comunque non meno di dieci dalla data del collaudo dell'apparecchiatura.
- Lo sconto sul prezzo di listino che intende effettuare;
- Condizioni e costi degli interventi tecnici post-garanzia fuori contratto. Devono essere esplicitate tutte le voci che comporranno l'intervento: costo orario ordinario e straordinario, costo viaggio, spese chilometriche, diritto di chiamata e quant'altro la ditta intenda a carico dell'A.O.B. Si intende che le ore di viaggio, che non dovranno essere superiori ad uno per accesso, e le spese chilometriche non dovranno essere forfettarie. La dichiarazione sarà vincolante nella valutazione dei preventivi futuri.
- Che nel caso in cui non sia presente l'assistenza in loco, la ditta non dovrà far gravare sull'A.O.B.:
 - o le spese aggiuntive di viaggio, vitto e alloggio dalla sede dell'assistenza all'ospedale;
 - o le spese aggiuntive di spedizione del dispositivo, o di parte di esso, per la riparazione.

Nel caso in cui la ditta proponente l'offerta non sia l'erogatrice diretta della manutenzione dovrà essere obbligatoriamente allegato all'offerta l'accettazione delle clausole sopra riportate a firma della ditta manutentrice.



ALL. A "D.G.N. 7 di Fg 11"

Art. 4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'Azienda offerente dovrà inoltre presentare, oltre a quanto già indicato negli articoli precedenti e successivi, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara, la seguente documentazione pena l'esclusione:

- α) Offerta economica senza prezzi;
- β) caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte con la descrizione completa di tutte le parti sia hardware che software
- γ) dichiarazione di accettazione di tutte le clausole del capitolato;
- δ) descrizione dell'organizzazione del centro di assistenza tecnica specificando sede locale e centro di riferimento;
- ε) descrizione del servizio di manutenzione come indicato nell'articolo 3 con tutte le dichiarazioni previste;

In caso di aggiudicazione della fornitura, la ditta si impegna a fornire i manuali d'uso in lingua italiana in duplice copia e i CD, o analogo supporto, contenente i software di installazione e gli altri software forniti.

Art. 5 VISIONE DELLE APPARECCHIATURE

La commissione di gara, qualora lo ritenesse necessario, si riserva di richiedere in visione le apparecchiature offerte. Considerato che il sistema in oggetto necessita di una installazione fissa si chiederà alla ditta la presentazione di un sistema portatile composto da una sola lampada identica a quella offerta senza la telecamera. Le spese saranno a totale carico della Ditta offerente.

Art. 6 AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo i sotto elencati criteri ed elementi di valutazione. Non saranno ammesse offerte in aumento alla spesa a base di gara.

La distribuzione dei punteggi sarà la seguente:

1) Qualità e valore tecnico: 70 (Settanta) punti.

Verranno presi in considerazione dalla commissione tutti gli aspetti legati alla qualità e valore tecnico dedotti dalla documentazione allegata e supportati dalla eventuale visione del sistema proposto.

In particolare il punteggio sarà suddiviso secondo il seguente schema:

Verrà valutata le modalità e l'ampiezza delle regolazioni dell'intensità luminosa, del diametro del campo luminoso e della eventuale variazione della temperatura di colore.	14
Dispositivi di automazione che agisca sui parametri quali focalizzazione, dimensione del fascio e di altre eventuali parametri.	14
Ergonomia e manovrabilità della lampada nell'utilizzo dei comandi ed ogni altro aspetto qualificante del dispositivo.	14
Verrà valutata la qualità del sistema, l'omogeneità della luce emessa desunte dalle	14



caratteristiche tecniche e dalla eventuale visione prevista nell'articolo 5

Verranno valutate le caratteristiche del sistema monitor e telecamera come caratteristiche intrinseche che come integrazione nei bracci. 10

Indice resa del colore superiore a circa 90. 4

$$C(a) = \sum_i [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

W_i = punteggio attribuito al requisito i-esimo;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i-esimo variabile tra zero e uno;

Σ_i = sommatoria degli (i) requisiti da 1 a n.

n = numero totale dei requisiti;

I coefficienti **V(a)_i** sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

2) Prezzo: 30 (trenta) punti.

Per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo i coefficienti verranno calcolati con la seguente formula:

per $A_i \leq A_{soglia}$

$$C_i = X * A_i / A_{soglia}$$

Per $A_i > A_{soglia}$

$$C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Dove

- A_i = ribasso proposto dalla ditta i-esima
- A_{soglia} = Media aritmetica dei ribassi dell'offerta
- $X = 0.90$
- A_{max} = Ribasso dell'offerta più conveniente
- C_i = coefficiente risultante per la ditta i-esima

Il punteggio attribuito alla ditta i-esima sarà il seguente

$$P_i = C_i * 30$$

Il punteggio finale sarà ottenuto dalla somma dei punteggi relativi a **1) Qualità, valore tecnico 2) Prezzo apparecchiatura.**



L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto senza che le Aziende possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

Art. 7 INSTALLAZIONE

La Ditta dovrà completare l'installazione entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, ovvero nei termini più brevi indicati dall'aggiudicataria nelle condizioni di fornitura indicate in sede di offerta.

In caso di ritardo, verrà applicata una penale pari al 0,03% dell'importo dell'ordine.

Art. 8 COLLAUDO

Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l'addestramento e l'avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente-aggiornato in sede di contratto.

Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della ditta.

Accertamento delle prestazioni della macchina e dell'installazione

Per quanto riguarda le apparecchiature fornite ai fini del collaudo verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente. In particolare il DL 46/97 e la Guida CEI 62-148.

Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quant'altro sia inerente alla fornitura in oggetto.

La Ditta dovrà curare l'installazione ottimizzando le prestazioni del sistema in ogni sua parte.

A completamento delle verifiche la ditta aggiudicataria dovrà effettuare a suo carico le prove di sicurezza elettrica in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera;

L'accettazione del dispositivo e l'utilizzo su paziente è vincolato all'esito delle prove.

Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale

Verrà verificato che l'istruzione richiesta in capitolato e descritta in offerta sia stata erogata e si procederà all'avviamento del sistema. Eventuali ulteriori periodi di istruzione previsti in fasi più avanzate di utilizzo del dispositivo non pregiudicheranno la firma del collaudo.

Solo ad esito favorevole delle prove elencate in questo articolo verrà firmato il collaudo della fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia.

Nel caso in cui si verificano condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture.

Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull'interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al di sopra delle parti per un consulto.

Resta inteso che saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le opere di modifica, completamento e sostituzione che dovessero venire prescritte durante i controlli e le verifiche dei singoli impianti per rendere le opere funzionanti e perfettamente efficienti. In detto periodo la Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione dell'immobile e delle apparecchiature a garanzia del lavoro eseguito.

Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e le eventuali spese di disinstallazione saranno a totale carico della ditta.



Art. 9 INSTALLAZIONE

La Ditta dovrà completare l'installazione entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, ovvero nei termini più brevi indicati dall'aggiudicataria nelle condizioni di fornitura indicate in sede di offerta.

Art. 10 PENALITÀ

Verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, a partire dalla data stabilita per l'ultimazione della fornitura, espressa in giorni, e nella misura dell'importo diviso per il tempo utile.

Art. 11 PAGAMENTI RELATIVI ALL'APPALTO

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7, l'importo della aggiudicazione e/o delle aggiudicazioni della gara in oggetto verrà pagato alla ditta aggiudicataria, previa presa in carico delle fatture ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura da parte degli Uffici o Reparti competenti.

Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse, che dovranno essere emesse nei termini di cui all'art.16 punto 2) della L.R. n.3 del 29.04.2003 (Legge finanziaria Regione Sardegna), previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. 3/03.

La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'azienda è senz'altro esonerata da ogni responsabilità.

In caso di inadempimento a seguito di mancata fornitura da parte della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione provvederà ad addebitare a quest'ultima la maggiore spesa che l'Azienda Ospedaliera dovrà sostenere per l'acquisizione della medesima fornitura oggetto della presente richiesta di preventivo presso altra Ditta.

Con la partecipazione alla presente gara le ditte s'impegnano altresì all'osservanza

Art. 12 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico della ditta. Sono del pari a carico della ditta tutte le imposte (ad eccezione dell'IVA che è a carico della Amministrazione appaltante nella misura prevista per legge.) comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 13 CLAUSOLA DI RECESSO

L'Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l'oggetto aziendale della fornitura aggiudicata. In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto allo stesso per le prestazioni rese.

Art. 14 CESSIONE D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, il cessionario deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187;
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste al Fornitore dal Bando di gara e dal Disciplinare.



Nei 60 giorni successivi l'Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Ospedaliera tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

Art. 15 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il termine di consegna, l'Amministrazione, previa contestazione mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo posta, al Legale rappresentante della Ditta, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale.

Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Amministrazione li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione può procedere a norma del Capitolato Generale.

Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) facendo presente che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte I del Titolo II del D. Lgs. 196/2003. dati trattati potranno essere comunicati dall'Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

Art. 17 AUTOTUTELA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all'aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.

Art. 18 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, al Capitolato Generale di Appalto, che si allega in copia e alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/23, R.D. n. 827/24 e s.m.i.), al D.Lgs. 163/06 e alle LL.RR. nn. 10/97-10/06-5/07.

Per tutte le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

