



Adottata dal Direttore Generale in data 09 GEN. 2019

Oggetto: Affidamento Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di barelle da destinare ai reparti dei PP.OO. "San Michele" e "Businco. Ditta Almed Srl – Terapon Srl. Spesa complessiva € 81.250,00. oltre Iva di Legge. Codici Cig vari.

Il Direttore Generale Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

10 GEN. 2019

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL _____ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

- Su** proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- Premesso** che con atto deliberativo n. 1544 del 10.07.2018 è stata pubblicata l'autorizzazione a contrarre relativa alla procedura negoziata, ex art. 36 comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di barelle da destinare ai vari reparti dei PP.OO. "San Michele" e "Businco" (All. "A" fg 2);
- Dato Atto** che per soddisfare le suddette esigenze si è proceduto a mezzo Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2.lett b) del D.Lgs. n. 50/16, invitando, con lettera prot. n. 20002 del 24.08.2018 le Ditte Sirio Medical, Nuova Imel Srl, Fc Genetics Services Srl, Stryker S.r.l., Almed Srl, Tecnomedical Srl, Terapon Srl, Surgical Srl e Chinesport Srl a presentare preventivo di spesa ed entro i termini stabili sono pervenute le offerte delle Ditte Almed Srl (Lotto n. 1,2,3,4), Stryker S.r.l.(Lotto n. 1,2,4), FC Genetics Services Srl (Lotto n. 1,2,3,4) e Terapon Srl (Lotto 1,2,3,4) (All. "B" fg 4);
- Tenuto conto** che durante la procedura in corso è pervenuta un'ulteriore richiesta di n. 2 barelle da parte del reparto di Anestesia e Rianimazione del P.O "San Michele" aventi le medesime caratteristiche di quelle presenti in gara, per cui si è ritenuto opportuno procedere all'inserimento della stessa nel relativo lotto di riferimento;
- Atteso** che in seguito alla valutazione da parte degli utilizzatori si è proceduto all'apertura delle offerte economiche unicamente delle Ditte ritenute idonee dalla quale si evince la seguente aggiudicazione (All. "C" fg 6):
- Lotto n.1,2,3 Ditta Almed Srl (All. "D" fg 6) Importo complessivo € 74.850,00 Oltre Iva di legge,
 - Lotto n. 4 Ditta Terapon Srl (All. "E" fg 2) Importo complessivo € 6.400,00 Oltre Iva di legge.



- Tenuto conto** che, nonostante dette apparecchiature non siano ricomprese nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- Ritenuto** pertanto, di dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura di barelle da destinare ai vari reparti dei PP.OO. "San Michele" e "Businco" così come sottodescritto:
- Ditta Almed Srl
- Lotto n. 1, Importo complessivo € 3.200,00 oltre Iva di legge Cig 7606293F89.
 - Lotto n. 2, Importo complessivo € 44.400,00 oltre Iva di legge Cig7606296207.
 - Lotto n. 3, Importo complessivo € 27.250,00 oltre Iva di legge Cig 76062983AD.
- Ditta Terapon Srl
- Lotto n. 4, Importo complessivo € 6.400,00 oltre Iva di legge Cig 7606305972;
- Visti** il D. lgs n. 50/16 e la L.R. 10/06 e la legge e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura di barelle da destinare ai reparti dei PP.OO. "San Michele" e "Businco", in favore della Ditta Almed Srl per il Lotto n. 1,2,3 e della Ditta Terapon Srl per il Lotto n. 4, per un importo complessivo pari a € 81.250,00 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che l'importo di € 81.250,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A102020401 del Piano dei Conti così suddiviso:
 - € 3.200,00 Centro di Costo 692140 Businco Radiologia Oncologica Interventistica.
 - € 37.000,00 Centro di Costo 510150 San Michele Pronto Soccorso.
 - € 7.400,00 Centro di Costo 490111 San Michele Rianimazione Degenza.
 - € 27.250,00 Centro di Costo 200005 Businco Blocco operatorio.
 - € 6.400,00 Centro di Costo 140130 San Michele Chirurgia Vascolare Sala Operatoria;
3. di demandare al Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell' Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;

%

Y



Segue deliberazione n: 40 del 09 GEN, 2019


4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. le Serv. ABS Dott. ssa Agnese Foddis
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Ass. Amm. vo Dott. ssa V. Congiu

Deliberazione 1544adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 10 LUG, 2018

Oggetto: Autorizzazione a contrarre, procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di barelle da destinare ai vari reparti dei PP.OO. "San Michele" e "Businco".

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 LUG, 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,
le L.R., n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- ACQUISITE** le note, agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi, con le quali i Direttori delle varie strutture dei PP.OO "San Michele" e "Businco" hanno trasmesso il fabbisogno relativo alle barelle per il trasporto dei pazienti da destinare alle proprie strutture;
- RILEVATO** che per l'intera fornitura in argomento l'importo presunto complessivo ammonta ad € 77.000,00 oltre Iva di legge, con la possibilità di incrementare fino al 100% la richiesta del materiale in argomento qualora ne ricorrano i presupposti;
- CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. A pag.3);
- VISTA** la lettera d'invito (All. B. pag. 21) contenente tutte le clausole contrattuali essenziali;
- DATO ATTO** che è dovuto il contributo all'AVCP, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1377 del 21.12.2016, per un importo pari ad € 30,00;
- ATTESO** che ai sensi dell'art. n. 4 della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- ATTESO** altresì che ai sensi dell'art. n. 5 della Legge n. 241/90 e dell'art. n. 31 del D. Lgs. n. 50/16 si deve procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento;
- TENUTO CONTO** che, sebbene l'acquisto dei presidi *de quo* non sia previsto nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- RITENUTO** urgente ed indifferibile l'adozione del presente atto per l'espletamento della Procedura di che trattasi al fine di non interrompere il servizio e con questo la continuità terapeutica ed assistenziale;



Deliberazione n. 1544 del 10 LUG. 2018

- 2 -

VISTI il D.lgs. n. 50/16, il D.P.R. n. 207/10, la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16, per l'acquisizione della fornitura di barelle da destinare ai vari reparti dei PP.OO. "San Michele" e "Businco", per l'importo presunto complessivo pari ad € 77.000,00 Oltre Iva di legge;
- di approvare la relativa lettera d'invito (All. "B" pag. 21), contenente tutte le clausole contrattuali essenziali;
- di dare atto che sarà dovuto il contributo all'AVCP, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1377 del 21.12.2016, per un importo pari a € 30,00;
- di individuare l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nel Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
- di demandare al Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015.

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Yinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dr.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni -- P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu

Rif vc



VERBALE APERTURA BUSTE

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18.04.16. Richiesta preventivo per la fornitura di barelle da destinare ai reparti dei PP.OO. "San Michele" e "Businco". Cig vari

PREMESSO che con lettera di invito prot. n. 20002 del 24.08.2018 sono state invitate a presentare preventivo per la gara in oggetto le Ditte:

SIRIO MEDICAL, NUOVA IMEL, FC GENTICS SERVICE SRL, STRYKER, ALMED, TECNOMEDICAL SRL, TERAPON SRL, SUEGICAL SRL, CHINESPORT SRL.

ATTESO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 20.09.2018 alle ore 12.00.

RILEVATO che risultano pervenute entro la data di scadenza sopraindicata le offerte delle Ditte come da Verbale dell'Ufficio Protocollo che si allega (All. "A" fg. 1).

DATO ATTO che con la succitata lettera di invito è stata data comunicazione alle Ditte della presente riunione che si svolge in seduta pubblica.

ATTESO che all'odierna seduta non è presente il rappresentante di alcuna Ditta come da prospetto allegato (All. "B" fg. 1)

Tutto ciò premesso il giorno 21.09.2018 alle ore 12:00 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", i Sigg., Dott. ssa Anna Maria Marongiu, Dott.ssa Floriana Aru e Dott. ssa Valentina Congiu, previa verifica dell'integrità e regolarità dei plichi delle succitate Ditte, hanno proceduto all'apertura degli stessi e alla verifica della regolarità della documentazione presentata come da prospetto allegato (All. "C" fg. 1).


Sulla base di quanto sopra, le Ditte FC Genetics Services Srl, Stryker Italia srl, Almed Srl e Terapon Srl risultano ammesse alla fase successiva della gara.

La busta contenente le offerte economiche viene racchiusa in un plico sigillato e controfirmato ai lembi il quale verrà custodito in un armadio chiuso a chiave presso l'Ufficio Protocollo, mentre la documentazione amministrativa e tecnica verrà trasmessa all'utilizzatore per l'attestazione di conformità.

Ultimati i lavori la riunione ha termine.

Cagliari, 21.09.2018

Firmato


Anna Maria Marongiu
Floriana Aru
Valentina Congiu

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Destinatario: REC ELETTICO

Classifica: 1 Fascicolo: 1 del 2018



Direzione Generale

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, / /


Tipo di gara: acquisto in economia scadenza 20.09.2018 ore 12:00

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18.04.16. Richiesta preventivo per la fornitura di barelle da destinare ai reparti dei PP.OO. "San Michele" e "Businco". Cig vari

- 1 F.C. GENETICS SERVICES SRL Prot. n. 22212
- 2 STRYKER ITALIA SRL Prot. n. 22243
- 3 ALMED SRL Prot. n. 22253
- 4 TERAPON Prot. n. 23017
- 5 _____ Prot. n. _____
- 6 _____ Prot. n. _____
- 7 _____ Prot. n. _____
- 8 _____ Prot. n. _____
- 9 _____ Prot. n. _____
- 10 _____ Prot. n. _____
- 11 _____ Prot. n. _____
- 12 _____ Prot. n. _____
- 13 _____ Prot. n. _____
- 14 _____ Prot. n. _____
- 15 _____ Prot. n. _____

Pervenute al Protocollo aziendale entro il termine di scadenza N. 4 offerte

[Signature]
Protocollo generale




OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18.04.16. Richiesta preventivo per la fornitura di barelle da destinare ai reparti dei P.P.OO. "San Michele" e "Businco". Cig vari

Allegato B al verbale n. 1 del 21.09.2018 fg. 1

N.PR.	DITTE	Nome e cognome	Firma
1	FC GENETICS SERVICES SRL		
2	STRYKER ITALIA SRL		
3	ALMED SRL		
4	TERAPON SRL		

Handwritten initials or signature.




Prot. n.AMM

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18.04.16. Richiesta preventivo per la fornitura di barelle da destinare ai reparti dei PP.OO. "San Michele" e "Businco". Cig vari

Allegato C al verbale n. del 21.09.2018 fg. 1

N.	Documentazione	FC GENETICS SERVICE SRL	STRYKER ITALIA SRL	ALMED SRL	TERAPON SRL
1	Offerta economica in busta chiusa	X	X	X	X
	LOTTO	1-2-3-4	1-2-4	1-2-3-4	1-2-3-4
2	Schede tecniche	X	X	X	X
3	DGUE	X	X	X	X
4	Copia offerta senza prezzi	X	X	X	X
5	PATTO DI INTEGRITÀ	X	X	X	X
6	PASSOE	X	X	X	X



VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 2016 per la fornitura di barelle da destinare ai reparti dei PP.OO. "San Michele" e "Businco".

Premesso che gli Utilizzatori hanno provveduto alla valutazione tecnica come da relazioni che si allegano al presente Verbale (All. "A" fg. 3).

ATTESO che con fax prot. n. 30185 del 19.12.2018 sono state invitate a presenziare, il giorno 21.12.2018 alle ore 10:30, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche le Ditte: ALMED SRL, FC GENETICS SERVICE SRL, TERAPON SRL e STRYKER ITALIA SRL.

ATTESO che all'odierna seduta sono presenti i Rappresentanti delle Ditte Almed Srl e Stryker Italia Srl come da elenco allegato (All. "B" fg. 1);

Tutto ciò premesso il giorno 21.12.2018 alle ore 10.30 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", i Sigg.ri, la Dott.ssa Agnese Foddis, la Coordinatrice del Pronto Soccorso e O.B.I. del P.O. "San Michele" Sonjia Bergamini e la Dott.ssa Valentina Congiu, hanno proceduto alla lettura delle valutazioni effettuate dagli utilizzatori (All. "A" fg. 3);

Successivamente si è provveduto, previa verifica dell'integrità del bustone contenente le offerte economiche custodito in un armadio chiuso a chiave dell' Ufficio Protocollo, all'apertura dello stesso e all'apertura delle offerte economiche delle Ditte Almed Srl, Stryker Italia Srl e Terapon Srl dando lettura del contenuto mentre il plico della Ditta FC Genetics Services Srl resta intonso come da prospetto allegato (All. "C" fg. 1).

Cagliari, 21.12.2018

Firmato

Valentina Congiu



OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18.04.16.
Richiesta preventivo per la fornitura di barelle da destinare ai reparti del P.P.OO. "San Michele" e "Businco". Cig vari

VERBALE CONFORMITA'

LOTTO 1

Lotto	Descrizione	Q.tà
1	Barella con materasso di almeno 8 cm di spessore circa, alloggiamenti per aste portaflebo su tutti gli angoli, sponde di sicurezza abbattibili lateralmente, con ruote orientabili da 20 cm circa, sistema di frenatura con ghiera in acciaio su quattro ruote attivabili da entrambe le estremità, vassoio portaogetti integrato con portabombola di ossigeno, sterzata con quinta ruota, paraurti gommato, schienale pneumatico regolabile con doppio cilindro, estremità piedi fissa, doppio sistema idraulico sulla base, sistema idraulico a pedale su entrambi i lati. Da destinare alla U.O.S Radiologia Interventistica del P.O. Businco	1

FC GENETICS NON CONFORME PER: SPESORE MATERASSO; SISTEMA FRENANTE SU 4 RUOTE; NUMERO ALLOGGIAMENTI PORTA FLEBO (ASTA)

STRYKERITALIA
SRL

CONFORME

TERAPON
SRL

CONFORME

ALMED
SRL

CONFORME

LOTTO 2

Lotto	Descrizione	Q.tà
2	Barella oleodinamica per il trasporto dei pazienti Caratteristiche: -Sistema di frenatura con ghiera in acciaio su 4 ruote con attivatori a entrambe le estremità, orientabili e munite di copriruote; -posizione Trendelenburg senza intervento -spende laterali abbassabili sul lettino in direzione dei piedi -materasso in poliuretano espanso ad alta intensità rivestito in tessuto plastificato ignifugo traspirante (7-8 cm circa) -Porta bombola di ossigeno verticale -asta supporto flebo telescopica con più ganci -vassoio defibrillatore -sterzata con quinta ruota retraibile -altezza variabile su due colonne -paraurti in gomma -maniglie di spinta a scomparsa -Dimensioni: Lunghezza 211 cm circa, Larghezza 78 cm circa, Altezza minima 54 cm circa massima 91 cm circa. Da destinare alla S.C. Pronto Soccorso e OS del P.O. "San Michele"	10



FC GENETICS NON CONFORME PER: NON PRESENTE SISTEMA COPRI RUOTE -
DIRENSIONI LATERALI; ALTEZZA MINIMA BARELLA

STRYKERITALIA
SRL CONFORTE

TERAPON
SRL NON CONFORTE PER: NON PRESENTE SISTEMA COPRI RUOTE;
DIRENSIONI NON CONFORMI

ALMED
SRL CONFORTE

Lotto	Descrizione	Q.tà
3	<p>Barelle dedicate al trasporto sicuro dei pazienti nel pre e post operatorio: Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carico di lavoro sicuro fino a 300 kg circa - Asta porta flebo con ampio campo di regolazione; - Sponde laterali semplici e sicure con sistema di sblocco per lo sgancio ad elevata resistenza che garantiscano la massima igiene e riponibili al di sotto del livello del piano di appoggio quando non in uso; - Sistema regolabile dello schienale servoassistito fino a 90° grazie a doppie maniglie situate al di sotto del piano; - Minima altezza di accesso 550 mm circa per facilitare il paziente e gli operatori; - Telaio della barella in ABS; - Dotata di materasso con sistema di fissaggio con strisce in gel; - Sistema antimicrobico per limitare gli agenti patogeni; - Regolabile in altezza Trendelemburg/Anti trendelemburg comandata da entrambi i lati, con sistema blocco di tutte e 4 le ruote e movimento direzionale delle stesse; - Peso ridotto; - Le superfici dovranno essere chiuse e prive di spigoli sia per la copertura inferiore che il piano d'appoggio semplificano le operazioni di pulizia e disinfezione. - Maniglia in un unico elemento della stessa larghezza della barella che permette di movimentare con una sola mano. - Materasso per il trasferimento barella - Alloggio bombola di ossigeno fino a 11 lt in ABS - Misure: lunghezza 210-216 cm circa, larghezza 73-78 cm circa spessore 40 cm circa. <p>Da destinare al blocco operatorio del P.O. Businco</p>	5

FC GENETICS NON CONFORME PER: ALTEZZA MINIMA PIANO BARELLA
NON DOTATO DI SISTEMA ANTIMICROBICO

TERAPON
SRL NON CONFORME PER: DIRENSIONI NON CONFORMI;
NON DOTATO DI SISTEMA ANTIMICROBICO

ALMED
SRL CONFORTE



Lotto	Descrizione	Q.tà
4	<p>Barelle ad altezza variabile</p> <ul style="list-style-type: none"> - schienale e gambale superiore ad inclinazione regolabile - Movimento di Trendelenburg e contro Trendelenburg +/- - Leve di comando facilmente raggiungibili ai lati della base - Copia maniglie abbattibili lato testa paziente - alla base 5 ruote con diametro cm 12 circa con azionamento delle funzioni ruote: - tutte le ruote frenate, tutte le ruote libere, inserimento 5° ruota per spostamenti in sicurezza - asta porta flebo telescopica - materasso ignifugo, batteriostatico di cm 75x190x7 h circa - peso paziente sul piano minimo 300 kg <p>da destinare alla Sala Operatoria della Chirurgia Vascolare del P.O. "San Michele"</p>	2

FC
GENEYCS NON CONFORME PER: SEZIONE INTERIORE FISSA;
DIMENSIONI MATERASSO

STRYKERITALIA
SRL CONFORME

TERAPON
SRL CONFORME


ALMED
SRL CONFORME

Il Coordinatore del Blocco Operatorio del P.O. "Businco"
Dott. Ivan Collu

Ivan Collu



Lepp...




Q




OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 2016 per la fornitura di barelle da destinare ai reparti dei PP.OO. "San Michele" e "Businco".

Allegato B al verbale n. 1 del 21.12.2018 fg. 1

N.PR.	DITTE	Nome e cognome	Firma
1	STRYKER ITALIA SRL		
2	FC GENETICS SERVICES SRL		
3	TERAPON SRL		
4	ALMED SRL	CONI GIUSEPPE	




OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 2016 per la fornitura di barelle da destinare ai reparti dei PP.OO. "San Michele" e "Businco"

Allegato c al verbale n. 1 del 21.12.2018 fg. 1

Lotto	Descrizione	Q.tà	Importo a base d'asta	Strike Italia Srl	/	Almed Srl	Terapon Srl
1	Barella con materasso	1	€ 4.000,00	€ 3.802,68	/	€ 3.200,00	€ 3.390,00
	Descrizione	Q.tà	Importo a base d'asta	Strike Italia Srl	/	Almed Srl	/
2	Barella oleodinamica	10	45.000,00 Unit € 4.500,00	€ 3.802,68	/	€ 3.700,00	/
	Descrizione	Q.tà	Importo a base d'asta	/	/	Almed Srl	/
3	Barelle	5	30.000,00 Unit 6.000,00	/	/	€ 5.450,00	/
	Descrizione	Q.tà	Importo a base d'asta	Strike Italia Srl	/	Almed Srl	Terapon Srl
4	Barelle ad altezza variabile	2	12.000,00 Unit € 6.000,00	€ 3.946,80	/	5.940,00	€ 3.200,00

Handwritten signatures and initials: a large 'G', a 'C', and a signature 'M.P.'.



Spett.le

Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Piazzale A. Ricchi, 1

09134 Cagliari (CA)

Prot. 264/2018-AL del 17.09.2018



OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 2016 per la fornitura di barelle da destinare ai reparti dei PP.OO. "San Michele" e "Businco". CIG vari Prot. PG/2018/20002 del 24/08/2018 e succ. RIF. v.c.

Il Legale Rappresentante Alberto Lecis della ALMED SRL, con sede legale a Cagliari, viale Armando Diaz, 186 - P.IVA e Cod. Fisc. 03516530924 in riferimento alla procedura in oggetto, si pregia sottoporre la propria migliore offerta, *IVA esclusa*, come segue:


LOTTO 1 - CIG 7606293F89

Barella modello STL 285 - SCHMITZ COD. 285.1000.1
CND: V0899 RDM: 99788




Altezza regolabile da 550 a 870 mm. Struttura con rivestimento in resistente materiale plastico color grigio argento, dotata di 3 ruote con cuscinetto a sfera, diam. 200 mm, due delle quali elettrostatiche e una direzionale. Leva a pedale per il bloccaggio centrale. Pompa a pedale, su entrambi i posizione Trendelenburg/Anti- Trendelenburg. Con dispositivo per collegamento al nodo equipotenziale. Superficie d'appoggio in due sezioni.

Schienale regolabile fino a max. 90° con meccanismo servo assistito. Maniglia lato testa, verniciata a polveri colore RAL 2002, sponde laterali posizionabili al di sotto del livello della superficie d'appoggio, verniciate a polveri color grigio/rosso. 4 paracolpi.



Quinta ruota



Copertura base

Funzioni regolabili, dimensioni:

Regolazione in altezza : 550 - 870 mm

Trendelenburg/Anti-Tr : 15°

Regolazione schienale : 90°

Lunghezza totale : 2.160 mm

Larghezza totale : 760 mm

Lunghezza superficie d'app.: 1.950 mm

Larghezza superficie d'app.: 620 mm

Lunghezza schienale : 730 mm

Distanza tra le colonne : 1.075 mm

Diametro delle ruote : 200 mm

Peso : 100 kg

Carico di lavoro sicuro : 300 kg

A corredo:

Materasso

1.950 x 620 x 80 mm, in resistente e robusto PU, antistatico, nero, radiotrasparente, fissaggio tramite strisce in gel sulla parte inferiore.

LOTTO 1 - CIG 7606293F89

q.tà n.1 Barella


Prezzo unitario: € 3.200,00 (tremiladuecento/00) + IVA 22%

Prezzo complessivo: € 3.200,00 (tremiladuecento/00) + IVA 22%

Percentuale sconto sui prezzi di listino: 35% (trentacinquepercento)


LOTTO 2 - CIG 7606296207

**Barella modello STL 285 - SCHMITZ COD. 285.1000.1
CND: V0899 RDM: 99788**




Altezza regolabile da 550 a 870 mm. Struttura con rivestimento in resistente materiale plastico color grigio argento, dotata di 3 ruote con cuscinetto a sfera, diam. 200 mm, due delle quali elettrostatiche e una direzionale. Leva a pedale per il bloccaggio centrale. Pompa a pedale, su entrambi i posizioni Trendelenburg/Anti- Trendelenburg. Con dispositivo per collegamento al nodo equipotenziale. Superficie d'appoggio in due sezioni.

Schienale regolabile fino a max. 90° con meccanismo servo assistito. Maniglia lato testa, verniciata a polveri colore RAL 2002, sponde laterali posizionabili al di sotto del livello della superficie d'appoggio, verniciate a polveri color grigio/rosso. 4 paracolpi.




Quinta ruota



Copertura base

Funzioni regolabili, dimensioni:

Regolazione in altezza : 550 - 870 mm
Trendelenburg/Anti-Tr : 15 °
Regolazione schienale : 90 °
Lunghezza totale : 2.160 mm
Larghezza totale : 760 mm
Lunghezza superficie d'app.: 1.950 mm
Larghezza superficie d'app.: 620 mm
Lunghezza schienale : 730 mm
Distanza tra le colonne : 1.075 mm
Diametro delle ruote : 200 mm
Peso : 100 kg
Carico di lavoro sicuro : 300 kg



A corredo:

Materasso

1.950 x 620 x 80 mm, in resistente e robusto PU, antistatico, nero, radiotrasparente, fissaggio tramite strisce in gel sulla parte inferiore.


Asta fleboclisi

in acciaio inox 18/10, parte superiore con 2 ganci, inseribile nella maniglia dal lato della testa, campo di regolazione 400 mm, per piani letto STX 280.202, 280.203 e 280.206



Piastra multiuso

utilizzabile come piastra portamonitor, piano scrittoio, portata nominale: 15 kg, o come piano per bloccaggio piedi, con 2 cinghias per il monitor. Piastra in plastica, color grigio. Struttura metallica verniciata a polveri colore RAL 9006. Posizionabile dal lato piedi



LOTTO 2 - CIG 7606296207

q.tà n.10 Barelle


Prezzo unitario: € 3.700,00(tremilasettecento/00) + IVA 22%

Prezzo complessivo: € 37.000,00(trentasettemila/00) + IVA 22%

Percentuale sconto sui prezzi di listino: 35% (trentacinqueper cento)

LOTTO 3 - CIG 76062983AD**Barella modello STL 285 - SCHMITZ COD. 285.1000.1
CND: V0899 RDM: 99788**

g




Altezza regolabile da 550 a 870 mm. Struttura con rivestimento in resistente materiale plastico color grigio argento, dotata di 3 ruote con cuscinetto a sfera, diam. 200 mm, due delle quali elettrostatiche e una direzionale. Leva a pedale per il bloccaggio centrale. Pompa a pedale, su entrambi i posizioni Trendelenburg/Anti-Trendelenburg. Con dispositivo per collegamento al nodo equipotenziale. Superficie d'appoggio in due sezioni. Schienale regolabile fino a max. 90° con meccanismo servo assistito. Maniglia lato testa, verniciata a polveri colore RAL 2002, sponde laterali posizionabili al di sotto del livello della superficie d'appoggio, verniciate a polveri color grigio/rosso. 4 paracolpi.


Funzioni regolabili, dimensioni:

- Regolazione in altezza : 550 - 870 mm
- Trendelenburg/Anti-Tr. : 15°
- Regolazione schienale : 90°
- Lunghezza totale : 2.160 mm
- Larghezza totale : 760 mm
- Lunghezza superficie d'app.: 1.950 mm
- Larghezza superficie d'app.: 620 mm
- Lunghezza schienale : 730 mm
- Distanza tra le colonne : 1.075 mm

- Diametro delle ruote : 200 mm
- Peso : 100 kg
- Carico di lavoro sicuro : 300 kg



Copertura base



Quinta ruota su richiesta inclusa

A corredo:

Materasso

1.950 x 620 x 40 mm, in resistente e robusto PU, antistatico, nero, radiotrasparente, fissaggio tramite strisce in gel sulla parte inferiore.


Asta fleboclisi

in acciaio inox 18/10, parte superiore con 2 ganci, inseribile nella maniglia dal lato della testa, campo di regolazione 400 mm, per piani letto STX 280.202, 280.203 e 280.206

Materassino per barella soccorso a norma DIN 13025

dimensioni 1900 x 550 x 40 mm con rinforzo antiflessione, impiegabile come materasso per barella o per il trasferimento del paziente su un'altra superficie

Maniglia aggiuntiva, per lato piedi, verniciata a polveri nel colore RAL 2002



LOTTO 3 - CIG 76062983AD

q.tà n.5 Barelle

Prezzo unitario: € 5.450,00(cinquemilaquattrocentocinquanta/00) + IVA 22%

Prezzo complessivo: € 27.250,00(ventisettemiladuecentocinquanta/00) + IVA 22%

Percentuale sconto sui prezzi di listino: 35% (trentacinqueper cento)

Rif. Lotto 4 – 7606305972 (per Sala Operatoria CH Vascolare P.O. "San Michele")

N.2 BARELLE A 4 SEZIONI Mod. Transcare Plus


Cod. TRANSCAREPLUS

Barella Mod. Transcare Plus, a quattro sezioni, con le seguenti caratteristiche:

CND: V0899



RDM: -

Barella in quattro sezioni ad altezza variabile (55/85cm)



CF

Schienale e gambale superiore ad inclinazione regolabile (90° sezione schienale, 35° inclinazione ginocchio).
Movimento di Trendelemburg e contro Trendelemburg +/-15°



Leve di comando facilmente raggiungibili ai lati della base

Copia maniglie abbattibili lato testa paziente

Alla base 5 ruote con diametro cm 125 con azionamento tramite molla a gas per spostamenti in sicurezza.

Completa di asta porta flebo telescopica.

Completa di materasso ignifugo, batteriostatico, ignifugo, di cm 72x190x10 h.

Peso paziente sul piano: 300 kg.

Ulteriori caratteristiche sono desumibili dalla scheda tecnica allegata.

Prezzo unitario a Voi riservato:

€3.200,00 (euro tremiladuecento/00) cad. + IVA 22%

(sconto applicato sul prezzo di listino: 7,25%)

Prezzo totale Lotto n.4 (n.2 barelle):

€6.400,00 (euro seimilaquattrocento/00) + IVA 22%

I prezzi indicati sono comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio, e resteranno invariati per tutta la durata della fornitura.

I prezzi offerti includono inoltre il costo del lavoro ed i costi relativi alla sicurezza, adeguati alla entità ed alle caratteristiche della fornitura [€5,80 (euro cinque/80)], gli oneri relativi alla manodopera [€252,80 (euro duecentocinquantadue/80)], nonché gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro.

Ulteriori condizioni di vendita:

- **Validità dell'offerta:** 180 giorni ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/18.04.16.
- **Termini di pagamento:** 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.
- **Termini di consegna:** La più sollecita e comunque entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricezione Ordine.

Distinti Saluti,
Terapon S.p.A.

TERAPON S.p.A.
Legale Rappresentante

