



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data - 9 GEN. 2019 Deliberazione 54

Oggetto: Autorizzazione a contrarre con Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di 10 lampade scialitiche per la Terapia Intensiva della SSD Cardioanestesia del P.O. San Michele. Importo complessivo a base d'asta € 40.000,00 IVA esclusa.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 10 GEN. 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i>	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta della S.C. A.B.S.

RICHIAMATO il Dlgs n. 50/2016 s.m.i.;

ACQUISITA la nota prot. n. 69 del 16.11.2018 (All."A" fg. 2), con cui il Responsabile della SSD Cardioanestesia ha richiesto l'acquisto di 10 lampade scialitiche per la Terapia Intensiva della SSD Cardioanestesia del P.O. San Michele, per un importo presunto complessivo di € 40.000,00 oltre Iva di Legge;

VISTO il capitolato (All."B" fg. 2), contenente tutte le clausole contrattuali essenziali;

DATO ATTO che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 20.12.2017, per un importo pari a € 30,00;

ATTESO che a norma delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, è in corso un'indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di apposito avviso per 15 giorni consecutivi sul sito internet aziendale, alla quale hanno risposto ad oggi 10 ditte;

ATTESO che ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

ATTESO altresì che ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e dell'art. n. 31 del D. Lgs. n. 50/16 si deve procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO urgente ed indifferibile l'adozione del presente atto per l'espletamento della Procedura negoziata di che trattasi;

VISTI il D.lgs. n. 50/16, il D.P.R. n. 207/10, la L.R. n. 10/06 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:

- per i motivi esplicitati in premessa di autorizzare il ricorso alla Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di 10 lampade scialitiche per la Terapia Intensiva della SSD Cardioanestesia del P.O. San Michele, per un importo presunto complessivo di € 40.000,00 oltre Iva di Legge;



- di approvare il Capitolato (All. "B" fg. 2), contenente tutte le clausole contrattuali essenziali;
- di dare atto che sarà dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 20.12.2017, per un importo pari a € 30,00;
- di individuare l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nel Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott.ssa A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Servizi e Liquid. Fatture -- Dott. Davide Massacci

Rif. Ass. Amm. Dott. F. Aru



22 NOV. 2018

Protocollo n°69

NP/2018/9985

Cagliari, 16/11/2018

del 22/11/2018

Oggetto: richiesta lampade scialitiche per la terapia intensiva della ~~Cardiochirurgia~~

CARDIOANESTESIA

Si richiede la fornitura di nr. 10 lampade scialitiche a tecnologia led di ultima generazione, in sostituzione di quelle presenti in reparto e ormai obsolete, fuori produzione e senza possibilità di manutenzione.

Il dispositivo deve essere dotato di:

- lampada scialitica a tecnologia LED di ultima generazione per il fissaggio a guide laterali con misure ISO tramite morsetto,
- lampada con potenza luminosa pari a 60.000 lux a 0.5 m
- interruttore on\ off
- lampadine di lunga durata, almeno 50.000 ore
- aumento della temperatura sia nella zona testa che sul campo operatorio quasi nullo
- indice di riproduzione del colore di almeno RA 95
- assorbimento totale massimo pari 10w
- diametro testa lampada di ca22 cm
- maniglie di regolazione del corpo lampada e impugnatura
- dotata di 7 leds
- braccio flessibile per un migliore orientamento



AO Brotzu

U.O. Cardioanestesia
Direttore: Dr Manlio Manconi

CARATTERISTICHE	VALORI
Lampada scialitica a tecnologia LED di ultima generazione	10
Lampadine di lunga durata, almeno 50.000 ore	5
Temperatura del colore variabile su 3 step da 3.700 a 4.300 k tramite led bianchi	10
Diametro testa lampada di ca22 cm	3
Completo di maniglie di regolazione del corpo lampada e di impugnatura	2
Dotata di 7 leds	5
Braccio flessibile per un migliore orientamento	5
Dotata di tasterino posizionato sul braccio per la regolazione dell'intensità luminosa	10
Possibilità di svariati sistemi di fissaggio della scialitica alla trave	5
Lampada con potenza luminosa pari a 60.000 lux a 0.5	10
Condizioni di garanzia e assistenza tecnica	5

TOT €4000,00 CLASOUNA
 40 MILA

Cordiali Saluti

Il Direttore di Dipartimento Cardiovascolare

Il Direttore di S.S.D. Cardionestesia

Azienda Ospedaliera Brotzu
 S.S.D. di Cardioanestesia
 Terapia Intensiva Post Operatoria

Manlio Manconi
AO Brotzu - Cagliari
 DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE
 Direttore: Dott. **GIORGIO LOCCI**



CAPITOLATO

Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di 10 lampade scialitiche per Terapia Intensiva della SSD Cardioanestesia del P.O. San Michele. Importo complessivo a base d'asta € 40.000,00 IVA esclusa. CIG. 7760465A4D

ELENCO DOCUMENTI:

1. **L'offerta economica**, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente, contenente il prezzo proposto così in cifre come in lettere, in caso di discordanza prevarrà il prezzo più vantaggioso per questa Amministrazione. Il preventivo, inoltre, dovrà indicare una validità minima di 180 giorni ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/18.04.16. L'offerta economica, dovrà essere formulata esprimendo il prezzo unitario e complessivo dell'offerta, specificando la percentuale di sconto sui prezzi di listino;
2. **il Patto di Integrità'** allegato alla presente, compilato in ogni sua parte;
3. **Il Passoe;**
4. **Il DGUE** allegato alla presente, compilato in ogni sua parte, accompagnato dalla fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante;
5. **Schede Tecniche;**

L'offerta economica, che dovrà indicare il CND ed il Numero di Repertorio, dovrà essere formulata esprimendo il prezzo unitario e per confezione e specificando la percentuale di sconto sul prezzo al pubblico o altra base di riferimento.

I prezzi indicati nell'offerta dovranno essere comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio; la Ditta dovrà inoltre evidenziare l'aliquota I.V.A.

L'offerta dovrà essere per quanto possibile dettagliata e dovrà comunque riportare tutte le indicazioni necessarie alla individuazione degli articoli richiesti.

La gara verrà aggiudicata **in un unico lotto, al prezzo più basso** tra offerte conformi, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. n. 50/16.

Qualora le offerte pervenute, contengano clausole modificative rispetto alla presente richiesta, saranno ritenute nulle e come non presentate. Analogamente saranno ritenute nulle e quindi come non apposte, eventuali condizioni, termini, clausole a stampa o similari, indicate sugli stampati della Ditta: infatti la Ditta medesima, con la consegna dell'offerta, accetterà incondizionatamente le clausole inserite nella presente richiesta di preventivo.

Il pagamento della fattura avverrà entro i termini di legge previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

La presente richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l'Amministrazione per un eventuale acquisto di quanto indicato in offerta.

ELENCO FORNITURA

N. 10 lampade scialitiche a tecnologia LED di ultima generazione.

Caratteristiche:

- lampada scialitica a tecnologia LED di ultima generazione per il fissaggio a guide laterali con misure ISO tramite morsetto;
- lampada con potenza luminosa pari a 60000 lux a 0,5 m
- interruttore on / off
- lampadine di lunga durata, almeno 50000 ore
- aumento della temperatura sia nella zona testa che sul campo operatorio quasi nullo
- indice di riproduzione del colore di almeno RA 95
- assorbimento totale massimo pari 10 w
- diametro testa lampada di circa 22 cm
- maniglie di regolazione del corpo lampada e impugnatura



- dotata di 7 leds
- temperatura del colore variabile su 3 step da 3700 a 4300 k tramite led bianchi
- completo di maniglie di regolazione del corpo lampada e di impugnatura
- dotata di 7 leds
- dotata di tastierino posizionato sul braccio per la regolazione dell'intensità luminosa
- possibilità di svariati sistemi di fissaggio della scialitica alla trave
- **braccio flessibile per un migliore orientamento**
- **garanzia e assistenza tecnica**

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 40.000,00 IVA ESCLUSA