

Adottata dal Direttore Generale in data 9 GEN. 2019

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di Ventilatori Anestesia destinati alla SC Rianimazione del PO San Michele. Operatore Economico Rappresentanze Dr. Alessandro Dessi . Spesa complessiva € 187.500,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 77357162CA

Il Direttore Generale Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

10 GEN. 2019

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL _____ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Acquisita la nota del 22.11.2018, con la quale il Direttore della SC Rianimazione del PO San Michele ha chiesto l'acquisizione di n.5 Ventilatori Anestesia da destinare alla propria struttura (All. "A" fg. 1);

Premesso che con atto deliberativo n. 2621 del 13.12.2018 è stato autorizzato il ricorso alla procedura negoziata, per l'acquisizione di n.5 Ventilatori Anestesia destinati alla SC Rianimazione del PO San Michele, per un importo a base d'asta pari a € 221.000,00 oltre Iva di Legge ;

Considerato che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all'acquisto mediante l'utilizzo della Piattaforma CAT Sardegna;

Atteso che con RDO n. 327249 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 19 Ditte e che nei termini è pervenuta l'offerta della Ditta Rappresentanze Dr. Alessandro Dessi;

Vista la relazione con la quale l'utilizzatore ha espresso parere favorevole relativamente ai prodotti proposti dalla Ditta Rappresentanze Dr. Alessandro Dessi., per conformità alla richiesta (All. "B" fg. 1);

Vista l'offerta della Ditta Rappresentanze Dr. Alessandro Dessi.(All. "C" fg. 2);

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in favore della Ditta Rappresentanze Dr. Alessandro Dessi., la fornitura di n.5 Ventilatori Anestesia destinati alla SC Rianimazione del PO San Michele, per un importo complessivo pari a € 187.500,00 oltre Iva di Legge;

Tenuto conto che, nonostante detti beni non siano ricompresi nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Visti il D. lgs n. 50/16 e la L.R. 10/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



Segue delibera n. 55 del 9 GEN, 2019

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in favore Ditta Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì., la fornitura di n.5 Ventilatori Anestesia destinati alla SC Rianimazione del PO San Michele, per un importo complessivo pari a € 187.500,00 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che l'importo di € 187.500,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A102020401 del Piano dei Conti – Centro di Costo 490111;
3. di demandare alla SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto per un importo pari a € 187.500,00 oltre Iva di Legge , alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015; ;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp.le Serv. ABS Dott.ssa Agnese Foddis
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Ass. Amm. vo Dott. ssa C.Cossu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera BROTZU

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 1

23 NOV. 2018

NP/2018/10045
del 23/11/2018

Alla c.a.
Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Oggetto: Acquisto urgente per n°6 ventilatori per Anestesia

Si richiede l'acquisto urgente n° 6 ventilatori per essere utilizzati su pazienti adulti, pediatrici e neonati, con circuito aperto, semi-chiuso e chiuso con le seguenti caratteristiche:

1. Provvisto di miscelatore elettronico con controllo digitale dei gas Aria/O₂/N₂O con flusso minimo O₂ sempre garantito
2. Deviatore manuale per gas azogeni da manuale e automatico e viceversa
3. Tutti i parametri di ventilazione, chiave ventilatore, valore gas e dei flussimetri digitali su display minimo 15" a colori touch screen su braccio rotante con la massima orientabilità possibile
4. Vaporizzatori totalmente elettronici per tutti i gas anestetici con regolazione del flusso direttamente sul display
5. Completo di tecniche ventilazione a volume controllato, a pressione controllata, a pressione assistita, manuale e spontaneo procedure automatiche di reclutamento alveolare
6. Minimo volume interno del circuito in ventilazione automatica

Inoltre su un secondo display minimo 15" a colori touch screen posizionato sullo stesso braccio del primo, tutti i parametri emodinamici con relativi allarmi:

- ECG con analisi del tratto ST e aritmie
- Respiro
- NIBP
- SpO₂
- 2 Pressioni invasive
- 2 Temperature
- Profondità anestesia e di ossigenazione

Su entrambi i display devono risultare identica visualizzazione dei parametri con relativi trend e allarmi, impostazione, interfaccia operativa per un agevole e sicuro utilizzo della postazione di anestesia in tutte le funzionalità disponibili.

Su carrello dedicato con prese elettriche supplementare e blocco ruote.

Spesa presunta € 39.000,00 c/u.

5 Santi Saluti

AO Brotzu - Cagliari - P.O. S. MICHELE

M. S.C. RIANIMAZIONE

DIRETTORE F.F.

Dr. Emilio Maria Emilia Marcello

Ca., 22/11/2018

URGENTE !!!

www.aobrotzu.it

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Ubaldo Azzeni

AO Brotzu - Cagliari
DIPARTIMENTO EMERGENZA-URGENZA
IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Dessi



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL. " B " Pag. N. 1 di Fg. 1

rif. cc

Oggetto: *Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016. Richiesta di preventivo relativo alla fornitura di Ventilatori Anestesia destinati alla SC Rianimazione del PO San Michele. Cod. Cig. 77357162CA*

VERBALE DI CONFORMITA' SCHEDE TECNICHE

DITTA RAPPRESENTANZE DR.ALESSANDRO DESSI

prodotto conforme presso favorevole

Il Diretto SC Rianimazione PO San Michele

Dott.ssa *Marcella* Emilia Marcello
AO Brotzu - Cagliari - P.O. S. MICHELE

S.C. RIANIMAZIONE
DIRETTORE F.F.

Dott. Marcella Emilia Marcello

RAPPRESENTANZE

Dr. Alessandro Dessì

Forniture Apparecchiature Elettromedicali e Accessori

Via Cocco Ortu, 6 - Tel. 070/495737

Telefax 070/495737

09128 CAGLIARI

E-mail: alex.dessi@tiscali.it

Lì, 03/01/2019

Spett.le
 Azienda Ospedaliera G. Brotzu
 Piazzale Alessandro Ricchi, 1
 09134 Cagliari

RdO: rfq_327249 – Rif. C.C.

Offerta n° 124/SV/RIV.

Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016.

Richiesta di preventivo relativo alla fornitura di Ventilatori Anestesia destinati alla S.C. Rianimazione del P.O. San Michele.

CIG: 77357162CA.

Descrizione economica:

n° 01 cod. 1011-9050-000 stazione di Anestesia top di gamma GE mod. Aisys CS2 completo di:

- alloggiamento per portamoduli e 3 cassette;
- maniglia lato dx;
- ACGO (Auxiliary Common Gas Outlet);
- braccio reggi pallone manuale;
- braccio reggitubi;
- software e manuali in italiano;
- modalità ventilatorie controllate (VC-PCV-PCV-VG);
- modalità ventilatorie sincronizzate e spontanee (SIMV VC-PCV-PCV-VG e PSV Pro e CPAP-PSV);
- software Et Control;
- software procedure di reclutamento, pausa flusso Gas e VCV;
- 4 prese ausiliarie;
- montaggio verticale su braccio per display da 19", a colori touch screen del monitor **Carescape B850**;
- sistema evacuazione gas per sistemi attivi connessione BSI da 30 mm filettata;
- canale N2O, prolunghe gas, tubo evacuazione ega attivo;
- modulo respiratorio E-SCAIOVE-00;
- canestro CO2 monouso e sostituibile durante l'intervento;
- Ez Change;
- supporti per monitor emodinamico B850 da 19", a colori touch screen e **CarescapeONE 20** modulo emodinamico NOVITA' 2018 con display a colori, utilizzabile da solo anche per il trasporto e per il controllo dei seguenti parametri paziente:
 - ECG con cavo a 5 elettrodi per analisi del tratto ST e aritmie;
 - SpO2 con cavo e sonda a dito adulti riutilizzabile;
 - IBP con cavo sdoppiatore per il monitoraggio di n. 2 pressioni cruento;
 - NIBP completo di cavo e bracciale riutilizzabile adulti;
 - 2 Temperature con sonde interne riutilizzabili;

n° 01 cod. M1235680 **Modulo Entropia** con cavo e sensori dedicati.

RAPPRESENTANZE

Dr. Alessandro Dessì

Forniture Apparecchiature Elettromedicali e Accessori

Via Cocco Ortu, 6 - Tel. 070/495737

Telefax 070/495737

09128 CAGLIARI

E-mail: alex.dessi@tiscali.it

Lì, 03/01/2019

Spett.le

Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Piazzale Alessandro Ricchi, 1

09134 Cagliari

RdO: rfq_327249 – Rif. C.C.

Offerta n° 124/SV/RIV.

Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016.

Richiesta di preventivo relativo alla fornitura di Ventilatori Anestesia destinati alla S.C. Rianimazione del P.O. San Michele.

CIG: 77357162CA.

n° 01 cod. M1235169 **Modulo NMT** con kit accessori ed elettrodi monouso.

Garanzia 12 mesi

La configurazione offerta consente la retrocompatibilità con un gran numero di moduli di monitoraggio neri serie "M", come M-CAIOV per il controllo dei gas anestetici e spirometria alla Y; M-NMT per la curarizzazione e bianchi serie "E" come E-PSMP per i parametri emodinamici base; E-CAIOV per il controllo dei gas anestetici e spirometria alla Y; E-Entropy per la profondità di anestesia delle precedenti piattaforme di monitoraggio Datex Ohmeda e Ge per il controllo di diversi parametri paziente.

Per accessori e consumabili la retrocompatibilità esiste per cavi ECG, SpO2, NIBP, Temperatura con attacchi rettangolari ai moduli, sensori di flusso interni e concertina paziente a vista.

Importo complessivo: € 37.500,00 x 5 = € 187.500,00 + I.V.A.

€ centoottantasettemilacinquecento/00 + I.V.A.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- IVA a Vs. carico secondo le norme di legge;
- Imballo – Trasporto – Montaggio – Collaudo sono compresi;
- Pagamento: 60 gg data fattura;
- Consegna: 60 gg lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine;
- Validità del preventivo: 180 giorni;
- L'aliquota IVA è pari al 22%;
- In caso di ordine riportare il numero dell'offerta.

Firmato digitalmente da

Alessandro Dessì

Dr. Alessandro Dessì

Distributore autorizzato per la Sardegna

GE Medical Systems Italia spa

ALESSANDRO DESSI'

Data e ora della firma:

08/01/2019 10:51:12