



Adottata dal Direttore Generale in data 20 FEB. 2019

Oggetto: Incremento, ex art. n. 106, comma 12 del D. Lgs n. 50/16, fornitura di n. 1 Ventilatore di cui alla Delibera n. 55 del 09.01.2019 per Ventilatori Anestesia destinati alla SC Rianimazione del PO San Michele. Operatore Economico Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì. Spesa complessiva € 33.490,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 77357162CA.

Il Direttore Generale Dott. ssa Graziella Pintus  
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata  
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 21 FEB. 2019 per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

**Su** proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

**Premesso** che con nota del 28.01.2019 (All. "A" fg. 2), il Direttore della SC Chirurgia Generale, ha richiesto la fornitura urgente di un Ventilatore Anestesia con le medesime caratteristiche di quelli aggiudicati con delibera n. 55 del 09.01.2019, in favore della Ditta Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì;

**Considerato** che con nota del 07.02.2019, inoltrata via Pec, è stata chiesta una miglioria alla Ditta Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì, la quale ha proposto un'offerta migliorativa pari a € 33.490,00 oltre Iva di Legge (All. "B" fg. 2);

**Ritenuto** pertanto, necessario incrementare, ai sensi dell'art. n. 106, comma 12 del D. Lgs n. 50/16, il contratto di cui alla delibera n. 55 del 09.01.2019, in favore della Ditta Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì, per la fornitura n. 1 Ventilatore Anestesia da destinare alla SC Chirurgia Generale per un importo complessivo pari a € 33.490,00 oltre Iva di Legge;

**Tenuto Conto** che, nonostante gli articoli in argomento non siano ricompresi nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che la loro acquisizione sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

**Visti** il D. Lgs n. 50/16 e la L.R. 10/06;

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di incrementare, ai sensi dell'art. n. 106, comma 12 del D. Lgs n. 50/16, il contratto di cui alla delibera n. 55 del 09.01.2019, in favore della Ditta Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì, per la fornitura n. 1 Ventilatore Anestesia da destinare alla SC Chirurgia Generale per un importo complessivo pari a € 33.490,00 oltre Iva di Legge;

g



Segue delibera n. 448 del 20 FEB. 2019

2. di dare atto che l'importo di € 33.490,00 Iva di Legge verrà imputato al conto n. A102020401 del Piano dei Conti – Centro di Costo: 090130;
3. di demandare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. 001763 del 28/05/2015;
4. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti

Il Direttore Amministrativo  
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale  
Dott. ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Resp. le Serv. ABS Dott. ssa Agnese Foddis  
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Ass. Amm. vo Dott. ssa C. Cossu


NP/2019/862  
del 28/01/2019

Al Direttore della S.C.A.B.S  
Dott.ssa Agnese Foddis

OGGETTO: Acquisto urgente per n° 1 ventilatore per Sala Operatoria Chirurgia Generale CDC 090130

Si richiede l'acquisto urgente n° 1 ventilatore per essere utilizzato su pazienti adulti ,pediatrici e neonati ,con circuito aperto,semi-chiuso e chiuso con le seguenti caratteristiche:

1. Provvisto di miscelatore elettronico con controllo digitale dei gas Aria/O2/N2O con flusso minimo O2 sempre garantito
2. Deviatore manuale per gas alogenati da manuale a automatico e viceversa
3. Tutti i parametri di ventilazione , curve ventilatorie, valori gas e dei flussimetri digitali su display minmo 15" a colori touch screen su braccio rotante con la massima orientabilità possibile
4. Vaporizzatori totalmente elettronici per tutti i gas anestetici con regolazione del flusso direttamente sul display
5. Completo di tecniche ventilatorie a volume cotrollato, a pressione controllata ,a pressione assistita ,manuale e spontanea .procedure automatiche di reclutamento alveolare
6. Minimo volume interno del circuito in ventilazione automatica



AO Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 2 di Fg. 2

DIPARTIMENTO CHIRURGICO  
SALA OPERATORIA CHIRURGIA GENERALE  
TRAPIANTO DI FEGATO E PANCREAS  
Dir. Dott. Fausto Zamboni

Inoltre su un secondo display minimo 15" a colori touch screen posizionato sullo stesso braccio del primo, tutti i parametri emodinamici con relativi allarmi:

- ECG con analisi del tratto ST e aritmie
- Respiro
- NIBP
- SpO2
- 2 Pressioni invasive
- 2 Temperature
- Profondità anestesia e di curarizzazione

Su entrambi i display devono risultare identici visualizzazione dei parametri con relativi trend e allarmi, impostazione, interfaccia operatore, per un agevole e sicuro utilizzo della postazione di anestesia in tutte le funzionalità disponibili.

Su carrello dedicato con prese elettriche supplementare e blocco ruote

Spesa presunta 39.000,00

Firma  
Direttore  
Fausto Zamboni

AZIENDA OSPEDALIERA  
STRUTTURA  
CHIRURGIA E  
DIRETTORE: Dott. Fausto Zamboni

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
CAGLIARI  
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA  
DIRETTORE: Dott. Fausto Zamboni

RAPPRESENTANZE  
**Dr. Alessandro Dessì**

Forniture Apparecchiature Elettromedicali e Accessori  
Via Cocco Ortu, 6 - Tel. 070/495737  
Telefax 070/495737  
09128 CAGLIARI  
E-mail: [alex.dessi@tiscalì.it](mailto:alex.dessi@tiscalì.it)

ALL. " B " Pag. N. 1 di Fg. 2

Li, 18/02/2019

Spett.le  
Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
Piazzale Alessandro Ricchi, 1  
09134 Cagliari

Offerta n° 017/SV/RIV.

Rif. Vs. richiesta email del 07/02/2019 – Miglioria per n° 01 Ventilatore Anestesia.

Alla cortese attenzione: dott.ssa Agnese Foddìs.

Descrizione economica:

n° 01 cod. 1011-9050-000 stazione di Anestesia top di gamma GE mod. Aisys CS2 completo di:

- alloggiamento per portamoduli e 3 cassette;
- maniglia lato dx;
- ACGO (Auxiliary Common Gas Outlet);
- braccio reggi pallone manuale;
- braccio reggitubi;
- software e manuali in italiano;
- modalità ventilatorie controllate (VC-PCV-PCV-VG);
- modalità ventilatorie sincronizzate e spontanee (SIMV VC-PCV-PCV-VG e PSV Pro e CPAP-PSV);
- software Et Control;
- software procedure di reclutamento, pausa flusso Gas e VCV;
- 4 prese ausiliarie;
- montaggio verticale su braccio per display da 19", a colori touch screen del monitor **Carescape B850**;
- sistema evacuazione gas per sistemi attivi connessione BSI da 30 mm filettata;
- canale N2O, prolunghes gas, tubo evacuazione ega attivo;
- modulo respiratorio E-SCAIOVE-00;
- canestro CO2 monouso e sostituibile durante l'intervento;
- Ez Change;
- supporti per monitor emodinamico B850 da 19", a colori touch screen e **CarescapeONE 20** modulo emodinamico NOVITA' 2018 con display a colori, utilizzabile da solo anche per il trasporto e per il controllo dei seguenti parametri paziente:
- ECG con cavo a 5 elettrodi per analisi del tratto ST e aritmie;
- SpO2 con cavo e sonda a dito adulti riutilizzabile;
- IBP con cavo sdoppiatore per il monitoraggio di n. 2 pressioni cruenta;
- NIBP completo di cavo e bracciale riutilizzabile adulti;
- 2 Temperature con sonde interne riutilizzabili;

n° 01 cod. M1235680 **Modulo Entropia** con cavo e sensori dedicati.

n° 01 cod. M1235169 **Modulo NMT** con kit accessori ed elettrodi monouso.

RAPPRESENTANZE  
**Dr. Alessandro Dessì**

Forniture Apparecchiature Elettromedicali e Accessori  
Via Cocco Ortu, 6 - Tel. 070/495737  
Telefax 070/495737  
09128 CAGLIARI  
E-mail: [alex.dessi@tiscali.it](mailto:alex.dessi@tiscali.it)

ALL. n° 6 "Pag. N. 2 di Fg. 2

Li, 18/02/2019

Spett.le  
Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
Piazzale Alessandro Ricchi, 1  
09134 Cagliari

Offerta n° 017/SV/RIV.

Rif. Vs. richiesta email del 07/02/2019 – Miglioria per n° 01 Ventilatore Anestesia.

Alla cortese attenzione: dott.ssa Agnese Foddìs.  
Garanzia 12 mesi

La configurazione offerta consente la retrocompatibilità con un gran numero di moduli di monitoraggio neri serie "M", come M-CAIOV per il controllo dei gas anestetici e spirometria alla Y; M-NMT per la curarizzazione e bianchi serie "E" come E-PSMP per i parametri emodinamici base; E-CAIOV per il controllo dei gas anestetici e spirometria alla Y; E-Entropy per la profondità di anestesia delle precedenti piattaforme di monitoraggio Datex Ohmeda e Ge per il controllo di diversi parametri paziente.

Per accessori e consumabili la retrocompatibilità esiste per cavi ECG, SpO2, NIBP, Temperatura con attacchi rettangolari ai moduli, sensori di flusso interni e concertina paziente a vista.

**Importo complessivo: € 33.490,00 + I.V.A.**  
€ trentatremilaquattrocentonovanta/00 + I.V.A.

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

- IVA a Vs. carico secondo le norme di legge;
- Imballo – Trasporto – Montaggio – Collaudo sono compresi;
- Pagamento: 60 gg data fattura;
- Consegna: 60 gg lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine;
- Validità del preventivo: 180 giorni;
- L'aliquota IVA è pari al 22%;
- In caso di ordine riportare il numero dell'offerta.

Alessandro Dessì  
Dr. Alessandro Dessì  
Distributore autorizzato per la Sardegna  
GE Medical Systems Italia spa

Firmato digitalmente da

**ALESSANDRO DESSI'**

Data e ora della firma:  
19/02/2019 11:11:47