

Adottata dal Direttore Generale in data: 20 FEB. 2019

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di Sistema completo per osteoplastica percutanea da destinare alla SSD Radiologia Oncologica del PO Businco. Operatore Economico Stryker Italia Srl. Spesa complessiva € 121.900,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 7714945E01.

Il Direttore Generale Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

21 FEB. 2019

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL _____ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Acquisita la nota n. 2344 del 21.11.2018, con la quale il Direttore della SC Farmacia ha chiesto l'acquisizione di n.1 Sistema completo per osteoplastica percutanea da destinare alla SSD Radiologia Oncologica del PO Businco (All. "A" fg. 3);

Considerato che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all'acquisto mediante l'utilizzo della Piattaforma CAT Sardegna;

Atteso che con RDO n. 327584 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 10 Ditte e che nei termini sono pervenute le offerte delle Ditte Medica Sas e Stryker Italia Srl;

Vista la relazione con la quale l'utilizzatore, previa valutazione e test sui campioni richiesti, ha espresso parere favorevole relativamente ai prodotti proposti dalla Ditta Stryker Italia Srl mentre ha espresso la non conformità circa i prodotti proposti dalla Ditta Medica Sas (All. "B" fg. 3);

Vista l'offerta della Ditta Stryker Italia Srl; (All. "C" fg. 2);

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in favore della Ditta Stryker Italia Srl, la fornitura di n.1 Sistema completo per osteoplastica percutanea da destinare alla SSD Radiologia Oncologica del PO Businco per un importo complessivo pari a € 121.900,00 oltre Iva di Legge;

Visti il D. lgs n. 50/16 e la L.R. 10/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in della Ditta Stryker Italia Srl, la fornitura di n.1 Sistema completo per osteoplastica percutanea da destinare alla SSD Radiologia Oncologica del PO Businco per un importo complessivo pari a € 121.900,00 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che l'importo di € 121.900,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo 692120;



Segue delibera n. 449 del 20 FEB. 2019

3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. le Serv. ABS Dott. ssa Agnese Foddis
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Ass. Amm. vo Dott. ssa C. Cossu



REC Azienda Ospedaliera Brotzu^A

SC Farmacia

8
Flb3

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 3

Prot. n° 2364 del 21/11/18

NP/2018/9996
del 22/11/2018

Al Direttore SC Serv. Acquisti Beni e Servizi
Sede

Oggetto: Fornitura annua, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno di "Sistema completo per osteoplastica percutanea" destinato a Radiologia Oncologica e Interventistica PO Businco.

Si trasmette per i provvedimenti di competenza la richiesta di fabbisogno annuo, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di "Sistema completo per osteoplastica percutanea", utilizzato da anni dalla struttura richiedente.

La spesa presunta è di circa € 133.883 + IVA, corrispondente alla spesa dell'ultimo anno.

Cordiali saluti.

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

Allegati: Richiesta Resp. SSD Radiologia Oncologica
e Interventistica PO Businco

Dot. ssa G. Sanna

PERVENUTA IN FARMACIA
01 OTT. 2018
Prot. N. 1977



AO Brotzu

SSD RADIOLOGIA ONCOLOGICA e
INTERVENTISTICA

Prot. n° 158/18 RD
n° 15

Cagliari li, 26.09.2018

FABBISOGNO PRODOTTI
(da inoltrare alla Farmacia)

Compilazione a cura del Centro di Costo richiedente					
Dipartimento di:			Direttore:		
Responsabile Centro di Costo (C.d.C.): Dott. Claudio Pusceddu					
Descrizione del prodotto	Già in uso	Fabbisogno mesi	Quantità	Base d'asta	
1 Kit da osteoplastica	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	12	130	€ 119028 iva esclusa	
2 Cemento osseo	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	12	130 mezze dosi	€ 9815 iva esclusa	
3 Ago singolo da 11G	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	12	60	€ 5040 iva esclusa	
4	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no				
5	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no				
6	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no				
7	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no				
8	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no				
9	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no				
10	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no				
11	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no				
12	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no			133-580	

Se prodotti di nuova introduzione esplicitare le motivazioni:

Il Direttore della Struttura
Dott. Claudio Pusceddu
 AO Brotzu - Cagliari
P.O. BUSINCO
SSD Radiologia Oncologica e Interventistica
Direttore: Dott. Claudio Pusceddu
Il Direttore della SC Farmacia

Il Direttore di Dipartimento
Dott. Giancarlo Angioni
AO Brotzu - Cagliari
DIPARTIMENTO SERVIZI
Dott. Giancarlo Angioni
Il Direttore Sanitario
 AO Brotzu - Cagliari
DIREZIONE SANITARIA P.O. BUSINCO
Dirigente Sanitario
Dott.ssa M. Teresa Addis



AO Brotzu

SSD RADIOLOGIA ONCOLOGICA e
INTERVENTISTICA

ALL. " A " Pag. N. 3 di Fg. 3

Prot. n° 158/18
n° 15

Cagliari li, 26.09.2018

Al Direttore
Servizio Farmacia
A.O. Brotzu
P.le Ricchi 1 – Cagliari

02.09.2018

1977

Oggetto: fornitura di un sistema completo per osteoplastica percutanea


Si richiede la fornitura di un sistema completo per osteoplastica percutanea sotto guida TC-Fluoroscopica, da utilizzare presso la sezione di Radiologia Interventistica della Struttura. Il sistema deve soddisfare le seguenti caratteristiche:

- Confezione del kit sterile monouso.
- Camera chiusa di miscelazione e iniezione dotata di raccordo ad un sistema di aspirazione dei fumi tossici generatisi durante la miscelazione del cemento.
- Tubo di prolunga per l'iniezione del cemento con connettore Luer che permette all'operatore di tenersi a distanza dalla fonte radiogena durante la procedura.
- Miscelatore manuale per permettere all'operatore di controllare il grado di fluidità del cemento.
- Ago introduttore di calibro 11G con mandrino a punta diamantata e a punta a becco di flauto compresi entrambi nel kit.
- Ago introduttore di calibro 11G in confezione singola.
- Ago con punta Trocar, curvo, che consenta l'iniezione direzionata del cemento, in confezione singola, calibro 11G dotato di introduttore.
- Cemento osseo radiopaco a bassa viscosità.
- Cemento osseo con tempi di lavorazione di 10-12 minuti.
- *• Cemento osseo con tempo di presa di 8 minuti circa a 37°C.
- Cemento osseo con concentrazione di solfato di bario intorno al 30%
- Cemento osseo bicomponente con parte liquida a base di Metilmetacrilato e parte solida a base di Polimetilmetacrilato.
- Confezione del cemento osseo divisa in due mezze dosi per consentire il risparmio di materiali in caso di necessità di utilizzo di una dose ridotta.

Il Direttore della Struttura
Dott. Claudio Pusceddu

AO Brotzu - Cagliari
DIPARTIMENTO SERVIZI
Dott. Giancarlo Angioni

AO Brotzu - Cagliari
P.O. BUSINCO
SSD Radiologia Oncologica e Interventistica
Direttore: Dott. Claudio Pusceddu



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL. " B " Pag. N. 1 di Fog. 3

PERVENUTA IN FARMACIA

20 DIC. 2018.

FARMACIA

20 DIC. 2018

rif. cc

PERVENUTO

Prot. N. 2527

Oggetto: Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016. Richiesta di preventivo relativo alla fornitura di Sistema completo per osteoplastica percutanea da destinare alla SSD Radiologia Oncologica del PO Businco .Cod. Cig. 7714945E01

VERBALE DI CONFORMITA' SCHEDE TECNICHE

S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI
08 FEB. 2019
PERVENUTO

STRYKER CONFORME

MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. SAS NON CONFORME

VEDI RELAZIONE ALLEGATA

Il Responsabile SSD Radiologia Oncologica
Businco
Dott. Claudio Pusceddu

*procedura
completata*

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"
S.C. DI FARMACIA
Il DIRETTORE
Dott.ssa Michela Pellicchia

Prot. n° 34/19

Cagliari, li 06.02.2019

Al Direttore
S.C. Farmacia
A.O. Brotzu - Sede

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n° 50 del 18.04.2016. Richiesta di preventivo relativo alla fornitura di Sistema completo per osteoplastica percutanea da destinare alla SSD Radiologia Oncologica e Interventistica del PO Businco. Cod. Cig. 7714945E01.

In relazione a quanto in oggetto sono stati presi in visione e utilizzati su pazienti durante la seduta operatoria svoltasi il giorno 05.02.2019 presso la SSD Radiologia Oncologica e Interventistica del P.O. A. Businco, sistemi Medtronic (formato da materiale con scheda tecnica RIF 2 e RIF 3) e Stryker PCD. Il sistema Medtronic è stato presentato nella sola versione con ago introduttore punta Trocar.

Ambedue i sistemi presentati sono conformi a quanto descritto nelle schede tecniche presentate in gara, per il giudizio di conformità si rimanda a quanto descritto nel Verbale di conformità schede tecniche.

Di sotto viene riportato il giudizio tecnico emerso durante l'utilizzo dei due sistemi:

- Sistema Medtronic.

Viene eseguita vertebroplastica multipla su paziente. Emergono le seguenti criticità:

- Il cemento, dopo la preparazione, deve essere trasferito dal miscelatore alla pistola di iniezione con l'interposizione di una cartuccia di contenimento dello stesso.
- Il trasferimento del cemento alla cartuccia è risultato difficoltoso tanto da richiedere l'apertura di un secondo kit per poter terminare la procedura.
- Scarso controllo del dosaggio della quantità di cemento da iniettare in una singola vertebra causato dalla poca maneggevolezza e praticità del dispositivo di iniezione.

- Sistema Stryker.

Viene eseguita vertebroplastica multipla su paziente. Durante la procedura non sono emerse criticità.

Per quanto sopra riportato si esprime il seguente giudizio tecnico:

- Sistema Medtronic.

Il sistema risulta complesso e poco pratico durante l'utilizzo. Le plastiche utilizzate rendono alcuni componenti inaffidabili ed espongono a rischi di spreco di materiali. Preparazione e iniezione del

cemento non avvengono tutte con un unico sistema. Lo scarso controllo della quantità di cemento iniettato rende non sicura per il paziente la procedura di vertebroplastica.

- Sistema Stryker.


Il sistema non presenta difficoltà di utilizzo, risultando pratico ed immediato. Preparazione e iniezione del cemento avvengono tutte senza scambi di cemento tra contenitori rendendo più veloce la procedura di vertebroplastica. Il controllo della quantità di cemento iniettato è completo rendendo la procedura di vertebroplastica sicura per il paziente. Non ultima, la praticità del sistema riduce i tempi di anestesia del paziente.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Il Direttore della Struttura
Dott. Claudio Pusceddu



 AO Brotzu - Cagliari
P.O. BUSINCO
SSD Radiologia Oncologica e Interventistica
Direttore: **Dott. Claudio Pusceddu**

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016. Richiesta di preventivo relativo alla fornitura di Sistema completo per osteoplastica percutanea da destinare alla SSD Radiologia Oncologica del PO Businco .Cod. Cig. 7714945E01

Dichiarazione di offerta economica

Il sottoscritto GIANFRANCO D'ALESSIO

Nato a NAIROBI KENYA il 18/12/1962

In qualità di AMMINISTRATOE DELEGATO dell'operatore economico STRYKER ITALIA S.R.L.

C.F. 12572900152 P. I.V.A. 06032681006

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:

.....

Dichiara

Dichiara

Di offrire

1.al prezzo unitario di € 800,00 (diconsi € ottocento/00) IVA esclusa per un importo complessivo pari a € 104.000,00 diconsi € centoquattromila/00) IVA esclusa.

Codice prodotto 0506483000 CND ____K010399 RDM _1591265

2.al prezzo unitario di € 110,00 (diconsi € duecentoventi/00) IVA esclusa per un importo complessivo pari a € 14.300,00 diconsi € quattordicimilatrecento/00) IVA esclusa.

Codice prodotto 0406222000 CND _P099001_ RDM 278654

3.al prezzo unitario di € 60,00 (diconsi € sessanta/00) IVA esclusa per un importo complessivo pari a € 3.600,00 diconsi € tremiseicento/00) IVA esclusa.

Codice prodotto 0306XXX000 CND _ A019011_ RDM 1591247-1591248-1591249-1591250-1591256-1591259

Si riporta inoltre il dettaglio degli sconti come richiesto nella Vs. lettera d'invito

Lotto	Codice	Descrizione	Prezzo Listino In cifre (€) per confezione indivisibile	Prezzo Listino lettere per confezione indivisibile	Sconto %	Prezzo Unitario Scontato In cifre (€)	Prezzo Unitario Scontato in Lettere per confezione indivisibile	Prezzo Unitario Scontato in cifre (€)	Prezzo Unitario Scontato in Lettere	Q.tà	Prezzo Scontato per Q.tà in cifre (€)	Prezzo Scontato per Q.tà in Lettere	IVA %	CND	RDM	Q.tà per confezione
1	0506483000	PCD SIS.PER CUT. 11ga 1PZ	€ 1.090,00	millenovanta /00	26,61%	€ 800,00	ottocento / 00	€ 800,00	ottocento / 00	130	€ 104.000,00	centoquattromila / 00	22,00%	K010399	1591265	4
1	0406222000	SPINEPL EX CEM. VERT. 1/2 D 2PZ.	€ 360,00	trecentosessanta / 00	38,89%	€ 220,00	duecentoventi / 00	€ 110,00	{settecentoquaranta/00}	130	€ 14.300,00	quattordicimilatrecento / 00	4,00%	P099001	278654	2

1	0305000000	AGO PRCT. PT.1/4- SNU. 10/11/1 3-1PZ VARIE MIS	C 100,00	cento / 00	0,00%	C 60,00	sessanta / 00	C 60,00	sessanta / 00	50	C 3.600,00	tremilaseic ento / 00	22,00%	A019011	1591256	6
							totale		totale		C 121.500,00	[centovent unomilano vecento/0 0]				
completamento																
1	0505490000	PCD SIS.PER CUT. NO AGHI 3PZ	C 1.050,00	millecinquant a / 00	29,52%	C 740,00	settecento quaranta / 00	C 740,00	settecentoquaranta / 00	1	C 740,00	[settecento quaranta/0 0]	22,00%	K010399	1591267	4
1	0305011500	CURVE D NEEDLE A LA CARTE 3PZ.	C 700,00	settecento / 00	0,00%	C 700,00	settecento / 00	C 700,00	settecento / 00	1	C 700,00	[settecento /00]	22,00%	A019011	1225879	2

Data, 10/12/2018

Firma

STRYKER ITALIA S.R.L.
AMMINISTRATORE DELEGATO
GIANFRANCO D'ALESSIO

Attenzione : In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso.