

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 340 \_\_\_\_\_

DEL 15.03.2019 \_\_\_\_\_

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di un'apparecchiatura per alta disinfezione di sonde a ultrasuoni da destinare alla SC Ginecologia Oncologica del PO Businco. Operatore Economico FC Genetics Srl. Spesa complessiva € 18.732,50 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z5D26FEDC7.

PDTD/2019/329

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 15.03.2019 \_\_\_\_\_ per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

---

---

### IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Premesso** che con nota n. 56 del 03.10.2018, il Direttore della SC Ginecologia Oncologica del PO Businco, ha richiesto la fornitura di un'apparecchiatura per alta disinfezione di sonde a ultrasuoni da destinare alla propria struttura (All. "A" fg. 2);
- Dato atto** che, si è reso necessario procedere mediante la pubblicazione della manifestazione d'interesse relativa alla sopracitata fornitura, nel sito web Aziendale;
- Atteso** che nei termini è pervenuta la richiesta di partecipazione di numero 4 Ditte;
- Considerato** che è stata pubblicata sulla piattaforma Sardegna Cat la RDO n. 331817, con la quale sono state invitati a presentare la propria offerta n. 10 Operatori Economici;
- Rilevato** che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 12.02.2019 alle ore 12:00, è pervenuta nei termini l'offerta della Ditta FC Genetics Srl;
- Vista** la relazione nella quale l'utilizzatore ha espresso parere favorevole, relativamente ai prodotti proposti dalla succitata Ditta (All. "B" fg. 1);
- Vista** l'offerta della Ditta FC Genetics Srl (All. "C" fg. 3);
- Tenuto Conto** che, nonostante gli articoli in argomento non siano ricompresi nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che la loro acquisizione sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza
- Ritenuto** pertanto di dover assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della Ditta FC Genetics Srl, la fornitura di un'apparecchiatura per alta disinfezione di sonde a ultrasuoni da destinare alla SC Ginecologia Oncologica del PO Businco per un importo complessivo pari ad € 18.732,50 oltre Iva di legge;

Segue determinazione n. 340 del 15.03.2019

**Dato Atto** che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;  
**Visti** il D.Lgs n. 50/16 e la Legge Regionale n. 10/06;

## D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della Ditta FC Genetics Srl, la fornitura di un'apparecchiatura per alta disinfezione di sonde a ultrasuoni da destinare alla SC Ginecologia Oncologica del PO Businco per un importo complessivo pari ad € 18.732,50 oltre Iva di legge;
2. di dare atto che l'importo di € 18.732,50 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto A102020401 del Piano dei Conti, Centri di Costo 372130;
3. di demandare alla SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. 001763 del 28/05/2015;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.  
Dott.ssa Agnese Foddis



AO Brotzu

GINECOLOGIA ONCOLOGICA  
DIRETTORE DOTT. A. MACCIO'  
P.O. BUSINCOSistema Sanitario  
Regione Sardegna

Prot. N° 56 / 18

Cagliari 3-10-18

D - *Scuola Businco*

Al Servizio acquisti

AOB


Oggetto: richiesta di apparecchiatura per alta disinfezione di sonde a ultrasuoni.

Si richiede per la Ginecologia oncologica del p.o. Businco una apparecchiatura per alta disinfezione di sonde ad ultrasuoni TROPHON EPR.

Si tratta di un sistema completo a ciclo chiuso per disinfezione automatica e validabile ad alto livello in soli 7 minuti di sonde ad ultrasuoni adatto al trattamento di sonde ecografiche semi-critiche e delle relative impugnature che trovano impiego nelle ecografie transvaginali e biopsie.

Caratteristiche:

- trattamento rapido 7 minuti;
- efficacia battericida, sporicida e virus debellante in base agli standard internazionali (4-6-flog)
- processo automatizzato tracciabile e convalidabile con standard di qualità costanti;
- controllo automatico del tempo di azione, temperatura e dosaggio;
- ripetibilità dei risultati,
- compatibilità con alto numero di sonde ad ultrasuoni;
- camera di disinfezione in alluminio sigillata;
- monitor LCD con messaggi e menù interattivi a tasti funzionali;

 AO Brotzu - Cagliari  
P.O. BUSINCO  
U.O.C. GINECOLOGIA ONCOLOGICA  
Direttore: Dott. Antonio Macciò



AO Brotzu




**GINECOLOGIA ONCOLOGICA**  
**DIRETTORE DOTT. A. MACCIO'**  
**P.O. BUSINCO**

Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

- 
- sicurezza per operatori e pazienti: nessuna esposizione o contatto con prodotti chimici tossici;
  - rispetto dell'ambiente : il perossido di idrogeno si scompone in acqua e ossigeno.

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Antonio Macciò  
  
AO Brotzu - Cagliari  
P.O. BUSINCO  
U.O.C. GINECOLOGIA ONCOLOGICA  
Direttore: Dott. Antonio Macciò



rif. cc

**Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 2016, per la fornitura di una apparecchiatura per alta disinfezione di sonde a ultrasuoni da destinare alla SC Ginecologia Oncologica del PO Businco Cig Z5D26FEDC7**

**VERBALE DI CONFORMITA' SCHEDE TECNICHE**

**FC Genetics**

---

---

**Direttore della Uo Ginecologia Oncologica**

**Dott. Antonio Macciò**

A.S.L. CA A.P.O. "A. BUSINCO"  
AMBULATORIO DI GINECOLOGIA ONCOLOGICA  
Direttore: Dott. ANTONIO MACCIÒ

**OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 2016, per la fornitura di una apparecchiatura per alta disinfezione di sonde a ultrasuoni da destinare alla SC Ginecologia Oncologica del PO Businco Cig Z5D26FEDC7**

### Dichiarazione di offerta economica

Il sottoscritto Facci Antonio

Nato a Sant'Andrea Frius (CA) il 19/08/1961

In qualità di Amministratore Unico dell'operatore economico FC Genetics Service Srl

C.F. 02839630924 P. I.V.A. 02839630924

### Dichiara

Di offrire un Sistema ad alta disinfezione\* di sonde ad ultrasuoni Trophon® EPR di marca Miele completo di:

#### Descrizione Tecnica

#### Apparecchiatura per l'alta disinfezione di sonde ad ultrasuoni TROPHON®EPR

Sistema completo a ciclo chiuso per la disinfezione automatica e validabile ad alto livello in soli 7 minuti di sonde ad ultrasuoni (no sonde TEE). Adatto al trattamento delle sonde ecografiche semi-critiche e delle relative impugnature per i seguenti settori di impiego: biopsie (mammarie, prostatiche, altri organi), neonatologia, ginecologia (sonde transvaginali e per amniocentesi), sonde intraoperatorie, ICU (unità di cure intensive), IVF (fecondazione in vitro).

#### Apparecchiatura per l'alta disinfezione di sonde ad ultrasuoni TROPHON®EPR

- Trattamento rapido di sonde a ultrasuoni (solo 7 min.) e relative impugnature sul PoC
- Efficacia battericida, fungicida, sporicida e virus debellante in base agli standard internazionali (4-6log)
- Processo automatizzato, tracciabile e convalidabile con standard di qualità costanti
- Controllo automatico di tempo di azione, temperatura e dosaggio
- Ripetibilità dei risultati
- Compatibilità con un ampio numero di sonde ad ultrasuoni
- Camera di disinfezione in alluminio sigillata
- Monitor LCD con messaggi e menù interattivi e tasti funzionali
- Sicurezza per operatori e pazienti: nessuna esposizione o contatto con prodotti chimici tossici
- Rispetto dell'ambiente: il perossido di idrogeno si scompone in acqua e ossigeno




Foto : trophon® EPR

#### Completa di:

N. 01 Stampante trophon (cavo di rete e allacciamento compresi).

Sull'elenco vengono riportate le seguenti informazioni:

1. Se la disinfezione è riuscita: logo trophon, data e ora, numero seriale del trophon® EPR, numero del ciclo trophon®, esito della disinfezione (Riuscita) esito dell'indicatore chimico (da inserire manualmente)
2. Se la disinfezione è fallita: logo trophon, data e ora, numero seriale del trophon® EPR, numero del ciclo trophon®, esito della disinfezione (Fallita) codice dell'errore, nome dell'operatore (da inserire manualmente), dati della sonda (da inserire manualmente), note (da inserire manualmente)

Dimensioni (LxPxH): 250 x 109 x 171 mm

N. 01 Rotolo etichette per stampante trophon® (1000 pz.)

N. 01 Confezione da 300 pz di indicatore chimico Trophon® per la regolare convalida della disinfezione HDL

N. 01 Cartuccia Trophon® EPR NanoNebulant composta da 12 flaconi da 80 ml cadauno

Concentrazione al 35%. Per ca. 40 cicli con scadenza 30 gg da \*

Classe IIb secondo 93/42/CE GMDN: 45058 disinfettante, dispositivo medico, perossido di idrogeno

## Dichiarazione di offerta economica

## Dettaglio articoli

**Codice Articolo:** 69641001

**Nome commerciale:** Trophon® EPR

**Fabbricante:** Miele

**Destinazione d'Uso:** Disinfezione di sonde ad ultrasuoni (7 min) di ginecologia  
Unita di cure intensive, Fecondazione in vitro Oncologia Neonatologia

**CND:** Z12040280

**N. Rep.:** 1191079/R

**Marchatura CE:** Dispositivo Medico Classe IIb  
Classe DM in base a 93/42/CEE, Allegato II, Art. 3




Foto : trophon® EPR


Completo di:

**Codice Articolo:** E9913930

**Nome commerciale:** Stampante Trophon® (completa di cavo di rete e allacciamento compresa)

**Fabbricante:** Miele

**Destinazione d'Uso:** Stampante di etichette dei dati della disinfezione



**Codice Articolo:** E9913940

**Nome commerciale:** Rotolo etichette per stampante Trophon®

**Fabbricante:** Miele

**Destinazione d'Uso:** Rotolo di etichette per stampante (1000 pz)

**Codice Articolo:** E9913920

**Nome commerciale:** Indicatore chimico Trophon®

**Fabbricante:** Miele

**Destinazione d'Uso:** Indicatore per la regolare convalida della disinfezione HLD (scatola da 300 pz)

**Codice Articolo:** E9913900

**Nome commerciale:** Cartuccia Trophon® EPR NanoNebuant

**Fabbricante:** Miele

**Destinazione d'Uso:** Disinfettante, dispositivo medico, perossido di idrogeno (12 flaconi da 80 ml).  
Concentrazione al 35%. Per ca. 40 cicli con scadenza 30 gg dall'apertura

prezzo unitario di € 18.732,50 (diconsi € Diciottomilasettecentotrentadue/50==) IVA esclusa per un importo complessivo pari a € 18.732,50 (diconsi € Diciottomilasettecentotrentadue/50==) IVA esclusa.

Prezzo di listino del sistema come da noi offerto € 19.513,00 diconsi (€ Diciannovemilacinquecentotredici/00==) IVA esclusa

Sconto a Voi riservato del 4% sul prezzo di listino

**CONDIZIONI GENERALI DÌ FORNITURA:**

IVA: di Legge a Vostro carico  
Consegna: 30 gg. Data conferma ordine esecutivo salvo il meglio  
Merce resa Franco: Vostra sede  
Training e collaudo: A cura dei tecnici qualificati Miele  
Garanzia: 24 mesi data collaudo definitivo  
Validità offerta: 180 gg. a far data dal 12/02/2019

Quartu Sant'Elena 08/02/2019

Firma

FC GENETICS SERVICE SRL  
Via Leoncavallo, 48 - 09049 QUARTU S.E.  
Tel. 070/8438082 - Fax 070/8531145  
Part. IVA 020800924

**Attenzione**

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso.