

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI**

N.342 \_\_\_\_\_

DEL 15.03.2019 \_\_\_\_\_

Oggetto: Incremento, ex art. n. 106, comma 12 del D. Lgs n. 50/16, fornitura di un elettrocardiografo da destinare alla SC Neuroradiologia Interventistica dell'AOB. Operatore Economico Tesmed snc. Spesa complessiva € 1.680,00 oltre Iva di Legge. Cig Vari.

PDTD/2019/317

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 15.03.2019 \_\_\_\_\_ per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.**

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Premesso** che con nota del 23.01.2019, il Direttore della SC Neuroradiologia Interventistica ha richiesto, con urgenza, la fornitura di un elettrocardiografo con le stesse caratteristiche di quello aggiudicato al lotto n.4, di cui alla delibera n.2573 del 04.12.2018, in favore della Ditta Tesmed snc, per garantire la continuità assistenziale, non essendo presente alcun elettrocardiografo nella propria struttura (All. A fg. 1);
- Ritenuto** pertanto, necessario incrementare ai sensi dell'art. n. 106, comma 12 del D. Lgs n. 50/16, il contratto di cui al lotto n.4 della delibera n. 2573/2018, in favore della Ditta Tesmed snc, per la fornitura n.1 elettrocardiografo da destinare alla SC Neuroradiologia Interventistica dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 1.680,00 oltre Iva di Legge;
- Tenuto Conto** che, nonostante gli articoli in argomento non siano ricompresi nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che la loro acquisizione sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- Dato Atto** che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;
- Visti** il D.Lgs n. 50/16 e la Legge Regionale n. 10/06;

**D E T E R M I N A**

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di incrementare, ai sensi dell'art. n. 106, comma 12 del D. Lgs n. 50/16, il contratto di cui al lotto n.4 della delibera n. 2573/2018, in favore della Ditta Tesmed snc, per la fornitura n.1 elettrocardiografo da destinare alla SC Neuroradiologia Interventistica dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 1.680,00 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che l'importo di € 1.680,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A102020401 del Piano dei Conti – Centro di Costo: 690320;

Segue determinazione n. 342 del 15.03.2019

3. di demandare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. 001763 del 28/05/2015
4. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Coll. Amm. vo Dott.ssa Jessica Troncia

Ass. Amm. vo Dott.ssa C. Cossu



**S.C. di NEURORADIOLOGIA  
INTERVENTISTICA VASCOLARE**

Al Direttore del Servizio A.B.S

Dott.ssa Agnese Foddis

SEDE

*Prot. 8 / del 23-01-19*

Oggetto: acquisto elettrocardiografo

23 GEN. 2019  
**PERVENUTO**

Si richiede, con la massima urgenza, l'acquisto di un elettrocardiografo per la neuro radiologiaradiologia interventistica.

Si precisa che, attualmente in tutta la radiologia non è presente alcun elettrocardiografo. Considerato che risulta aperta una procedura per la fornitura di elettrocardiografi; si chiede di inserire la presente richiesta alla delibera n.2573 del 04/12/2018.

L'elettrocardiografo deve avere le seguenti caratteristiche:

- 12 canali, computerizzato e portatile
- monitor a colori ad alta risoluzione
- inserimento dei dati attraverso tasti funzione
- stampa dei tracciati in diversi formati 4,6, 12 canali
- carta millimetrata formato A/4
- Software per l'interpretazione automatica dl tracciato
- Funzionamento manuale ed automatico
- Riconoscimento automatico inversione e mal posizionamento
- Interfaccia USB per il trasferimento dei tracciati

*Parere favorevole riguardo  
alle caratteristiche tecniche come  
de capitolato della Delibere 2573/18*

Cordiali Saluti  
**AO Brotzu - Cagliari**  
**S.C. di Neuroradiologia  
Interventistica Vascolare**  
DIRETTORE: Dott. Simone Comelli

Cagliari 23/01/2019

**Il Responsabile FF**  
**SSD Tecnologie Sanitarie**  
Ing. Andrea Alimonda

Lotto 4 = 13.440,00

Sistema Sanitario Regione Sardegna  
Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari  
P.iva: 02315520920

S.C. di Neuroradiologia ed Interventistica Vascolare  
Direttore: Dott. Simone Comelli  
tel. 070 539581  
segreteria tel e fax: 070539298  
mail: simone.comelli@aob.it