



Deliberazione 733

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 20 MAR. 2019

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di 10 lampade scialitiche destinate alla Terapia Intensiva della SSD Cardioanestesia del P.O. San Michele. Importo complessivo € 15.000,00 IVA esclusa. CIG. 7760465A4D. Ditta Almed.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 21 MAR. 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato da	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta della S.C. A.B.S.

VISTA la Deliberazione n. 54 del 09/01/19, con la quale è stata autorizzata la Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b" del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di 10 lampade scialitiche, destinate alla Terapia Intensiva della SSD Cardioanestesia del P.O. San Michele, per un importo complessivo di € 40.000,00 IVA esclusa;

ATTESO che si è reso necessario provvedere in merito con Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all'acquisizione della succitata fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico CAT Sardegna;

VERIFICATO che sulla piattaforma elettronica (CAT Sardegna) è presente la categoria merceologica del prodotto di cui trattasi;

ATTESO che si è proceduto alla pubblicazione della RDO n. 330956, invitando tra gli operatori economici abilitati, le ditte: ALMED, AXOSAN, DRAEGER, EUROMEDICAL, FC GENETICS, GRIMED, I.M. MEDICAL, LANDUCCI, MEDICAL SPA, SANIFARM, SIRIMED, STRYKER e TERAPON;

RILEVATO che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 31.01.2019 alle ore 13:00, sono pervenute le offerte delle Ditte: SANIFARM, ALMED, AXOSAN, FC GENETICS, MEDICAL SPA, e TERAPON;

VISTA la relazione (All. "A" fg. 1) con cui l'utilizzatore, a seguito di esame e valutazione delle schede tecniche, ha espresso parere favorevole circa i prodotti offerti dalle Ditte SANIFARM e ALMED;

VISTE le offerte delle Ditte SANIFARM e ALMED (All. "B" fg. 6);

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta ALMED, la Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b" del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di 10 lampade scialitiche destinate alla Terapia Intensiva della SSD Cardioanestesia del P.O. San Michele, perchè ha offerto il prezzo più basso, per una spesa complessiva di € 15.000,00 IVA esclusa;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

di aggiudicare alla Ditta ALMED, la Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b" del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di 10 lampade scialitiche, destinate alla Terapia Intensiva della SSD Cardioanestesia del P.O. San Michele, perchè ha offerto il prezzo più basso, per una spesa complessiva di € 15.000,00 IVA esclusa;



segue Deliberazione n 733 del 20 MAR. 2019

- di dare atto che la succitata spesa di € 15.000,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto – A102020401, centro di costo n. 490211 S. MICHELE - CARDIOANESTESIA_TERAPIA INTENSIVA POST-OPERATORIA;
- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/16;
- di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della Circolare dell'Assessore alla sanità della Regione Sardegna prot. 0001763 del 28/05/15;
- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

**Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata**

**Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni**

**Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus**

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Servizi e Liquid. Fatture – Dott. Davide Massacci

Coll. Amm. Dott.ssa J. Troncia

Ass. Amm. Dott. F. Aru



F.A.

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di 10 lampade scialitiche per Terapia Intensiva della SSD Cardioanestesia del P.O. San Michele. Importo complessivo a base d'asta € 40.000,00 IVA esclusa. CIG. 7760465A4D

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA'

Viste le offerte della Ditte: TERAPON, SANIFARM, MEDICAL SPA, FC GENETICS, AXOSAN, ALMED relativa alla fornitura in oggetto, si attesta quanto segue:

DITTA SANIFARM : IDONEA

DITTA ALMED : IDONEA

DITTA AXOSAN : NON IDONEA

Il diametro risulta essere inferiore a 22 cm e la Temperatura del calore è inferiore a quella richiesta.

DITTA FC GENETIC : NON IDONEA per diametro inferiore, regolazione dell'intensità luminosa nel pannello e non sul braccio.

DITTA MEDICAL : NON IDONEA per diametro inferiore, temperatura del calore non variabile su 3 step.

DITTA TERAPON : NON IDONEA per diametro nettamente inferiore non dotato di 7 Led, la Temperatura del calore è superiore, non variabile su 3 step con regolazione dell'intensità luminosa sulla cupola.

Il Direttore S.S.D. Cardioanestesia


Dr. Manlio Manconi

AO Brotzu - Cagliari

SSD CARDIOANESTESIA


DIRETTORE

Dr. Manlio Manconi



- Dettagli
 - Monitoraggio
 - Impostazioni
 - Valutazione
 - Valutazione
 - Aggiudicazione e Verbali
 - Messaggi (Non Letti 0)
 - Chiamata di Esportazione
 - ...
-
- Riassunto
 - Risposte
 - Qualifica
 - Tecnica
 - Economica
 - Stato
 - Valutazione

Fornitore : SANIFARM SRL



Riassunto Valutazione Economica [Esclusione Fornitore](#) [Storico](#)

<p>Round 0</p> <p>Allegato Busta Economica firmata digitalmente </p> <p>Note di esclusione/inclusione ufficiali</p>	<p>Dettagli pubblicazione 22/01/2019 16:03:08 da Domenico Porcu</p> <p>Escludi risposta fornitore? No</p> <p>Commenti di Valutazione alla Busta Fornitore [0] Commenti</p>
---	---

[Inserisci Mia Valutazione](#) [Verifica Download Allegato](#)

Valuta Evento	Valuta Risposta Fornitore	Prezzo totale complessivo
EUR	EUR	16.890

Valuta: EUR

3. Busta Economica


3.1 LOTTO UNICO - Sezione prezzo	Totale	Commenti di Valutazione (Livello Parametro)
	(Sub-Totale Incluso nel Totale) 16.890	0

Riferimento	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Totale	Commenti di Valutazione (Livello Parametro)
3.1.1 LOTTO UNICO	* N. 10 lampade scialitiche a tecnologia LED di ultima generazione. Caratteristiche: lampada scialitica a tecnologia LED di ultima generazione per il fissaggio a guide laterali con misure ISO tramite morsetto; lampada con potenza luminosa pari a 60000 lux a 0,5 m interruttore on / off lampadine di lunga durata, almeno 50000 ore aumento della temperatura sia nella zona testa che sul campo operatorio quasi nullo indice di riproduzione del colore di almeno RA 95 assorbimento totale massimo pari 10 w dia	10	1.689	16.890	0 Commenti

[Visualizza](#)

3.2 Area Allegati Aggiuntivi			
Nome File	Descrizione	Commento	Data ultima modifica
			22/01/2019 11:19

Allegati: 1



SANIFARM s.r.l.

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070/288350
 TELEFAX 070/282339
 09122 CAGLIARI
 REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
 C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
 C.C. POSTALE N. 17525098
 COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924

Prot.08/19/DP/maf

Spettabile

Azienda Ospedaliera Brotzu

Servizio Acquisti

Piazzale Alessandro Ricchi, 1

09134 Cagliari

OGGETTO:

Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di 10 lampade scialitiche per Terapia Intensiva della SSD Cardioanestesia del P.O. San Michele. Importo complessivo a base d'asta € 40.000,00 IVA esclusa. CIG. 7760465A4D

Dichiarazione di offerta economica

Il sottoscritto **DOMENICO PORCU**, nato a **CAGLIARI** il **11/05/1959** in qualità di **AMMINISTRATORE UNICO** e Legale Rappresentante dell'operatore economico **SANIFARM S.R.L.** C.F. e P. I.V.A. **00288550924**

Dichiara

ELENCO FORNITURA

Descrizione del prodotto	Quantità	Base d'asta
1 - Lampada scialitica a tecnologia LED di ultima generazione per il fissaggio a guide laterali con misure ISO tramite morsetto ; - potenza luminosa pari a 60.000 lux a 0,5 m ; - interruttore on/off ;	10	€ 40.000,00



Segue preventivo prot. n.08/19/DP/maf

Descrizione del prodotto		
<p>- lampadine di lunga durata, fino a 50.0000 ore;</p> <p>- aumento della temperatura sia nella zona testa che sul capo operatorio di 0,5°C;</p> <p>- indice di riproduzione del colore di RA 95;</p> <p>- assorbimento totale massimo: 10 w;</p> <p>- diametro testa lampada di 22 cm;</p> <p>- maniglie di regolazione del corpo lampada e impugnatura;</p> <p>- dotata di 7 leds;</p> <p>- temperatura del colore variabile su 3 step: 3700, 4000 e 4300° K tramite led bianchi;</p> <p>- regolazione dell'intensità luminosa a bordo lampada;</p> <p>- possibilità di svariati sistemi di fissaggio della scialitica alla trave;</p> <p>- braccio flessibile per un migliore orientamento;</p> <p>- garanzia e assistenza tecnica descritti nella parte tecnica.</p> <p>Marca Dr. Mach GmbH & Co. KG, modello Mach LED 115C.</p> <p>CND: Z129004</p> <p>N.Rep:1376538</p>		



Segue preventivo prot. n.08/19/DP/maf

Di offrire il prezzo unitario di € 1.689,00 (diconsi € milleseicentottantanove euro/00) + I.V.A. 22%

Non è possibile applicare alcuno sconto.

Per un importo complessivo per n. 10 pezzi pari a € 16.890,00 (diconsi € sedicimilaottocentonovanta euro/00) + I.V.A. 22%

ULTERIORI CONDIZIONI DI VENDITA

- **validità dell'offerta:** 180 gg data presente offerta
- **modo di pagamento:** entro 60 gg. dalla data di ricevimento fattura
- **Termini di consegna:** entro **15 gg.** data ricevimento buono d'ordine merce resa franco destino
- **I.V.A. 22%:** a Vs. carico
- **Pagine offerta:** 3 (tre)


Distinti saluti.

Cagliari, 16 Gennaio 2019

Sanifarm S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Domenico Porcu



OGGETTO:

Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di 10 lampade scialitiche per Terapia Intensiva della SSD Cardioanestesia del P.O. San Michele. Importo complessivo a base d'asta € 40.000,00 IVA esclusa. CIG. 7760465A4D

Dichiarazione di offerta economica

Il sottoscritto LECIS ALBERTO
 Nato a Cagliari il 21/02/1964
 In qualità di Legale Rappresentante dell'operatore economico ALMED SRL
 C.F. 03516530924 P. I.V.A. 03516530924

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:

.....

ELENCO FORNITURA

	Descrizione del prodotto	Quantità	Base d'asta
1	<u>lampade scialitiche a tecnologia LED di ultima generazione.</u>	10	€ 40.000,00

Di offrire il prezzo unitario di € 1.500,00 (diconsi € millecinquecento/00) IVA esclusa
Lampada MACH LED 115 – Lampada con morsetto CND Z129004 RDM 100419
 per un importo complessivo pari a € 15.000,00 diconsi € quindicimila/00) IVA esclusa.

Aliquota IVA: 22%

Percentuale di sconto sul prezzo al pubblico: 10% (diecipercento)

Validità dell'offerta: 180 giorni ai sensi dell'art. 32, comma 4, del DLgs n. 50 del 18/04/2016.

Data, 17/01/2019

Firma



La Almed S.r.l. dichiara che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad euro 840,00; Costi del personale annui: costo per Salari e stipendi € 50.960,00; Oneri sociali € 7.505,00 (comprende anche l'Inail dei dipendenti).

Attenzione

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso.

Dettagli	Monitoraggio	Impostazioni	Valutazione	Valutazione	Aggiudicazione e Verbali	Messaggi	Exportazione
Riassunto Risposte	Qualifica	Tecnica	<u>Economica</u>	Stato Valutazione			

Fornitore : ALMED SRL



Riassunto Valutazione Economica

Esclusione Fornitore

Round 0	Dettagli pubblicazione 21/01/2019 09:13:46 da ALBERTO LECIS
Allegato Busta Economica firmata digitalmente PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (51 KB)	Escludi risposta fornitore? No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	Commenti di Valutazione alla Busta Fornitore [0] Commenti

[Inserisci Mia Valutazione](#) [Verifica Dow](#)

Valuta Evento	Valuta Risposta Fornitore	Prezzo totale complessivo
EUR	EUR	

Valuta: EUR

3. Busta Economica

3.1 LOTTO UNICO - Sezione prezzo Totale Commenti di Valu (Livello Parametr

		(Sub-Totale Incluso nel Totale) 15.000		
Riferimento	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Totale Commenti di Valu (Livello Parametr
3.1.1 LOTTO UNICO	* N. 10 lampade scialitiche a tecnologia LED di ultima generazione. Caratteristiche: lampada scialitica a tecnologia LED di ultima generazione per il fissaggio a guide laterali con misure ISO tramite morsetto; lampada con potenza luminosa pari a 60000 lux a 0,5 m interruttore on / off lampadine di lunga durata, almeno 50000 ore aumento della temperatura sia nella zona testa che sul campo operatorio quasi nullo indice di riproduzione del colore di almeno RA 95 assorbimento totale massimo pari 10 w dia	10	1.500	15.000

[Visualizza](#)

3.2 Area Allegati Aggiuntivi			
Nome File	Descrizione	Commento	Data ultima modifica
1			21/01/2019 09:02
2			17/01/2019 16:20

Allegati: 2

