



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 456 _____

DEL 03.04.2019 _____

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 2016, per la fornitura di un Ecotomografo e relativi accessori, da destinare alla SC Rianimazione del PO San Michele. Ditta Medical Sales Srl. Spesa complessiva pari a € 19.890,00+IVA.Cod. Cig Z0327AA94E. PDTD 2019/469.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 03.04.2019 _____ per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l'allora Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;

VISTA la nota n. 2775 del 15.03.2019 (All. A fg. 1), con la quale il Direttore della SC Rianimazione del PO San Michele ha richiesto la fornitura di un Ecotomografo e accessori connessi, indispensabili per l'attività svolta dall'Ambulatorio degli accessi vascolari;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36 co.6 del D.Lgs. n. 50/16 si è proceduto all'acquisto mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SARDEGNA CAT;

ATTESO che, con RDO n. 333728, sono state invitate a presentare preventivo di spesa le seguenti n. 13 Ditte: Almed, Carestream Health Italia, Esaote, Euroclone, FC Genetics Service, Landucci, Medica, Medical Sales, Medtronic Italia, Dr. Alessandro Dessi, Sanifarm, Stryker Italia e Terapon;

RILEVATO che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 28.03.2019, è pervenuta l'offerta della Ditta Medical Sales Srl;

VISTA la relazione (All. "B" fg. 1) con cui l'utilizzatore, a seguito di esame e valutazione delle schede tecniche, ha dichiarato che il prodotto offerto dalla Ditta partecipante è conforme a quanto richiesto;

VISTA l'offerta economica n. del 25.03.2019 della Ditta Medical Sales Srl (All. "C" fg. 2);

TENUTO CONTO che, nonostante la fornitura in argomento non sia ricompresa nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detto cespite sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

RITENUTO di dover aggiudicare la fornitura dell'Ecotomografo TE 5 con i relativi accessori, da destinarsi alla SC Rianimazione del PO San Michele, in favore della Ditta Medical Sales Srl, per un importo complessivo pari a € 19.890,00+IVA;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

VISTO il D.Lgs n.50/16;

;

D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in premessa:

- di aggiudicare la fornitura dell'Ecotomografo TE 5 con i relativi accessori, da destinarsi alla SC Rianimazione del PO San Michele, in favore della Ditta Medical Sales Srl, per un importo complessivo pari a € 19.890,00+IVA, così come sotto descritto:

Rif.	DESCRIZIONE	Q.TA'	Imp unit+Iva
1	TE 5 incluse anche le applicazioni, software Dicom e accessori Carrello, microfono e valigia da trasporto	1	14.240,00
2	Stampante Sony Ibrida digitale e analogica medicale B/W	1	650,00
3	Sonda lineare elettronica munita di tasti programmabili L12 3 RC s	1	5.000,00
			19.890,00

- di dare atto che la succitata spesa complessiva pari € 19.890=IVA esclusa farà riferimento al n. conto A102020401 – Centro di Costo n. 490120 S. Michele - Rianimazione_Ambulatorio;
- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/18.04.16;
- di demandare alla SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell' Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. 0001763 del 28/05/2015;
- di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

NP/2019/2775

del 15/03/2019

Protocollo n° 32 del 12.03.2019

Al Sig. Direttore Amministrativo

CC

Sede

Compilazione a cura del Centro di Costo richiedente			
Dichiarazione d'acquisto	Dipartimento di:	DEA	Direttore: Giuseppe Dessi
	Responsabile del Centro di Costo (C.d.C.):	Maria Emilia Marcello 820130	
	Cagliari 09/030/2019	II RESPONSABILE infermieristico dell'A.I.M.	Massidda Rita

Richiesta:

Caratteristiche e prestazioni minime essenziali richieste (pena esclusione)

NUM.1 Ecotomografo di alta fascia multidisciplinare di ultimissima generazione con tecnologia completamente digitale, portatile, di peso contenuto completo di batteria e carrello di trasporto ad altezza variabile, di cui è previsto l'impiego presso il posto letto paziente.

Deve essere facilmente sanificabile, privo di cavità in cui si possano depositare agenti patogeni

Modalità operative:

B-mode a banda larga / multifrequenza totalmente digitale con ampia possibilità di ottimizzazione - M-mode - Doppler Continuo, Doppler Pulsato, con ampia possibilità di ottimizzazione - Color Doppler ad alta sensibilità di rilevazione e precisione di rappresentazione con ampia possibilità di ottimizzazione - Power Doppler

l'apparecchio deve essere facilmente trasportabile anche senza carrello completo di borsa dedicata

Monitor Touch screen HD non inferiore a 14" con ampia area dedicata all'immagine ecografica, utilizzabile con i classici guanti in lattice

Metodiche di scansione Lineare, Convex, Microconvex sonde Intraoperatorie

Elevato numero di canali attivi in ricezione e trasmissione

Possibilità di comandi Vocali delle finzioni principali - regolazione della PRF su tutte le modalità Doppler

Software di riconoscimento automatico dei vasi, con posizionamento automatico box colore o equivalente

Triplex mode, su tutti i trasduttori richiesti

gestione del sistema ecografico attraverso preset specifici pre-configurabili

Accensione immediata possibilmente meno di 80 secondi

Batterie lunga autonomia possibilmente non meno di 120 minuti

Salvataggio full Raw Data- Wi-fi Integrato-Ampio Hard Disk SSD- Almeno 3 uscite USB 3.0, n1 uscita di Rete

Possibilità di uno software che consente di visualizzare in maniera predittiva la posizione e l'allineamento dell'ago durante le procedure mediche o equivalenza

Cavi sonde che non devono toccare il pavimento e intralciare l'operatore, così da poter consentire un migliore utilizzo del ecografo negli spazi ristretti accanto al letto del paziente


N 1 Stampante B/n montata sul carrello

N 1 Stampante B/n montata sul carrello

Dotazione sonde: N 1 Sonda Lineare con frequenza 12-3 mhz con almeno 3 tasti programmabili con più funzioni a scelte dal operatore.

L'ecotomografo si rendono indispensabile per l'attività svolta dal servizio dell'ambulatorio accessi vascolari.					
SPESA PRESUNTA 20.000 euro circa					
Il Dirigente della Struttura AQ Brozzu - Cagliari - P.O. S. MICHELE S.C. RIANIMAZIONE DIRETTORE F.F. Dott. Maria Emilia Marcello	AQ Brozzu - Cagliari - P.O. S. MICHELE DIPARTIMENTO EMERGENZA-URGENZA IL DIRETTORE Dott. Giuseppe Dessi				
Il Dirigente Sanitario Dott. Vinicio Atzeni	AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROZZU" IL DIRETTORE SANITARIO				

Giuseppe Brozzu
Dei



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 2016 lett. A , per la fornitura di un ECOTOMOGRFO, da destinare alla SC RIANIMAZIONE del PO San Michele. Cig Z0327AA94E

SERVIZIO AMB. INTERMEDICINICO PEDIATRICO

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA'

Viste le offerte delle Ditta:

Medical Sales

relativa alla gara in oggetto di cui alla RDO n. 333728 della piattaforma telematica SARDEGNA CAT si attesta quanto segue:

Medical Sales:

congrua come prezzo e come caratteristiche.

Multiple horizontal lines for additional text or notes.

Il Direttore FF S.C. Rianimazione

Dott.ssa Maria Emilia Marcello

Azienda Ospedaliera Brotzu - Cagliari
Dipartimento Emergenza
S.C. ANESTESIA e TERAPIA ANTALGICA

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 2016 lett. A , per la fornitura di un ECOTOMOGRAFO, da destinare alla SC RIANIMAZIONE del PO San Michele. Cig Z0327AA94E

Dichiarazione di offerta economica

Il sottoscritto Saverio Dubois

Nato a Cagliari .il 18/07/1974

In qualità di Amministratore dell'operatore economico Medical Sales SRL

C.F.03561360920 P. I.V.A. 03561360920

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:

Nessun Raggruppamento Economico

Dichiara

Dichiara

RIF. 1) Di offrire il prezzo unitario di € 14.240,00 (diconsi € Quattordicimiladuecentoquaranta,00) IVA 22
CND Z11040104 RDM 1802963

RIF. 2) Di offrire il prezzo unitario di € 650,00 (diconsi € Seicentocinquanta,00) IVA 22.
CND Z11040117 RDM 1727055

RIF. 3) Di offrire il prezzo unitario di € 5.000,00 (diconsi € Cinquemila,00) IVA 22.
CND Z1104018001 RDM 1769911

Dettaglio Offerta :

2121B-PA00044	TE 5 main unit - singolo connettore
Applicazioni	
110-003273-00	Pacchetto Parti Molli
110-003275-00	Pacchetto Vascolare
110-003277-00	Pacchetto Anestesia Locoregionale
Software	
Opzioni DICOM	
Sonde	
120-007616-00	Trasduttore Elettronico Lineare munito di tasti programmabili L12-3RCs
Accessori	
0028B-PA00001	Carrello UMT-400 ad altezza regolabile + Cavo di alimentazione retrattile
115-052137-00	Microfono Wireless e cavo USB per funzione iVocal
115-034250-00	Valigia da trasporto
Stampanti	
045-001938-00	Stampante Sony ibrida (digitale e analogica) di grado medicale B&W

Data, 25/03/2019

Firma

.....

Attenzione

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso.