

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZIN. 841DEL 01.07.2019

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di due aspiratori di liquidi biologici a circuito chiuso e materiale di consumo da destinare alla S.C. Urologia dell'AOB. Ditta Futura Medica S.r.l. Spesa complessiva € 37.440,00 oltre Iva di legge. Codice Cig ZA32836B9F.

PDTD/2019/

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 01.07.2019 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Premesso** che con nota NP/2019/3435 del 02.04.2019, il Direttore della S.C. Urologia dell'AOB ha richiesto l'acquisto di due aspiratori di liquidi biologici a circuito chiuso e del relativo materiale di consumo (All. "A" fg. 2);
- Considerato** che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all'acquisto mediante l'utilizzo della piattaforma MEPA;
- Dato atto** che con RDO n. 2289698 del 30.04.2019 sono state invitate a presentare preventivo di spesa le ditte Areamed Srl, Asp, Dimed, Euromed Sardegna Srl, F.A.S.E, Futura Medica Srl, Idea Grandimpianti Srl, In.Cas. Srl, MDM Srl, Ovimed, Terapon S.r.l, Vincal, e che entro i termini stabiliti hanno presentato offerta le ditte Euromed Sardegna Srl e Futura Medica Srl;
- Vista** la relazione nella quale l'utilizzatore ha espresso parere favorevole relativamente all'offerta presentata dalla ditta Futura Medica Srl e ha giudicato non conforme l'offerta della ditta Euromed Sardegna Srl (All. "B" fg. 2);
- Considerato** che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura di due aspiratori di liquidi biologici a circuito chiuso e del relativo materiale di consumo, alla Ditta Futura Medica Srl per una spesa complessiva pari a € 37.440,00 oltre Iva di legge (All. "C" fg. 1);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare, in favore della Ditta Futura Medica Srl, la fornitura descritta in tabella:

Segue determinazione n. 841 del 01.07.2019

Descrizione	Quantità	Importo unitario	Importo Complessivo	N. di Conto	Centro di Costo
Aspiratori liquidi biologici	2	€ 13.000,00	€ 26.000,00	A102020401	430140
Cartucce sacca	520	€ 11,00	€ 5.720,00	A501010603	430140
Filtri materiale organico	520	€ 11,00	€ 5.720,00	A501010603	430140
		Spesa Complessiva	€ 37.440,00		

Tenuto conto che, nonostante detta apparecchiatura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visti il D.Lgs n. 50/16;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di aggiudicare, in favore della Ditta Futura Medica Srl, la fornitura descritta in tabella:

Descrizione	Quantità	Importo unitario	Importo Complessivo	N. di Conto	Centro di Costo
Aspiratori liquidi biologici	2	€ 13.000,00	€ 26.000,00	A102020401	430140
Cartucce sacca	520	€ 11,00	€ 5.720,00	A501010603	430140
Filtri materiale organico	520	€ 11,00	€ 5.720,00	A501010603	430140
		Spesa Complessiva	€ 37.440,00		

2. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, dell'importo di € 26.000,00, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;
4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

*Dipartimento
Riproduzione, Genitourinario,
Malattie e Trapianti di Rene*

Prot. 11 del 01.04.2019
Cagliari

NP/2019/3435
del 02/04/2019

Alla c.a.
Resp. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Agnese Foddis

SEDE

Oggetto: Acquisto n. 2 aspiratori di liquidi biologici a circuito chiuso e materiale di consumo per il fabbisogno annuo

Con la presente si richiede, per il B.O. Urologia – Trapianti – Chirurgia Robotica, l'acquisto di n° 2 aspiratori di liquidi biologici a circuito chiuso per evitare rischi di contaminazione durante la raccolta e lo smaltimento di liquidi organici, con n. 520 cartucce sacca disinfettante e n. 520 filtri per materiale organico per il fabbisogno annuale.

Tale macchina deve avere le caratteristiche tecniche:

Deve permettere di:

- Ridurre drasticamente il rischio di contaminazione biologica sugli operatori addetti alla evacuazione dei liquidi organici
- Facilitare l'evacuazione e lo smaltimento dei liquidi organici, raccolti negli appositi contenitori o sacche da letto operatorio, in modo semplice e rapido

Deve prevedere obbligatoriamente :

1. Funzionamento dell'aspirazione a rete da 220V e con batteria tampone ricaricabile;
2. Un serbatoio con capacità di almeno 60 litri
3. La macchina deve essere carrellata con numero 4 ruote antistatiche piroettanti
4. La macchina deve avere un maniglione avvolgente per facilitare il trasporto
5. Capacità di aspirazione oltre 10 litri al minuto con regolazione aspirazione almeno a 8 velocità senza interruzioni del processo di aspirazione
6. Una capacità di scarico di almeno 20 litri al minuto con sistema di allarme acustico e visivo; per evitare contaminazione da gocciolamento il tubo di scarico deve essere a circuito chiuso con valvola di sicurezza
7. Miscelatore dei liquidi biologici in entrata con disinfettante per l'abbattimento della carica batterica e virale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

*Dipartimento
Riproduzione, Genitourinario,
Malattie e Trapianti di Rene*

8. Filtro chiuso all'entrata del tubo di aspirazione per trattenimento materiale organico aspirato. Tale filtro deve essere chiuso e sigillato per evitare la manipolazione da parte del personale
9. Sistema di autolavaggio automatico interno a circuito chiuso (validazione con certificato redatto da laboratorio analisi) da effettuare a fine giornata operativa . Tale processo di lavaggio deve prevedere una disinfezione (con apposito dispositivo disinfettante) sia del circuito chiuso che del serbatoio . Il dispositivo deve essere sigillato per evitare la manipolazione degli agenti chimici da parte del personale
10. La macchina deve avere un sistema di controllo del serbatoio indicante il livello parziale al millilitro del liquido all'interno e spie di livello (almeno 8)
11. La macchina deve avere l'indicatore istantaneo di temperatura (con allarme) del liquido in entrata. Per permettere all'utilizzatore di visualizzare la variazione di temperatura in uscita dal paziente (dato clinico importante)
12. Memorizzazione dei dati paziente (almeno 30 pazienti)
13. Possibilità di scaricamento dati tramite collegamento Wi Fi
14. Robustezza dei materiali utilizzati e dei componenti con struttura esterna interamente in acciaio inox
15. Seconda pompa di aspirazione indipendente per l'aspirazione senza interruzione con sistema di regolazione della velocità e senza che l'operatore intervenga o pulisca l'interno del sistema
16. La macchina deve avere un doppio sistema di sicurezza elettronico e meccanico per il riempimento (controllo del troppo pieno) con spie ed allarmi.

Cordiali Saluti

Direttore S.C. Urologia
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Dott. Mauro Frongia
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia



AO Brotzu

S.C. Acquisti Beni e Servizi

Rif. I.C.

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di due aspiratori di liquidi biologici a circuito chiuso e materiale di consumo, per il B.O. Urologia – Trapianti – Chirurgia Robotica. Codice CIG ZA32836B9F.

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento all'oggetto, viste le schede tecniche delle Ditte Futura Medica Srl e Euromed S.r.l, si attesta quanto segue:

Futura Medica Srl

IDONEA

Lotto 1 – Voce A)

OK

Lotto 1 – Voce B)

OK

Lotto 1 – Voce C)

OK

Euromed S.r.l.

NON IDONEA NE DI AGGIUNTA

Lotto 1 – Voce A)

" " " "

Lotto 1 – Voce B)

" " " "

Lotto 1 – Voce C)

" " " "

Il Direttore della
S.C. Urologia Dott. Mauro Frongia
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento
Riproduzione, Genitourinario,
Malattie e Trapianti di Rene

Prot. 06 del 23.05.2019
Cagliari

Alla c.a.
S.C. Resp. Acquisti Beni e Servizi
Dott.ssa Agnese Foddis

SEDE

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di due aspiratori di liquidi biologici a circuito chiuso e materiale di consumo, per il B.O. Urologia – Trapianti – Chirurgia Robotica. Codice CIG ZA32836B9F.

Punti in capitolato che la Ditta Euromed non indica nella scheda tecnica

- 1) Non ha la capacità di aspirare oltre 10 litri/minuto e con 8 velocità diverse (**dichiara max 10 litri di aspirazione al minuto e solo due velocità: 5 Litri al minuto e 10 litri al minuto**),
- 2) (**Molto Importante**) Non hanno la seconda pompa di aspirazione indipendente necessaria per aspirare senza interruzione con il sistema di regolazione della velocità.
- 3) Non ha la possibilità di memorizzare i dati del paziente.
- 4) Non si possono scaricare i dati della macchina tramite un collegamento Wi-Fi.

Cordiali Saluti

Direttore S.O. Urologia

Dott. Mauro Frongia

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
CAGLIARI
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia



Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di due aspiratori di liquidi biologici a circuito chiuso e materiale di consumo, per il B.O. Urologia – Trapianti – Chirurgia Robotica. Codice CIG ZA32836B9F.



Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.

Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
----------	------------------	----------	--------

Gara



Lotto 1



Offerte

Offrente	Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
----------	-------------	---------------------------------	-----------------

FUTURA MEDICA SRL

37440,00000000 Euro

Aggiudica definitivamente

EUROMED SARDEGNA SRL

Offerta esclusa

Miglior offerta:

37440,00000000 Euro

INSERISCI NOTE

INDIETRO