



Adottata dal Commissario Straordinario in data 10 SET. 2019

Deliberazione n. 1969

Oggetto: Autorizzazione sostituzione di n. 1 Battery Box con la fornitura e installazione di un impianto di condizionamento a supporto della strumentazione analitica Cobas 6800, di cui alla deliberazione n. 1162 del 23.05.2018. Ditta Roche Diagnostics S.p.A. Lotto 10.

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 11 SET. 2019 per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas

Su proposta della SC ABS;

Premesso che con deliberazione n. 1162 del 23.05.2018 è stato affidato, tra l'altro, alla Ditta Roche Diagnostics S.p.A. il Lotto n. 10 della Procedura Aperta per la fornitura di un service per analisi chimico – cliniche per la S.C. Laboratorio Analisi dell'AOB, per la durata di cinque anni (All. "A" fg. 4);

Dato atto che, con nota del 06.06.2019, il Direttore della S.C. Laboratorio Analisi ha richiesto la sostituzione di n. 1 Battery Box previsto a supporto della strumentazione Cobas 6800, di cui alla succitata deliberazione, con la fornitura e installazione di un impianto di condizionamento idoneo a garantire la funzionalità operativa della strumentazione analitica Cobas 6800 (All. "B" fg. 1);

Considerato che, con nota del 14.06.2019, la Ditta Roche Diagnostics S.p.A. si è resa disponibile a fornire un impianto di condizionamento idoneo a garantire la funzionalità operativa della strumentazione analitica Cobas 6800, in sostituzione della fornitura, prevista dalla delibera n. 1162 del 23.05.2018, di n. 1 Battery Box a supporto dello strumento Cobas 6800, alle medesime condizioni economiche e fermo restando tutto il resto (All. "C" fg. 1);

Ritenuto pertanto, di dover autorizzare, in favore della Ditta Roche Diagnostics S.p.A., la sostituzione di n. 1 Battery Box a supporto dello strumento Cobas 6800 con la fornitura e installazione di un impianto di condizionamento idoneo a garantire la funzionalità operativa della strumentazione analitica Cobas 6800, alle medesime condizioni economiche e fermo restando tutto il resto;

Visto il D.lgs. n. 50/16;


D E L I B E R A

Per i motivi esplicitati in premessa:

di autorizzare, in favore della Ditta Roche Diagnostics S.p.A., la sostituzione di n. 1 Battery Box a supporto dello strumento Cobas 6800 con la fornitura e installazione di un impianto di condizionamento idoneo a garantire la funzionalità operativa della strumentazione analitica Cobas 6800, alle medesime condizioni economiche e fermo restando tutto il resto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas



AO Brotzu

Adottata dal Direttore Generale in data 23 MAG. 2018D eliberazione n. 1162

Oggetto: Aggiudicazione Procedura aperta per la fornitura di un service per analisi chimico – cliniche per la S.C. Laboratorio Analisi dell'AOB, per la durata di cinque anni. Spesa complessiva annuale € 2.123.615,77 oltre Iva di Legge. Ditte varie. Codici Cig vari.

Il Direttore Generale
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. ssa Graziella Pintus
Dott. ssa Laura Balata
Dr. Vinicio Atzeni

24 MAG. 2018

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL _____ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con atto deliberativo n. 1530 del 01.08.2018 è stata indetta e pubblicata la Procedura Aperta per la fornitura di un service per analisi chimico – cliniche per la S.C. Laboratorio Analisi dell'AOB, per la durata di cinque anni (All. "A" fg. 2);


Considerato che con determina n. 1011 del 09.10.2017, l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha comunicato che, in conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lett. b) della L.R. 17/2016, non presenta rilievi di merito (All. "B" fg. 2);

Dato atto che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle Ditte Diesse Diagnostic Senese S.p.A. (Lotto 13), Beckman Coulter S.r.l. (Lotto 12), A. De Mori S.p.A. (Lotto 5), Sebia Italia S.r.l. (Lotti 3 e 4), Becton Dickinson Italia S.p.A. (Lotti 6 e 7), Alifax S.r.l. (Lotti 13 e 14), Fujirebio Italia S.r.l. (Lotto 11), Roche Diagnostics S.p.A. (Lotto 10), Diasorin S.p.A. (Lotto 16), Biomerieux Italia S.p.A. (Lotto 6), Ardea S.r.l. (Lotti 8 e 9), A. Menarini Diagnostics S.r.l. (Lotto 14), Werfen I.L. (Lotti 2 e 5), Siemens Healthcare S.p.A. (Lotti 1, 5 e 14);

Atteso che la Commissione di gara, nominata con delibera n. 2262 del 30.11.2017 (All. "C" fg. 2), ha portato a termine i lavori relativi all'ammissione delle Ditte, alla verifica della documentazione a corredo dell'offerta, alla valutazione delle offerte tecniche, alla comparazione dei prezzi e alla verifica dell'anomalia delle offerte presentate, come meglio riportato nei verbali n. 1 del 05.12.2017, n. 2 del 16.01.2018, n. 3 del 25.01.2018, n. 4 del 30.01.2018, n. 5 del 08.02.2018, n. 6 del 19.02.2018, n. 7 del 13.04.2018, n. 8 del 04.05.2018, n. 9 09.05.2018 e n. 10 del 18.05.2018 (All. "D" fg. 84);

Viste le offerte delle Ditte Siemens Healthcare S.p.A. (Lotti 1, 5 e 14), Werfen I.L. (Lotto 2), Sebia Italia S.r.l. (Lotti 3 e 4), Biomerieux Italia S.p.A. (Lotto 6), Ardea S.r.l. (Lotti 8 e 9), Roche Diagnostics S.p.A. (Lotto 10), Fujirebio Italia S.r.l. (Lotto 11), Alifax S.r.l. (Lotti 13 e 15), Diasorin S.p.A. (Lotto 16) (All. "E" fg. 70);


%

Segue delibera n. 1162 del 23 MAG, 2018

Ritenuto

di dover approvare i verbali n. 1 del 05.12.2017, n. 2 del 16.01.2018, n. 3 del 25.01.2018, n. 4 del 30.01.2018, n. 5 del 08.02.2018, n. 6 del 19.02.2018, n. 7 del 13.04.2018, n. 8 del 04.05.2018, n. 9 09.05.2018 e n. 10 del 18.05.2018, redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla procedura aperta per la fornitura di un service per analisi chimico – cliniche per la S.C. Laboratorio Analisi dell'AOB, per la durata di cinque anni e di dover disporre l'aggiudicazione come di seguito specificato, per un importo complessivo annuale pari a € 2.123.615,77 oltre Iva di legge:

Lotto	Operatore Economico	Punti Qualità	Punti Prezzo	Punteggio complessivo	Importo annuale aggiudicazione
1	Siemens Healthcare S.p.A.	70,00	30	100,00	€ 160.325,60
2	Werfen I.L.	70,00	30,00	100,00	€ 262.514,14
3	Sebia-Italia S.r.l.	70,00	30,00	100,00	€ 84.986,00
4	Sebia-Italia S.r.l.	70,00	30,00	100,00	€ 24.958,00
5	A. De Mori S.p.A.	65,30	15,27	80,57	
	Siemens Healthcare S.p.A.	70,00	30,00	100,00	€ 156.099,00
	Werfen I.L.	50,48	19,50	69,98	
6	Becton Dickinson Italia S.p.A.	ESCLUSA			
	Biomerieux Italia S.p.A.	70,00	30,00	100,00	€ 259.967,48
7	Becton Dickinson Italia S.p.A.	ESCLUSA			
8	Ardea S.r.l.	70,00	30,00	100,00	€ 134.585,48
9	Ardea S.r.l.	70,00	30,00	100,00	€ 399.077,50
10	Roche Diagnostics S.p.A.	70,00	30,00	100,00	€ 287.281,19
11	Fujirebio Italia S.r.l.	VALUTAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO			€ 12.350,00
12	Beckman Coulter S.r.l.	70,00	ESCLUSA		ESCLUSA
13	Alifax S.r.l.	70,00	30,00	100,00	€ 5.700,00
	Diesse Diagnostics Senese S.p.A.	70,00	27,69	97,69	
14	A. Menarini Diagnostics S.r.l.	ESCLUSA			
	Siemens Healthcare S.p.A.	70,00	30,00	100,00	€ 55.983,57
15	Alifax S.r.l.	VALUTAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO			€ 29.817,00
16	Diasorin S.p.A.	70,00	30,00	100,00	€ 249.971,00



AO Brotzu

Segue delibera n. 1162 del 23 MAG. 2018

Visti il D.lgs. n. 50/16 e la L.R. n. 10/06;
 Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- 1) per i motivi esposti in premessa, di approvare i verbali n. 1 del 05.12.2017, n. 2 del 16.01.2018, n. 3 del 25.01.2018, n. 4 del 30.01.2018, n. 5 del 08.02.2018, n. 6 del 19.02.2018, n. 7 del 13.04.2018, n. 8 del 04.05.2018, n. 9 09.05.2018 e n. 10 del 18.05.2018, redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla procedura aperta per la fornitura di un service per analisi chimico - cliniche per la S.C. Laboratorio Analisi dell'AOB, per la durata di cinque anni e di dover disporre l'aggiudicazione come di seguito specificato, per un importo complessivo annuale pari a € 2.123.615,77 oltre Iva di legge:

Lotto	Operatore Economico	Punti Qualità	Punti Prezzo	Punteggio complessivo	Importo annuale aggiudicazione
1	Siemens Healthcare S.p.A.	70,00	30	100,00	€ 160.325,60
2	Werfen I.L.	70,00	30,00	100,00	€ 262.514,14
3	Sebia-Italia S.r.l.	70,00	30,00	100,00	€ 84.986,00
4	Sebia-Italia S.r.l.	70,00	30,00	100,00	€ 24.958,00
5	A. De Mori S.p.A.	65,30	15,27	80,57	
	Siemens Healthcare S.p.A.	70,00	30,00	100,00	€ 156.099,00
	Werfen I.L.	50,48	19,50	69,98	
6	Becton Dickinson Italia S.p.A.	ESCLUSA			
	Biomerieux Italia S.p.A.	70,00	30,00	100,00	€ 259.967,48
7	Becton Dickinson Italia S.p.A	ESCLUSA			
8	Ardea S.r.l.	70,00	30,00	100,00	€ 134.585,48
9	Ardea S.r.l.	70,00	30,00	100,00	€ 399.077,50
10	Roche Diagnostics S.p.A.	70,00	30,00	100,00	€ 287.281,19
11	Fujirebio Italia S.r.l.	VALUTAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO			€ 12.350,00
12	Beckman Coulter S.r.l.	70,00	ESCLUSA		ESCLUSA
13	Alifax S.r.l.	70,00	30,00	100,00	€ 5.700,00
	Diesse Diagnostics Senese S.p.A.	70,00	27,69	97,69	
14	A. Menarini Diagnostics S.r.l.	ESCLUSA			
	Siemens Healthcare S.p.A.	70,00	30,00	100,00	€ 55.983,57
15	Alifax S.r.l.	VALUTAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO			€ 29.817,00
16	Diasorin S.p.A.	70,00	30,00	100,00	€ 249.971,00

%

f



AO Brotzu

Segue delibera n. 1162 del 23 MAG. 2018

- 2) di dare atto che l'importo annuale pari a € 1.447.313,27=Iva esclusa verrà imputato al conto n. A501010602, l'importo pari a € 280.798,00=Iva esclusa verrà imputato al conto n. A508020104 e che l'importo pari a € 395.504,50=Iva esclusa verrà imputato al conto n. A507020101 del Piano dei Conti - Centri di Costo n. 180120;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti;
- 4) di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dr. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus

S.C. Acquisti Beni e Servizi

Resp.le S.C. ABS Dott.ssa Agnese Faddis

Resp. Sell. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Coll. Amm.vo Dott.ssa J. Troncia



Monza, 12/06/2019

Spettabile
Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
Piazzale Alessandro Ricchi, 1
09134 CAGLIARI (CA)

Pa/2019/13538
del 14/06/2019

c.a. Dott. Giancarlo Angioni
Direttore S.C. Laboratorio Analisi AOB
giancarlo.angioni@aob.it
laboratorio.analisi@aob.it

p.c. Dott.ssa Agnese Foddis
agnese.foddis@aob.it

p.c. Proweditorato
serv.proweditorato@pec.aobrotzu.it

Cod. 3685880900

Offerta N. 68662/68666/O1022673/PG del 17 novembre 2017

OGGETTO: Accettazione richiesta di cambio fornitura

Gentile Cliente,
con la presente siamo a confermare la nostra disponibilità a dar seguito alla Vostra cortese richiesta del 06/06/2019 ivi allegata.

Roche Diagnostics S.p.A. provvederà pertanto a fornire - in sostituzione della fornitura prevista dalla Vostra Delibera n. 1162 del 23/05/2018 di n. 1 *battery box* (codice 08866520001 Batterie BBX 1900 480V AB V9 3T & codice 08866503001 Multi Sentry UPS MST 10-A0 ED) a supporto dello strumento Cobas 6800 - un impianto di condizionamento idoneo a garantire la ottimale funzionalità operativa della suddetta strumentazione.

Tale fornitura avverrà all'interno del perimetro economico della gara in oggetto e quindi senza alcun ulteriore aggravio di costi per il Vostro spettabile Ente.
L'installazione dell'impianto di condizionamento avverrà a cura di una ditta terza.

Infine, cogliamo l'occasione per formalizzare l'avvenuta fornitura dell' UPS MCT 10-S1 Riello, codice materiale 07992670001, matricola T373500004.

PARERS FAVOROSI

Distinti Saluti
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.

AO Brotzu - Cagliari
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE CLINICHE
E MICROBIOLOGICHE
DIRETTORE: Dott. Giancarlo Angioni

Roche Diagnostics S.p.A.
- società unipersonale

Sede Legale: 20900 Monza MB
Viale G.B. Stucchi, 110
Capitale sociale EUR 18.060.000 i.v.
C.F./P. IVA / Registro Imprese
Monza e Brianza 10181220152

FINANCE IT & BUSINESS
OPERATIONS CONTRACTS
OFFICE

Numero verde 800-108077
Fax +039/2817670 - 039/2817678
www.roche.it



AO Brotzu

S.C. Laboratorio Analisi

Prot. Lab. n. / 2019
Cagliari, 06, giugno, 2019

NP/2019/6021

del 14/06/2019

Spett. le Roche Diagnostics

Epc Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: sostituzione battery box a supporto di cobas 6800

Si chiede la vostra disponibilità a convertire la fornitura di battery box previsto a supporto della vostra strumentazione cobas 6800, di cui alla ns delibera n. 1162 del 23/05/2018, con la fornitura e l'installazione di impianto di condizionamento idoneo a garantire la funzionalità operativa della strumentazione analitica Cobas 6800.

Estratto della vostra offerta tecnica

Battery Box - BBX 1000 480V AB V9 3T	K190480VV93T	NA	NA	RIELLO	1
--------------------------------------	--------------	----	----	--------	---

Distinti saluti

Dott. Giancarlo Angioni
Direttore del laboratorio Analisi AOB

Pag. 1 di 1