



AO Brotzu

Determinazione Dirigenziale del Direttore FF della S.S.D. Tecnologie Sanitarie

N. 946

DEL 10.06.2020

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16, per il servizio di manutenzione correttiva di n.2 contropulsatori aortici mod. Datascope CS 300 con INV. N.35607 e N.35608, in uso presso la Struttura di Cardiocirurgia S.O. dell'AOB – Ditta Getinge – Spesa complessiva € 2.880,00 oltre IVA. Codice CIG ZB82D32BB3.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 10.06.2020 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali - Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X NO

Il Direttore FF della S.S.D. Tecnologie Sanitarie

- Richiamati** il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i, il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la L.R. n. 10/06 e s.m.i. e la L.R. n. 8/18;
- la deliberazione n. 1811 del 07/08/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha attribuito al Dirigente della SSD Tecnologie Sanitarie autonomi poteri di spesa nelle materie di competenza attribuite dall'atto aziendale entro il limite € 40.000,00;
- Dato atto** che, al fine di garantire la continuità delle attività chirurgiche e delle prestazioni sanitarie dell'Azienda, si rende necessario mantenere l'operatività del patrimonio tecnologico aziendale attraverso l'esecuzione delle attività di manutenzione e riparazione delle apparecchiature elettromedicali;
- Acquisito** il Consuntivo N. 3055405367 del 27/03/2019, con il quale la Ditta Getinge Italia S.r.L. ha rendicontato l'intervento eseguito durante una manutenzione preventiva, avvenuta in data 12/06/2018, e relativo alla riparazione urgente mediante sostituzione dei dischi di sicurezza delle apparecchiature specificate in oggetto, al costo di € 2.880,00 oltre IVA;
- Rilevato** che in data 04/06/2020 il fornitore sollecita il pagamento a consuntivo per la sostituzione dei dischi di sicurezza dei contropulsatori aortici mod. Datascope CS 300, in uso presso il reparto di Cardiocirurgia SO del PO San Michele, i quali ricambi non erano compresi nel contratto di manutenzione, e il cui riferimento di pratica BUT 2020/00261 con la relativa documentazione è depositata agli atti presso la SSD Tecnologie Sanitarie;
- Considerato** che a norma dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/16, le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici;

%

Segue determinazione n. 946 del 10.06.2020

- Considerato** che la ditta Getinge è ritenuta, dal Servizio scrivente, una ditta altamente qualificata e accreditata per la tipologia di servizio ad essa richiesto, sia dal punto di vista tecnico-manutentivo, che gestionale;
- Ritenuto** di dover liquidare alla Ditta Getinge Italia Srl ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a), per un importo complessivo pari a € 2.880,00 oltre IVA di Legge;

D E T E R M I N A

Per i motivi sopra esplicitati:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di liquidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di manutenzione correttiva, in favore della ditta Getinge, per un importo complessivo pari a € 2.880,00 oltre IVA di Legge;
- di dare atto che l'importo di € 2.880,00 oltre IVA di Legge verrà imputato al:
 - Conto n. A507020102 - Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta del Piano dei Conti;
 - Centro di Costo n. 070130 della Struttura Complessa di Cardiocirurgia S.O.-P. O. San Michele;
- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolare esecuzione dell'attività manutentiva e la liquidazione delle fatture da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore FF della S.S.D. Tecnologie Sanitarie
Ing. Andrea Alimonda