



Determinazione del Direttore della SSD TECNOLOGIE SANITARIE

N. 1665

del 13.10.2020

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16, per il servizio di manutenzione correttiva di apparecchiatura elettromedicale "Letto Elettrocomandato per terapia intensiva o Rianimazione", in uso presso la Struttura di Cardioanestesia dell'AOB INV. 44779 – Ditta Mast Medical Srl– Spesa complessiva € 4.416,85 oltre IVA. CIG Z592EB1B84.  
PDTD/1756 del 12/10/2020.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 13.10.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda

SI  NO

Il Direttore FF della S.S.D. TECNOLOGIE SANITARIE

**D E TERMINA**

- Richiamato** il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i, il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la L.R. n. 10/06 la deliberazione n. 1811 del 07/08/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha attribuito al Dirigente della SSD Tecnologie Sanitarie autonomi poteri di spesa nelle materie di competenza attribuite dall'atto aziendale entro il limite € 40.000,00;
- Richiamata** la deliberazione n. 1811 del 07/08/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha attribuito al Dirigente della SSD Tecnologie Sanitarie autonomi poteri di spesa nelle materie di competenza attribuite dall'atto aziendale entro il limite € 40.000,00;
- Dato atto** che, al fine di garantire la continuità delle attività chirurgiche e delle prestazioni sanitarie dell'Azienda, si rende necessario mantenere l'operatività del patrimonio tecnologico aziendale attraverso l'esecuzione delle attività di manutenzione e riparazione delle apparecchiature elettromedicali;
- Rilevato** che in data 04/06/2020 si è verificato un guasto imprevisto dell'apparecchiatura Letto Elettrocomandato per terapia intensiva o rianimazione INV. 44779 e SN L034AM7099, in uso presso la Struttura di Cardioanestesia del P.O. San Michele, per la quale è stato richiesto dagli utilizzatori il tempestivo ripristino con richiesta di intervento BUT N. 2020/00816/GZ;
- Acquisito** il preventivo n. 5320 del 16/07/2020, con il quale la Ditta Mast Medical Srl, con sede a Quartucciu, LOC. PILL'E MATTA – Z. I. QUARTUCCIU – CA - si è resa disponibile ad effettuare la riparazione della suddetta apparecchiatura al prezzo di € 4.416,85 oltre IVA in quanto in seguito all' usura si è riscontrata la necessità di sostituire la pompa idraulica, la cover del materasso e la batteria;



%

Segue determinazione n. 1665 del 13.10.2020

- Considerato** che a norma dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/16, le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici;
- Ritenuti** congruo il preventivo ricevuto dalla ditta e necessario l'intervento manutentivo;
- Considerato** che la ditta è ritenuta, dal Servizio scrivente, altamente qualificata e accreditata per la tipologia di servizio ad essa richiesto, sia dal punto di vista tecnico-manutentivo, che gestionale;
- Ritenuto** di dover affidare alla Ditta Mast Medical Srl ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a), per un importo complessivo pari a € 4.416,85 oltre IVA di Legge;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi sopra esplicitati:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di manutenzione correttiva, in favore della ditta Mast Medical Srl , per un importo complessivo pari a € 4.416,85 oltre IVA di Legge;
- di dare atto che l'importo di € 4.416,85 oltre IVA di Legge verrà imputato al:
  - Conto n. A507020102 - Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta del Piano dei Conti;
  - Centro di Costo n. 490211 della Struttura Complessa di Cardioanestesia S.O. - P. O. San Michele;
- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all' emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolare esecuzione dell'attività manutentiva e la liquidazione delle fatture da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore FF della S.S.D. Tecnologie Sanitarie  
Ing. Andrea Alimonda

Estensore Maria Carolina Secci

Il Dirigente Ingegnere Clinico  
Giorgio Maida