

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N. 2141

del 14.12.2020

Oggetto: Affiancamento dell'ago per vertebroplastica 11G x 12,5 cm con impugnatura punta a becco di flauto, cod. prod. 49622, marchiato Adria Medica, in sostituzione dell'ago trocar 11G XSPANJACK con impugnatura punta a becco di flauto, cod. prod. TNBV11U, marchiato Stryker, ricompreso nella fornitura aggiudicata con la Deliberazione n. 246 del 06.02.2019. O.E. Surgical Srl.

PDTD/2020/2240

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 14.12.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS "Brotzu"

SI  NO

**Il Direttore della S.C. A.B.S.**

- Vista** la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
- Dato atto** che, con Deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Premesso** che, con Deliberazione n. 246 del 06.02.2019, è stata aggiudicata la procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con contratto estimatorio, per la fornitura di strumentario e dispositivi medici impiantabili per interventi di chirurgia vertebrale da destinare alla Sala Operatoria della S.C. Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", per la durata di due anni con opzione di rinnovo per altri due;
- Premesso** che, tra i dispositivi della fornitura aggiudicata con la Deliberazione n. 246/2019, era ricompreso l'ago trocar 11G XSPANJACK con impugnatura punta a becco di flauto, cod. prod. TNBV11U, RDM 1314463, marchiato Stryker, O.E. aggiudicatario Surgical Srl;

segue determinazione n. 2141 del 14.12.2020

- Dato atto** che, con nota Prot. n. NP/2020/10205 del 03.12.2020, in allegato al presente provvedimento (All. A fg. 4), il Direttore della S.C. Farmacia richiedeva il recepimento, alle medesime condizioni di fornitura, dell'affiancamento, proposto dall'O.E. Surgical Srl, dell'ago per vertebroplastica 11G x 12,5 cm con impugnatura punta a becco di flauto, cod. prod. 49622, RDM 1785262, marchiato Adria Medica, in sostituzione dell'ago trocar individuato al punto precedente;
- Dato atto** che, come evidenziato nella nota Prot. n. 10205/2020, l'affiancamento si rende necessario in ragione della messa fuori produzione del dispositivo trocar cod. prod. TNBV11U;
- Acquisito** il parere positivo del Direttore della S.C. Neurochirurgia all'affiancamento del prodotto in questione;
- Ritenuto** pertanto di autorizzare l'affiancamento proposto dall'O.E. Surgical Srl;
- Visto** il D. Lgs n. 50/16 e s.m.i;

#### **D E TERMINA**

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare l'affiancamento, fornito dall'O.E. Surgical Srl alle medesime condizioni contrattuali e senza alcun aggravio di spesa, dell'ago per vertebroplastica 11G x 12,5 cm con impugnatura punta a becco di flauto, cod. prod. 49622, RDM 1785262, marchiato Adria Medica, in sostituzione dell'ago trocar 11G XSPANJACK con impugnatura punta a becco di flauto, cod. prod. TNBV11U, RDM 1314463, marchiato Stryker, ricompreso nella fornitura aggiudicata con la Deliberazione n. 246 del 06.02.2019.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.  
Dott.ssa Agnese Foddis

## SC FARMACIA

Prot. 1868 del 03/12/2020.

urgente

Al Direttore ABS

NP/2020/10205  
 del 03/12/2020

**Oggetto: Affiancamento Trocar 11G Delibera 246 del 06/02/2019 Ditta Surgical per SC Neurochirurgia**

Si trasmette il parere favorevole dell'utilizzatore per l' affiancamento del dispositivo specificato sotto:

Codice	Descrizione	Note
TNBX11U	AGO TROCAR 11G PUNTA BECCO DI FLAUTO X SPINEJACK *TNBV11U* Stryker 1314463	Dispositivo aggiudicato in gara
49622	AGO PER VERTEBROPLASTICA 11G CON IMPUGNATURA PUNTA ABECCO DI FLAUTO *49622* Adria rdm 1785262	Dispositivo proposto dalla ditta in affiancamento.

L' affiancamento si rende necessario, in quanto la ditta ha comunicato che il codice aggiudicato con la delibera in oggetto è fuori produzione.


Si fa presente che il recepimento non determinerà alcun onere aggiuntivo per l'Azienda.

Allegati:

- Comunicazione ditta Surgical con parere favorevole dell'utilizzatore

Cordiali saluti.

Il Direttore SC Farmacia  
 Dr.ssa Michela Pellecchia



E.M.



## SCHEDA/INFORMAZIONI TECNICHE

### Ago Accesso Vertebrale

**CODICE: 49-6yy (punta bevel) e CODICE: 49-8yy (punta trocar)**

Il prodotto è confezionato in doppia busta sterile e può essere contenuto in un blister rigido in PVC medicale oppure in doppia busta con carta medicale; il set si compone di:

**N. 1 Ago accesso Vertebrale, composto da:**

a) Parti in plastica:

Impugnature per cannula e stiletto (ABS + mastercolor)

b) Parti in metallo:

- Acciaio inossidabile per la cannula AISI 304;

- Acciaio inossidabile per i trocars AISI 302;

L'assemblaggio è fatto in camera bianca di classe 10.000 (ISO7), ed il controllo fisico avviene su ogni ago prodotto, seguito da un controllo statistico a campione. La qualità della punta del trocar è controllata sotto un microscopio stereotassico.

In seguito, i prodotti sono impacchettati in sacchetti/blister. Il blister è in PVC e dall'altro lato viene sigillato con carta medicale. I sacchetti sono in polietilene con al suo interno piccole parti di tyvek.

Tutti i dati di identificazione sono scritti sull'etichetta attaccata sulla parte esterna del sacchetto.

Il prodotto viene sterilizzato con Ossido di Etilene (ETO).

I valori residui della sterilizzazione sono sotto i limiti fissati dalla Farmacopea Italiana.

Questi Prodotti sono in classe IIA in accordo con le direttive comunitarie, (CEE 93/42 modificata dalla direttiva 2007/47/CE del 05.09.2007).

Il Controllo di Qualità

CND: A019011

RDM: 203759

*Il prodotto offerto è  
conforme alla richiesta*

*Cogliari 3.12.2020*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
AO Brotzu - Coglini  
Struttura Complessa di NEFROLOGIA  
DIRETTORE: Dott. Carlo Corsi



**SURGICAL** SRL  
HOSPITAL SERVICE

Spett.le  
ARNAS "G.BROTZU"  
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI  
Via Peretti n° 2  
09134 - CAGLIARI

CAGLIARI, 02.12.2020

e.p.c. Farmacia Interna  
Dott.ssa Michela Pellecchia

OGGETTO: AFFIANCAMENTO TROCAR TNBV11U VEXIM CON MODELLO ULTIMA  
GENERAZIONE.

Con la presente la scrivente Società SURGICAL S.R.L. ha il piacere di informarVi che, i Trocar della Stryker (ex Vexim) non sono più disponibili perché fuori produzione.

Gli stessi sono stati affiancati dal codice **49622** – Trocar con impugnatura ergonomica, bianca, 11Gx12,5cm, becco di flauto (evidenziato in brochure) dei quali vi alleghiamo la scheda tecnica prodotti dalla Adria Medica.

Il nuovo prodotto ha le stesse caratteristiche del precedente e viene offerto allo stesso prezzo.

In virtù degli eccellenti rapporti di collaborazione sempre intercorrenti con la Vs Amministrazione e con i Vs Centri di impianto, ci impegniamo fin da ora a fornire il nuovo modello **49622** in sostituzione ed alle medesime condizioni economiche di fornitura del modello **TNBV11U** aggiudicatoci in gara.

Nella speranza di aver fatto con la presente cosa gradita, cogliamo l'occasione per ricordarVi che siamo comunque a Vs completa disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento e per porgere i ns migliori saluti.

SURGICAL S.R.L.  
L'AMMIRE UNICO  
Dr. Bruno Ghiani



09122 CAGLIARI - VIA MONTENERO, 16 - TEL. 070. 29.08.71 / 2 - FAX 070. 29.18.31 - E-MAIL: [info@surgicalsrl.com](mailto:info@surgicalsrl.com)  
[www.surgicalsrl.com](http://www.surgicalsrl.com)

# Vertebroplasty Access Needle

Vertebroplasty Access Needle Designed for minimal invasive approach

- Available with either with standard Tip or Trocar Tip
- Available with Two handles::
  - Standard Vertebro Handle
  - Ergonomic Handle

## Set Content (Box of 5)

- Vertebroplasty needle (Standard Handle)
- Standard Tip (Bevel Edge Point)


ORDER NO.	DESCRIPTION
49690	09G x 10.0cm
49692	09G x 12.5cm
49695	09G x 15.0cm
49810	11G x 10.0cm
49612	11G x 12.5cm
49615	11G x 15.0cm
49630	13G x 10.0cm
49632	13G x 12.5cm
49635	13G x 15.0cm

## Set Content (Box of 5)

- Vertebroplasty needle (Standard Handle)
- Trocar Tip

ORDER NO.	DESCRIPTION
49890	09G x 10.0cm
49892	09G x 12.5cm
49895	09G x 15.0cm
49810	11G x 10.0cm
49812	11G x 12.5cm
49815	11G x 15.0cm
49830	13G x 10.0cm
49832	13G x 12.5cm
49835	13G x 15.0cm

## Standard Vertebro Handle



## Set Content (Box of 5)

- Vertebroplasty needle (Ergonomic Handle)
- Standard Tip (Bevel Edge Point)

ORDER NO.	DESCRIPTION
49680	09G x 10.0cm
49682	09G x 12.5cm
49685	09G x 15.0cm
49620	11G x 10.0cm
49622	11G x 12.5cm
49625	11G x 15.0cm
49640	13G x 10.0cm
49642	13G x 12.5cm
49645	13G x 15.0cm

## Set Content (Box of 5)

- Vertebroplasty needle (Ergonomic Handle)
- Trocar Tip

ORDER NO.	DESCRIPTION
49880	09G x 10.0cm
49882	09G x 12.5cm
49885	09G x 15.0cm
49820	11G x 10.0cm
49822	11G x 12.5cm
49825	11G x 15.0cm
49840	13G x 10.0cm
49842	13G x 12.5cm
49845	13G x 15.0cm

## Ergonomic Vertebro Handle

