



**Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. A.B.S.E.**

N. 1913

del 06.12.2023

Oggetto: "BSPROG-2022-23, Finanziamento Conto Capitale AOBROTZU, Chiave contabile 2020\_23 "Apparecchiature varie per percorsi clinici - P.O. San Michele" "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" – DGR n. 22/21 del 20.06.2019 – NP16". Aggiudicazione Affidamento diretto, ai sensi dell'art. n. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 1 apparecchio per lo screening audiologico neonatale da destinare alla S.S.D. Neonatologia del P.O. San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu". Operatore Economico Natus Medical S.r.l. Importo complessivo pari a € 11.000,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG Z463D41631.

PDTD/2023/1989 N.T.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 06.12.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X NO

**Il Delegato Responsabile della S.C. A.B.S.E.**

- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato;
- Dato atto** che, con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Vista** la delibera n. 1500 del 12/12/2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture";
- Premesso** che con nota agli atti dello scrivente servizio, il Direttore f.f. della S.S.D. Neonatologia ha richiesto la fornitura di n. 1 apparecchio per lo screening audiologico neonatale da destinare alla S.S.D. Neonatologia del P.O. San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu";
- Richiamato** l'art. n. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, il quale consente di procedere mediante "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- Dato atto** che si è proceduto alla pubblicazione della procedura in oggetto mediante l'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;
- Considerato** che con Rfq n. 422909 del 14.11.2023 sono stati invitati a presentare preventivo di spesa gli Operatori Economici FC Genetics Service S.r.l., Natus Medical S.r.l., Rappresentanze Dott. Alessandro Dessì, TE.S.MED. S.n.c., Terapon S.r.l. e che nei termini stabiliti è pervenuta unicamente l'offerta dell'Operatore Economico Natus Medical S.r.l.;
- Vista** la relazione con la quale il Direttore f.f. della S.S.D. Neonatologia, ha espresso parere favorevole in merito all'offerta dell'Operatore Economico Natus Medical S.r.l., per conformità alla richiesta (All. "A" fg. 1);
- Tenuto conto** che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in favore dell'Operatore Economico Natus Medical S.r.l. (All. "B" fg. 1);



|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Preso Atto</b> | dell'offerta economica del succitato Operatore Economico (All. "C" fg. 3);   |
| <b>Ritenuto</b>   | pertanto di dover aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Natus Medical S.r.l., la fornitura di n. 1 apparecchio per lo screening audiologico neonatale da destinare alla S.S.D. Neonatologia del P.O. San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu", per un importo complessivo pari a € 11.000,00 oltre Iva di legge; |
| <b>Dato Atto</b>  | che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;  |
| <b>Visto</b>      | il D. Lgs. n. 36/2023;   |

#### **DETERMINA**

1. di aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Natus Medical S.r.l., la fornitura di n. 1 apparecchio per lo screening audiologico neonatale da destinare alla S.S.D. Neonatologia del P.O. San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu", per un importo complessivo pari a € 11.000,00 oltre Iva di legge;
2. di dare atto che l'importo complessivo pari a € 11.000,00 oltre Iva di legge, dovrà essere imputato al finanziamento "**BSPROG-2022-23, Finanziamento Conto Capitale AOBROTZU, Chiave contabile 2020\_23 "Apparecchiature varie per percorsi clinici - P.O. San Michele"** "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" – **DGR n. 22/21 del 20.06.2019 – NP16**" - Conto n. A102020401 del Piano dei Conti – Centro di Costo 620140 – S.S.D. Neonatologia;
3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 e dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
4. di autorizzare la S.C. Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

**Il Delegato Responsabile della S.C. A.B.S.E.**

**Dott. Davide Massacci**

RIF: N.T.  
070 539792


Oggetto: "BSPROG-2022-23, Finanziamento Conto Capitale AOBROTZU, Chiave contabile 2020\_23 "Apparecchiature varie per percorsi clinici - P.O. San Michele" "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" – DGR n. 22/21 del 20.06.2019 – NP16". Affidamento diretto, ai sensi dell'art. n. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 1 apparecchio per lo screening audiologico neonatale da destinare alla S.S.D. Neonatologia del P.O. San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu". Codice Cig Z463D41631.

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento all'oggetto, vista l'offerta tecnica dell'Operatore Economico **Natus Medical S.r.l.**, si attesta quanto segue:

Idoneo: prodotto conforme a quanto  
richiesto

Il Direttore f.f. S.S.D Neonatologia  
Dott. Manuel Scarano



**JAGGAR-ONE** Benvenuto **Davide Massacci**

← RfO : rfq\_422909 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. n. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, p... Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Chiamata di Esportazione | Azioni di Conversione | Azioni Aggiudicazione

Preparazione | Bid Collector | Valutazione Offerte | **Finalizzazione** | Completamento

Dettagli | Monitoraggio | Impostazioni Valutazione | Valutazione | **Aggiudicazione e Verbali** | Discussioni | Messaggi (Non Letti 0)

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

→ Visualizza classifica

**Livello Ordinamento Risposta**  
Globale (Miglior Prezzo)

**Commenti Generali di Aggiudicazione**  
0 Commenti

**Valuta**  
EUR

**Livello di Aggiudicazione attuale**  
Globale (Miglior Prezzo)

**Allegati**  
0 Allegati

Visualizzazione risultati 1 - 1 di 1

| Classifica | Gruppo di Offerta | Fornitore            | Prezzo totale | Prezzo Confermato | Qualifica   | Tecnica     | Economica   |
|------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1          |                   | NATUS MEDICAL S.R.L. | 0             | 11.000            | ● Accettato | ● Accettato | ● Accettato |



Montegrotto Terme, 23/11/2023

Spett.le  
**ARNAS G. Brotzu 7 S.C. A.B.S.E.**  
 P.le A. Ricchi, 1  
 09134 Cagliari

**OGGETTO: RDO : BSPROG-2022-23 - APPARECCHIO PER OTOEMISSIONI ACUSTICHE E RELATIVI CONSUMABILI**

Il sottoscritto SCHWENDLER UWE, nato a [REDACTED], - C.F. [REDACTED] legale rappresentante della ditta NATUS MEDICAL SRL, con la qualifica di PROCURATORE SPECIALE SEDE LEGALE e OPERATIVA in MONTEGROTTO TERME (PD), via del Commercio 27 - P.IVA E C.F. 05025030288  
 Iscritta Registro Imprese presso la CCAA di PADOVA n. iscr. 05025030288  
 P.E.C. [natusmedicalsr@legalmail.it](mailto:natusmedicalsr@legalmail.it) E-MAIL [commercialeitalia@natus.com](mailto:commercialeitalia@natus.com) TEL. 049 8911110

In riferimento a quanto in oggetto, ringraziandovi per l'invito a rispondere alla vostra richiesta, con la presente di seguito proponiamo la nostra offerta economica:

**OFFERTA**

| Codice Prodotto                                  | Descrizione   | Q.tà | Prezzo Listino | Unitario Scontato | Tot. Scontato    |
|--|---|------|----------------|-------------------|------------------|
| 8-04-13980                                       | AccuScreen, ABR/TE Incl. South Europe language pack | 1    | 12.032,00      | 9.500,00          | 9.500,00         |
| NATUS FLEX CARE 2                                | service full risk 12 mesi -                         | 2    | 1.109,00       | 750,00            | 1.500,00         |
| <b>TOTALE OFFERTA STRUMENTAZIONE IVA ESCLUSA</b> |   |      |                |                   | <b>11.000,00</b> |

**CODICE CND E RDM:** Z12149001 396628

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:**

**MERCE:** Resa franco destino presso Magazzino Economale

**INSTALLAZIONE E COLLAUDO:** inclusi

**FORMAZIONE:** inclusa

**CONSEGNA:** 20gg. dalla data di ricevimento dell'ordine scritto

**I.V.A.:** 22% a norma di legge a Vostro carico non inclusa nei prezzi sopra indicati

**GARANZIA:** 24 mesi per vizi e difetti di funzionamento e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata, nonché la garanzia per buon funzionamento, a decorrere dalla data del collaudo/accettazione positiva degli stessi. Assistenza tecnica Full Risk per tutta la durata della garanzia comprensiva di:

**Manutenzione preventiva:**

La manutenzione preventiva comprende la procedura periodica di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e par ti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione dell'apparecchiatura risultante non conforme, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all'apparecchiatura e/o dispositivo opzionale acquistato.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali); si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva.

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà rilasciata una copia del rapporto d'intervento, da consegnare ad ARNAS, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, all'indicazione di inizio e fine attività di manutenzione e all'elenco delle componenti eventualmente sostituite.

Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attività di manutenzione preventiva siano previsti su due giorni, ARNAS potrà scegliere, in funzione delle sue necessità di effettuare le attività previste in due giorni non consecutivi.

**Manutenzione correttiva:**

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le sue parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione dei materiali di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: *materiale monouso e mono-paziente*), che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale. La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica

dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovrà essere effettuata la Verifica di Sicurezza Elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- ✓ **Numero di interventi su chiamata illimitati;**
- ✓ **Tempo di intervento a partire dalla ricezione della richiesta: 12 ore;**
- ✓ **Tempo di risoluzione del guasto senza parti di ricambio: entro 24ore solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta di intervento;**
- ✓ **Tempo di risoluzione del guasto con parti di ricambio: entro 4 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta di intervento.**

Al termine di ciascun intervento di manutenzione dovrà essere redatto un apposito rapporto tecnico che di minima dovrà contenere, almeno, le seguenti informazioni:

- ✓ Identificativo della richiesta di intervento della chiamata;
- ✓ La data e ora di inizio e fine intervento;
- ✓ Il numero di matricola dell'apparecchiatura;
- ✓ Il problema riscontrato;
- ✓ Le indicazioni delle operazioni effettuate;
- ✓ I pezzi di ricambio eventualmente sostituiti.

Il rapporto tecnico in questione dovrà essere firmato dal tecnico che ha eseguito l'intervento e da un incaricato della S.S.D. Tecnologie Sanitarie o da un suo delegato.

Durante il periodo di garanzia tutte le spese sostenute per fornitura di pezzi e parti di ricambio e/o sostituzione dei beni difettosi, ovvero per trasporti e manodopera per installazione e/o riparazione, ecc., sono da intendersi a carico del Fornitore.

#### **Ricambi, Accessori e Materiali di Consumo:**

Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore dovrà garantirne la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a **10 anni** a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

In fede

**NATUS MEDICAL SRL**

**Schwendler Uwe**

**Procuratore Speciale**  
**NATUS MEDICAL SRL**

Via del Commercio, 27  
35036 MONTEGROTTO TERME (PD)  
Cod. Fisc. e Partita IVA 05025030288

