



Deliberazione N. 181

adottata dal COMMISSARIO in data 10 NOV. 2009

OGGETTO: Autorizzazione consegna in visione Strumentazione presso la S.C. Oculistica. Ditta SURGITEK.

10 NOV. 2009

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal _____
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Bruno Simola
dal Direttore Sanitario: Dott. Roberto Sequi

SU proposta della S.C. Acquisizione Beni e Servizi;

VISTA la lettera prot. n. 26/2009 del 02.11.2009 (All. "A" fg. 2) con la quale la Ditta Surgitek ha proposto la consegna in visione della seguente strumentazione presso la S.C. Oculistica per un periodo di trenta giorni:

- n. 1 Unità Cryo-Line, Tubo, cartuccia, Filtro, Pedale;
- n. 1 Cartuccia di ricambio per filtro gas;
- n. 1 Raccordo per bombola N20 ISO5145;
- n. 1 Carrello portastrumenti con porta bombola;
- n. 1 Pulsar 2 console;
- n. 1 Manipolo diat. X drenaggio subret.;
- n. 1 Diat. X punt. Evac. 3MM grigio scuro;
- n. 1 Sonda diatermica superficiale;
- n. 1 Pedale a doppia linearità (faco/vit.).

ATTESO che con la nota del 04.11.2009 (All. "B" fg. 2) la Ditta Surgitek ha precisato che verranno consegnate anche n. 1 confezione di sonde per vitrectomia post e n. 1 confezione di sonde per endoilluminazione, che il valore della strumentazione è di € 41.558,00 e che tutti gli oneri inerenti consegna, installazione, ritiro ed ogni altra prestazione accessoria saranno a proprio carico;

RILEVATO che con nota del 02.10.2009 (All. "C" fg. 1) il Direttore della S.C. di Oculistica ha comunicato il proprio parere favorevole, espresso anche dalla Direzione Sanitaria con annotazione in calce;

ATTESO che il Responsabile del Servizio Fisica e Tecnologia Sanitaria ha espresso parere favorevole come da annotazione in calce alla lettera prot. n. 26/2009 del 02.11.2009 di cui sopra;

ATTESO che per il collaudo dovrà essere seguito quanto stabilito dalla guida CEI fascicolo 3783 R; in particolare dovranno essere effettuate le prove di sicurezza elettrica a cura della Ditta produttrice in contraddittorio con il personale tecnico di questa Azienda Ospedaliera;

RITENUTO pertanto di autorizzare la consegna in visione in parola in quanto non comporta alcun onere di spesa a carico di questa Amministrazione;

a a

G

VISTE le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

1) di autorizzare la consegna in visione, proposta dalla Ditta Surgitek, della seguente strumentazione, del valore di € 41.558,00, presso la S.C. di Oculistica, per un periodo di trenta giorni, a tutte le condizioni esplicitate in premessa:

- n. 1 Unità Cryo-Line, Tubo, cartuccia, Filtro, Pedale;
- n. 1 Cartuccia di ricambio per filtro gas;
- n. 1 Raccordo per bombola N20 ISO5145;
- n. 1 Carrello portastrumenti con porta bombola;
- n. 1 Pulsar 2 console;
- n. 1 Manipolo diat. X drenaggio subret.;
- n. 1 Diat. X punt. Evac. 3MM grigio scuro;
- n. 1 Sonda diatermica superficiale;
- n. 1 Pedale a doppia linearità (faco/vit.);
- n. 1 confez. Sonde per vitrectomia post;
- n. 1 confez. Sonde per endoilluminazione.


2) di verificare durante la fase del collaudo, da effettuarsi come indicato in premessa, la conformità dei beni alle norme di sicurezza;

3) di prendere in carico inventariale la strumentazione suddetta, con la precisazione che la stessa non comporta alcun onere di spesa per questa Amministrazione e alcun obbligo nei confronti della Ditta offerente.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Sinicola





IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Segui



IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau



Dir. S.C. Acquis. Beni _____
Coll.re Ammin. Esperto Dott.ssa A. Buzzi 
Coll.re Ammin.vo Dott.ssa A.M. Marongiu 
Consvisionestrumentazoculistica