

**Oggetto:** Procedura Aperta informatizzata per fornitura annuale, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi, di Dispositivi Medici per Elettrofisiologia, Estrazione Elettrocateri e per Mappaggio Cardiaco Endocavitario, destinati alla S.C. di Cardiologia P.O. San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu". CIG vari.

## FAQ

**Domanda:** Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si rileva che nei documenti della lex specialis non è prevista la clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Al riguardo, come è noto, l'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022 n. 25, prevede che "in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto [...] è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Tale norma, recepita dall'ANAC nella stesura del nuovo bando tipo n. 1 sui servizi e le forniture, ha reso obbligatorio, per tutti i tipi di contratti (ossia per i lavori, per i servizi e per le forniture), l'inserimento di clausole di revisione del prezzo.

Vi invitiamo pertanto ad adeguare i documenti di gara alla suddetta disposizione normativa, apportando le dovute modifiche e integrazioni.

**Risposta:** V. art. 2 del CSA.

**Domanda:** Si sottopongono i seguenti chiarimenti:

- 1) campionatura nel caso in cui si intenda offrire un prodotto già in uso e quindi conosciuto dall'Arnas Brotzu, si può non presentare la campionatura ed inserire in gara (come ulteriore allegato) una dichiarazione in cui si specificano queste condizioni?
- 2) dichiarazioni attestanti capacità economiche e finanziarie: non avendo la scrivente ancora depositato il bilancio relativo all'anno 2022, si possono in alternativa inserire i bilanci depositati degli anni 2019/2020/2021?"

**Risposta:** 1) Si conferma il contenuto del CSA. 2) Si conferma il contenuto del CSA. Sarà accettato anche il bilancio provvisorio 2022.

**Domanda:** A fronte della Vs. risposta in merito alla richiesta di presentare il bilancio provvisorio dell'anno 2022 la scrivente società tiene a far presente quanto segue: l'approvazione del bilancio dell'anno antecedente ovvero 2022 quest'anno potrà avvenire entro il termine del 02/05/2023 a causa delle varie festività presenti. Inoltre il deposito presso il registro delle imprese potrà avvenire entro il 30/05/2023. La gara in oggetto come scadenza prevista fissata è 08-05, pertanto la sottoscritta società potrà unicamente presentare relativamente all'anno 2022 una bozza di bilancio con solo schemi di bilancio senza alcuna nota esplicativa che non risulta essere neanche il bilancio provvisorio pertanto potrà subire anche delle eventuali variazioni prima dell'approvazione. Si precisa inoltre che come previsto da all'art. 86 e all'allegato XVII, parte I, La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni del Codice mediante la presentazione del bilancio o estratto dell'ultimo bilancio regolarmente approvato alla data di pubblicazione del bando. Pertanto siamo a chiedere di poter presentare oltre alla n. 1 dichiarazione bancaria i tre bilanci approvati relativi agli anni 2019-2020-2021.

**Risposta:** Si conferma la risposta al precedente quesito.

**Domanda:** In merito alla campionatura richiesta per ogni singolo articolo proposto, nel Capitolato non si fa riferimento alla sterilità della stessa. Si chiede quindi conferma che sia possibile offrire campionatura non sterile.

**Risposta:** Non si conferma. Si richiede che la campionatura sia sterile.

**Domanda:** Nel capitolato speciale gli allegati B e C non sono richiesti tra i documenti amministrativi da presentare. Si chiede se gli stessi debbano quindi essere prodotti.

In caso positivo si comunica che verranno resi dal procuratore firmatario della gara, per quanto di sua conoscenza, per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3.

**Risposta:** La modulistica è indicativa e non obbligatoria.

**Domanda:** In riferimento alla base d'asta del lotto n. 18 si fa presente che il prezzo indicato risulta essere molto inferiore rispetto ai prezzi medi di mercato per cui si chiede di rivedere tale base d'asta.

**Risposta:** Si conferma il contenuto del Capitolato di gara.

**Domanda:** Con riferimento al Lotto n. 22 "Involucro riassorbibile per la prevenzione delle infezioni da dispositivi impiantabili" si richiedono i seguenti due chiarimenti: 1) Si chiede conferma che per rilascio "modificato" degli antibiotici si intenda il rilascio controllato per un certo periodo di tempo di antibiotici già in situ nell'involucro e non aggiunti successivamente; 2) Si chiede conferma che le due differenti tipologie di antibiotico richieste debbano essere specifiche per la prevenzione delle infezioni derivanti dall'impianto di dispositivi cardiaci elettronici impiantabili, con relativa letteratura a supporto dell'efficacia degli antibiotici proposti.

**Risposta:** 1) Si conferma. 2) Si conferma.

**Domanda:** Con la presente si richiede quanto segue: nella busta di qualifica va inserito il "documento di gara unico europeo (DGUE) e dichiarazioni integrative". Si chiede conferma che per dichiarazioni integrative si intendono i vostri moduli Allegato B, C, E.

**Risposta:** La modulistica è indicativa e non obbligatoria.

**Domanda:** Con la presente si chiede conferma se con la richiesta "Si richiede campionatura nella quantità di n. 1 pezzo per ogni singolo articolo proposto, costituente il singolo lotto" si intenda campionatura di un pezzo per ogni differente tipologia di prodotto (inteso come macro-insieme di più modelli della stessa tipologia di prodotto) offerto all'interno lotto e non 1 pezzo per ogni singolo modello di prodotto proposto nel lotto.

**Risposta:** E' sufficiente 1 pezzo per ogni macro insieme.

**Domanda:** In riferimento al lotto n.3, nel quale viene indicato che "La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione il generatore ed i cavi di connessione, con onere di manutenzione e fornitura di materiale di consumo a proprio carico", considerando il fatto che la tecnologia oggetto del lotto è di ultima generazione e facendo specifico riferimento all'attuale situazione di chip shortage relativa alle apparecchiature hardware, si richiede la possibilità di introdurre per il generatore un canone di noleggio mensile, quantificabile a titolo esemplificativo in euro 4.000,00 €. A tal proposito, si riporta di seguito un esempio di aggiudicazione che ha previsto la succitata configurazione di offerta. Lo scorso Marzo l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli ha aggiudicato una trattativa diretta con le seguenti condizioni: 5.500,00€ per ogni Kit di Ablazione con canone mensile

di 4.000,00 € per il Capital, con riconoscimento di una percentuale di sconto pari all'importo del canone stesso al raggiungimento delle 50 procedure annuali, previste dalle condizioni di fornitura.

**Risposta:** Si conferma il contenuto del Capitolato di gara.