

Oggetto: Procedura aperta informatizzata per la fornitura in Service di n. 3 Separatori cellulari per autotrasfusione a flusso continuo e relativo materiale di consumo da destinare alle Strutture di Cardiochirurgia e TIPO Trapianti per tre anni con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Codice Cig 9821654D45.

FAQ

Domanda: Si chiede conferma che le caratteristiche menzionate nel Capitolato Speciale siano indicative e non pena esclusione. Le caratteristiche richieste tendono infatti a pre-identificare solo un sistema ad oggi disponibile sul mercato in grado di soddisfare tutte le caratteristiche richieste. Tale fatto, pur nel principio dell'equivalenza da Voi citato all'Art. 3 del Capitolato Speciale di Gara, comporta un rischio di inficiare la libera partecipazione alla gara escludendo a priori soluzioni ugualmente valide da parte di altri concorrenti interessati alla fornitura in oggetto.

Risposta: 1) Si conferma quanto già riportato nell'articolo 3 del Capitolato: "Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisce casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti"."

Domanda: Art. 4 Documentazione Tecnica: - per le apparecchiature – Scheda tecnica gruppo di continuità: A ns. conoscenza nessuna delle apparecchiature per autotrasfusione è dotata di gruppo di continuità pertanto siamo a richiedere la modifica della Vs. richiesta, in quanto la gestione quotidiana della Sala Operatoria potrebbe essere ostacolata dalla presenza di un gruppo di continuità ed inoltre ogni ospedale/sala operatoria ha in dotazione un generatore autonomo in caso di emergenza.

Risposta: Si conferma che trattasi di refuso, pertanto la presenza o meno del gruppo di continuità non costituisce motivo di esclusione.

Domanda: Per i dispositivi e/o materiali di consumo punto 8 Dichiarazione che qualsiasi ordine verrà evaso indipendentemente dal quantitativo richiesto: Cosa si intende, considerato che tutti i prodotti per legge vengono forniti in confezioni multiple in conformità sia alla Direttiva 93/42 che al regolamento MDR 745/2017



ARNAS G. Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Risposta: Si intende che i prodotti dovranno essere forniti senza tenere in considerazione un minimo d'ordine, nel rispetto del confezionamento.