

Deliberazione 1706adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 30 SET. 2015

Oggetto: Presa d'atto aggiudicazione procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di Chirurgia Generale dell'Azienda G.Brotzu - ditte varie per un importo complessivo pari ad euro 237.708,00=iva esclusa - Cig. Vari – numero gara 5672566
Art.29 comma 2 L.R.10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 1 OTT. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,
le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;

ATTESO che con delibera n.1487 del 03.09.2014, è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di Chirurgia Generale per una spesa a base d'asta pari ad euro 295.000,00 =iva esclusa, allegata sotto la lettera A fg.2 ;

TENUTO CONTO che, come stabilito nella delibera di indizione, si è proceduto a dare pubblicità alla gara di cui sopra nella G.U.C.E.E., G.U.R.I., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet della Regione Sardegna, sul sito informatico dell'Azienda e su due quotidiani a diffusione nazionale e regionale, agli atti di questo Servizio;

ATTESO che nei termini di scadenza sono pervenuti n. 9 plichi delle seguenti ditte: Arnika- Air Liquide- Burke & Burke -Mast MeDical - Medica Vallengia - Medigas Italia- Philips – Sanifarm - Te.Mo.Sa.;

CONSIDERATO che con l'atto deliberativo n. 2030 del 20.11.2014, agli atti di questo Servizio, è stata nominata la commissione di gara per la valutazione tecnica delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n. 163/06;

DATO ATTO che la Commissione di gara, nominata con l'atto deliberativo di cui sopra, ha portato a termine i lavori ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara a favore di diverse ditte, come meglio evidenziato nei verbali n. 1 del 25.11.2014, n. 2 del 20.01.2015, n. 3 del 10.02.2015, n.4 del 27.02.2015, n. 5 del 05.03.2015, n. 6 del 30.03.2015, n. 7 del 30.03.2015, n. 7 del 02.04.2015, n. 8 del 15.04.2015, n. 9 del 20.04.2015, n. 10 del 11.05.2015, n. 11 del 21.05.2015, n. 12 del 15.06.2015, n.13 del 10.09.2015 allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "B" - fg. 111);

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All.C fg.3);



Segue deliberazione n. 1706 del 30 SET. 2015

- 2 -

VISTE le offerte economiche delle ditte: Arnica-Air Liquide- Mast MeDical-Philips, allegate sotto la lettera D fg.16 ;

TENUTO CONTO che nonostante dette apparecchiature non siano ricomprese nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia indifferibile essendo collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

RITENUTO pertanto di dover approvare i verbali della Commissione in parola, di cui all'allegato B, aggiudicando la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu a favore di varie ditte per un importo complessivo pari ad euro 237.708,00=iva esclusa, come sotto descritto:

lotto	descrizione	ditta	Importo a base d'asta + iva	Punti complessivi	Imponibile + iva
1	letti elettrici	Mast Medical	140.000,00	92,53	115.357,00
2	ventilatore niv	Air liquide	10.000,00	100	9.620,00
3	Ecocolordoppler	Philips	90.000,00	97	79.731,00
4	tromboelastografo	Arnica	55.000,00	94,24	33.000,00
	Totale + iva				237.708,00

VISTI il DPR n° 207/2010 ed il D.lgs. n° 163/06 e la circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di approvare i verbali della Commissione di gara, relativi alla procedura d'appalto in oggetto, di cui agli allegati sotto la lettera B;
- di disporre l'aggiudicazione della procedura aperta, di cui alla delibera di indizione n.1510 del 03.09.2014, per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu a favore di varie ditte per un importo complessivo pari ad euro 237.708,00=iva esclusa, come sotto descritto:

lott o	descrizione	ditta	Imponibile + iva	Numero di conto	Numero cig
1	letti elettrici	Mast Medical	115.357,00	090106	5838882DD7
2	ventilatore niv	Air liquide	9.620,00	090107	58389169E7
3	Ecocolordoppler	Philips	79.731,00	090108	5838923FAC
4	tromboelastografo	Arnica	33.000,00	090107	583893271C
	Totale + iva		237.708,00		

R



Segue deliberazione n. 1706 del 30 SET. 2015

-3-

- Di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 237.708,00=Iva esclusa grava sul numero di conto A102020401 del piano dei conti a valere sui centri di costo sopraccitati;
- Di demandare al Servizio economico finanziario la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;
- di autorizzare il Servizio Economico finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti
- di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. N°10 del 28.07.2006.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Graziella Pintus

Direttore S.C. Servizio Acquisizione Beni Dr. ssa Agnese Foddis
Responsabile Settore Acquisizione Beni-P.I. Dr.ssa A.M. Marongiu
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M. Frau



adottata dal Direttore Generale in data 3 SET. 2014

OGGETTO: Indizione procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu
Approvazione Bandi di Gara, Capitolato Speciale, Disciplinare di Gara e Istanza di partecipazione. Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva
CIG. Vari Numero gara 5672566

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 8 SET. 2014
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dr. Attilio Murru
Direttore Sanitario: Dr. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Provveditorato:

PREMESSO che con note prot.144 del 25.02.2014 e dell'11.03.2014, allegate sotto la lettera A fg.10, il Capo dipartimento chirurgia, giusta deliberazione n.239 del 13.02.2014, ha chiesto la fornitura di varie apparecchiature sanitarie necessarie alla struttura complessa di chirurgia generale per un importo complessivo pari ad euro 295.000,00 =iva esclusa;

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. B fg 4);

RILEVATO che in data 21.07.2014 il Capo Dipartimento chirurgia ha trasmesso, regolarmente autorizzato, il capitolato speciale tecnico;

RITENUTO necessario pertanto indire una gara con procedura aperta in conformità all'art.55 comma 5) del D.lvo n. 163/06 con aggiudicazione determinata in conformità all'art.83, comma 1 del D.lvo n. 163/06 e dell'art n. 283 del D.P.R. 207/2010;

ATTESO che per la fornitura in oggetto l'importo complessivo a base d'asta è pari ad euro 295.000,00=iva esclusa e che le apparecchiature verranno acquisite mediante locazione finanziaria tramite la Società Sardaleasing spa, di cui alla deliberazione n. 1688 del 26.10.2012;

VISTI il bando di gara G.U.C.E., G.U.R.I., il relativo avviso per estratto, nonché l'istanza di ammissione, il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Disciplinare di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "C" fg. 51;

RITENUTO di dover dare adeguata pubblicità all'appalto procedendo alla pubblicazione, nelle forme previste dall'art. dall'art. 66 del D.lgs n. 163/06: sulla G.U. C.E.E., sulla G.U.R.I., sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna, sul sito informatico dell'Azienda, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione regionale;



Segue deliberazione n. **1487** del = **3 SET. 2014**

ALL "A" Pag. N. 2 di Fg. 2

- 2 -

- CONSIDERATO** altresì che la Commissione di gara verrà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in conformità a quanto previsto dall' art. 84 del DLgs n.163/06;
- RITENUTO** urgente ed indifferibile l'adozione del presente atto per l'espletamento della Procedura aperta di che trattasi;
- VISTE** le LL.RR. n. 10/06, 10/97, 5/07, il D.Lgs. n. 163/06 ed il D.P.R.207/2010;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa :

1) di autorizzare il ricorso alla Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla struttura complessa di chirurgia generale, con aggiudicazione determinata in conformità all'art.83, comma 1) del D.lvo n. 163/06, per un importo a base d'asta complessivo pari ad euro 295.000,00=iva esclusa;

2) di prendere atto che l'acquisizione delle apparecchiature avverrà mediante locazione finanziaria tramite la Società Sardaleasing spa di cui alla deliberazione n. 1688 del 26.10.2012;

2) di approvare i bandi di gara, l'istanza di ammissione, il Capitolato speciale e il Disciplinare di gara allegati sotto la lettera "C";

3) di provvedere alla pubblicazione del bando nelle forme indicate dall'art. 66 del D.lgs n.163/06 sulla G.U. C.E.E., G.U.R.I., sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna; del bando, del capitolato speciale, del disciplinare di gara e dell'istanza di ammissione sul sito informatico dell'Azienda; dell'estratto del bando su due quotidiani a diffusione nazionale e regionale;

4) di dare atto che la Commissione di Gara verrà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in conformità a quanto previsto dall'art. 84 del DLgs n. 163/06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Attilio Murru

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Remigio C. Puddu

Direttore S.C.Provveditorato Dr. ssa Agnese Foddis
Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau



VERBALE N. 1

ALL. "B" Pag. N. 1 di Fg. 11

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Oggi 25 novembre 2014 ore 9:00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara, con atto n.2030 del 20.11.2014 (All. "A" fg. 1), nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddìs
COMPONENTE: Dr. Stefano Loi
COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo
SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau

Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i Sig.ri di cui all'elenco allegato (All. "B" fg. 1).

Prima di dare inizio ai lavori tutti i componenti della Commissione dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità, ai sensi dell'art. 84 commi 5-6-7 e dell'art.51 del codice civile, come da allegati sotto la lettera C fg. 6.

La Commissione, ai sensi dell'art. 66 del Dlgs 163/06, prende atto che sono stati pubblicati i seguenti avvisi inerenti la gara di che trattasi, con scadenza presentazione offerte il 20.11.2014:

- Bando integrale pubblicato sulla G.U.C.E.E. il 26/09/2014 n. 2014/S 185-325952;
- Bando integrale pubblicato sulla G.U.R.I. del 20.10.2014 n. 120 5° serie speciale contratti pubblici;
- Estratto del bando pubblicato sui quotidiani: L'Unione Sarda, La Nuova Sardegna, Il Corriere della Sera La Repubblica in data 24/10/2014;
- Bando integrale pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 21/10/2014 - Codice 108202B;
- Estratto bando di gara pubblicato sul sito informatico della Regione Sardegna pubblicato il 17/10/2014;
- Estratto bando di gara e documentazione pubblicato sul sito informatico dell'Azienda G. Brotzu il 03/10/2014.

Preso atto, altresì, che il contributo all'Autorità di Vigilanza relativo alla gara numero 5672566 pari ad euro 225,00=, verrà pagato automaticamente con il MAV.

Dato atto che entro i termini di scadenza, fissati nei vari bandi per il giorno 20.11.2014, sono pervenute n. nove offerte, come da Verbale ricezione buste dell'Ufficio Protocollo (All. "D" fg. 1): ARNIKA-AIR LIQUIDE-BURKE & BURKE-MAST MEDICAL-MEDICA VALEGGIA-MEDIGAS ITALIA-PHILIPS-SANIFARME.MO.SA..

La Commissione quindi procede, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 163/06, al sorteggio pubblico tra le ditte che hanno presentato offerta, non inferiore al 10% arrotondato all'unità superiore, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara e dichiarati nell'istanza di partecipazione.



ALL. "B" "Pag. N. 2 di Fg. 111

Si procede a racchiudere in un contenitore rigido a estrazione meccanica n. 9 pedine numerate progressivamente (dal n. 1 al n.9) e corrispondenti al rispettivo numero progressivo di cui all'elenco alfabetico delle Ditte (All. "E" fg. 1), quindi il Presidente estrae il numero 1 corrispondente alla Ditta ARNIKA.

La Commissione passa quindi all'apertura dei plichi ed alla verifica della regolarità della documentazione presentata dalle 9 Ditte partecipanti, come da prospetto allegato (All. "F" fg.2), pervenute nei termini di scadenza.

Dopo la verifica della documentazione amministrativa presentata risultano ammesse alla fase successiva tutte le ditte, ad eccezione della ditta ARNIKA, ammessa con riserva, in quanto dovrà comprovare quanto dichiarato, ai sensi dell'ex art. 48 del Dlgs. 163/06.

Il Presidente invita i partecipanti al rilascio di eventuali dichiarazioni, con esito negativo.


Il Presidente, esaurita la fase di controllo dei documenti, comunica ai presenti che verranno convocati solo dopo la verifica qualitativa e tecnica delle offerte che avverrà in seduta privata.

Al termine della seduta il Presidente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché li tenga in custodia fino alla prossima seduta per evitare qualsiasi omissione e/o manomissione significando che i lavori della Commissione procederanno in seduta riservata per la valutazione tecnica.

Letto, confermato e sottoscritto.


Cagliari, 25.11.2014

LA COMMISSIONE:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis 

COMPONENTE: Dr. Stefano Loi 

COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo 

SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau 

20 NOV. 2014

deliberazione n. 2030

Adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Nomina Commissione procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva CIG. Vari Numero gara 5672566

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo:

Dr. Attilio Murru

Direttore Sanitario:

Dr. Remigio C. Puddu

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" A PARTIRE DAL

25 NOV. 2014

per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

SU proposta della S.C. Provveditorato;

PREMESSO che con l'atto n. 1487 del 03/09/2014 è stata deliberata l'indizione della procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale per una spesa complessiva a base d'asta pari ad euro 295.000,00=iva esclusa, allegato A fg. 2;

ATTESO che il giorno 20.11.2014 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e che nei termini previsti sono pervenuti n.9 plichi, come da verbale dell'Ufficio Protocollo allegato sotto la lettera B fg.1;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 84 comma 10 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006, deve essere nominata la Commissione per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara di cui sopra nelle persone:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis

COMPONENTE: Dr. Stefano Loi

COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo

SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau

VISTE le LL.RR. n° 10/06, n° 10/97 e n° 5/07, ed il D. Lgs. n° 163 del 12.04.2006;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

1. di nominare la Commissione, per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara di cui all'oggetto, nelle persone di:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis

COMPONENTE: Dr. Stefano Loi

COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo

SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Attilio Murru

Direttore S.C. provveditorato Dr. ssa Agnese Foddis
Responsabile Ufficio Acquisti Dr. ssa A.M. Marongiu
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M. Frau

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Remigio C. Puddu



ALL. "B" Pag. N. 4 di Fig. 111

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Allegato B al verbale n. 1 del 25.11.2014 fg. 1

N.PR.	DITTE	Nome e cognome	firma
1	ARNIKA	GUIDO BELLOSSI	
2	AIR LIQUIDE	..	
3	BURKE & BURKE		
4	MAST MEDICAL		
5	MEDICA VALEGGIA	CARLO MUZZU	
6	MEDIGAS ITALIA	IVAN BETUNIO	
7	PHILIPS	ANDREA SEBASTIANO TURGI	
8	SANIFARM		
9	TE.MO.SA	Corrado Dessi	



Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 20/11/2014

Scadenza: 20.11.2014 ore: 12.00

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla struttura complessa di chirurgia generale - cig. vari gara n. 5672566

- 1 ARNIKA Prot. n. 26616
- 2 PHILIPS Prot. n. 26697
- 3 BURKE & BURKE SPA Prot. n. 26737
- 4 MEDICA VALEGGIA SPA Prot. n. 26738
- 5 MAST MEDICAL SRL Prot. n. 26739
- 6 MEDGAS ITALIA Prot. n. 26758
- 7 AIR LIQUIDE Prot. n. 26791
- 8 TE.MO. S.A. SRL Prot. n. 26801
- 9 SANI FARM Prot. n. 26817
- 10 _____ Prot. n. _____
- 11 _____ Prot. n. _____
- 12 _____ Prot. n. _____
- 13 _____ Prot. n. _____
- 14 _____ Prot. n. _____
- 15 _____ Prot. n. _____

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. 9 (NOV) offerte.

Protocollo Generale





ALL. " B " Pag. N. 6 di Fg. 111

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Allegato E al verbale n. 1 del 25.11.2014 fg. 1

N.PR.	DITTE	ESTRATTO
1	ARNIKA	ESTRATTO
2	AIR LIQUIDE	
3	BURKE & BURKE	
4	MAST MEDICAL	
5	MEDICA VALEGGIA	
6	MEDIGAS ITALIA	
7	PHILIPS	
8	SANIFARM	
9	TE.MO.SA	

n.	DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NEL PLICO allegato verbale n.1 del 25/11/2014 " F" fg. 1	Arnika	Air Liquide	Burke & Burke	Mast Medical	Medica Valeggia	Medigas Italia	Philips	Sanifarm	TE.MO.SA
	BUSTA N. 1:									
1	Istanza di ammissione e autocertificazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Garanzia provvisoria pari al 2% importo presunto ai sensi dell' art. 75 del DLgs n.163/06 vedi elenco (ridotta del 50% se previsto)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Impegno fidejussore ai sensi dell'art.75 comma 8 del d.lgs. 163/06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	referenze bancarie due	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
5	copia offerta senza prezzi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	listino prezzi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	AVVALIMENTO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
8	elenco forniture 2011/2012/2013 con i rispettivi importi pubblici o privati, nel settore oggetto della gara e di pari importo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	PASSOE	NO,	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO
	BUSTAN. 2:									
1	schede tecniche	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	assistenza tecnica	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	contratto manutenzione full risk	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BUSTAN. 3									
1	contenente l'offerta economica con indicazione costi per sicurezza tenuto conto non ci sono costi interferenziali	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	lotto 1- letti elettrici per 140000,00				OFFRE				OFFRE	
	lotto 2- ventilatore per 10000,00		OFFRE				OFFRE			OFFRE
	lotto 3- ecocolor Doppler per 90000,00							OFFRE		OFFRE
	lotto 4- tromboelastografo per 55000,00	OFFRE				OFFRE				

ALL. " B " Pag. N. 8 di Fg. 111

VERBALE N. 2
(verifica documentazione)

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Oggi 20 gennaio 2015 ore 9:00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara, con atto n.2030 del 20.11.2014, nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis
COMPONENTE: Dr. Stefano Loi
COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo
SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti ed il segretario, l'integrità della documentazione di gara che era stata custodita in appositi armadi chiusi a chiave, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati i precedenti verbali, dichiara valida la seduta.

Tenuto conto che la ditta Arnika, nella seduta pubblica del giorno 25.11.2014, è stata estratta al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico organizzativa indicati nel bando di gara e che in data 18.12.2014 ha ottemperato a quanto richiesto.

Considerato che le ditte: ARNIKA-AIR LIQUIDE-BURKE & BURKE-MEDICA VALEGGIA-MEDIGAS ITALIA-PHILIPS-TE.MO.SA nella documentazione presentata non hanno inserito il Passoe in quanto il sistema ANAC era bloccato e che le ditte medesime hanno provveduto, in tempi brevi, a consegnare quanto richiesto.

La Commissione procede con la valutazione della documentazione tecnico amministrativa presentata dalle ditte offerenti ammesse ovvero: ARNIKA-AIR LIQUIDE-BURKE & BURKE-MAST MEDICAL-MEDICA VALEGGIA-MEDIGAS ITALIA-PHILIPS-SANIFARM-TE.MO.SA.

Dopo un attento esame la Commissione tecnica ritiene necessario chiedere delle delucidazioni o visionare i prodotti offerti dalle ditte per i singoli lotti, al fine di effettuare una analisi più attenta e particolareggiata, come previsto nel capitolato di gara per le motivazioni sotto riportate:

lotto	Ditta	motivazione
1	SANIFARM	Non dichiara la disponibilità all'ampliamento con terapie evolute quale la percussione e la vibrazione
2	PHILIPS	Il sistema offerto funziona anche con una fonte a flusso a bassa pressione ? ha una modalità ventilatoria Bilevel a volume garantito?
	TEMOSA	Ha una modalità ventilatoria Bilevel a volume garantito?



	MEDIGAS	Occorre specificare le dimensioni dello schermo
3	PHILIPS	Offerta conforme al capitolato
4	ARNIKA	Offerta conforme al capitolato però si rende necessario chiederne la visione in loco
	MEDICA VALEGGIA	Offerta conforme al capitolato però si rende necessario chiederne la visione in loco

La Commissione decide pertanto di inviare un fax sia per chiarire alcuni aspetti delle offerte relativamente al lotto 2 che per la visione delle apparecchiature del lotto 4.

Al termine della seduta il Presidente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché li tenga in custodia fino alla prossima seduta per evitare qualsiasi omissione e/o manomissione.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE:

COMPONENTE:

COMPONENTE:

SEGRETARIO:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

OK

ALL. " B " Pag. N. 10 di 11
AO BROTZU
del 09/12/2014 ore 10,44
Mittente: S.C. Acquisizione Beni e Servizi

Prot. /ABS/MF

Destinatari: DITTA

Classifica: I Fascicolo: I del 2014

MESSAGGIO TELEFAX



Da: SERVIZIO PROVVEDITORATO

FAX 070 539601

A: Ditta

FAX n.

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO

Con riferimento all'oggetto comunicasi che, in seduta pubblica, il giorno 25.11.2014 la Commissione di gara ha proceduto alla apertura della documentazione amministrativa e tecnica, della gara di cui all'oggetto, evidenziando che codesta ditta non ha presentato il PASSOE.

Tenuto conto che nel sistema AVCPASS ci sono stati dei problemi tecnici che hanno impedito la creazione del Passoe, nei termini stabiliti, si comunica che attualmente il sistema è attivo e pertanto codesta ditta dovrà far pervenire entro 10 giorni della presente la documentazione attestante l'attribuzione del PASSOE relativamente alla gara di cui all'oggetto.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti

Segretario
Sig.ra Maristella Frau



Il Presidente della Commissione
Dr. ssa Agnese Foddis

OK

ALL. "B" Pag. N. 11 di Fg. 111

AO BROTZU

PG/2014/ 0028098 del 09/12/2014 ore 10,42

Mittente SC Acquisizione Beni e Servizi

Prot. /ABS/MF

Destinatari ARNIKA

Classifica 1 Fascicolo 1 del 2014

MESSAGGIO TELEFAX



Da: SERVIZIO PROVVEDITORATO	FAX 070 539601
A: Ditta ARNIKA	FAX n. 02/26880299

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n: 1487 del 3.09.2014

TESTO

Con riferimento all'oggetto comunicasi che, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 163/06, in data 25.11.2014 la Commissione di gara ha proceduto al sorteggio pubblico per i controlli sul possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico organizzativa.
Tenuto conto che codesta ditta è stata sorteggiata dovrà entro dieci giorni, dalla data della presente, comprovare quanto dichiarato con l'istanza di ammissione, relativa alla partecipazione alla gara in oggetto e precisamente:

- 1) Mediante trasmissione di copia dei bilanci o estratti di bilancio dell'ultimo triennio.
- 2) Inviare Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS tenuto conto che i problemi tecnici nel sito informatico sono risolti.

L'acquisizione di detti documenti è pena esclusione; per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti



Il Presidente della Commissione
D^{ssa} Agnese Foddis

Segretario
Sig.ra Mariastella Frau

www.aobrotzu.it

Azienda Ospedaliera G.Brotzu
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 5391
Partita iva 02315520920

Servizio Provveditorato
Tel 070/539569
Fax 070/539601

ALL. " B " Pag. N. 12 di Fg. 111

VERBALE N. 3
(verifica documentazione)

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Oggi 10 febbraio 2015 ore 9:00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara, con atto n.2030 del 20.11.2014, nelle persone dei Sigg.ri:


PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis
COMPONENTE: Dr. Stefano Loi
COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo
SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti ed il segretario, l'integrità della documentazione di gara che era stata custodita in appositi armadi chiusi a chiave, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati i precedenti verbali, dichiara valida la seduta.

Tenuto conto con fax prot. 5832 del 27.01.2015 e prot. 1665- 1666- 1667- 1668 del 27/01/2015 è stato chiesto alle ditte Philips-Temosa-Medigas-Arnika-Medica Valeggia di rispondere a dei quesiti circa le apparecchiature offerte, come da allegato sotto la lettera A fg. 5.

Considerato che le ditte sopraccitate hanno risposto, nei termini indicati, come da allegato sotto la lettera B fg. 9.

La Commissione procede con la verifica di quanto richiesto e determina quanto segue:



lotto	Ditta	chiarimenti	motivazione
1	SANIFARM	Non dichiara la disponibilità all'ampliamento con terapie evolute quale la percussione e la vibrazione	esclusa
1	MAST MEDICAL	Offerta conforme al capitolato	
2	PHILIPS	Il sistema offerto funziona anche con una fonte a flusso a bassa pressione ? ha una modalità ventilatoria Bilevel a volume garantito?	Ha risposto e si chiede di visionare l'apparecchiatura offerta
2	TEMOSA	Ha una modalità ventilatoria Bilevel a volume garantito?	Ha risposto e si chiede di visionare l'apparecchiatura offerta
2	MEDIGAS	Occorre specificare le dimensioni dello schermo	7 pollici non conforme richiesto da 10"
2	AIR LIQUIDE	Offerta conforme al capitolato	si chiede di visionare l'apparecchiatura offerta





2	BURKE & BURKE	Le dimensioni dello schermo sono di 7 pollici	non conforme richiesto da 10"
3	PHILIPS	Offerta conforme al capitolato	
4	ARNIKA	Offerta conforme al capitolato però si rende necessario chiederne la visione in loco	Viene decisa la data del 27.02.2015 per visionare l'apparecchiatura offerta
	MEDICA VALEGGIA	Offerta conforme al capitolato però si rende necessario chiederne la visione in loco	Viene decisa la data del 27.02.2015 per visionare l'apparecchiatura offerta

La Commissione decide pertanto di inviare un fax di convocazione per il giorno 27.02.2015 alle ore 9:00 e 12:00, al fine di visionare le apparecchiature offerte per il lotto 2 e 4 rispettivamente dalle ditte PHILIPS-TEMOSA-AIR LIQUIDE-ARNIKA-MEDICA VALEGGIA, .

Al termine della seduta il Presidente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché li tenga in custodia fino alla prossima seduta per evitare qualsiasi omissione e/o manomissione.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE:

COMPONENTE:

COMPONENTE:

SEGRETARIO:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

Prot. N. 5832 del 27/04/2015

ALL. " B " Pag. N. 14 di Fg. 11

Prot. /ABS/MF

MESSAGGIO TELEFAX

Da: SERVIZIO PROVVEDITORATO FAX 070 539601

Ditta Philips fax 039/2036205

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO

Con riferimento all'oggetto comunicasi che la Commissione di gara, valutando le schede tecniche presentate, ha ritenuto necessario avere ulteriori delucidazioni su alcuni punti:

- 1) il sistema offerto funziona anche con una fonte a flusso a bassa pressione?
- 2) Ha una modalità ventilatoria Bi level a volume garantito?

Codesta ditta dovrà far pervenire le risposte obbligatoriamente entro cinque giorni dalla data di ricezione della presente, stesso mezzo.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti

Segretario
Sig.ra Maristella Frau



Il Presidente della Commissione
Dr. ssa Agnese Foddis

PHILIPS**Philips S.p.A.**Via G. Casati, 23
20900 Monza

v ALL. " B " Pag. N. 15 di Fg. 111

AO BROTZU

PG/2015/ 0002016 del 02/02/2015 ore 10,51

Mittente PHILIPS

Assegnatario SC Acquisizione Beni e Servizi

Spettabile
AO "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi 1
09134 CAGLIARI

Oggetto: **Risposta a chiarimenti tecnici** Data: 30 gennaio 2015
 Procedura aperta fornitura Apparecchiature per Rif.: PCMS/15/0040/RS/gp
 la S.C. Chirurgia Generale - CIG vari - Gara n.
 5672566
 Vs. Rif. Prot. N. 5832 del 27/01/2015

In riferimento alla Vostra richiesta citata in oggetto con la presente Vi comunichiamo quanto segue:

- 1) Il ventilatore Philips Respironics V680 è un ventilatore a turbina che non necessita di collegamento ad aria medica, permette quindi di dare supporto ventilatorio ai pazienti, in maniera autonoma, senza connessione ad aria medica.
 Per ciò che riguarda l'arricchitore di ossigeno, al suo interno ha un miscelatore che permette l'erogazione dell'ossigeno da 21% al 100%.
 L'alimentazione dell'ossigeno in macchina deve essere da 2,76 a 6,00 bar, numerosi sistemi di alimentazione di ossigeno ospedalieri, tuttavia, non riescono a soddisfare tali domande di flusso elevato.
 In condizioni straordinarie (impostazioni O2 elevate più perdite elevate, e/o domanda del paziente elevata) laddove la domanda supera il flusso del sistema dell'ossigeno disponibile, il ventilatore garantisce un flusso di aria aggiuntivo dal compressore centrifugo per assicurare che venga rispettata la pressione target.
 Il ventilatore Philips V680 è in grado di funzionare anche con fonte di ossigeno derivata da bombole, in questo caso sono disponibili adattatori che permettono di avere anche la bombola di stand-by.
- 2) Il sistema offerto ha integrata la modalità AVAPS, che permette di avere target di volume bilevel in NIV.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Philips S.p.A.
 Healthcare
 Procurement
 Ing. Roberto Seclì

Philips S.p.A.
 Sede Operativa:
 Via G. Casati, 23 - 20900 Monza
 Tel.: 039.203.1 - Fax 039 203.6378

Sede Legale:
 Via L. Mascheroni, 5 - 20123 Milano
 Cap. Soc. Euro 68.068.000 i.v.
 Reg. Imprese Milano e Codice Fiscale n. 00856750153
 Partita IVA n. 00856750153
 R.E.A. Milano n. 88001
 Direzione e coordinamento: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Pag. 1 di 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

AO BROTZU

Prot. /ABS/MF

PG/2015/0001666 del 27/01/2015 ore 13,14
ALL. " B " Pag. N. 16 di Fig. 114

del 27/01/2015 ore 13,14

Mittente: SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari: MEDIGAS

Classifica: 1 Fascicolo: 1 del 2015

MESSAGGIO TELEFAX



Da: SERVIZIO PROVVEDITORATO

FAX 070 539601

Ditta MEDIGAS

fax 02/48881150

Attenzione Signora MARTA NEIBOTTI UFFICIO GARA

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO

Con riferimento all'oggetto comunicasi che la Commissione di gara, valutando le schede tecniche presentate, ha ritenuto necessario avere ulteriori delucidazioni su alcuni punti:

1) occorre specificare esattamente le dimensioni dello schermo offerto. (LOTTO 2)

Codesta ditta dovrà far pervenire la risposta obbligatoriamente entro cinque giorni dalla data di ricezione della presente, stesso mezzo.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.


Distinti saluti

Segretario
Sig.ra Maristella Frau



Il Presidente della Commissione
Dr. ssa. Agnese Foddis

MEDIGAS Italia S.r.l.
I-20090 Assago (MI) - Via Edison, 6
Tel. +39 02 4888111 - Fax +39 02 48881150
www.medigas.it
Capitale Sociale € 4.000.000 int. vers.
Reg. Imprese Milano N. 02466440167
REA Milano 1502123
C. F. 02466440167 - P. IVA 11861240155



Spettabile
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
PIAZZALE RICCHI 1
09100 CAGLIARI (CA)

Assago, 04/02/2015

Prot. 080/15/mn

X

OGGETTO: NS OFFERTA GR1404000 DEL 17/11/2014 (da citare nelle risposte)
PROCEDURA APERTA FORNITURA APPARECCHIATURE PER LA S.C. CHIRURGIA
GENERALE – COD CIG VARI – GARA NR. 5672566
DELIBERAZIONE DI INDIZIONE NR 1487 DEL 03.09.2014
VS PROT NR. PG/2015/00016666 DEL 27/01/2015


In riferimento alla procedura di gara in oggetto, ed alla Vs richiesta Prot n. PG/2015/00016666 del 27/01/2015, siamo con la presente a precisare che l'apparecchiatura offerta al lotto nr 2 – Ventilatore Mod. Ivent 101, ha uno schermo della dimensione di 7 pollici.

Si allega estratto del manuale d'uso.

In fede

MEDIGAS Italia S.r.l.
IL Vicepresidente
Ing. Sergio FONTANA

A
[Handwritten signatures]



[Handwritten mark]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

ALL. " B " Pag. N. 18 di Fg. 11

AO BROTZU

PG/2015/ 0001668 del 27/01/2015 ore 13,17

Mittente SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari MEDICA VALEGGIA

Classifica 1 Fascicolo 1 del 2015



Prot. /ABS/MF

MESSAGGIO TELEFAX

A

Da: SERVIZIO PROVVEDITORATO FAX 070 539601

Ditta Medica Valeggia fax 049/775884

Alle attenzioni Sig.ra Nadia

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO

[Handwritten signature]


Con riferimento all'oggetto ed alla documentazione tecnico amministrativa presentata, aperta in seduta pubblica il giorno 25.11.2014, ai fini di una più attenta valutazione la Commissione ritiene necessario visionare in loco l' apparecchiatura offerta per il lotto 4, ai sensi dell'art. 5 del capitolato speciale.

Pertanto codesta ditta dovrà comunicare, entro cinque giorni dalla data della presente, alcune date disponibili per detta presentazione.

Successivamente sarà cura di questa Azienda confermarvi una data ed un orario preciso dove far visionare quanto offerto in gara.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti



Il Presidente della Commissione
Dr. ssa Agnese Foddis

[Handwritten signature of Dr. ssa Agnese Foddis]

[Handwritten initials]

Segretario
Sig.ra Maristella Frau

[Handwritten signature]

www.aobrotzu.it

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 5391
Partita iva 02315520920

Servizio Provveditorato
Tel 070/539569
Fax 070/539601



Medica Voleggia S.p.A.
 35129 Padova (Italy) Via P. Donà, 9 - Tel./Phone +39 049.77.54.77 r.a. - Fax +39 049.77.58.94
 Magazzino principale/Main warehouse: Via Croca Rossa, 2
 e-mail: info@medival.it - www.medival.it

ALL. "B" "Pag. N. 19" di Fg. IV

AO BROTZU

PG/2015/ 0002728 del 09/02/2015 ore 11,22

Mittente: MEDIVAL

Assegnatario: SC Acquisizione Beni e Servizi

Spettabile
 AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Servizio Provveditorato
 Piazzale Alessandro Ricchi n. 1
 09134 CAGLIARI



Ns. Riferimento 2015 00254 /NB

Padova, 06/02/2015

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE DESTINATE
 ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI CHIRURGIA GENERALE - CIG. VARI GARA -N. 5672566
 Deliberazione di indizione n. 1487 del 03/09/2014

Con riferimento alla Vostra richiesta fax PG/2015/0001668 del 27/01/2015 comunichiamo le date per la presentazione dell'apparecchiatura offerta per il Lotto 4:

- 19 e 20 febbraio (se interessato, comunicare l'accettazione entro il 13/02/2014 per poter gestire la spedizione delle apparecchiature)
- 26 e 27 febbraio
- 2, 3, 5, 6 marzo

A disposizione per qualsiasi informazione porgiamo distinti saluti.

MEDICA VALEGGIA S.P.A.
 Servizio Gare

Nadia Borgato
 Nadia Borgato



Medica Vallenggia S.p.A.
 35129 Padova (Italy) Via P. Donà, 9 - Tel./Phone +39 049.77.54.77 r.a. - Fax +39 049.77.58.84
 Magazzino principale/Main warehouse: Via Croce Rossa, 2
 e-mail: Info@medival.it - www.medival.it

ALL. " B " Pag. N. 20 di Fg. 111

Spettabile
 AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Servizio Provveditorato
 Piazzale Alessandro Ricchi n. 1
 09134 CAGLIARI

Ns. Riferimento 2015 00187 /NB

Padova, 29 gennaio 2015

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE DESTINATE
 ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI CHIRURGIA GENERALE - CIG. VARI GARA N. 5672566
 Deliberazione di indizione n. 1487 del 03/09/2014

Con riferimento alla Vostra richiesta fax PG/2015/0001666 del 27/01/2015 comunichiamo che
 le dimensioni del PCMedicale proposto sono:

Display: TFT LCD 15" 4:3

Dimensioni Monitor: Altezza 33cm - Larghezza 36cm - Profondità 8cm

Monitor con supporto: Altezza 40cm - Larghezza 42cm - Profondità 28cm

Distinti saluti.

MEDICA VALEGGIA S.P.A.

Servizio Gare

Nadia Borgato

AO BROTZU

PG/2015/ 0002025 del 02/02/2015 ore 11,10

Mittente : MEDIVAL

Assegnatario : SC Acquisizione Beni e Servizi





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

OK

AO BROTTU

Prot. /ABS/MF

ALL. " B " Pag. N. 21 di Fg. 14

PG/2015/ 0001665 del 27/01/2015 ore 13,13

Mittente SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari TEMOSA

Classifica 1 Fascicolo 1 del 2015

MESSAGGIO TELEFAX



Da: SERVIZIO PROVVEDITORATO FAX 070 539601

Ditta Temosa fax 079/212224

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO

Con riferimento all'oggetto comunicasi che la Commissione di gara, valutando le schede tecniche presentate, ha ritenuto necessario avere ulteriori delucidazioni su alcuni punti:

- 1) il sistema offerto ha una modalità ventilatoria Bi level a volume garantito?

Codesta ditta dovrà far pervenire la risposta obbligatoriamente entro cinque giorni dalla data di ricezione della presente, stesso mezzo.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Il Presidente della Commissione
Dr. ssa Agnese Foddis

[Handwritten signature of Dr. ssa Agnese Foddis]

[Handwritten initials]

Segretario
Sig.ra Maristella Frau

[Handwritten signature]

TEMOSA



TE.MO.SA.Srl
Vendita dispositivi chirurgici e
apparecchiature elettromedicali
Strada Vicinale Trunconi n. 4 - 07100 SASSARI
(☎ 079-210070 - 210636 ☎ 079-212224)
temosa@tiscali.it Assistenza Tecnica 346-1631201
Cap.Soc. i.v. Euro 89.440,00 R.I. SS 064-2746 REA SS 59211
C.F. e P.I. 00262380900

ALL. " B " Pag. N. 82 di Fg. 14

Sassari li, 29.01.2015

SPETT.LE
AZIENDA OSPEDALIERA
"G. BROTZU"
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI
PIAZZALE A. RICCHI, 1
09134 CAGLIARI

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie
Destinate alla S.C. di Chirurgia Generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000, + iva - Cig Vari Numero gara
5672566 . Deliberazione di indizione n. 1487 del 03.09.2014

In riferimento alla Vs. prot. n. PG/2015/0001665 del
27.01.2015 in oggetto, in allegato alla presente, Vi trasmettiamo la dichiara-
zione della nostra Rappresentata in esclusiva Siare Engineering Internati-
onal Group relativa alla delucidazione da Voi richiesta e stralcio della
scheda tecnica presentata in sede di gara con evidenziati i punti rispondenti
al quesito.

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti

TE.MO.SA s.r.l.
IL PRESIDENTE DEL C.G.A.
(Domenico Chergia)

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
Piazzale Ricchi 1
09134 CAGLIARI

ALL " B " Pag. N. 23 di Fg. 14

Crespellano li, 28.01.2015

Ns. rif. 004/2015 GP/pg
Vs. rif.: PG/2015/0001665 del 27.01.2015

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brozzi
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 03.09.2014



Con riferimento alla procedura menzionata in oggetto il sottoscritto Signor Gianluca Preziosa, nato a Bologna il 25.06.1973, in qualità di Consigliere d'Amministrazione Delegato della Ditta Siare Engineering International Group S.r.l., avente sede legale ed amministrativa in Valsamoggia (BO) Loc. Crespellano - Via Giulio Pastore, 18 - Codice Fiscale e Partita Iva 02619331206

Dichiaro

In qualità di produttore del ventilatore mod. FALCO 202 EVO, offerto dalla ditta TEMOSA SRL di Sassari, che la modalità ventilatoria Bi-Level a volume garantito, denominato nel capitolato tecnico "Adaptive Bi-Level VG" corrisponde alla ns. modalità PS(TV) + PEEP.

In fede.

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL
Il Consigliere d'Amministrazione Delegato
Gianluca Preziosa





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

Allegato "B" Pag. N. 24 di Fg. 44

AO BROTZU

PG/2015/ 0001667 del 27/01/2015 ore 13,16

Mittente: S.C. Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari: ARNIKA

Classifica: 1 Fascicolo: 1 del 2015



Prot. /ABS/MF

MESSAGGIO TELEFAX

Da: SERVIZIO PROVVEDITORATO

FAX 070 539601

Ditta Arnika

fax 022/6880299

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO


Con riferimento all'oggetto ed alla documentazione tecnico amministrativa presentata, aperta in seduta pubblica il giorno 25.11.2014, ai fini di una più attenta valutazione la Commissione ritiene necessario visionare in loco l'apparecchiatura offerta per il lotto 4, ai sensi dell'art. 5 del capitolato speciale.

Pertanto codesta ditta dovrà comunicare, entro cinque giorni dalla data della presente, alcune date disponibili per detta presentazione.

Successivamente sarà cura di questa Azienda confermarvi una data ed un orario preciso dove far visionare quanto offerto in gara.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti



Il Presidente della Commissione
Dr. ssa Agnese Foddis

Segretario
Sig.ra Maristella Frau



ALL. B "Pag. N. 25 di Fg. 14"

AO BROTZU

PG/2015/ 0002106 del 03/02/2015 ore 10,50

Mittente: ARNIKA

Assegnatario: SC Acquisizione Beni e Servizi

Spett.le

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"

Piazzale Alessandro Ricchi, 1

09134 CAGLIARI



Milano, 02 Febbraio 2015

Att.ne : **SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Rif.to : Vostro Prot. PG/2015/0001667 - 27.01.2015

Oggetto : **VISIONE STRUMENTAZIONE - Accordi**

Facendo riferimento alla Vostra richiesta di visionare in loco l'apparecchiatura offerta per il lotto 4, relativa alla procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale della Vostra Azienda,

ai sensi dell'art. 5 del capitolato speciale

si comunica di essere disponibili a fare visionare l'apparecchiatura dal giorno 12 Febbraio 2015.


Vogliate considerare che necessitano circa 7 giorni per l'invio dello strumento, sarebbe quindi necessario avere conferma di accettazione data entro il giorno 05 febbraio 2015.

Nel caso non fosse possibile la data da noi proposta, vogliate indicarne un'altra e considerare sempre i giorni per l'invio.

In attesa di un Vostro cordiale riscontro.

Cordiali saluti

ARNIKA S.r.l.


Giuseppa de Salvo

(Amministratore Unico)

ARNIKA srl - Diagnostics Line

Sede Sociale Milano 20127 • Via N. Battaglia, 34

Tel. 02.26880.211 • Fax 02.26880.299 • e-mail: info@arnika.net • www.arnika.net

P.IVA / Cod. Fisc. 08653430150 • Cap. Soc. 52.000,00 Euro i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08653430150

Iscritta alla Camera di Commercio di Milano al n. R e a 1241381



VERBALE N. 4
(verifica apparecchiature)

ALL. " B " Pag. N. 26 di Fg. 11

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Oggi 27 febbraio 2015 ore 9:00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara, con atto n.2030 del 20.11.2014, nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis
COMPONENTE: Dr. Stefano Loi
COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo
SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau

Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i Sig.ri di cui all'elenco allegato (All. "A" fg. 1).

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti ed il segretario, l'integrità della documentazione di gara che era stata custodita in appositi armadi chiusi a chiave, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati i precedenti verbali, dichiara valida la seduta.

Tenuto conto con fax prot. 3596-3597-3598 del 18.02.2015 sono state convocate le ditte PHILIPS-TEMOSA-AIR LIQUIDE-ARNIKA-MEDICA VALEGGIA, al fine di visionare le apparecchiature offerte, rispettivamente per il lotto 2 e 4.

Considerato che le ditte Philips e Temosa hanno comunicato l'impossibilità a presenziare per cui chiedono una proroga.

La Commissione alle ore 9:00 procede con la verifica della apparecchiatura presentata dalla ditta Air Liquide lotto 2.

Successivamente alle ore 12:00 si procede con la verifica delle apparecchiature presentate dalle ditte Arnika e Medica Valeggia, relativamente al lotto 4.

Il Presidente, esaurita la fase di verifica delle apparecchiature richiesta comunica ai presenti che la Commissione valuterà le apparecchiature delle ditte TEMOSA e Philips il giorno 5.03.2015.

Fa presente inoltre che tutte le ditte verranno riconvocate solo dopo la definitiva stesura dei punteggi, attribuiti ad ogni singola ditta per ogni lotto, che avverrà in seduta privata.



Al termine della seduta il Presidente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché li tenga in custodia fino alla prossima seduta per evitare qualsiasi omissione e/o manomissione significando che i lavori della Commissione procederanno in seduta riservata per la valutazione tecnica.


Letto, confermato e sottoscritto.


Cagliari, 27.02.2015


ALL. " B " Pag. N. 27 di Fg. 11



LA COMMISSIONE:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis 

COMPONENTE: Dr. Stefano Loi 

COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo 

SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau 





OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

ALL. " B " Pag. N. 28 di Fig. 11

Allegato A al verbale n. 4 del 27.02.2015 fg. 1

N.PR.	DITTE	Nome e cognome	firma
1	ARNIKA	GUIDO BELLUSSI	
2	AIR LIQUIDE	SIMONE VOLPI	
3	BURKE & BURKE		
4	MAST MEDICAL		
5	MEDICA VALEGGIA	CARLO MUZZU	
6	MEDIGAS ITALIA		
7	PHILIPS		
8	SANIFARM		
9	TE.MO.SA		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

ALL. " B " Pag. N. 28 di Fg. 11

AO BROTZU

PG/2015/ 0003596 del 18/02/2015 ore 09,21

Mittente: SO Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari: ARNIKA

Classifica: 1 Fascicolo: 1 del 2015

MESSAGGIO TELEFAX



Da: SERVIZIO PROVVEDITORATO

FAX 070 539601

Ditta Arnika

fax 022/6880299

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO

Con riferimento all'oggetto ed alla documentazione tecnico amministrativa presentata, aperta in seduta pubblica il giorno 25.11.2014, ai fini di una più attenta valutazione la Commissione ritiene necessario visionare in loco l'apparecchiatura offerta per il lotto 4, ai sensi dell'art. 5 del capitolato speciale.

Pertanto, tenendo conto delle date ipotizzate, codesta ditta dovrà presentare in visione l'apparecchiatura offerta il giorno 27.02.2015 alle ore 12:00 c/o sala d'attesa ambulatorio trapianti chirurgia generale 7° piano.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti

Segretario
Sig.ra Maristella Frau



Il Presidente della Commissione
Dr. ssa Agnese Foddis

Prot. /ABS/MF

AO BROTZU

PG/2015/ 0003598 del 18/02/2015 ore 09,23

Mittente: SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari: DITTA

MESSAGGIO TELEFAX

Classifica: 1 Fascicolo: 1 del 2015



Da: SERVIZIO PROVVEDITORATO

FAX 070 539601

Ditta

fax

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO

Con riferimento all'oggetto ed alla documentazione tecnico amministrativa presentata, aperta in seduta pubblica il giorno 25.11.2014, ai fini di una più attenta valutazione la Commissione ritiene necessario visionare in loco l'apparecchiatura offerta per il lotto 2, ai sensi dell'art. 5 del capitolato speciale.

Pertanto codesta ditta dovrà presentare in visione l'apparecchiatura offerta il giorno 27.02.2015 alle ore 9:00 c/o sala d'attesa ambulatorio trapianti chirurgia generale 7° piano.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti

Segretario
Sig.ra Maristella Frau



Il Presidente della Commissione
Dr. ssa Agnese Foddis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

ALL. " B " Pag. N. 31 di Fg. 41

Prot. /ABS/MF

AO BROTZU

PG/2015/ 0003597 del 18/02/2015 ore 09,21

Mittente SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari MEDICA VALEGGIA

MESSAGGIO TELEFAX

Classifica 1 Fascicolo 1 del 2015



Da: SERVIZIO PROVVEDITORATO

FAX 070 539601

Ditta Medica Valeggia

fax 049/775884

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO

Con riferimento all'oggetto ed alla documentazione tecnico amministrativa presentata, aperta in seduta pubblica il giorno 25.11.2014, ai fini di una più attenta valutazione la Commissione ritiene necessario visionare in loco l'apparecchiatura offerta per il lotto 4, ai sensi dell'art. 5 del capitolato speciale.

Pertanto, tenendo conto delle date ipotizzate, codesta ditta dovrà presentare in visione l'apparecchiatura offerta il giorno 27.02.2015 alle ore 12:00 c/o sala d'attesa ambulatorio trapianti chirurgia generale 7° piano.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti

Segretario
Sig.ra Maristella Frau



Il Presidente della Commissione
Dr. ssa Agnese Foddis



ALL. " B " Pag. N. 32 di Fg. III

VERBALE N. 5
(verifica apparecchiature)

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Oggi 05 marzo 2015 ore 13:30 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara, con atto n.2030 del 20.11.2014, nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis
COMPONENTE: Dr. Stefano Loi
COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo
SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau

Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i Sig.ri di cui all'elenco allegato (All. "A" fg. 1).

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti ed il segretario, l'integrità della documentazione di gara che era stata custodita in appositi armadi chiusi a chiave, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati i precedenti verbali, dichiara valida la seduta.

Tenuto conto con fax prot. 4589 e 4590 del 27.02.2015 sono state convocate le ditte PHILIPS-TEMOSA- al fine di visionare le apparecchiature offerte, rispettivamente per il lotto 2, allegato B fg. 2.

Considerato che la ditta Philips, con nota del 27.02.2015 ha comunicato l'impossibilità a presenziare, allegato C fg. 1.

La Commissione alle ore 13:30 procede con la verifica della apparecchiatura presentata dalla ditta TEMOSA relativamente al lotto 2.

Il Presidente, esaurita la fase di verifica delle apparecchiature richiesta comunica ai presenti tutte le ditte verranno riconvocate solo dopo la definitiva stesura dei punteggi, attribuiti ad ogni singola ditta per ogni lotto, che avverrà in seduta privata.

Al termine della seduta il Presidente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché li tenga in custodia fino alla prossima seduta per evitare qualsiasi omissione e/o manomissione significando che i lavori della Commissione procederanno in seduta riservata per la valutazione tecnica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari, 05.03.2015

LA COMMISSIONE:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis

COMPONENTE: Dr. Stefano Loi

COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo

SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau



OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

ALL " B " Pag. N. 33 di Fig. 11

Allegato A al verbale n. 4 del 05.03.2015 fg. 1

N.PR.	DITTE	Nome e cognome	firma
1	PHILIPS		
2	TE.MO.SA	MADDACE NA MARONGIO	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

B 1/2

AO BROTZU

PG/2015/ 0004589 del 27/02/2015 ore 11,19

Mittente SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari TEMOSA

Classifica 1 Fascicolo 1 del 2015



ALL. " B " Pag. N. 34 di Fog. 111

Prot. /ABS/MF

MESSAGGIO TELEFAX

Da: SERVIZIO PROVVEDITORATO FAX 070 539601

Ditta TEMOSA fax 079/212224

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

A

TESTO

Con riferimento all'oggetto ed alla vostra nota del 23.02.2015 si comunica che la Commissione di gara ha deciso di accettare la vostra richiesta di proroga presentazione apparecchiatura offerta il giorno 05.03.2015 alle ore 13.30 c/o sala d'attesa ambulatorio trapianti chirurgia generale 7° piano.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti

Segretario
Sig.ra Maristella Frau

[Handwritten signature]



Il Presidente della Commissione
Dr. ssa Agnese Foddis

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

ALL. "B" Pag. N. 35 di Fg. 14
AO BROTZU

Prot. /ABS/MF

PG/2015/ 0004590 del 27/02/2015 ore 11,21

Mittente SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari PHILIPS

MESSAGGIO TELEFAX

Classifica 1 Fascicolo 1 del 2015



Da: SERVIZIO PROVVEDITORATO FAX 070 539601

Ditta Philips fax 039/2036205

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO

Con riferimento all'oggetto si comunica che la Commissione di gara ha deciso di proporvi un'altra data nella quale presentare la vostra apparecchiatura per il giorno 05.03.2015 alle ore 13.30 c/o sala d'attesa ambulatorio trapianti chirurgia generale 7° piano.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti



Il Presidente della Commissione
Dr. ssa Agnese Foddis

Segretario
Sig.ra Maristella Frau



ALL. " 5 " Pag. N. 36 di Fg. 11

VERBALE N. 6
(verifica documentazione)

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Oggi 30 marzo 2015 ore 12:30 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara, con atto n.2030 del 20.11.2014, nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis
COMPONENTE: Dr. Stefano Loi
COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo
SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti ed il segretario, l'integrità della documentazione di gara che era stata custodita in appositi armadi chiusi a chiave, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati i precedenti verbali, dichiara valida la seduta.

Premesso che è stato chiesto alle ditte offerenti di poter visionare le apparecchiature offerte al fine di poter fare una valutazione più approfondita.

Considerato che sono state visionate tutte le apparecchiature offerte eccetto quella del lotto 2 della ditta Philips perché impossibilitati a presenziare.


La Commissione tecnica pertanto procede con la valutazione tecnico/qualitativa riepilogativa della documentazione e delle apparecchiature presentate in visione delle offerte presentate per i vari lotti disponendo la formalizzazione dei giudizi così come descritto negli allegati sotto la lettera A fg.11, e che di seguito si riepiloga:

Lotto	DESCRIZIONE	Ditta	motivazione	Punteggio qualità max 70	Suddivisione
1	N. 4 Letti Elettrici per Terapia Intensiva	Sanifarm	L'offerta della ditta Sanifarm non risponde ad una caratteristica di capitolato in quanto non dichiara la disponibilità all'ampliamento con terapie evolute quale la percussione e la vibrazione. Dichiara invece una possibilità futura nel caso in cui il mercato metta in commercio un materasso con queste caratteristiche..	esclusa	esclusa
		Mast Medical	conforme	70	1) Verifica materasso = 15 2) verifica dei cicli di funzionamento nella zona toracica e nelle altre zone =15

Handwritten signature



ALL. " B " Pag. N. 37 di Fg. 14

					<p>3) verifica portata terapeutica del materasso e la sua efficacia=10 4)verifica delle varie funzionalità del letto =5 5) verifica posizioni permesse dal sistema in particolare quella di Poltrona cardiologia=15 6)verifica della terapia laterale e la rotazionale=10</p>
2	N. 1 Ventilatore NIV	Temosa	Il ventilatore offerto ha mostrato, durante la presentazione, una buona semplicità d'uso e maneggevolezza. Lo schermo è inferiore a quello offerto dalla ditta Air Liquide. Nell'offerta non è incluso il carrello. Il sistema della Temosa è apparso limitato rispetto alle altre offerte per quanto riguarda la compensazione delle perdite in quanto garantisce sino a 30 l/min contro gli 80 della ditta Air Liquide. Autonomia 3 ore	41	<p>1)semplicità d'uso = 10 2)modalità ventilazione=14 3)gestione e visualizzazione parametri =10 4)eventuali accessori=7</p>
2	N. 1 Ventilatore NIV	Air Liquide	Il ventilatore offerto ha mostrato durante la presentazione una buona semplicità d'uso e maneggevolezza. Lo schermo touch screen del sistema Air liquide consente una maggiore interazione che si evidenzia in modo speciale nella gestione delle curve, dei loop e nella configurazione del sistema, inoltre fornisce anche un carrello che consente sia una buona trasportabilità che un utile supporto durante l'utilizzo a letto. Autonomia 4 ore	70	<p>1)semplicità d'uso = 20 2)modalità ventilazione=20 3)gestione e visualizzazione parametri =20 4)eventuali accessori=10</p> 
2	N. 1 Ventilatore NIV	Philips	La ditta Philips non ha potuto portare in visione l'apparecchiatura, pertanto non è stato possibile effettuare alcune valutazioni qualitative. La commissione si è attenuta alle sole schede tecniche. Il sistema non specifica la compensazione delle perdite. Autonomia 4 ore	32	<p>1)semplicità d'uso = 5 2)modalità ventilazione=12 3)gestione e visualizzazione parametri =5 4)eventuali accessori=10</p>



ALL. "B" Pag. 138 di Fg. 44

2	N. 1 Ventilatore NIV	Medigas	Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato	Non idonea	Non idonea
2	N. 1 Ventilatore NIV	BurKe & Burke	Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato	Non idonea	Non idonea
3	N. 1 Ecocolordoppler di fascia alta	Philips	Offre un ventilatore modello Epiq 7C conforme alla caratteristiche richieste	70	1)semplicità d'uso =10 2)caratteristiche generali=5 3)caratteristiche sonde =5 4)caratteristiche generali di qualità=15 5)sensibilità del doppler=10 6)modalità di visualizzazione=5 7)software in dotazione=16 8)dotazione hardware=4
4	Tromboelastografo	Arnica	Il sistema della ditta Arnica è risultato notevolmente più maneggevole e di semplice utilizzo rispetto a quanto dimostrato dalla ditta Valeggia. È dotato di un tutorial che guida l'utilizzatore nella preparazione dei campioni, nella gestione della pipettatura e della preparazione delle provette. E' sicuramente più facile e con minori passaggi rispetto alle modalità operative dell'offerta di Medica Valeggia. La macchina proposta dalla ditta Arnica funziona correttamente semplicemente posandola su una base senza particolari accorgimenti. Permette l'esportazione dei dati per una successiva elaborazione inoltre permette il collegamento in rete della macchina per un accesso remoto via internet.	70	1)ergonomia e maneggevolezza=20 2)analisi e documentazione automatica=20 3)modalità di archiviazione=20 4)interfaccia al pc=10
4	Tromboelastografo	Medica Valeggia	Il sistema della ditta Medica Valeggia è risultato meno maneggevole e più complicato rispetto a quello offerto dalla ditta Arnica. Per la preparazione delle provette sono necessari diversi passaggi in più rispetto a quello della ditta Arnica. Inoltre il dispositivo	45	1)ergonomia e maneggevolezza=10 2)analisi e documentazione automatica=20 3)modalità di archiviazione=10 4)interfaccia al pc=5



			presentato dalla ditta Medica Vallengia per effettuare le analisi ha necessità di essere messo a livello creando difficoltà nel caso, non infrequente, di spostamenti. Permette l'esportazione solo di un documento in pdf. Per poter avere un collegamento in rete della macchina per un accesso remoto via internet occorre acquisire un'opzione.		
--	--	--	---	--	--

La Commissione alla fine delle valutazioni decide di convocare le ditte per l'apertura delle offerte economiche il 02.04.2015 alle ore 09:00.


Al termine della seduta il Presidente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché li tenga in custodia fino alla prossima seduta per evitare qualsiasi omissione e/o manomissione.

Letto, confermato e sottoscritto.


PRESIDENTE:




COMPONENTE:



COMPONENTE:



SEGRETARIO:



Progetto tecnico = Punti 70 - LOTTO 1 letti elettrici ch.generale

PARAMETRO A - VERIFICA MATERASSO ED ORGANIZZAZIONE VARIE ZONE da 0 a 15 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio	
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 15	
1	SANIFARM	L'offerta della ditta Sanifarm non risponde ad una caratteristica di capitolato in quanto non dichiara la disponibilità all'ampliamento con terapie evolute quale la percussione e la vibrazione. Dichiarata invece una possibilità futura nel caso in cui il mercato metta in commercio un materasso con queste caratteristiche..					
2	MAST Medical	1,000	1,000	1,000	1,000	15,000	

PARAMETRO B - VERIFICA CICLI DI FUNZIONAMENTO NELLA ZONA TORACICA E NELLE ALTRE ZONE da 0 a 15 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio	
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 15	
1	SANIFARM	L'offerta della ditta Sanifarm non risponde ad una caratteristica di capitolato in quanto non dichiara la disponibilità all'ampliamento con terapie evolute quale la percussione e la vibrazione. Dichiarata invece una possibilità futura nel caso in cui il mercato metta in commercio un materasso con queste caratteristiche..					
2	MAST Medical	1,000	1,000	1,000	1,000	15,000	



PARAMETRO C - VERIFICA PORTATA TERAPEUTICA DEL MATERASSO da 0 a 10 punti
 1.c maneggevolezza da 0 a 9 punti

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 10
1	SANIFARM	L'offerta della ditta Sanifarm non risponde ad una caratteristica di capitolato in quanto non dichiara la disponibilità all'ampliamento con terapie evolute quale la percussione e la vibrazione. Dichiaro invece una possibilità futura nel caso in cui il mercato metta in commercio un materasso con queste caratteristiche..				
2	MAST Medical	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000

PARAMETRO D - VALUTAZIONE VARIE FUNZIONALITA' DEL LETTO da 0 a 5 punti

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 5
1	SANIFARM	L'offerta della ditta Sanifarm non risponde ad una caratteristica di capitolato in quanto non dichiara la disponibilità all'ampliamento con terapie evolute quale la percussione e la vibrazione. Dichiaro invece una possibilità futura nel caso in cui il mercato metta in commercio un materasso con queste caratteristiche..				
2	MAST Medical	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000



PARAMETRO E - VALUTAZIONE VARIE POSIZIONI IN PARTICOLARE POLTRONA CARDIOLOGICA
da 0 a 15 punti

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 15
1	SANIFARM	L'offerta della ditta Sanifarm non risponde ad una caratteristica di capitolato in quanto non dichiara la disponibilità all'ampliamento con terapie evolute quale la percussione e la vibrazione. Dichiarata invece una possibilità futura nel caso in cui il mercato metta in commercio un materasso con queste caratteristiche..				
2	MAST Medical	1,000	1,000	1,000	1,000	15,000

PARAMETRO F - VALUTAZIONE TERAPIA LATERALE E ROTAZIONALE
da 0 a 10 punti

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 10
1	SANIFARM	L'offerta della ditta Sanifarm non risponde ad una caratteristica di capitolato in quanto non dichiara la disponibilità all'ampliamento con terapie evolute quale la percussione e la vibrazione. Dichiarata invece una possibilità futura nel caso in cui il mercato metta in commercio un materasso con queste caratteristiche..				
2	MAST Medical	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000

RIEPILOGO PROGETTO LOTTO 1										
N.PR.	DITTE	Parametro A Punti max 15	Parametro B Punti max 15	Parametro C Punti max 10	Parametro D Punti max 5	Parametro E Punti max 15	Parametro F punti max 10	Totale punti max 70		
1	SANIFARM	ESCLUSA								
2	MAST Medical	15	15	10	5	15	10	70		

Progetto tecnico = Punti 70 - LOTTO 2 VENTILATORE NIV CH.GENERALE

PARAMETRO A - SEMPLICITA' D'USO da 0 a 20 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 20
1	TEMOSA	0,500	0,500	0,500	0,500	10,000
Il ventilatore offerto ha mostrato, durante la presentazione, una buona semplicità d'uso e maneggevolezza. Lo schermo è inferiore a quello offerto dalla ditta Air Liquide. Nell'offerta non è incluso il carrello. Il sistema della Temosa è apparso limitato rispetto alle altre offerte per quanto riguarda la compensazione delle perdite in quanto garantisce sino a 30 l/min contro gli 80 della ditta Air Liquide. Autonomia 3 ore						
2	AIR LIQUIDE	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
3	PHILIPS	0,250	0,250	0,250	0,250	5,000
La ditta non ha potuto portare in visione l'apparecchiatura, pertanto non è stato possibile effettuare alcuna valutazione qualitativa. La Commissione si è attenuta alle sole schede tecniche. Il sistema non specifica la compensazione delle perdite. Autonomia 4 ore						
4	MEDIGAS	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				
5	BURKE & BURKE	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				

PARAMETRO B - MODALITA' DI VENTILAZIONE ETC. da 0 a 20 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 20
1	TEMOSA	0,700	0,700	0,700	0,700	14,000
Il ventilatore offerto ha mostrato, durante la presentazione, una buona semplicità d'uso e maneggevolezza. Lo schermo è inferiore a quello offerto dalla ditta Air Liquide. Nell'offerta non è incluso il carrello. Il sistema della Temosa è apparso limitato rispetto alle altre offerte per quanto riguarda la compensazione delle perdite in quanto garantisce sino a 30 l/min contro gli 80 della ditta Air Liquide. Autonomia 3 ore						
2	AIR LIQUIDE	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
3	PHILIPS	0,600	0,600	0,600	0,600	12,000
La ditta non ha potuto portare in visione l'apparecchiatura, pertanto non è stato possibile effettuare alcuna valutazione qualitativa. La Commissione si è attenuta alle sole schede tecniche. Il sistema non specifica la compensazione delle perdite. Autonomia 4 ore						
4	MEDIGAS	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				
5	BURKE & BURKE	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				

PARAMETRO C - GESTIONE E VISUALIZZAZIONE DEI PARAMETRI da 0 a 20 punti

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis 0,500	Dott. Tondolo 0,500	Dott. Loi 0,500	coefficienti 0,500	max punti 20 10,000
Il ventilatore offerto ha mostrato, durante la presentazione, una buona semplicità d'uso e maneggevolezza. Lo schermo è inferiore a quello offerto dalla ditta Air Liquide. Nell'offerta non è incluso il carrello. Il sistema della Temosa è apparso limitato rispetto alle altre offerte per quanto riguarda la compensazione delle perdite in quanto garantisce sino a 30 l/min contro gli 80 della ditta Air Liquide. Autonomia 3 ore						
2	AIR LIQUIDE	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
3	PHILIPS	0,250	0,250	0,250	0,250	5,000
la ditta non ha potuto portare in visione l'apparecchiatura, pertanto non è stato possibile effettuare alcuna valutazione qualitativa. La Commissione si è attenuta alle sole schede tecniche. Il sistema non specifica la compensazione delle perdite. Autonomia 4 ore						
4	MEDIGAS	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				
5	BURKE & BURKE	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				

PARAMETRO D - VERIFICA EVENTUALI ACCESSORI E MODALITA' AGGIUNTIVE da 0 a 10 punti

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis 0,700	Dott. Tondolo 0,700	Dott. Loi 0,700	coefficienti 0,700	max punti 10 7,000
Il ventilatore offerto ha mostrato, durante la presentazione, una buona semplicità d'uso e maneggevolezza. Lo schermo è inferiore a quello offerto dalla ditta Air Liquide. Nell'offerta non è incluso il carrello. Il sistema della Temosa è apparso limitato rispetto alle altre offerte per quanto riguarda la compensazione delle perdite in quanto garantisce sino a 30 l/min contro gli 80 della ditta Air Liquide. Autonomia 3 ore						
2	AIR LIQUIDE	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
3	PHILIPS	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
4	MEDIGAS	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				
5	BURKE & BURKE	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RIEPILOGO PROGETTO LOTTO 2 VENTILATORE NIV CH.GENERALE							
N.PR.	DITTE	Parametro A Punti max 20	Parametro B Punti max 20	Parametro C Punti max 20	Parametro D Punti max 10	Totale punti max 70	
1	TEMOSA	10	14	10	7	41	
2	AIR LIQUIDE	20	20	20	10	70	
3	PHILIPS	5	12	5	10	32	
4	MEDIGAS	NON IDONEA					
5	BURKE & BURKE	NON IDONEA					

g

PHILIPS

Progetto tecnico = Punti 70 - LOTTO 3 ECOCOLORDOPPLER CH.GENERALE

PARAMETRO A - SEMPLICITA' D'USO DEL SISTEMA da 0 a 10 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 10
1	PHILIPS	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000

PARAMETRO B - CARATTERISTICHE GENERALI da 0 a 5 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 5
1	PHILIPS	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000

PARAMETRO C - CARATTERISTICHE DELLE SONDE da 0 a 5 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 5
1	PHILIPS	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000

PARAMETRO D - CARATTERISTICHE GENERALI IMMAGINE da 0 a 10 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 10
1	PHILIPS	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000

PARAMETRO E - SENSIBILITA' DEL DOPPLER da 0 a 10 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 10
1	PHILIPS	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000

PARAMETRO F - MODALITA' DI VISUALIZZAZIONE DELL'IMMAGINE da 0 a 5 punti

N.PR.	DITTE	Presidente Dott. Foddis	Componente Dott. Tondolo	Componente Dott. Loi	Media coefficienti	Punteggio max punti 5
1	PHILLIPS	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000

PARAMETRO G - CARATTERISTICHE TECNICHE E FACILITA UTILIZZO SONDA da 0 a 10 punti

N.PR.	DITTE	Presidente Dott. Foddis	Componente Dott. Tondolo	Componente Dott. Loi	Media coefficienti	Punteggio max punti 10
1	PHILLIPS	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000

PARAMETRO H - SOFTWARE IN DOTAZIONE da 0 a 11 punti

N.PR.	DITTE	Presidente Dott. Foddis	Componente Dott. Tondolo	Componente Dott. Loi	Media coefficienti	Punteggio max punti 11
1	PHILLIPS	1,000	1,000	1,000	1,000	11,000

PARAMETRO I - DOTAZIONE HARDWARE DI ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE, ARCHIVIAZIONE da 0 a 4 punti

N.PR.	DITTE	Presidente Dott. Foddis	Componente Dott. Tondolo	Componente Dott. Loi	Media coefficienti	Punteggio max punti 4
1	PHILLIPS	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000

RIEPILOGO PROGETTO LOTTO 3 ECOCOLOORDOPPLER CH.GENERALE

N.PR.	DITTE	Parametro A Punti max 10	Parametro B Punti max 5	Parametro C Punti max 5	Parametro D Punti max 10	Parametro E Punti max 10	Parametro F Punti max 5	Parametro G Punti max 10	Parametro H Punti max 11	Parametro I Punti max 4
1	PHILLIPS	10	5	5	10	10	5	10	11	4
totale punti 70										

Progetto tecnico = Punti 70 - LOTTO 4 TROMBOELASTOGRAFO CH.GENERALE

PARAMETRO A - ERGONOMIA DELLO STRUMENTO da 0 a 20 punti

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 20
1	ARNICA	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
2	MEDICA VALEGGIA	0,500	0,500	0,500	0,500	10,000

Il sistema della ditta Medica Valeggia è risultato meno maneggevole e più complicato rispetto a quello offerto dalla ditta Arnica. Per la preparazione delle provette sono necessari diversi passaggi in più rispetto a quello della ditta Arnica. Inoltre il dispositivo presentato dalla ditta Medica Valeggia per effettuare le analisi ha necessità di essere messo a livello creando difficoltà nel caso, non infrequente, di spostamenti.

ALL. = B = Pp. 11 14 14

PARAMETRO B - ANALISI E DOCUMENTAZIONE AUTOMATICA da 0 a 20 punti

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 20
1	ARNICA	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
2	MEDICA VALEGGIA	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000

PARAMETRO C - MODALITA' DI ARCHIVIAZIONE, REFERTAZIONE, ESPORTAZIONE DATI da 0 a 20 punti

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 20
1	ARNICA	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
2	MEDICA VALEGGIA	0,500	0,500	0,500	0,500	10,000


Permette l'esportazione solo di un documento in pdf.

PARAMETRO D - INTERFACCIA A COMPUTER da 0 a 10 punti

N.PR.	DITTE	Presidente Dott. Foddis	Componente Dott. Tondolo	Componente Dott. Loi	Media coefficienti	Punteggio max punti 10
1	ARNICA	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
2	MEDICA VALEGGIA	0,500	0,500	0,500	0,500	5,000

Per poter avere un collegamento in rete della macchina per un accesso remoto via internet occorre acquisire un'opzione.

RIPILOGO PROGETTO LOTTO 4						
N.PR.	DITTE	Parametro A Punti max 20	Parametro B Punti max 20	Parametro C Punti max 20	Parametro D Punti max 10	Totale punti max 70
1	ARNICA	20	20	20	10	70
2	MEDICA VALEGGIA	10	20	10	5	45



VERBALE N. 7
(Apertura offerte economiche)

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Oggi 02 aprile 2015 ore 09:00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara, con atto n.2030 del 20.11.2014, nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis
COMPONENTE: Dr. Stefano Loi
COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo
SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau

Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i Sig.ri di cui all'elenco allegato (All. A fg. 1).

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, vista l'integrità della documentazione di gara che era stata custodita in appositi armadi chiusi a chiave, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati i precedenti verbali, dichiara valida la seduta.

Premesso che con fax prot. n.7617 del 30.03.2015, allegato alla presente sotto la lettera B fg. 2, è stato comunicato alle ditte l'odierna seduta pubblica.

Il Presidente della Commissione, da inizio ai lavori dando lettura del verbale n.6 con le relative valutazioni.

Il Presidente invita le ditte presenti al rilascio di eventuali dichiarazioni e/o osservazioni.

Chiedono la parola le ditte: Sanifarm, Medigas, Arnica.

Il Presidente chiede ai rappresentanti se hanno la procura ma tutti e tre consegnano solo la delega.

La Commissione nonostante ciò, al fini della massima trasparenza, decide di ascoltare le dichiarazioni dei rappresentanti e verbalizzarne a sommi capi il contenuto.

La ditta Sanifarm per il lotto 1, contesta il fatto di essere stata esclusa per non aver la possibilità di ampliamento con terapie evolute quale la percussione e la vibrazione, secondo la ditta sarebbe stato giusto un punteggio penalizzante ma non l'esclusione.

La ditta Medigas per il lotto 2, contesta il fatto di essere stata esclusa in quanto il display LCD touchscreen era inferiore a 10", inoltre contesta sia il punteggio massimo attribuito alla ditta Air Liquide, pur avendo una batteria della durata di sole 3 ore e un peso considerevole, ma soprattutto il fatto che le altre offerte non avessero la modalità PRVC ossia volume garantito a regolazione di pressione.

La ditta Arnica, per il lotto 4, pur avendo ottenuto il massimo punteggio, contesta la valutazione della Commissione di gara circa l'offerta della ditta Medica Valeggia in quanto a suo dire non ha la rilevazione dell'iperfibrinolisi e la valutazione della coagulazione dopo blocco della fibrinolisi in vitro su sangue citrato.

La Commissione di gara, alla luce delle varie contestazioni, decide di riverificare alcuni punti della valutazione tecnica e chiede ai Rappresentanti delle ditte di abbandonare l'aula.



ALL. " B " Pag. N. 52 di Fg. 11

Dopo ampia discussione la Commissione decide quanto segue:

1) di aggiornarsi a data da stabilire per verificare nuovamente i lotti 1 e 2 mentre per quanto riguarda il lotto 4 decide di chiedere dei chiarimenti specifici alla ditta Medica Valeggia.

Il Presidente, fa rientrare in aula tutti i rappresentanti delle ditte offerenti e comunica le decisioni della Commissione anche in merito alla non apertura delle offerte economiche stabilendo di riconvocare tutti non appena si concluderanno le verifiche alla luce delle contestazioni recepite.

Al termine della seduta il Presidente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché li tenga in custodia fino alla prossima seduta per evitare qualsiasi omissione e/o manomissione.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE:

COMPONENTE:

COMPONENTE:

SEGRETARIO:



ALL. " B " Pag. N. 53 di Fg. 14

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Allegato A al verbale n. 7 del 02.04.2015 fg. 1

N.PR.	DITTE	Nome e cognome	firma
1	ARNIKA	GUIDO BELLUSSI	
2	AIR LIQUIDE	MARCO MELCONI	
3	BURKE & BURKE	/	/
4	MAST MEDICAL	STEFANO MACIS	
5	MEDICA VALEGGIA	CARLO MUZZU	
6	MEDIGAS ITALIA	IVAN BETUNIO	
7	PHILIPS	MURGIA ANDREA Sebastiano	
8	SANIFARM	VANDA MULLIRI SILVIA MULLIRI	
9	TE.MO.SA	/	/



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

B

Prot. /ABS/MF

ALL. " B " Pag. N. 54

AO BROTZU

PG/2015/0007617

del 30/03/2015 ore 13,51

Mittente: G. Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari : DITTA

MESSAGGIO TELEFAX

Classifica : 1 Fascicolo 1 del 2015



Da: SERVIZIO PROVVEDITORATO

FAX 070 539601

A: Ditta

FAX n.

070 282339

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO


Codesta ditta è invitata a partecipare alla seduta pubblica pper l'apertura delle offerte economiche della gara di cui all'oggetto prevista per il giorno 02.04.2015 alle ore 09:00 presso aula Deriu.

I rappresentanti delle ditte che presenzieranno dovranno essere muniti di delega/procura e copia di un documento di riconoscimento.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti

Il Presidente della Commissione
Dr.ssa Agnese Foddis



Segretario
Sig.ra Maristella Frau

VERBALE N. 8
(chiarimenti contestazioni)

ALL. " b " Pag. N. 55 di Fg. 111

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Oggi 15 aprile 2015 ore 09:00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara, con atto n.2030 del 20.11.2014, nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis
COMPONENTE: Dr. Stefano Loi
COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo
SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, vista l'integrità della documentazione di gara che era stata custodita in appositi armadi chiusi a chiave, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati i precedenti verbali, dichiara valida la seduta.


Il Presidente della Commissione, da inizio ai lavori dando lettura del verbale n.7.

Tenuto conto che con fax prot. n. 7979 del 03.04.2015 è stato chiesto, relativamente al lotto 4, alla ditta Medica Vallengia di fornire apposita dichiarazione se l'apparecchio offerto in gara ha o non ha la rilevazione dell'iperfibrinolisi e la valutazione della coagulazione dopo blocco della fibrinolisi in vitro su sangue citrato e che la stessa ha risposto che l'apparecchio offerto in gara ha le caratteristiche richieste, come da dichiarazione allegata sotto la lettera A fg. 2.

Per quanto riguarda il lotto 1, dopo ampia discussione, la Commissione ritiene che la frase citata nel capitolato speciale di gara: "POSSIBILITA' DI AMPLIAMENTO CON TERAPIE EVOLUTE QUALE LA PERCUSSIONE E LA VIBRAZIONE" sia contraddittoria in quanto la parola possibilità dà luogo a interpretazione non univoca per questo motivo la Commissione ritiene opportuno sia riammettere la ditta Sanifarm che visionare in loco i letti offerti dalle ditte Mast Medical e Sanifarm.

Per quanto riguarda il lotto 2 la Commissione ribadisce l'esclusione della ditta Medigas in quanto nel capitolato di gara era specificato, tra le caratteristiche generali, che "Il display LCD touchscreen doveva essere di almeno 10", Per le altre contestazioni ovvero il punteggio massimo attribuito alla ditta Air Liquide, si chiarisce che la batteria offerta dalla ditta ha la durata di 4 ore, come evidenziato dalle schede tecniche, e non tre come asserito dalla ditta Medigas e che il peso non risulta un problema in quanto con il carrello in dotazione è trasportabilissimo, anche alla luce del fatto che nel capitolato non era indicato un peso massimo. Per quanto riguarda invece la modalità PRVC, per la quale la ditta Medigas asserisce che tutte le ditte offerenti non hanno tale caratteristica si evidenzia che la Commissione ha rivisto le schede tecniche e tutte le ditte hanno detta modalità.

Ricapitolando la Commissione di gara predispone il seguente quadro:





n	lotto	ditta	Punteggio qualità/valore tecnico	conclusioni
1	1 – letti elettrici	Mast Medical	Da verificare	Deve presentare il letto offerto in visione
		Sanifarm	riammessa	Deve presentare il letto offerto in visione
2	2 – ventilatore niv	Temosa	41	10/14/10/7
		Air liquide	70	20/20/20/10
		Philips	32	5/12/5/10
		Medigas	Non idonea	esclusa
		Burke & Burke	Non idonea	esclusa
3	3 - ecocolordoppler	Philips	70	10/5/5/15/10/5/16/4
4	4 - tromboelastografo	Arnica	70	20/20/20/10
		Medica Valeggia	45	10/20/10/5

Pertanto la Commissione di gara decide di convocare tutte le ditte per il giorno 20.04.2015 alle ore 10:00 presso aula Deriu al fine di comunicare le verifiche fatte, alla luce delle contestazioni sollevate dalle ditte.

Al termine della seduta il Presidente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché li tenga in custodia fino alla prossima seduta per evitare qualsiasi omissione e/o manomissione.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE:

COMPONENTE:

COMPONENTE:

SEGRETARIO:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

A

ALL. "B" Pag. N. 57 di Fg. 111

AO BROTZU

PG/2015/ 0007979 del 03/04/2015 ore 09,45

Mittente: SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari: MEDICA VALEGGIA

Classifica: 1 Fascicolo 1 del 2015



MESSAGGIO TELEFAX

prot. /ABS/MF

Da: SERVIZIO PROVVEDITORATO

FAX 070 539601

A: Ditta Medica Valeggia

FAX n.

049/77588A

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO

Con riferimento all'oggetto ed in riferimento alla convocazione del 2.04.2015, stante le varie contestazioni, si chiede a codesta ditta di specificare e fornire apposita dichiarazione se l'apparecchio offerto in gara ha o non ha la rilevazione dell'iperfibrinolisi e la valutazione della coagulazione dopo blocco della fibrinolisi in vitro su sangue citrato.

Pregasi far pervenire detta dichiarazione entro e non oltre cinque giorni dalla data della presente ovvero entro l'8.04.2015 alle ore 12:00, stesso mezzo o per posta certificata.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti

Il Presidente della Commissione
Dr.ssa Agnese Foddis

Segretario
Sig.ra Maristella Frau



ALL. "B" Pag. N. 58 di Fglu

AO BROTZU

PG/2015/ 0008183 del 07/04/2015 ore 11,50

Mittente: MEDIVAL

Assegnatario: SC Acquisizione Beni e Servizi

Medica Valeggia S.p.A.

a (Italy) Via P. Donà, 9 - Magazzino/Warehouse: Via San Crispino, 35
 tel./Phone +39 049.77.54.77 r.a. - Fax +39 049.77.58.84
 I.it - www.medival.it - posta certificata: amministrazione@pec.medival.it



Spettabile
 AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 Piazzale Alessandro Ricchi n. 1
 09134 CAGLIARI

Alex Rovary

Ns. Riferimento 2015 00677/FG/nb

Padova, 07 aprile 2015

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE DESTINATE
 ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI CHIRURGIA GENERALE - CIG. VARI GARA N. 5672566
 Deliberazione di indizione n. 1487 del 03/09/2014

Con riferimento alla Vostro fax PG/2015/0007979 del 03/04/2015, la sottoscritta CLAUDIA DE
 BENETTI VALEGGIA, nata a Padova il 12.02.1966 e residente a Padova - CAP 35125 - in Via Jacopone
 da Todi n. 5, in qualità di Consigliere ed Amministratore Delegato e quindi Legale Rappresentante
 della Società Medica Valeggia S.p.A., con sede in Via P. Donà n. 9 - 35129 PADOVA.

DICHIARA

che il sistema Tromboelastografico Teg 5000 offerto in gara ha la rilevazione della iperfibrinolisi e la
 valutazione della coagulazione dopo blocco della fibrinolisi in vitro su sangue citratato.

La strumentazione offerta in gara è dotata di indicatori parametrici specifici atti ad consentire una
 valutazione rapida delle proprietà di coagulazione del sangue, consentendo la rivelazione di stati
 emostatici sia normali che iperfibrinolitici, discriminando fibrinolisi primaria e secondaria, nonché atti a
 consentire la valutazione della coagulazione dopo blocco della fibrinolisi in vitro su sangue citratato.

In fede.

MEDICA VALEGGIA S.p.A.
 Amministratore Delegato

Claudia De Benetti
 Claudia De Benetti Valeggia

STELLA

A

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ALL. " B " Pag. N. 59 di Fg. 14

VERBALE N. 9
(chiarimenti contestazioni)

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Oggi 20 aprile 2015 ore 10:00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara, con atto n.2030 del 20.11.2014, nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis
COMPONENTE: Dr. Stefano Loi
COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo
SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau

Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i Sig.ri di cui all'elenco allegato (All. A fg. 1).

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, vista l'integrità della documentazione di gara che era stata custodita in appositi armadi chiusi a chiave, ricordato l'oggetto e le modalità della gara; richiamati i precedenti verbali, dichiara valida la seduta.

Premesso che con fax prot. n.654 del 16.04.2015, allegato alla presente sotto la lettera B fg. 2, è stato comunicato alle ditte l'odierna seduta pubblica.

Il Presidente della Commissione, da inizio ai lavori dando lettura del verbale n.8 con le relative valutazioni.

Il Presidente invita le ditte presenti al rilascio di eventuali dichiarazioni e/o osservazioni., e nessuno dei presenti ritiene di dover intervenire.

La Commissione quindi, relativamente al lotto n. 1, chiede alle ditte Sanifarm e Mast Medical di presentare in visione il letto offerto entro 10 giorni dalla comunicazione.

Per i restanti lotti la Commissione provvederà all'apertura delle offerte economiche solo dopo la visione e valutazione dei letti offerti

Al termine della seduta il Presidente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché li tenga in custodia fino alla prossima seduta per evitare qualsiasi omissione e/o manomissione.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE:

COMPONENTE:

COMPONENTE:

SEGRETARIO:



ALL. " B " Pag. N. 10 di Fg. 11

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Allegato A al verbale n. 9 del 20.04.2015 fg. 1

N.PR.	DITTE	Nome e cognome	firma
1	ARNIKA	MICHELE LOSITO	
2	AIR LIQUIDE	PIERPAOLO FERRA	
3	BURKE & BURKE	/	/
4	MAST MEDICAL	STEFANO MACIS	
5	MEDICA VALEGGIA	CARLO MUZZU	
6	MEDIGAS ITALIA	IVAN BETUNIO	
7	PHILIPS	ANDREA SEBASTIANO MURRU	
8	SANIFARM	DOMENICO PORCU	
9	TE.MO.SA	MADDALENA MARONGIU	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Prot. N. 654 del 16/04/2015

prot. /ABS/MF

ALL. " B " Pag. N. 01 di Fg. 111

MESSAGGIO TELEFAX

Da: SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI FAX 070 539601

A: Ditta FAX n.

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014


TESTO

Codesta ditta è invitata a partecipare alla seduta pubblica, per comunicazioni inerenti la gara in oggetto, prevista per il giorno 20.04.2015 alle ore 10:00 presso aula Deriu.

I rappresentanti delle ditte che presenzieranno dovranno essere muniti di delega/procura e copia di un documento di riconoscimento.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti



Il Presidente della Commissione
Dr.ssa Agnese Foddis

Segretario
Sig.ra Maristella Frau



ALL. " B " Pag. N. 62 di Fg. 4

VERBALE N. 10
(visione letti)

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Oggi 11 maggio 2015 ore 15:30 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara, con atto n.2030 del 20.11.2014, nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis
COMPONENTE: Dr. Stefano Loi
COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo
SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau

Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i Sig.ri di cui all'elenco allegato (All. A fg. 1).

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, vista l'integrità della documentazione di gara che era stata custodita in appositi armadi chiusi a chiave, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati i precedenti verbali, dichiara valida la seduta.

Premesso che con fax prot. n. 9492 del 24.04.2015, allegato alla presente sotto la lettera B fg. 2, è stato chiesto alle ditte Sanifarm e Mast Medical, uniche ditte offerenti del lotto 1, di far visionare i letti presentati in offerta, al fine di una più attenta valutazione.

La Commissione procede con la verifica di ogni singolo letto chiedendo ai rappresentanti delle ditte di illustrarne le caratteristiche, come di seguito specificato:

n.	Descrizione modello	Ditta	ore	rilievi
1	Letto degenza elettrico Linet modello multicare	Sanifarm	15:30	Batteria 12 h. Terapia della rotazione con allungamento max 22 cm. poltrona cardiologica non presenta poltrona totale cartella dati mensile, settimanale
2	Letto degenza Hill Rom modello total care 655SPO2RD	Mast Medical	15.50	Completo di kit trasporto pazienti bariatrici Peso 237 kg max 4 km. Di batteria Barriera antifiamma Posizione cardiologica Posizione totale

Successivamente il Presidente comunica alle ditte presenti che la Commissione si riserva di valutare in seduta privata quanto appreso.

(Handwritten signatures and initials)




Alle ore 16:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta e chiede ai rappresentanti delle ditte di ritirare immediatamente i letti visionati.

Successivamente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché li tenga in custodia fino alla prossima seduta per evitare qualsiasi omissione e/o manomissione significando che i lavori della Commissione procederanno in seduta riservata per la valutazione tecnica.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE:




COMPONENTE:

COMPONENTE:



SEGRETARIO:





ALL. " B " Pag. N. 64 di Fg. 44

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Allegato A al verbale n. 10 dell'11.05.2015 fg. 1

N.PR.	DITTE	Nome e cognome	firma
1	MAST MEDICAL	STEFANO MACIS	Macis S.
2	SANIFARM	SILVIA MULLIRI	Silvia Mulliri

(Handwritten mark)

(Handwritten initials)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

B/f

ALL. " B " Pag. N. 65 di Fog. 14

AO BROTZU

PG/2015/ 0009492 del 24/04/2015 ore 10,01

Mittente : SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari : MAST MEDICAL, SANIFARM S.R.L.

Classifica : 1 Fascicolo 1 del 2015



Prot. /ABS/MF

MESSAGGIO TELEFAX

Da: SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

FAX 070 539601

Ditta

fax

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO

Con riferimento all'oggetto si comunica che la Commissione di gara ha deciso di visionare in loco i letti per terapia intensiva offerti da codesta ditta in gara, come comunicato in seduta pubblica in data 20.04.2015. Tali letti dovranno essere consegnati per la visione il giorno 11.05.2015 alle ore 15.30 presso magazzino materiali aziendale e ritirati immediatamente dopo la valutazione.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti

Segretario
Sig.ra Maristella Frau



Il Presidente della Commissione
Dr. ssa Agnese Foddis

ALL. " B " Pag. N. 66 di Fg. 14

Mast medical fax 070/8289258

Sanifarm fax 070/282339



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

AO BROTZU

PG/2015/ 0009367 del 22/04/2015 ore 13,27

Mittente : SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari : DITTA

Classifica : 1. Fascicolo : 1 del 2015

Prot. /ABS/MF

ALL. " B " Pag. N. 67 di Fg. 111



MESSAGGIO TELEFAX

Da: SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

FAX 070 539601

Ditta

fax

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO

ERRATA CORRIGE

Con riferimento all'oggetto si comunica che la Commissione di gara ha deciso di visionare in loco i letti per terapia intensiva offerti da codesta ditta in gara, come comunicato in seduta pubblica in data 20.04.2015.

Tali letti dovranno essere consegnati per la visione il giorno 04.05.2015 alle ore 15.30 presso magazzino materiali aziendale e ritirati immediatamente dopo la valutazione.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento preghi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti

Segretario
Sig.ra Maristella Frau



Il Presidente della Commissione
Dr. ssa Agnese Foddis

PER CONOSCENZA A TUTTE LE DITTE

www.aobrotzu.it

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 5391
Partita iva 02315520920

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Tel 070/539569
Fax 070/539601



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

ALL. " b " Pag. N. 68 di Fg. 11

N.PR.	DITTE	fax
1	ARNIKA	02/26880299
2	AIR LIQUIDE	02/4021542
3	BURKE & BURKE	02/48849677
4	SANIFARM	070/288350 <i>181338</i>
5	MEDICA VALEGGIA	02/48881150
6	MEDIGAS ITALIA	049/775884
7	PHILIPS	039/2036205
8	MAST MEDICAL	070/8289258
9	TE.MO.SA	079/212224

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

→
→

[Handwritten signatures and initials]



VERBALE N. 11
(visione letti-valutazione)

ALL. " B " Pag. N. 69 di Fig. III

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Oggi 21 maggio 2015 ore 12:30 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara, con atto n.2030 del 20.11.2014, nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis
COMPONENTE: Dr. Stefano Loi
COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo
SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, vista l'integrità della documentazione di gara che era stata custodita in appositi armadi chiusi a chiave, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati i precedenti verbali, dichiara valida la seduta.

Tenuto conto del verbale n. 9 la Commissione predispone una valutazione oggettiva sui letti presentati dalle ditte Sanifarm e Mast Medical così come sottoindicato:

Lotto 1 - Letti da Terapia Intensiva		
- Verrà verificato il materasso e valutata l'organizzazione delle varie zone in cui è suddiviso e la funzione dei sensori elettronici che gestiscono i cuscini d'aria	- 15	
Il materasso della ditta Sanifarm è suddiviso in 3 sezioni indipendenti con dei cuscini disposti trasversalmente al paziente e due cuscini disposti parallelamente al paziente che garantiscono la terapia a cessione d'aria.		
Il materasso della ditta Mast Medical è suddivisa in 7 sezioni dislocate su due strati sovrapposti. Questa disposizione garantisce una maggiore flessibilità negli usi terapeutici e gestionali del paziente.		
Mast Medical	Sanifarm	
15	8	
- Verranno valutati i cicli di funzionamento nella zona toracica e nelle altre zone in funzione della maggiore flessibilità ed efficacia della terapia.		
- 15		
Il sistema offerto dalla ditta Sanifarm pur garantendo le terapie richieste in capitolato non raggiunge i livelli di flessibilità ed efficacia di quello offerto dalla ditta Mast Medical.		
L'offerta della ditta Mast Medical, grazie alla particolare disposizione dei cuscini del materasso del letto e alla presenza delle ulteriori terapie percussiva e vibrazionale, garantisce una terapia più varia ed adattabile alle necessità del paziente assicurando una maggiore efficacia.		
Mast Medical	Sanifarm	
15	8	

(Handwritten signatures and initials)



- Verrà valutata la portata terapeutica del materasso e la sua efficacia in funzione del peso del paziente.		- 10
I due sistemi hanno caratteristiche simili.		
Mast Medical	Sanifarm	
10	10	
- Verranno valutate le varie funzionalità del letto quali la presenza del comando RCP, la dotazione delle sponde di protezione e la loro maneggevolezza, la presenza di accessori e porta accessori e di comandi in relazione delle loro funzionalità.		
		- 5
Per quanto riguarda le funzionalità del letto, i sistemi di comando e i dispositivi per RCP entrambe le offerte sono giudicate valide. Il sistema proposto dalla ditta Mast Medical include in più rispetto a quello della ditta Sanifarm il sistema intellidrive che consente la movimentazione elettrica del letto grazie alla presenza di una quinta ruota alimentata da una batteria supplementare. In considerazione della presenza di pazienti bariatrici questa opzione è stata considerata positivamente.		
Mast Medical	Sanifarm	
5	3	
- Posizioni permesse dal sistema in particolare quella di Poltrona cardiologia e quella alza paziente che permetta il posizionamento dei piedi del paziente all'altezza del terreno per un più efficace svezamento del paziente nel recupero di autonomia motoria.		- 15
Il letto proposto dalla ditta Sanifarm ha una posizione cardiologica limitata rispetto a quella della ditta Mast Medical in quanto non può essere estesa sino alla poltrona completa. Il letto della ditta Mast Medical ottiene la posizione di poltrona completa tramite la movimentazione del letto e la regolazione del gonfiaggio dei cuscini, consentendo una comoda e sicura discesa del paziente del letto.		
Mast Medical	Sanifarm	
15	8	
- Verrà valutata la terapia laterale e la rotazionale		- 10
Le terapie laterale e rotazionale assicurate dal letto della ditta Sanifarm sono ottenibili tramite la movimentazione del letto. Questa modalità è stata ritenuta meno flessibile e sicura della modalità proposta dalla ditta Mast Medical, in quanto il contenimento del paziente è legato al posizionamento di cuscini aggiuntivi che dovrebbero consolidare il paziente al letto. Le stesse terapie incluse nel letto offerto dalla ditta Mast Medical sono ottenute tramite il gonfiaggio alterno dei cuscini integrati nel materasso. Grazie anche alla particolare disposizione dei cuscini si è evidenziato che tale particolarità garantisce una maggiore flessibilità e sicurezza nella gestione del paziente.		
Mast Medical	Sanifarm	
10	3	

Pertanto il punteggio complessivo delle ditte Sanifarm e Mast Medical è il seguente:

Mast Medical	Sanifarm
70	40

Handwritten signatures and initials



ALL. " B " Pag. N. 21 di Fg. 11

La Commissione quindi predispose un quadro generale riepilogativo della gara di cui all'oggetto come di seguito evidenziato:

n	lotto	ditta	Punteggio qualità/valore tecnico	conclusioni
1	1 - letti elettrici	Mast Medical	70	15/15/10/5/15/10
		Sanifarm	40	8/8/10/3/8/3
2	2 - ventilatore niv	Temosa	41	10/14/10/7
		Air liquide	70	20/20/20/10
		Philips	32	5/12/5/10
		Medigas	Non idonea	esclusa
		Burke & Burke	Non idonea	esclusa
3	3 - ecocolordoppler	Philips	70	10/5/5/15/10/5/16/4
4	4 - tromboelastografo	Arnica	70	20/20/20/10
		Medica Vallengia	45	10/20/10/5

Concludendo la Commissione decide di convocare tutte le ditte per l'apertura delle offerte economiche il giorno 15.06.2015 alle ore 9:00.

Alle ore 14:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta e consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché li tenga in custodia fino alla prossima seduta per evitare qualsiasi omissione e/o manomissione significando che i lavori della Commissione procederanno in seduta riservata per la valutazione tecnica.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE:

COMPONENTE:

COMPONENTE:

SEGRETARIO:



ALL. " B Pag. N. 72 di Fg. 11

VERBALE N. 12
(apertura offerte economiche)

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Oggi 15 giugno 2015 ore 09:00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara, con atto n.2030 del 20.11.2014, nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis
COMPONENTE: Dr. Stefano Loi
COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo
SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau

Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i Sig.ri di cui all'elenco allegato (All. A fg. 1).

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, vista l'integrità della documentazione di gara che era stata custodita in appositi armadi chiusi a chiave, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati i precedenti verbali, dichiara valida la seduta.

Premesso che con fax prot. n.11745 del 09.06.2015, allegato alla presente sotto la lettera B fg. 2, è stato comunicato alle ditte l'odierna seduta pubblica.

Il Presidente della Commissione, da inizio ai lavori dando lettura del verbale n. 10 con le relative valutazioni per quanto riguarda i letti da terapia intensiva.

Il Presidente invita le ditte presenti al rilascio di eventuali dichiarazioni e/o osservazioni., e nessuno dei presenti ritiene di dover intervenire.

La Commissione quindi, dopo aver constatato la perfetta integrità del bustone contenente le offerte economiche, custodite nella cassaforte dell'ufficio protocollo, procede con l'apertura delle stesse lasciando intonse quelle delle ditte Medigas e Burke & Burke in quanto non conformi al capitolato.

Il Presidente prosegue con la lettura dei prezzi così come segue e come dettagliatamente descritto nelle schede allegate sotto la lettera C fg. 12:

lotto	descrizione	ditta	Importo a base d'asta	Punteggio qualità/valore tecnico	prezzo	Punteggio complessivo Qualità/prezzo	Punti complessivi			
1	letti elettrici	Mast Medical	140.000,00	70	111.357,00	22,53	92,52			
		Sanifarm		40				99.988,00	30	70
2	ventilatore niv	Temoso	10.000,00	41	9.700,00	28	69			
		Air liquide		70				9.620,00	30	100
		Philips		32				9.900,00	10,38	42,38



ALL. "B" Pag. N. 73 di Fig. 111

lotto	descrizione	ditta	Importo a base d'asta	Punteggio qualità/valore tecnico	prezzo	Punteggio complessivo Qualità/prezzo	Punti complessivi
3	Ecocolordoppler	Philips	90.000,00	70	79.731,00	27	97
4	tromboelastografo	Arnica	55.000,00	70	33.000,00	24,24	94,24
		Medica Vallengia		45	28.000,00	30	75

La Commissione decide pertanto di procedere con l'aggiudicazione provvisoria a favore delle diverse ditte e per i vari lotti, come descritto dettagliatamente nelle schede allegate sotto la lettera D fg. 8, e come di seguito riepilogato:


lotto	descrizione	ditta	Importo a base d'asta + iva	Punti complessivi	Imponibile + iva
1	letti elettrici	Mast Medical	140.000,00	92,53	115.357,00
		Sanifarm	140.000,00	70	
2	ventilatore niv	Temoso	10.000,00	69	
		Air liquide	10.000,00	100	9.620,00
		Philips	10.000,00	42,38	
3	Ecocolordoppler	Philips	90.000,00	97	79.731,00
4	tromboelastografo	Arnica	55.000,00	94,24	33.000,00
		Medica Vallengia	55.000,00	75,00	

A conclusione dei lavori la Commissione decide di aggiornarsi a data da stabilire per stilare la graduatoria di merito tenendo conto degli accertamenti previsti dall'art. 86 del D.lgs 163/06.

Al termine della seduta il Presidente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché li tenga in custodia fino alla prossima seduta per evitare qualsiasi omissione e/o manomissione.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE:



COMPONENTE:



COMPONENTE:



SEGRETARIO:





Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Allegato A al verbale n. 12 del 15.06.2015 fg. 1

N.PR.	DITTE	Nome e cognome	firma
1	ARNIKA	GUIDO BELLUSSI	
2	AIR LIQUIDE	PIERPAOLO TERRA	
3	BURKE & BURKE	/	/
4	MAST MEDICAL	STEFANO MACIS	
5	MEDICA VALEGGIA	CARLO MUZZU	
6	MEDIGAS ITALIA	/	/
7	PHILIPS	MURGIA ANARCA SEBASTIANO	
8	SANIFARM	SILVIA MULLURI	
9	TE.MO.SA	MADDALENA MARCONI	

Prot. /ABS/MF



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Beni e Servizi

AO BROTZU

PG/2015/ 0011745 del 09/06/2015 ore 09,24

Mittente : SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari : VEDI ELENCO

Classifica : 1. Fascicolo : 1 del 2015



prot. /ABS/MF

MESSAGGIO TELEFAX

ALL. " B " Pag. N. 75 di Fg. 111

Da: SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

FAX 070 539601

A: Ditta

FAX n.

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO


Codesta ditta è invitata a partecipare alla seduta pubblica, per l'apertura delle offerte economiche inerenti la gara in oggetto, prevista per il giorno 15.06.2015 alle ore 09:00 presso aula Deriu.

I rappresentanti delle ditte che presenzieranno dovranno essere muniti di delega/procura e copia di un documento di riconoscimento.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti

Il Presidente della Commissione
Dr.ssa Agnese Foddis



Segretario
Sig.ra Maristella Frau

B2" Pag. N. 76 di Fg. 11

Progetto tecnico = Punti 70 - LOTTO 1 letti elettrici ch. generale

PARAMETRO A - VERIFICA MATERASSO ED ORGANIZZAZIONE VARIE ZONE da 0 a 15 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente Dott. Foddis	Componente Dott. Tondolo	Componente Dott. Loi	Media coefficienti	Punteggio max punti 15
1	SANIFARM	0,600	0,500	0,500	0,533	8,000
il materasso è suddiviso in tre sezioni indipendenti con dei cuscini disposti trasversalmente al paziente e due cuscini disposti parallelamente al paziente che garantiscono la terapia a cessione d'aria. Quello della ditta Mst Medical garantisce una maggiore flessibilità negli usi terapeutici e gestionali del paziente						
2	MAST Medical	1,000	1,000	1,000	1,000	15,000

PARAMETRO B - VERIFICA CICLI DI FUNZIONAMENTO NELLA ZONA TORACICA E NELLE ALTRE ZONE da 0 a 15 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente Dott. Foddis	Componente Dott. Tondolo	Componente Dott. Loi	Media coefficienti	Punteggio max punti 15
1	SANIFARM	0,600	0,500	0,500	0,533	8,000
Il sistema offerto dalla ditta Sanifarm pur garantendo le terapie richieste in capitolato non raggiunge i livelli di flessibilità ed efficacia di quello offerto dalla ditta Mast Medical.						
2	MAST Medical	1,000	1,000	1,000	1,000	15,000

ALL. B "D" 7/15/11

PARAMETRO C - VERIFICA PORTATA TERAPEUTICA DEL MATERASSO da 0 a 10 punti

1.c maneggevolezza da 0 a 9 punti

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	SANIFARM	Dott. Foddis 1,000	Dott. Tondolo 1,000	Dott. Loi 1,000	coefficienti 1,000	max punti 10 10,000
2	MAST Medical	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000

PARAMETRO D - VALUTAZIONE VARIE FUNZIONALITA' DEL LETTO da 0 a 5 punti

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis 0,600	Dott. Tondolo 0,600	Dott. Loi 0,600	coefficienti 0,600	max punti 5 3,000
Per quanto riguarda le funzionalità del letto, i sistemi di comando e i dispositivi per RCP entrambe le offerte sono giudicate valide. Il sistema proposto dalla ditta Mast Medical include in più rispetto a quello della ditta Sanifarm il sistema intellidrive che consente la movimentazione elettrica del letto grazie alla presenza di una quinta ruota alimentata da una batteria supplementare. In considerazione della presenza di pazienti bariatrici questa opzione è stata considerata positivamente..						

2	MAST Medical	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
---	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Handwritten marks: a large 'S' at the bottom right, and several other scribbles and initials (including 'K', 'Z', and 'BB') scattered in the lower right area of the page.

PARAMETRO E - VALUTAZIONE VARIE POSIZIONI IN PARTICOLARE POLTRONA CARDIOLOGICA
da 0 a 15 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis 0,600	Dott. Tondolo 0,500	Dott. Loi 0,500	coefficienti 0,533	max punti 15 8,000
<p>Il letto proposto dalla ditta Sanifarm ha una posizione cardiologica limitata rispetto a quella della ditta Mast Medical in quanto non può essere estesa sino alla poltrona completa. Il letto della ditta Mast Medical ottiene la posizione di poltrona completa tramite la movimentazione del letto e la regolazione del gonfiaggio dei cuscini, consentendo una comoda e sicura discesa del paziente del letto.</p>						
2	MAST Medical	1,000	1,000	1,000	1,000	15,000

PARAMETRO F - VALUTAZIONE TERAPIA LATERALE E ROTAZIONALE
da 0 a 10 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis 0,300	Dott. Tondolo 0,300	Dott. Loi 0,300	coefficienti 0,300	max punti 10 3,000
<p>Le terapie laterale e rotazionale assicurate dal letto della ditta Sanifarm sono ottenibili tramite la movimentazione del letto. Questa modalità è stata ritenuta meno flessibile e sicura della modalità proposta dalla ditta Mast Medical, in quanto il contenimento del paziente è legato al posizionamento di cuscini aggluntivi che dovrebbero consolidare il paziente al letto. Le stesse terapie incluse nel materasso. Grazie anche Mast Medical sono ottenute tramite il gonfiaggio alterno dei cuscini integrati nel materasso. Grazie anche alla particolare disposizione dei cuscini si è evidenziato che tale particolarità garantisce una maggiore flessibilità e sicurezza nella gestione del paziente.</p>						
2	MAST Medical	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000

RIEPILOGO PROGETTO LOTTO 1 letti da terapia intensiva									
N.PR.	DITTE	Parametro A	Parametro B	Parametro C	Parametro D	Parametro E	Parametro F	Totale	
		Punti max 15	Punti max 15	Punti max 10	Punti max 5	Punti max 15	punti max 10	punti max 70	
1	SANIFARM	8	8	10	3	8	3	40	
2	MAST Medical	15	15	10	5	15	10	70	

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

Progetto tecnico = Punti 70 - LOTTO 2 VENTILATORE NIV CH.GENERALE

PARAMETRO A - SEMPLICITA' D'USO da 0 a 20 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 20
1	TEMOSA	0,500	0,500	0,500	0,500	10,000
Il ventilatore offerto ha mostrato, durante la presentazione, una buona semplicità d'uso e maneggevolezza. Lo schermo è inferiore a quello offerto dalla ditta Air Liquide. Nell'offerta non è incluso il carrello. Il sistema della Temosa è apparso limitato rispetto alle altre offerte per quanto riguarda la compensazione delle perdite in quanto garantisce sino a 30 l/min contro gli 80 della ditta Air Liquide. Autonomia 3 ore						
2	AIR LIQUIDE	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
3	PHILIPS	0,250	0,250	0,250	0,250	5,000
La ditta non ha potuto portare in visione l'apparecchiatura, pertanto non è stato possibile effettuare alcuna valutazione qualitativa. La Commissione si è attenuta alle sole schede tecniche. Il sistema non specifica la compensazione delle perdite. Autonomia 4 ore						
4	MEDIGAS	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				
5	BURKE & BURKE	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				

PARAMETRO B - MODALITA' DI VENTILAZIONE ETC. da 0 a 20 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 20
1	TEMOSA	0,700	0,700	0,700	0,700	14,000
Il ventilatore offerto ha mostrato, durante la presentazione, una buona semplicità d'uso e maneggevolezza. Lo schermo è inferiore a quello offerto dalla ditta Air Liquide. Nell'offerta non è incluso il carrello. Il sistema della Temosa è apparso limitato rispetto alle altre offerte per quanto riguarda la compensazione delle perdite in quanto garantisce sino a 30 l/min contro gli 80 della ditta Air Liquide. Autonomia 3 ore						
2	AIR LIQUIDE	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
3	PHILIPS	0,600	0,600	0,600	0,600	12,000
La ditta non ha potuto portare in visione l'apparecchiatura, pertanto non è stato possibile effettuare alcuna valutazione qualitativa. La Commissione si è attenuta alle sole schede tecniche. Il sistema non specifica la compensazione delle perdite. Autonomia 4 ore						
4	MEDIGAS	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				
5	BURKE & BURKE	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				

PARAMETRO C - GESTIONE E VISUALIZZAZIONE DEI PARAMETRI

da 0 a 20 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dot. Foddis 0,500	Dot. Tondolo 0,500	Dot. Loi 0,500	coefficienti 0,500	max punti 20 10,000
		Il ventilatore offerto ha mostrato, durante la presentazione, una buona semplicità d'uso e maneggevolezza. Lo schermo è inferiore a quello offerto dalla ditta Air Liquide. Nell'offerta non è incluso il carrello. Il sistema della Temosa è apparso limitato rispetto alle altre offerte per quanto riguarda la compensazione delle perdite in quanto garantisce sino a 30 l/min contro gli 80 della ditta Air Liquide. Autonomia 3 ore				
2	AIR LIQUIDE	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
3	PHILIPS	0,250	0,250	0,250	0,250	5,000
		la ditta non ha potuto portare in visione l'apparecchiatura, pertanto non è stato possibile effettuare alcuna valutazione qualitativa. La Commissione si è attenuta alle sole schede tecniche. Il sistema non specifica la compensazione delle perdite. Autonomia 4 ore				
4	MEDIGAS	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				
5	BURKE & BURKE	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				

PARAMETRO D - VERIFICA EVENTUALI ACCESSORI E MODALITA' AGGIUNTIVE da 0 a 10 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dot. Foddis 0,700	Dot. Tondolo 0,700	Dot. Loi 0,700	coefficienti 0,700	max punti 10 7,000
		Il ventilatore offerto ha mostrato, durante la presentazione, una buona semplicità d'uso e maneggevolezza. Lo schermo è inferiore a quello offerto dalla ditta Air Liquide. Nell'offerta non è incluso il carrello. Il sistema della Temosa è apparso limitato rispetto alle altre offerte per quanto riguarda la compensazione delle perdite in quanto garantisce sino a 30 l/min contro gli 80 della ditta Air Liquide. Autonomia 3 ore				
2	AIR LIQUIDE	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
3	PHILIPS	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
4	MEDIGAS	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				
5	BURKE & BURKE	NON IDONEA- Offre un ventilatore con dimensione del monitor inferiore a 10" come richiesto in capitolato				

RIEPILOGO PROGETTO LOTTO 2 VENTILATORE NIV CH.GENERALE							
N.PR.	DITTE	Parametro A Punti max 20	Parametro B Punti max 20	Parametro C Punti max 20	Parametro D Punti max 10	Totale punti max 70	
1	TEMOSA	10	14	10	7	41	
2	AIR LIQUIDE	20	20	20	10	70	
3	PHILIPS	5	12	5	10	32	
4	MEDIGAS	NON IDONEA					
5	BURKE & BURKE	NON IDONEA					

Progetto tecnico = Punti 70 - LOTTO 3 ECOCOLORDOPPLER CH.GENERALE

PARAMETRO A - SEMPLICITA' D'USO DEL SISTEMA da 0 a 10 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	PHILIPS	Dott. Foddis 1,000	Dott. Tondolo 1,000	Dott. Loi 1,000	coefficienti 1,000	max punti 10 10,000

PARAMETRO B - CARATTERISTICHE GENERALI da 0 a 5 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	PHILIPS	Dott. Foddis 1,000	Dott. Tondolo 1,000	Dott. Loi 1,000	coefficienti 1,000	max punti 5 5,000

PARAMETRO C - CARATTERISTICHE DELLE SONDE da 0 a 5 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	PHILIPS	Dott. Foddis 1,000	Dott. Tondolo 1,000	Dott. Loi 1,000	coefficienti 1,000	max punti 5 5,000

PARAMETRO D - CARATTERISTICHE GENERALI IMMAGINE da 0 a 10 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	PHILIPS	Dott. Foddis 1,000	Dott. Tondolo 1,000	Dott. Loi 1,000	coefficienti 1,000	max punti 10 10,000

ALL. " B " P. 84 05/11

PARAMETRO E - SENSIBILITA' DEL DOPPLER da 0 a 10 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	PHILIPS	Dott. Foddis 1,000	Dott. Tondolo 1,000	Dott. Loi 1,000	coefficienti 1,000	max punti 10 10,000

PARAMETRO F - MODALITA' DI VISUALIZZAZIONE DELL'IMMAGINE da 0 a 5 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	PHILIPS	Dott. Foddis 1,000	Dott. Tondolo 1,000	Dott. Loi 1,000	coefficienti 1,000	max punti 5 5,000

PARAMETRO G - CARATTERISTICHE TECNICHE E FACILITA UTILIZZO SONDA da 0 a 10 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	PHILIPS	Dott. Foddis 1,000	Dott. Tondolo 1,000	Dott. Loi 1,000	coefficienti 1,000	max punti 10 10,000

PARAMETRO H - SOFTWARE IN DOTAZIONE da 0 a 11 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	PHILIPS	Dott. Foddis 1,000	Dott. Tondolo 1,000	Dott. Loi 1,000	coefficienti 1,000	max punti 11 11,000

Progetto tecnico = Punti 70 - LOTTO 4 TROMBOELASTOGRAFO CH.GENERALE

PARAMETRO A - ERGONOMIA DELLO STRUMENTO da 0 a 20 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 20
1	ARNICA	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
2	MEDICA VALEGGIA	0,500	0,500	0,500	0,500	10,000

Il sistema della ditta Medica Valeggia è risultato meno maneggevole e più complicato rispetto a quello offerto dalla ditta Arnica. Per la preparazione delle provette sono necessari diversi passaggi in più rispetto a quello della ditta Arnica. Inoltre il dispositivo presentato dalla ditta Medica Valeggia per effettuare le analisi ha necessità di essere messo a livello creando difficoltà nel caso, non infrequente, di spostamenti.






PARAMETRO B - ANALISI E DOCUMENTAZIONE AUTOMATICA da 0 a 20 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 20
1	ARNICA	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
2	MEDICA VALEGGIA	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000

PARAMETRO C - MODALITA' DI ARCHIVIAZIONE, REFERTEZZIONE, ESPORTAZIONE DATI da 0 a 20 punti

N.P.R.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott. Tondolo	Dott. Loi	coefficienti	max punti 20
1	ARNICA	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
2	MEDICA VALEGGIA	0,500	0,500	0,500	0,500	10,000

Permette l'esportazione solo di un documento in pdf.

PARAMETRO D - INTERFACCIA A COMPUTER da 0 a 10 punti

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	ARNICA	Dott. Foddis 1,000	Dott. Tondolo 1,000	Dott. Loi 1,000	coefficienti 1,000	max punti 10 10,000
2	MEDICA VALEGGIA	0,500	0,500	0,500	0,500	5,000

Per poter avere un collegamento in rete della macchina per un accesso remoto via Internet occorre acquisire un'opzione.

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

RIEPILOGO PROGETTO LOTTO 4						
N.PR.	DITTE	Parametro A	Parametro B	Parametro C	Parametro D	Totale
		Punti max 20	Punti max 20	Punti max 20	Punti max 10	punti max 70
1	ARNICA	20	20	20	10	70
2	MEDICA VALEGGIA	10	20	10	5	45

lotto	descrizione lotto 1	importo a base d'asta	punti compressivi	imponibile	IVA 22%	TOTALE	numero cig
1	n. 4 letti elettrici per terapia intensiva modello total care 655 SpO2RT Connect Hill Room	140000,00	92,53	111357,00	24498,54	135855,54	5838882DD7
				111357,00	24498,54	135855,54	

lotto	descrizione lotto 2	importo a base d'asta	punteggio complessivo	imponibile	IVA 22%	TOTALE	numero cig
2	n. 1 ventilatore NIV modello Monnal n.295/UG/ALMS - del 17/11/14 T75 codice KB033600 completo di:	10000,00	100,00	9620,00	2116,40	11736,40	58389169E7
				9620,00	2116,40	11736,40	



A B
Z

lotto	descrizione lotto n. 3 offerta ditta Philips n.1202958 2 del 17/11/2014	importo a base d'asta	punteggio complessivo	imponibile	IVA 22%	TOTALE	numero cig
3	n. 1 ecocolor Doppler modello CX50 General Imaging	90000,00	97,00	79731,00	17540,82	97271,82	5838923FAC
				79731,00	17540,82	97271,82	






lotto	descrizione lotto n. 4	importo a base d'asta	punteggio complessivo	imponibile	IVA 22%	TOTALE	numero cig
4	n. 1 tromboelastografo codice Rotem Delta n. P200100-IT	23000,00	94,24	33000,00	7260,00	40260,00	583893271C









procedura aperta per la fornitura di n. 4 letti terapia intensiva lotto 1

Base d'asta € 140.000,00 Base d'asta indicata in capitolato
 A_{max} 28,58% Ribasso dell'offerta più conveniente
 A_{soglia} 24,52% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta
 punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo
 X 0,9

Calcolo coefficienti C_i

$$\begin{array}{l|l} A_i \leq A_{soglia} & \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia} \\ A_i > A_{soglia} & \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{si}) / (A_{max} - A_{si})] \end{array}$$

DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i	Punti
MAST	€ 111.357,00	20,46%	0,7510	22,5289
Medical	€ 99.988,00	28,58%	1,0000	30,0000
SANIFARM				

DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale
MAST	70	22,5300	92,5300
Medical	40	30,0000	70,0000
SANIFARM			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

procedura aperta per la fornitura di n. 1 ventilatore Niv lotto 2

Base d'asta € 10.000,00 Base d'asta indicata in capitolato
 A_{max} 3,80% Ribasso dell'offerta più conveniente
 A_{soglia} 2,60% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta
 punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo
 X 0,9

DITTE	Offerta	Ribasso %	C _i	Punti
Air Liquide	€ 9.620,00	3,80%	1,0000	30,0000
Philips	€ 9.900,00	1,00%	0,3462	10,3846
Temosa	€ 9.700,00	3,00%	0,9333	28,0000

DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale
Air Liquide	70	30,0000	100,0000
Philips	32	10,3846	42,3846
Temosa	41	28,0000	69,0000

Calcolo coefficienti C_i

$$\begin{array}{l}
 A_i \leq A_{soglia} \\
 A_i > A_{soglia}
 \end{array}
 \left|
 \begin{array}{l}
 \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia} \\
 \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{st}) / (A_{max} - A_{st})]
 \end{array}
 \right.$$

procedura aperta per la fornitura di n. 1 ecocoloroppler lotto 3

Base d'asta € 90.000,00 Base d'asta indicata in capitolato
 A_{max} 11,41% Ribasso dell'offerta più conveniente
 A_{soglia} 11,41% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta
 punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo
 X 0,9

Calcolo coefficienti C_i

$$\begin{array}{l|l}
 A_i \leq A_{soglia} & \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia} \\
 A_i > A_{soglia} & \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]
 \end{array}$$

(Handwritten marks)

DITTE	Offerta	Ribasso %	C _i	Punti
Philips	€ 79.731,00	11,41%	0,90	27,00

DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale
Philips	70	27,00	97,00

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

procedura aperta per la fornitura di n. 1 tromboelastografo lotto 4



Base d'asta € 55.000,00 Base d'asta indicata in capitolato
 A_{max} 49,09% Ribasso dell'offerta più conveniente
 A_{soglia} 44,55% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta
 punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo
 X 0,9



DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i	Punti
Arnica	€ 33.000,00	40,00%	0,8082	24,2449
Medica	€ 28.000,00	49,09%	1,0000	30,0000
Valeggia	€ 28.000,00	49,09%	1,0000	30,0000

DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale
Arnica	70	24,2449	94,2449
Medica		30,0000	75,0000
Valeggia	45	30,0000	75,0000

Calcolo coefficienti C_i

$$\begin{aligned}
 & A_i \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia} \\
 & A_i > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{si}) / (A_{max} - A_{si})]
 \end{aligned}$$

ALL. " B " Pag. N. 96 di Fg. 11

VERBALE N. 13
(verifica giustificazione offerte anomale aggiudicazione provvisoria)

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Oggi 10 settembre 2015 ore 09:00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara, con atto n.2030 del 20.11.2014, nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE: Dr. ssa Agnese Foddis
COMPONENTE: Dr. Stefano Loi
COMPONENTE: Dr. Vincenzo Tondolo
SEGRETARIO: Sig.ra Maristella Frau


Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i Sig.ri di cui all'elenco allegato (All. A fg. 1).
Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, vista l'integrità della documentazione di gara che era stata custodita in appositi armadi chiusi a chiave, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati i precedenti verbali, dichiara valida la seduta.

Premesso che con fax prot. n.16007 del 07.08.2015, allegato alla presente sotto la lettera B fg. 2, è stato comunicato alle ditte l'odierna seduta pubblica.

Il Presidente comunica che la Commissione ha esaminato la documentazione trasmessa dalle ditte concorrenti relative all'accertamento previsto dall'art. 86 del D.lgs 163/06, allegati sotto la lettera C fg. 9.

Dette giustificazioni sono state ritenute pertinenti ed esaustive dalla Commissione per cui, a conclusione dei lavori e delle valutazioni, la Commissione procede con l'aggiudicazione provvisoria a favore delle seguenti ditte per un importo complessivo pari ad euro 237.708,00 più iva:

lotto	descrizione	ditta	Importo a base d'asta + iva	Punti complessivi	Imponibile + iva
1	letti elettrici	Mast Medical	140.000,00	92,53	115.357,00
2	ventilatore niv	Air liquide	10.000,00	100	9.620,00
3	Ecocolor Doppler	Philips	90.000,00	97	79.731,00
4	tromboelastografo	Arnica	55.000,00	94,24	33.000,00
	Totale + iva				237.708,00









ALL * B * Pag. N. 97 di Fig. 111

Il Presidente invita i partecipanti al rilascio di eventuali dichiarazioni in merito, con esito negativo.
La Commissione avendo concluso il proprio compito decide di rimettere gli atti di gara all'Amministrazione ed alle ore 10 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE: 
COMPONENTE: 
COMPONENTE: 
SEGRETARIO: 



ALL. " B " Pag. N. 98 di Fg. 11

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Allegato A al verbale n. 13 del 10.09.2015 fg. 1

N.PR.	DITTE	Nome e cognome	firma
1	ARNIKA	/	/
2	AIR LIQUIDE	PIERPAOLO PERRA	
3	BURKE & BURKE	/	/
4	MAST MEDICAL	STEFANO MACIS	
5	MEDICA VALEGGIA	/	/
6	MEDIGAS ITALIA	IRAN BETUNIA	
7	PHILIPS	/	/
8	SANIFARM	/	/
9	TE.MO.SA	/	/



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Beni e Servizi

B 12

prot. /ABS/MF

ALL * B * Pag. N. 98 di Fg. 11

MESSAGGIO TELEFAX

Da: SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

FAX 070 539601

A: Ditta

FAX n.

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

TESTO

Codesta ditta è invitata a partecipare alla seduta pubblica, per la verifica delle anomalie delle offerte inerenti la gara in oggetto, prevista per il giorno ~~10.09~~ 2015 alle ore 09:00 presso aula Deriu.

I rappresentanti delle ditte che presenzieranno dovranno essere muniti di delega/procura e copia di un documento di riconoscimento.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento pregasi contattare il numero 070539569.

Distinti saluti

Segretario
Sig.ra Maristella Frau



Il Presidente della Commissione
D.ssa Agnese Foddis

AO BROTZU

PG/2015/ 0016007 del 07/08/2015 ore 13,05

Mittente : SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari : VEDI ELENCO

Classifica : 1 Fascicolo : 1 del 2015



ALL. " B " Pag. N. 100 di Fg. 111

Elenco ditte

n.	Ditta	fax
1	arnika	02/26880299
2	Air liquide	02/4021542
3	Burke & Burke	02/45704245
4	Sanifarm	070/282339
5	Medica vallengia	049/775884
6	Medigas italia	02/48881150
7	philips	039/2036205
8	Mast medical	070/8289258
9	temosa	079/212224



ALL. "B" Pag. N. 101 di Fg. 111

prot. /ABS/MF

Destinatari: AIR LIQUIDE

Classifica: 1. Fascicolo: 11 del 2015

MESSAGGIO TELEFAX



Da: SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI

FAX 070 539601

A: Ditta Air Liquide

FAX n. **02/4021542**

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G.Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Verifica anomalia dell'offerta

In relazione alla Vs. offerta Prot. 295/UG/ALMS del 17.11.2014 per un importo complessivo del lotto 2 pari ad euro 9.620,00 + iva, si comunica che i punteggi ottenuti relativi ai parametri qualità e prezzo, sono superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti rispettivamente:

lotto	Anomalia punteggio/qualità	Punti totali progetto	anomalia punteggio prezzo	Punti prezzo	Totali punti qualità/prezzo
2	56	70	24	30	100


Pertanto si invita codesta Ditta a voler inviare, **entro dieci giorni** dalla ricezione della presente, (anche a mezzo fax – 070/539601), le giustificazioni in percentuale in merito agli elementi costitutivi dell'offerta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 86, comma 2, combinato con l'articolo 87 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 163/06.

Nella comunicazione deve essere riportato oltre che al numero di protocollo i riferimenti all'oggetto ed alle sigle del responsabile dell'istruttoria.

Si resta comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti (070539569).

Distinti saluti.

Il Presidente della Commissione
Dr.ssa Agnese Foddis



Segretario
Sig.ra Maristella Frau



AO BROTTU

PG/2015/ 0012608 del 22/06/2015 ore 13,16

Mittente: AIR LIQUIDE

Assegnatario: SC Acquisizione Beni e Servizi



Classifica: 1 Fascicolo: 1 del 2015



ALL. " B " Pag. N. 102 di Fg. 111

Spettabile

AZIENDA OSPEDALIERA BROTTU

Piazzale Ricchi, 1

09134 CAGLIARI

PROCEDURA APERTA FORNITURA APPARECCHIATURE PER LA S.C. CHIRURGIA GENERALE

Nostro prot. n. 158/UG/ALMS – MF/sg del 18/6/2015

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto Mariano Giaretta, nato a Varese il 14/8/1954, in qualità di Amministratore Delegato - Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A., con sede legale in Milano - Via Capecelatro n. 69 - P.IVA 13181610158 - C.F. 04709610150 – tel. 02/4021470 – Fax 02/4021542, in riferimento alla Vostra prot. n. PG/2015/0012273 del 17/6/2015

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

che le giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara ex art. 86 comma 5) D. Lvo. 163/2006 sono :

- a) La qualità e l'efficacia dei nostri prodotti è data dal fatto che gli stessi hanno mostrato requisiti di affidabilità e risultato su numerosi appalti che in precedenza sono stati aggiudicati.
- b) Le soluzioni tecniche adottate dai nostri fornitori sono quelle standard richieste per la produzione degli articoli offerti nella presente gara.
- c) Non si sono avute particolari condizioni eccezionalmente favorevoli per poter evadere la presente richiesta.
- d) Trattandosi di fornitura di attrezzature elettromedicali, la macchina dispone di un'interfaccia utente completamente configurabile dall'utente stesso in base alle sue necessità, e quindi l'attrezzatura gode di una particolare originalità di progetto.
- e) Tutto il personale diretto ed indiretto che sarà impegnato per la fornitura di quanto offerto è adeguatamente addestrato con corsi di formazione continui al rispetto delle normative in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
- f) Non ci sono eventualità che l'offerta possa ottenere aiuti dalla Stato.



ALL. "B" "Pag. N. 103 di Fig. 14



g) Tutto il personale diretto ed indiretto attivamente impegnato nell'espletamento della fornitura possiede dei rapporti contrattuali con la nostra ditta nel pieno rispetto di quelle che sono le diverse condizioni indicate dai contratti collettivi del lavoro.

Dichiara altresì

- Il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai propri dipendenti, e che la categoria di riferimento è Metalmeccanici.
- Il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e per garantire la sicurezza e la tutela dei propri lavoratori.

Dichiara Inoltre

Che gli elementi di valutazione di congruità dell'offerta sono i seguenti:

Composizione del prezzo complessivo	Stima valutazione percentuale
Costo dei materiali e accessori	66,0%
Costo del servizio	6,0%
Oneri del personale	11,8%
Spese Generali	5,2%
Oneri Sicurezza	1,0%
Utile	10,0%
TOTALE	100,0%

In fede.

Milano, 18/6/2015

Si allega fotocopia del documento di identità

Dei sottoscrittori ai fini dell'autentica di firma.

Air Liquide Medical Systems S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 Ing. Mariano Giarotta



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Beni e Servizi

AC BROTZU
ALL " B " Pag. N. 104 di Fg. 14

PG/2015/ 0012271 del 17/06/2015 ore 09,34
Mitente: SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari: MAST MEDICAL

Classifica: Fascicolo 1 del 2015



prot. /ABS/MF

MESSAGGIO TELEFAX

Da: SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI	FAX 070 539601
A: Ditta Mast Medical	FAX n. 070/8289258

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Verifica anomalia dell'offerta

In relazione alla Vs. offerta Prot. 13214 MM-sm del 14/11/2014 per un importo complessivo del lotto 1 pari ad euro 111.357,00 + iva, si comunica che i punteggi ottenuti relativi ai parametri qualità e prezzo, sono superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti rispettivamente:

lotto	Anomalia punteggi/qualità	Punti totali progetto	anomalia punteggio prezzo	Punti prezzo	Totali punti qualità/prezzo
1	56	70	24	22,53	92,52

Pertanto si invita codesta Ditta a voler inviare, **entro dieci giorni** dalla ricezione della presente, (anche a mezzo fax - 070/539601), le giustificazioni in percentuale in merito agli elementi costitutivi dell'offerta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 86, comma 2, combinato con l'articolo 87 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 163/06.

Nella comunicazione deve essere riportato oltre che al numero di protocollo i riferimenti all'oggetto ed alle sigle del responsabile dell'istruttoria.

Si resta comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti (070539569).

Distinti saluti.




Il Presidente della Commissione
Dr.ssa Agnese Foddis

Segretario
Sig.ra Maristella Frau

www.aobrotzu.it

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 5391
Partita iva 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Tel 070/539569
Fax 070/539601



MAST MEDICAL srl

PROVEDITORATO
02 LUG. 2015
PERVENUTO

ALL. n. B Pag. N. 105 di Fg. 11

Loc. PILL'E MATTA
09044 Z.I. QUARTUCCIU (CA)
Tel. 070 852045 Fax 070 8289258
Mail: info@mastmedical.it

Cod.Fisc. / P. IVA 03007340924
Capitale Soc. €10.329,14
C.C.I.A.A. Cagliari 239470
Ischr.reg. Imprese. N°928 / 1

Spett.Le
Azienda Ospedaliera Brotzu
Piazzale A. Ricchi 1
09134 Cagliari
Fax 070.539601

C.A. Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

Quartucciu, 22/06/2015

Vostro Prot. n. PG/2015/0012271 del 17/06/2015
Prot. /ABS/MF

JK

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di Chirurgia Generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

In riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti (Prot. n. PG/2015/0012271 del 17/06/2015) come previsto dal codice degli appalti con D. lgs. 163/2006 - art. 86,87 e 88, da produrre per la Ns. offerta economica n. 12314 MM-sm del 14/11/2014, risulta alla luce degli esiti di gara "anomala, in quanto superante la soglia del punteggio totale", comunichiamo quanto segue.

La Ns. ragione sociale prevede la semplice compravendita di prodotti, la cui produzione è sotto la cura di terzi, pertanto il prezzo finale è puramente legato alle dinamiche economiche della Ns. società e del contesto in cui opera, precisiamo che tutte le operazioni commerciali da Noi proposte, hanno sempre come fine quelle di soddisfare l'esigenze del cliente, rispetto delle leggi in vigore presso la Pubblica Amministrazione nonché contratti di lavoro del settore di appartenenza e la realizzazione di un utile d'impresa.

Nello specifico caso della fornitura relativa a quanto previsto dalla Ns.offerta n. 12314MM-sm, si inserisce tabella esplicativa relativa alla ripartizione dei costi di fornitura.

VALUTAZIONE MARGINI DI COMMESSA

VALORE DELLA FORNITURA	100%	€ 115.257,00
VALORE DELLE MERCI ACQUISTATE	79%	€ 91.053,03
COSTI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO	0.7%	€ 806,80
COSTI RELATIVI A COLLAUDI E ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA	2%	€ 2.305,14
COSTI GENERALI DI GESTIONE FORNITURA	4%	€ 4.610,28
COSTI FINANZIARI	2.6%	€ 2.996,68
UTILE D'IMPRESA PRIMA DELLE IMPOSTE	11.7%	€ 13.485,07

Nella speranza di aver soddisfatto le Vostre richieste, porgiamo

Distinti saluti



MAST MEDICAL srl
Loc. PILL'E MATTA s.n.c.
09044 QUARTUCCIU (CA)
P. IVA 03007340924
[Signature]
Info@mastmedical.it
Tel/fax 070 852045

[Handwritten signatures]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL. " B " Pag. N. 106 di Fgl.

AO BROTZU

PG/2015/ 0012280 del 17/06/2015 ore 09,49

Mittente: SO Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari: PHILIPS

Classifica: 1 Fascicolo: 1 del 2015



prot. /ABS/MF

MESSAGGIO TELEFAX

Da: SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI

FAX 070 539601

A: Ditta Philips

FAX n. 039/2036205

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Verifica anomalia dell'offerta

In relazione alla Vs. offerta Prot. 1202958 2 del 17/11/2014 per un importo complessivo del lotto 3 pari ad euro 79.731,00 + iva, si comunica che i punteggi ottenuti relativi ai parametri qualità e prezzo, sono superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti rispettivamente:

lotto	Anomalia punteggio/qualità	Punti totali progetto	anomalia punteggio prezzo	Punti prezzo	Totali punti qualità/prezzo
3	56	70	24	27	97

Pertanto si invita codesta Ditta a voler inviare, **entro dieci giorni** dalla ricezione della presente, (anche a mezzo fax – 070/539601), le giustificazioni in percentuale in merito agli elementi costitutivi dell'offerta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 86, comma 2, combinato con l'articolo 87 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 163/06.

Nella comunicazione deve essere riportato oltre che al numero di protocollo i riferimenti all'oggetto ed alle sigle del responsabile dell'istruttoria.

Si resta comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti (070539569).

Distinti saluti.



Il Presidente della Commissione
Dr.ssa Agnese Foddis

Segretario
Sig.ra Maristella Frau

PHILIPS

ALL. " B " Pag. N. 104 di Fg. 11

AO BROTZU

PG/2015/ 0012649 del 23/06/2015 ore 10,15

Mittente PHILIPS S.P.A.

Assegnatario - SC Acquisizione Beni e Servizi



Spettabile
AO "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi 1
09134 CAGLIARI

[Handwritten signature]

Oggetto: Procedura aperta fornitura Data: 22 giugno 2015
Apparecchiature per la S.C. Chirugia US/15/0294/tr
Generale - CIG vari - Gara n. 5672566 - Vs.
Rif. Pubblicazione su GUCEE n. S 185/2014
del 26.09.2014
Vs. richiesta verifica anomalia offerta Lotto
3 prot. nr. PG/2015/0012280 del 17.06.2015

[Handwritten mark]

Riscontriamo la Vostra di pari oggetto, al sensi di quanto previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 163/06 trasmettiamo le giustificazioni che ci hanno consentito di proporre la nostra offerta a condizioni economiche di sicuro interesse, evidenziando nello specifico - come richiesto dalla vigente normativa - gli elementi riguardanti l'economicità dei processi di fabbricazione, le soluzioni tecniche adottate e le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone la scrivente.

In particolare, desideriamo evidenziare quanto segue:

- Il modello di apparecchiatura offerto - di cui Philips è uno dei principali *market leader* a livello mondiale -, è prodotto da tempo ed è stato venduto, nella sola Europa, in centinaia di esemplari. La strategia generale di marketing di Philips S.p.a. consiste nell'applicazione di prezzi contenuti in rapporto ai volumi richiesti dal mercato.
- La leadership di Philips nel segmento specifico di Ultrasound ha consentito, grazie all'accesso alle economie produttive di scala, un approccio al mercato con un vantaggioso rapporto prezzo/prestazioni. Tale considerazione consente una consistente riduzione dei prezzi possibili da praticare sul mercato, pur mantenendo una redditività complessiva adeguata.
- Quanto alle soluzioni tecniche adottate, facciamo presente che l'apparecchiatura proposta in offerta affiancherà apparecchiature già installate parimenti di tecnologia Philips, consentendo in tal modo al Cliente di ottenere soluzioni migliorative da un punto di vista tecnologico, ed a Philips S.p.a. di adoperare soluzioni più vantaggiose in termini di impegno e di affidabilità, contribuendo in questo modo a determinare un contenimento dei costi.
- Philips, società leader su scala mondiale nella produzione e fornitura di apparecchiature elettromedicali, già titolare di una consistente fetta di mercato e caratterizzata dalla presenza sul territorio nazionale di numerosi centri di assistenza

[Handwritten mark]



[Handwritten mark]

36205

PHILIPS

ALL. "B" Pag. N. 108 di Fg. 11

tecnica di Philips S.p.a., unitamente all'utilizzo di sistemi informatici per attività di telediagnosi, teleassistenza e monitoraggio dell'apparecchiatura da installare, mira ad acquisire maggiore visibilità, rafforzare la propria presenza ed ottenere un ruolo chiave anche sul territorio cui questa gara attiene. Pertanto, in ottica promozionale e di espansione aziendale, si è deciso di proporre un'offerta dai prezzi contenuti che offra vantaggi immediati per la Cliente ed in prospettiva per Philips.

- Philips, in ragione della propria presenza consolidata sul mercato della fornitura di apparecchiature elettromedicali e del ruolo di rilievo, a livello mondiale, che essa riveste, ha avviato negli anni processi di fidelizzazione e partnership con molte delle Aziende fornitrici. La specializzazione nel settore cui l'oggetto del bando fa riferimento, poi, consente l'accesso a tecnologie e conoscenze all'avanguardia. Tutto quanto esposto comporta un vantaggio diretto per Philips in fase di produzione e mediato per la Cliente al momento dell'acquisto, in ragione di un rapporto qualità prezzo di sicuro interesse.
- Vi informiamo che in merito al costo del lavoro questa Società rispetta i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; per quanto attiene alle normative in materia di sicurezza e relativi oneri, dichiara poi di rispettare i requisiti minimi di sicurezza che si rendono necessari per lo svolgimento del lavoro stesso previsti dalle norme vigenti in materia.

Si dichiara, in ogni caso, che l'offerta economica è assolutamente in linea con i prezzi di mercato solitamente esposti in casi analoghi e, a conferma della congruità dell'offerta presentata anche in termini di redditività.

Precisiamo sin d'ora che per realtà articolate come la scrivente, non è agevole identificare una puntuale suddivisione dei costi generali in un'azienda che commercializza diverse tipologie di prodotti sul mercato italiano, così come una suddivisione dei costi puntuale riferita a ciascuna tipologia di prodotto, tenuto conto dei diversi reparti e funzioni in cui è organizzata l'intera struttura. Va da se che l'indicazione delle percentuali riferite alla specifica opportunità, per le ragioni sopra dette, è indicativo.

VOCE DI SPESA	INCIDENZA
Fornitura beni	78,80%
Servizi assistenza tecnica	10%
Spese trasporto, consegna ed installazione	2%
Spese per la sicurezza	0,2%
Spese generali	5%
Utile d'esercizio stimato	4%

Ribadiamo, per quanto possa occorrere, l'importanza di annoverare tra i propri clienti il Vostro polo ospedaliero, che viene riconosciuto come centro di riferimento per forniture, lavori e servizi di entità simile a quello oggetto della procedura di aggiudicazione in oggetto.

Nella speranza di aver soddisfatto quanto da Voi richiesto, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti che riteniate utili per le determinazioni di Vostra competenza.

Philips S.p.A.
Healthcare
Procuratore

Sig. Giuseppe Licata



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Beni e Servizi

AO BROTZU

PG/2015/ 0012284 del 17/06/2015 ore 10,00

Mittente: SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari: ARNIKA

Classifica: 1 Fascicolo: 1 del 2015

ALL " B " Pag. N. 108 di Fg. 111



prot. /ABS/MF

MESSAGGIO TELEFAX

Da: SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI

FAX 070 539601

A: Ditta Arnica

FAX n. 02/26880299

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate alla S.C. di chirurgia generale dell'Azienda G. Brotzu
Spesa a base d'asta ad euro 295.000,00 + iva - CIG. Vari Numero gara 5672566
Deliberazione di indizione n. 1487 del 3.09.2014

Verifica anomalia dell'offerta

In relazione alla Vs. offerta Prot. P 046/2014 del 10/11/2014 per un importo complessivo del lotto 4 pari ad euro 33.000,00 + iva, si comunica che i punteggi ottenuti relativi ai parametri qualità e prezzo, sono superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti rispettivamente:

lotto	Anomalia punteggi/qualità	Punti totali progetto	anomalia punteggio prezzo	Punti prezzo	Totali punti qualità/prezzo
4	56	70	24	24,40	94.24

Pertanto si invita codesta Ditta a voler inviare, **entro dieci giorni** dalla ricezione della presente, (anche a mezzo fax - 070/539601), le giustificazioni in percentuale in merito agli elementi costitutivi dell'offerta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 86, comma 2, combinato con l'articolo 87 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 163/06.

Nella comunicazione deve essere riportato oltre che al numero di protocollo i riferimenti all'oggetto ed alle sigle del responsabile dell'istruttoria.

Si resta comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti (070539569).

Distinti saluti.

Segretario
Sig.ra Maristella Frau



Il Presidente della Commissione
Dr.ssa Agnese Foddis



ALL. " B " Pag. N. 110 di Fg. 11


Spett.le
Azienda Ospedaliera
"G. BROTZU"
Servizio Acquisti Beni e Servizi
Piazzale Alessandro Ricchi, 1
09134 CAGLIARI


AO BROTZU
PG/2015/ 0012999 del 26/06/2015 ore 10,32
Mittente ARNIKA

Assegnatario SC Acquisizione Beni e Servizi



Milano, 26 Giugno 2015

Att.ne : 
Rif.to : Vs. Prot. PG/2015/0012284 - 17.06.2015
Oggetto : DICHIARAZIONE


Come da Vostra richiesta, allegiamo dichiarazione ai sensi dell'art. 8 della L. 123/2007 ex artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006.

Rimaniamo a completa disposizione per eventuali chiarimenti e/o ulteriori richieste.

Cordiali saluti.

'ARNIKA S.r.l.
Emma Ruggieri
emma ruggieri

'ARNIKA srl - Diagnostics Line

Sede Sociale Milano 20127 • Via N. Battaglia, 34
Tel. 02.26880.211 • Fax 02.26880.299 • e-mail: info@arnika.net • www.arnika.net
P.IVA / Cod. Fisc. 08653430150 • Cap. Soc. 52.000,00 Euro i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08653430150
Iscritta alla Camera di Commercio di Milano al n. R.e.a. 1241381



ARNIKA

Diagnosics Line

ALL. "B" Pag. N. 111 di Fg. 111

AUTOCERTIFICAZIONE

(ai sensi del DPR. 445/2000)

La sottoscritta, De SALVO GIUSEPPA, nata a Castoreale (Me) il 25 novembre 1942, residente a Milano, Piazza Morbegno n. 5, CAP 20127 - Codice Fiscale n. DSL GPP 42565 C347V nella qualità di amministratore Unico della società 'ARNIKA S.r.l. o anche 'ARNIKA s.r.l. con Sede Legale in Milano - Via Natale Battaglia n. 34, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08653430150, e sede amministrativa in Milano Via Natale Battaglia n. 34 (e-mail : info@arnika.net)

In riferimento all'affidamento della fornitura in oggetto consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali attribuite in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA che

ai sensi dell'art. 8 della L. 123/2007 ex artt. 86 e 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006


Il prezzo offerto per il materiale oggetto di gara è comprensivo di tutti i costi che lo compongono, pronto all'uso:

- I prezzi offerti, nel loro complesso, sono giudicati remunerativi;
- il costo del lavoro è stato rilevato in considerazione del settore commercio di cui l'azienda fa parte;
- i costi relativi alla sicurezza, considerati da 'Arnika s.r.l. indispensabili, sono inclusi nel prezzo di offerta.
- La fornitura non comporta interferenze tra Stazione appaltante e fornitore, quindi non sussiste obbligo di redazione del relativo D.U.V.R.I.
- nel prezzo offerto è stata considerata la quantità richiesta dal Cliente, la Sua autorevolezza e soprattutto è stata considerata la qualità dei servizi su cui 'Arnika s.r.l. basa la politica di vendita;
- l'azienda opera nel rispetto delle norme vigenti in Italia per la sicurezza e le condizioni lavorative, il costo di tale rispetto è contemplato nel prezzo offerto;
- 'Arnika utilizza metodi produttivi di ottima qualità ma nel rispetto delle regole dell'economia aziendale, questi costi sono contemplati nel prezzo offerto;


In particolare sull'importo totale dichiarato l'incidenza % delle voci di costo sono le seguenti :

VOCI DI PREZZO	INCIDENZA %
Costi industriali (COSTO MATERIE PRIME)	45 %
Costi generali (COSTI DI TRASPORTO)	5 %
Costi della mano d'opera (COSTO PERSONALE)	20 %
Costi per le spese per la salute sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro	3 %
ALTRI COSTI	10 %
Utile d'impresa (MARGINE LORDO)	17 %

















In fede,

'ARNIKA S.r.l.

 Giuseppa De Salvo

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna


 collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

Vetrina Convenzioni

















<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2. Bando Numero: 688450	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	17/07/2015		Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2. bando Numero: 688450 
Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio. Bando Numero: 562219	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/06/2015		Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio. bando Numero: 562219 
CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. Bando Numero: 509186	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. bando Numero: 509186 
Telefonia mobile 6. Bando Numero: 190012	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		Accedi alla convenzione Telefonia mobile 6. bando Numero: 190012 
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. Bando Numero: 97379	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	26/01/2015		Accedi alla convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. bando Numero: 97379 
Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. Bando Numero: 301405	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	15/01/2015		Accedi alla convenzione Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. bando Numero: 301405 
PC desktop 13. Bando Numero: 406803	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2014		Accedi alla convenzione PC desktop 13. bando Numero: 406803 
PC Portatili 13. Bando Numero: 318784	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/11/2014		Accedi alla convenzione PC Portatili 13. bando Numero: 318784 
Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Servizio Luce 3. bando Numero: 96696 
Gas naturale 7. Bando Numero: 380399	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Gas naturale 7. bando Numero: 380399 

Prima
/
Precedente
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Successiva
/
Ultima

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna

 collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra


Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
Energia elettrica 12. Bando Numero: 380413	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	12/11/2014		Accedi alla convenzione Energia elettrica 12. bando Numero: 380413 
Autovetture Protette. Bando Numero: 376517	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		Accedi alla convenzione Autovetture Protette. bando Numero: 376517 
Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		Accedi alla convenzione Arredi per ufficio 6. bando Numero: 121093 
Carte di Credito 4. Bando Numero: 259340	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Convenzione attiva	01/10/2014		Accedi alla convenzione Carte di Credito 4. bando Numero: 259340 
Stampanti 13. Bando Numero: 341003	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		Accedi alla convenzione Stampanti 13. bando Numero: 341003 
Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2. bando Numero: 380834 
Licenze d'uso Oracle. Bando Numero: 213179	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	14/05/2014		Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle. bando Numero: 213179 
Carburanti extrarrete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. Bando Numero: 233233	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	07/04/2014		Accedi alla convenzione Carburanti extrarrete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. bando Numero: 233233 
Server 9. Bando Numero: 185550	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		Accedi alla convenzione Server 9. bando Numero: 185550 
Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7. bando Numero: 164296 


















- [Prima](#)
- /
- [Precedente](#)
- |
- [1](#)
- |
- [2](#)
- |
- [3](#)
- |
- [4](#)
- |
- [5](#)
- |
- [Successiva](#)
- /
- [Ultima](#)


Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna

All. "C" pag. N. 3 di Fog. 3

 collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<u>Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		<u>Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3. bando Numero: 67637</u> 
<u>Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		<u>Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. bando Numero: 81725</u> 
<u>Buoni pasto 6. Bando Numero: 93838</u>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	29/10/2013		<u>Accedi alla convenzione Buoni pasto 6. bando Numero: 93838</u> 
<u>Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando Numero: 44245</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/09/2013		<u>Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia. bando Numero: 44245</u> 
<u>Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. Bando Numero: 96237</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		<u>Accedi alla convenzione Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. bando Numero: 96237</u> 
<u>Stampanti 12. Bando Numero: 74849</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		<u>Accedi alla convenzione Stampanti 12. bando Numero: 74849</u> 
<u>Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando Numero: 32196</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	14/12/2012		<u>Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. bando Numero: 32196</u> 
<u>Stampanti 11. Bando Numero: 46317</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	28/05/2012		<u>Accedi alla convenzione Stampanti 11. bando Numero: 46317</u> 
<u>Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	21/03/2012		<u>Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3. bando Numero: 10023</u> 
<u>Telefonia fissa e connettività IP 4. Bando Numero: 10020</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		<u>Accedi alla convenzione Telefonia fissa e connettività IP 4. bando Numero: 10020</u> 



ALL "D" Pag. N. 2 di Fg. 16

Att.ne : Sig.ra Maristella Frau

Rif.to : Avviso di Gara – Procedura aperta – 2014/S 185-325952 pubblicata il 26/09/2014

Oggetto : Offerta no. P046/2014 del 10 Novembre 2014

Procedura aperta : Fornitura Apparecchiature per la S.C. CHIRURGIA GENERALE – LOTTO n. 4

Spett.le

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"

Ufficio Protocollo Generale

Piazzale Alessandro Ricchi, 1

09134 CAGLIARI

Milano, 10 Novembre 2014

Lotto	Descrizione	Nome commerciale prodotto	Codice	N. CIG	Importo Base d'Asta	Ribasso	Prezzo offerto
4	N.1 Tromboelastografo	Rotem delta	P200100-IT	583893271C	55.000,00 (Cinquantacinquemila virgolazerozero)	22.000,00 (Ventiduemila virgolazerozero)	33.000,00 (Trentatremila virgolazerozero)
Lotto	Descrizione	Nome commerciale prodotto	Codice	Durata minima contratto	Canone annuo		
4	Contratto manutenzione full-risk post-garanzia	Tem-perfect	000055-EU	3 anni con canone annuale	2.000,00 (Duemilavirgolazerozero)		



ARNIKA S.R.L.
 GIUSEPPA (del SAALVO)
 AMM. UNIV. VERBA

[Handwritten signatures and initials]



La sottoscritta 'Arnika S.r.l. dichiara:

Che la suddetta offerta si intende valida per almeno 180 giorni, ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 163/06.

Che i prezzi dichiarati nell'offerta devono intendersi invariabili per tutta la durata della fornitura e saranno comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio, salvo il verificarsi di quanto previsto dall'art. 115 del Dlgs 163/06.

Condizioni Generali di Vendita : Come da Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara.

Per quanto non previsto nel Capitolato Speciale si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, al D. Lgs. 163/06 al D.P.R. 207/2010 e alle LL.RR. n. 10/06 e n. 05/07.

Per tutte le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

In fede,

'ARNIKA S.r.l.
Giuseppa de Salvo
(Amministratore Unico)

[Handwritten signatures and initials]



9

Spettabile

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Piazzale Ricchi, 1

09134 CAGLIARI

ALL. "D" Pag. N. 3 di Fg. 16

PROCEDURA APERTA FORNITURA APPARECCHIATURE PER LA S.C. CHIRURGIA GENERALE

Vs. invito pubblicato sul sito www.aobrotzu.it

Nostro prot. n. 295/UG/ALMS – MF/sg del 17/11/2014

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto Mariano Giaretta, nato a Varese il 14/8/1954, in qualità di Amministratore Delegato - Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A., con sede legale in Milano - Via Capecelatro n. 69 - P.IVA 13181610158 - C.F. 04709610150 – tel. 02/4021470 – Fax 02/4021542

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Di presentare offerta relativamente al lotto n. 2.

Descrizione	Codice	Prezzo (iva escl)	Prezzo in lettere (iva escl)
Monnal T75 versione CO2 <i>Include:</i> Circuito paziente monouso (1 pz) Cella ossigeno (1pz) Filtro batteriologico (1pz) Batteria interna Carrello mobile International Monnal T75 (per KB022600,KB033600)	KB033600	€ 9.000,00	Euronovemila/00
Country Kit Italia Manuale d'uso ITA, cavo elettrico Valvola espiratoria autoclavabile Sensore flusso espiratorio autoclavabile	KB031700	€ 450,00	Euroquattrocentocinquanta/00
	KB026000	€ 120,00	Eurocentoventi/00
	nd		
	KY694500 KY632200		
Tubo EMBOUFIX Ossigeno, 1,5 m (afnor)	BF030600	€ 50,00	Eurocinquanta/00
	Totale	€ 9.620,00	Euronovemilaseicentoventi/00
	% ribasso base d'asta	3,80%	Tre virgola otto per cento

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA
L'Amministratore Delegato

Garanzia full-risk 24 mesi

Contratto assistenza tecnica full-risk annuale post-garanzia valido 8 anni pari al 8% per apparecchiatura per anno. € 769,60 Euro settecentosessantanove/60

Condizioni per il post garanzia fuori contratto:		
Sconto da listino per la fornitura di ricambi:	15%	Quindici per cento
Diritto fisso di chiamata per interventi tecnici:	€ 90,00	Euro novanta
Spese di trasferta per interventi tecnici:	€ 0,51 / km	Euro zero virgola cinquantuno al km
Tempo di viaggio per interventi tecnici:	€ 85 / ora	Euro ottantacinque all'ora
Manodopera oraria per interventi tecnici:	€ 101 / ora	Euro centouno all'ora

Validità dell'offerta: 180 gg

In fede.

Milano, 17/11/2014

Si allega fotocopia del documento di identità


Dei sottoscrittori ai fini dell'autentica di firma.

[Handwritten signature]

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA
 L'Amministratore Delegato
 Ing. Mariano Giaretta

[Handwritten mark]

ALL. "D" Pag. N. 5 di Fg. 16



MAST MEDICAL srl

Loc. PILL'E MATTA
09044 Z.I. QUARTUCCIU (CA)
Tel. 070 852045 Fax 070 8289258
Mail: info@mastmedical.it

Cod.Fisc. / P. IVA 03007340924
Capitale Soc. €10.329,14
C.C.I.A.A. Cagliari 239470
Iscr.reg. Imprese. N°928 / 1



Spett.le
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato
Piazzale A. Ricchi, n. 1
09134 Cagliari

Quartucciu 14/11/2014

Preventivo n° 13214 MM-sm

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE DESTINATE ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI CHIRURGIA GENERALE – CIG VARI GARA N. 45672566

Con la presente Vi proponiamo Ns. miglior offerta per:

LOTTO 1 n°4 LETTI ELETTRICI PER TERAPIA INTENSIVA CIG: 5838882DD7.

OFFERTA ECONOMICA

Composizione LOTTO 1:

B) N° 4 LETTI ELETTRICI PER TERAPIA INTENSIVA
Modello Total Care 655 SpO2RT Connect della HILL-ROM.

Letto elettrico con materasso antidecubito ad aria integrato modello 655, adatto alla prevenzione e trattamento della piaghe da decubito fino al 4° stadio della scala Norton, il materasso è suddiviso in 7 differenti zone, realizzate con cuscini in poliuretano gestiti indipendentemente da sensori elettronici, sezione testa, tronco, sacro, gambe e sezione dedicata al tallone, inoltre vi sono due sezioni dedicate alla rotazione del paziente DX e SX. Le zone tronco, gambe e sacro sono costituite da moduli a 4 Vie, gestiti indipendentemente l'uno dall'altro.

La pediera del letto comandata da appositi pulsante sulle sponde, ha un'estensione pari a 30 cm sincronizzata con l'estensione e compressione del materasso, tale funzione detta "Flex a Foot"® permette di adattare la zona dedicata al trattamento del tallone alla morfologia del paziente. La stessa funzione viene utilizzata in fase di svezamento per la riabilitazione motoria e cognitiva del paziente. Seguendo il protocollo Hill-Rom (vedi illustrazione allegata)

Il materasso 655 SpO2RT® Connect hanno una portata terapeutica al 100% di efficacia con pazienti fino a 227 Kg, oltre questo valore l'efficacia scema gradualmente all'aumentare di peso del paziente, che in condizione non dinamica può arrivare fino a 450 kg, e 250 Kg in totale sicurezza dinamica. La bilancia ha una portata limite di 230 kg, omologata anche per trattamenti dialitici, con cronologia dati e variazioni terapeutiche.

Pedale BILATERALE per azionare le funzioni di emergenza di RCP e di TRENDELEMBURG, portando il letto in posizione piana e gonfiando automaticamente il materasso in "PRESSIONE MASSIMA" per espletare le operazioni di emergenza RCP. Lo stesso pedale attivandolo nel senso opposto attiva la funzione di Trendelemburg da zero fino a -15° lasciando libere le mai dell'operatore. IL PEDALE risulta essere una scelta più sicure e performante rispetto alla classica maniglia posto sotto il piano schiena, che risulta essere difficilmente identificabile quando coperta da lenzuola o traverse per il paziente, in alcuni casi con le sponde abbassate il suo raggiungimento può essere ostacolato.

N° 4 semisponde abbattibili indipendentemente con sistema servo assistito pneumatico. Le 4 sponde sono dotate di 6 tastiere integrate per il controllo e gestione del letto ed un display touch screen a colori per la gestione delle terapie, allarmi e bilancia, dotate inoltre di 4 sensori di posizione che interrompono automaticamente la terapia rotazionale del



paziente nel qual caso una o più sponde venissero abbassate, al fine di evitare situazioni pericolose per il paziente, le terapie riprendono automaticamente non appena le sponde vengono richiuse.

Testiera e pediera a rimozione rapida, la testiera incorpora la tavola RCP, mentre la rimozione della pediera permette di attivare la funzione alza paziente totale STAND ASSIST®. Nella testiera è incorporata la tavola per le azioni di emergenza RCP.

Il letto è dotato di n°2 aste flebo integrate, regolabili in altezza ed abbattibili, adatte anche al supporto di pompe infusionali, oltre a 4 predisposizioni per inserimento di altre 4 aste flebo esterne o altri accessori, nella zona sottostante vi sono i ganci per sacche di raccolte.

Tutti i comandi operatore del letto e materasso sono integrati nella parte esterna delle 4 semisponde, come anche l'interfaccia grafica a colori touch screen per la gestione funzioni terapeutiche, mentre nella parte interna ci sono i pulsanti dedicati al paziente, che può effettuare solo minime variazioni per il confort senza interferire con le funzioni terapeutiche impostate dagli operatori.

Inclinazione zona tronco e angolo di Trendelenburg ed Anti trend, sono visibili sulle sponde e anche nel display a colori, dal quale è possibile attivare le funzioni di allarme inclinazione minima schienale tra 30° e 45°.

Poltrona Cardiologica sincronizzata FULL CHAIR® regolabile a piacere mediante l'apposito pulsante nelle sponde laterali.

Funzione alza paziente totale STAND ASSIST®, eseguita la posizione di FULL CHAIR® fino alla sua max escursione, si può proseguire con lo stesso tasto e previa rimozione della pediera per continuare fino ad ottenere lo STAND ASSIST totale con i piedi del paziente poggiati in terra, lo sgonfiamento in automatico della zona sacrale del materasso permette anche a pazienti di bassa statura di appoggiare i piedi al suolo.

Batteria ricaricabile di back up integrata del basamento del letto, garantisce una mantenimento delle terapie per oltre 2 ore, lo stato di carica o ricarica è visibile mediante apposito segnale luminoso nelle sponde. Al fine di aumentare la durata della batteria è possibile movimentare il letto con un'apposita leva a pedale, quando scollegato dalla corrente elettrica, permettendo all'operatore di movimentare il letto lasciando l'energia della batteria per un più lungo mantenimento delle pressioni terapeutiche materasso.

Bilancia Integrata DIAGNOSTICA con portata fino a 230 Kg, lettura e gestione funzione visibili nel display a colori, certificata in classe III per il trattamento dialitico o infusione.

Compressore materasso integrato dentro il basamento del letto, il funzionamento per le varie terapie del materasso è gestito dagli appositi pulsanti integrati nelle sponde.

Le superfici integrate 655 SpO2RT® Connect possono effettuare le terapie antidecubito sia in bassa pressione continua che in bassa pressione alternata (Opty Rest™) selezionabili nel display a colori.

TURN ASSIST™ funzione Rotazione assistita Manuale, si attiva dagli pulsanti o dal display, permette la rotazione destra o sinistra al massimo grado rotazionale, utile oltre che per le operazioni di Nursing, anche per trattenere in decubito laterale il paziente fino ad un massimo di 30 minuti, opzione ripetibile più volte.



Cod.1938E - MODULO TERAPIA ROTAZIONALE PROGRAMMABILE , mediante DISPLAY è possibile programmare e modificare il protocollo per lo svolgimento di tale terapia nelle 24h in assoluta sicurezza per il paziente

La famiglia Total Care 600 è integrabile con diverse funzioni terapeutiche, nonché la P&V.

MIGLIORIE IN DOTAZIONE RISPETTO ALLE VS. RICHIESTE

- N° 7 zone materasso distinte anziché le 3 richieste, la zona sacrale può essere sgonfiata dall'operatore con apposito comando, sia per adattare il confort del paziente e per creare lo spazio necessario all'inserimento di eventuale padella paziente.
- TERAPIA ROTAZIONALE MANUALE, mediante appositi tasti si può modificare in assoluta sicurezza il decubito laterale del paziente per fini terapeutici o di igienizzazione paziente.
- Cod.1939E - MODULO TERAPIA PERCUSSIONE E VIBRAZIONE P&V™ , mediante DISPLAY è possibile programmare e modificare il protocollo per lo svolgimento di tale terapia, che può essere eseguita anche contemporaneamente alle altre terapie in funzione.
- Cod.1966A - MODULO TERAPIA CESSIONE ARIA AIRFLOW®, questa tecnologia Hill-Rom di gestione microclima permette di dissipare il vapore acqueo che si forma sotto la cute del paziente, impedendo la macerazione della cute migliorando la capacità di prevenire l'insorgenza delle lesioni da decubito.
- Tecnologia NANO Ag®, grazie all'inserimento di ioni di argento nelle superfici antidecubito, si riducono fino al 99,8% la proliferazione della carica batterica.
- N°2 supporti laterali regolabili per la gestione di eventuali tubi ventilatori a cavi monitoraggio
- Funzione di emergenza BOST™ sincronizzata ottenibile con un solo pulsante.
- N°2 aste flebo integrate e n°1 supporto a ribalta per monitoraggio o ventilatore polmonare di emergenza.
- Kit ANDYBELT Per facilitare il corretto riposizionamento di pazienti BARIATRICI i letti SpO2rt sono corredati di telini ad alto scorrimento, che permette un facile e sicuro scorrimento longitudinale sulle superficie terapeutica senza l'ausilio delle funzioni Trend ed AntiTrend particolarmente pericolose per questa tipologia di pazienti.
- Kit INTELLIDRIVE, mediante la 5^ ruota motorizzata gestita mediante di 2 apposite maniglie in zona testa, si effettua lo spostamento del letto+paziente (BARIATRICO) in tutta sicurezza anche da parte del personale di minuta corporatura, che potrà gestire in tutta sicurezza una massa complessiva letto+paziente fino a circa 700 Kg

Prezzo unitario € 27.839,25 (ventisettemilaottocentotrentanove,25)+IVA

SPESE PUBBLICAZIONE GARA € 3.900,00+IVA

TOTALE FORNITURA € 115.257,00 (centoquindicimiladuecentocinquantesette/00)+IVA

CONDIZIONI FORNITURA:

IVA di legge	Vs carico
Consegna	15 giorni dall'ordine
Trasporto	incluso
Installazione	inclusa
Collaudo	incluso
Istruzione personale	inclusa
Validità offerta	180 giorni
Garanzia	12 mesi
Pagamento	60 giorni

La Mast Medical S.r.l. dichiara che i prodotti offerti sono conformi alle Norme CEE ed alle vigenti Norme in materia di sicurezza e prevenzione con esplicito riferimento al D.Lgs.626., i prezzi da Noi proposti rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. L'offerta è omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nella Vs. suddetta missiva e nel disciplinare tecnico.



PHILIPS

ALL. " D " Pag. N. 8 di Fg. 16

cl

[Handwritten signature]



Spettabile
AZ OSP BROTZU
PZLE ALESSANDRO RICCHI 1
09121 CAGLIARI

Offerta: 1202958 2

Data: 17/11/2014

OGGETTO: Procedura aperta fornitura Apparecchiature per la S.C. Chirurgia Generale – CIG vari – Gara n. 5672566 – LOTTO 3 : Ecocolordoppler Vs. Rif. Pubblicazione su GUCEE n. S 185/2014 del 26.09.2014

Il sottoscritto Ing. Roberto Secli, nato a Milano il 26 dicembre 1965, nella sua qualità di Procuratore della Philips S.p.A., munito degli occorrenti poteri, Sede Legale in Via Mascheroni n. 5, 20123 Milano, Sede Operativa in Via G. Casati 23, Monza (MB) – partita IVA / codice fiscale n. 00856750153, Registro delle Imprese di Milano con n. 00856750153 ed al R.E.A. di Milano con n. 88001, giusta Procura Studio Notarile Mascheroni N. Rep. 5810/3310 del 14.07.2010

DICHIARA

di offrire ad un importo complessivo, per le apparecchiature di seguito indicate, pari a :

€ 79.731,00.= Euro settantanovemilasettecentotrentuno/00

Ribasso sulla base d'asta dell'11,41% (undicivirgolaquarantunopercento) pari ad € 10.269,00.= Euro diecimiladuecentosessantanove/00

Di seguito riportiamo il dettaglio dell'offerta economica



Philips S.p.A.
Sede e Operativa: Via G. Casati, 23 - 20900 Monza (MB) - Tel 039-203.1 - Fax 039-203.6378 - www.philips.it
Sede e Legale: Via L. Mascheroni, 5 - 20123 Milano - Capitale Sociale: € 68.068.000,00 i.v.
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese Milano n. 00856750153 R.E.A. Milano n. 88001
Direzione coordinamento: Koninklijke Philips N.V - Iscrizione registro RAEE: n. IT08010000000099

[Handwritten signature]



DESCRIZIONE ANALITICA DELL'OFFERTA

CX50

Pos. Qtà. Descrizione

IMPORTO (EUR)

1 1 **Sistema ecografico CX50 General Imaging**
 (Euro ventimilaottocentosettantanovevirgolazerozero)
codice prodotto: NUSN002

20.879,00


Sistema ecografico compatto con nuova architettura del beamformer a 18432 canali, ad elevatissima ergonomia e con le seguenti caratteristiche:

Nuova generazione di Beamformer acustico digitale a banda larga Purewave
 18.432 canali digitali scalabili dinamicamente, progettati per supportare la nuova generazione di sonde Explora e frequenze da 1 a 20 MHz
 Circuiti digitali ad elevato numero di bit (16 bit), ridotto rumore di fondo, con sistema adattativo per aumento del rapporto segnale/rumore con aumento del Dynamic Range di sistema a 232Db
 Nuova architettura di sistema con capacità di processing dati e segnali in parallelo e controllo completo dei dati nativi
 2D - M - Mode - Doppler PW / CW / HIGH PRF - Colore - Doppler CW steerable -3D di base con ricostruzione MPR
 Armonica di tessuto (THI)
 Monitor 15" LCD privo di flicker con varie posizioni di regolazioni
 Modulo X-Res: sistema adattativo di processing del segnale per riduzione automatica del rumore e degli artefatti, aumento della definizione tissutale, capacità di calcolo di 350 Bops
 Nuova tecnologia dei cristalli per aumento penetrazione e riduzione degli artefatti
 Pannello di controllo con tasti raggruppati in maniera logica con facile accesso
 Tastiera alfanumerica
 Cineloop immagine 2D - Doppler - M
 Zoom ad alta definizione - Zoom acustico
 Chroma Imaging
 Nuova famiglia di trasduttori Explora
 Nuova ergonomia e cavi estremamente flessibili
 Interfaccia utilizzatore in lingua italiana
 Workstation integrata per revisione, archivio, gestione di immagini, dati, referti, loops, reports
 Acquisizione di immagini e loops in prospettiva e retrospettiva per archivio su hard disk e disco rimovibile
 Modulo periferica integrata DVD per archivio di immagini in formato JPEG, AVI, BMP

2 1 **Opzione clinica Radiologia Lite**
 (Euro cinquemilacentotredicivirgolazerozero)
codice prodotto: NUSN011

5.113,00

Opzione clinica Radiologia Lite. Include le applicazioni cliniche Addominale, Small Parts e Vascolare.






3	1	<p>Opzione clinica Cardiologia Adulti (Euro settemilanovecentosessantannovevirgolazerozero) codice prodotto: NUSN033 Opzione clinica Cardiologia Adulti</p>	7.969,00
4	1	<p>Modulo IMT (Euro settecentocinquevirgolazerozero) codice prodotto: NUSM034 Modulo IMT: fornisce misure automatiche di spessore dell'intima media in carotidi ed altri vasi superficiali</p>	705,00
5	1	<p>Sonda convex C5-1 (Euro settemiladuecentoventinovevirgolazerozero) codice prodotto: FUS5084 Sonda convex C5-1 con tecnologia Purewave per applicazioni addominali, ostetricia, ginecologia/fertilità, pediatria, contrasto</p>	7.229,00
6	1	<p>Guida per biopsia/kit biopsia per C5-1 (Euro duecentododicivirgolazerozero) codice prodotto: FUS6233 Guida per biopsia/kit biopsia per C5-1</p>	212,00
7	1	<p>Sonda lineare L12-3 (Euro cinquemilatrecentonovantacinquevirgolazerozero) codice prodotto: FUS5085 Sonda lineare L12-3 per applicazioni superficiali, muscoloscheletriche, vascolari</p>	5.395,00
8	1	<p>Guida per biopsia/kit biopsia per L12-3 (Euro cinquecentoventinovevirgolazerozero) codice prodotto: FUS6234 Guida per biopsia/kit biopsia per L12-3. Consiste del supporto per agobiopsia ed uno starter kit dei relativi consumabili (porta-ago, guanti protettivi, fascette elastiche).</p>	529,00
9	1	<p>Sonda S5-1 (Euro seimilaquattrocentoottantaottovirgolazerozero) codice prodotto: FUS5081 Sonda Sector Phased Array con banda di frequenze da 1 a 5 MHz con tecnologia Purewave</p>	6.488,00
10	1	<p>Guida per biopsia/kit biopsia per S5-1 (Euro cinquecentoventinovevirgolazerozero) codice prodotto: FUS6232 Guida per biopsia/kit biopsia per S5-1. Consiste del supporto per agobiopsia ed uno starter kit dei relativi consumabili (porta-ago, guanti protettivi, fascette elastiche).</p>	529,00

Q

A

Z

R

1202958-2

ALL. "D" "Pag. N. 11 di Fg. 16

11	1	Sonda CX X7-2T TEE (Euro ventimilacinquecentocinquantaottovirgolazerozero) codice prodotto: FUS5082 Sonda Transesofagea X7-2t con tecnologia PureWave e frequenze da 7 a 2 MHz	20.558,00
12	1	Carrello Multiport (Euro tremilacinquecentoventiseivirgolazerozero) codice prodotto: FUS5048 Carrello con connessione contemporanea di 3 trasduttori	3.526,00
13	1	Stampante bianco e nero per carrello (Euro cinquecentonovantanovevirgolazerozero) codice prodotto: FUS5092 Stampante bianco e nero per carrello	599,00

PREZZO PARTICOLARE A VOI RISERVATO

(Euro settantanovemilasettecentotrentunovirgolazerozero)

79.731,00

Oneri propri per la sicurezza per rischi specifici per le attività aziendali, pari ad € 180,00.= (centoottanta/00) del costo dell'appalto (*apparecchiatura, fornitura, installazione, servizio,..*) ricompresi nell'importo d'offerta.

Costi per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, valutati dalla Stazione Appaltante

(Euro zervirgolazerozero)

0,00

ALL * D Pag. N. 12 di Fg. 16

Al fine di mantenere costante negli anni le prestazioni delle Vostre apparecchiature e ridurre al minimo il verificarsi di inconvenienti improvvisi e dei relativi disservizi che ciò può comportare, la nostra Società, alla scadenza del periodo di garanzia è disponibile a stipulare con Codesta Spettabile Amministrazione un contratto di manutenzione.

Il canone annuo di tale contratto, e comprensivo delle prestazioni meglio definite negli altri punti del presente documento nonché nei documenti allegati (ci riferiamo in particolare al documento SM_US_EST.doc), esclusa Sonda TEE, è pari a:

€ 7.175,00 (euro settemilacentosettantacinque/00) per ciascun Impianto US, pari al 9% (noveper cento) del prezzo di vendita dell'apparecchiatura offerta.

Per la **Sonda X7-2 T** offerta, la copertura prevista è esclusivamente per i guasti elettronici.

Le quotazioni di cui sopra si intendono in Euro IVA esclusa, sono riferite agli otto anni post garanzia ed a quantità di ciascun tipo di impianto uguale a uno.

Per l'aggiornamento di dette quotazioni per gli anni successivi saranno utilizzati gli indici annuali di variabilità prezzi pubblicati dall'ISTAT.

In ottemperanza con quanto da Voi richiesto, si allega Tariffario e Condizioni per attività di manutenzione correttiva su chiamata fuori garanzia e contratto post garanzia.



ALL. " D " Pag. N. 13 di Fig. 16

ACCESSORI PRESENTI A CATALOGO

- 1 1 **Sonda laparoscopica L10-4 LAP**
codice prodotto: FUS5117
(Opz) Sonda per applicazioni laparoscopiche L10-4 LAP.
- 2 1 **Sonda lineare 15/7 MHz intraoperatorio**
codice prodotto: FUS5118
(Opz) Sonda lineare 15/7 MHz per applicazioni intraoperatorie, parti molli, cerebrovascolare, pediatria, vascolare periferico, muscoloscheletrico
- 3 1 **Sonda convex C9-3 IO intraoperatoria**
codice prodotto: FUS5119
(Opz) Sonda convex da 3 a 9 MHz per applicazioni intraoperatorie

G

A

Z

R

CONDIZIONI DI FORNITURA

Consegna, installazione e collaudo :

entro 50 gg. dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, previa disponibilità locali.

Spedizione-Imballo-Montaggio: compreso

Dalle operazioni di montaggio sono escluse le opere murarie, protometriche, idrauliche, elettriche di b.t., di falegnameria, di manovalanza, che si intendono predisposte a cura e spese del Committente.

Adempimenti in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Dlgs 151 del 2005) (la presente clausola sarà operante solamente per apparecchiature consegnate ed installate successivamente alla data del 31 dicembre 2006, o in data successiva nel caso di ulteriori proroghe dei termini di cui all'art. 20, comma 5, del citato Dlgs.)

All'atto della dismissione della Apparecchiatura, Philips provvederà - a propria cura e spese - , alle attività di ritiro e trattamento della medesima previste dalla normativa in materia di RAEE.

Tali operazioni verranno da Philips effettuate dietro incarico scritto da parte del Committente ed avvalendosi di soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

La data dell'intervento verrà preventivamente comunicata per iscritto al Committente, ed il ritiro verrà autorizzato da persona dallo stesso incaricata. Per tale data, l'Apparecchiatura dovrà essere stata depositata in area direttamente accessibile agli automezzi. Eventuali attività di disinstallazione, smontaggio, movimentazione ed estrazione dell'Apparecchiatura dai locali ove la stessa risulterà posizionata, così come eventuali interventi murari che a tal fine si rendessero necessari, saranno a cura e spese del Committente. Il Committente dovrà altresì provvedere - a norma di legge - a decontaminare l'Apparecchiatura al fine di evitare rischi di contaminazione del personale incaricato alle operazioni, nonché a verificare che l'Apparecchiatura da ritirare risulti integra di tutti i suoi componenti essenziali e non contenga altre apparecchiature o parti non facenti parte della stessa.

I.V.A.:

i prezzi sopra indicati si intendono al netto di IVA.

La stessa sarà a Vostro carico a norma di legge.

Pagamento:

60 gg. data ricevimento fattura, previo collaudo favorevole.

Il pagamento effettuato oltre i termini stabiliti comporterà l'applicazione degli interessi di mora ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2002

Collaudo:

Il collaudo dovrà avvenire alla messa in funzione.

In mancanza dell'effettuazione del collaudo per cause non imputabili alla Philips SpA, il medesimo si avrà per avvenuto e, dalla scadenza del termine, decorreranno tutti gli effetti previsti.

Garanzia:

12 mesi full risk, sonde incluse, dal collaudo ad eccezione delle parti soggette a consumo.

Durante il periodo di garanzia è assicurato senza alcun ulteriore onere il Servizio di assistenza tecnica e manutenzione alle apparecchiature.

ALL. " 2 " Pag. N. 15 di Fg. 16

Licenza software:

I programmi per elaboratore forniti a corredo delle apparecchiature oggetto della presente offerta verranno messi a disposizione dell'acquirente delle apparecchiature stesse a titolo di licenza d'uso non trasferibile e non esclusiva.

Tali programmi potranno venire impiegati esclusivamente per l'utilizzo delle apparecchiature oggetto dell'offerta, ferma restando la piena ed esclusiva titolarità sugli stessi in capo a Philips SpA ai sensi del disposto del D.L.vo 29.12.1992 n. 518.

Tutte le informazioni tecniche contenute nei manuali d'installazione, funzionamento e manutenzione dell'Apparecchiatura sono protette da diritto di riproduzione e d'utilizzazione di Philips e restano pertanto di proprietà di Philips. E' pertanto vietata la copia, la riproduzione, la trasmissione a terzi e l'utilizzo da parte di terzi, senza il preventivo consenso scritto di Philips.


Informativa ai sensi del D.LGS 196/2003

Philips SpA procederà al trattamento dei dati personali ed aziendali del Committente esclusivamente ai fini della presente offerta e fatti salvi, comunque, gli obblighi di Legge.

Relativamente ai dati che lo riguardano il Committente potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.LGS 196/2003.

Validità offerta:

180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento della presente, salvo proroga scritta.



Philips S.p.A.
Healthcare
Avvocati
Ing. Roberto Sechi

The image shows several handwritten signatures and a stamp. The stamp is for Philips S.p.A. Healthcare Avvocati, Ing. Roberto Sechi. There are three distinct signatures: one large one overlapping the stamp, one to the left, and one below the stamp. There are also some smaller marks and a large 'Z' shape at the bottom right.

TARIFFARIO e CONDIZIONI per attività di manutenzione correttiva che troveranno applicazione, ai sensi dell'articolo 1341 c.c., per interventi di riparazione ed assistenza su chiamata con validità dal 01/01/2014 al 31/12/2014.

Il servizio di assistenza su chiamata è disponibile dalle 8.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì, festività escluse, alle seguenti condizioni economiche.

1) Manutenzione correttiva ed Assistenza specialistica:

- Apparecchiature Stand Alone di 1° livello (Elettrocardiografi, Cardiotocografi, Defibrillatori, Monitor, Dentali, Respiratori Polmonari, Sistemi di Anestesia) Euro 130,00 per ora
- Apparecchiature di Diagnostica per Immagini di 2° livello (Radiologia convenzionale, US di bassa fascia) Euro 142,00 per ora
- Apparecchiature di Diagnostica per Immagini di 3° livello (US di fascia alta, Sistemi di Monitoraggio) Euro 162,00 per ora
- Apparecchiature di Diagnostica per Immagini di 4° livello (Telecomandati senza digitale, Chirurgici) Euro 172,00 per ora
- Apparecchiature di Diagnostica per Immagini di 5° livello (Cardiovascolari, TAC, RM, Medicina Nucleare, Radiologia Digitale, PACS, PCR, Easy Vision, Sistemi informativi Clinici) Euro 223,00 per ora
- Supporto nostro personale "Clinical Application" Euro 203,00 per ora

2) Ore straordinarie così suddivise:

dalle ore 17.31 alle ore 20.00	maggiorazione del 15%
dalle ore 20.01 alle ore 22.00	maggiorazione del 30%
dalle ore 22.01 alle ore 08.29	maggiorazione del 50%
sabato non festivo	maggiorazione del 50%
festivo fino alle ore 22.00	maggiorazione del 75%

3) Diritto di chiamata: Euro 193,00

4) Ore viaggio: come da tariffa oraria al punto 1)

calcolate dal Centro di Assistenza a Voi più vicino, come dal seguente elenco:

- Agrigento, Ascoli Piceno, Bari, Belluno, Bolzano, Casalnuovo, Castenaso, Cesena, Elmas, Enna, Falconara Marittima, Ferrara, Foggia, Genova, Gravina di Catania, Isola del Gran Sasso, Lecce, Lucca, Moncalieri, Monza, Palermo, Pesaro Urbino, Piacenza, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Rubano, Scandicci, Trieste, Udine, Verona.

5) Break indicator:

indicatore durata pausa pranzo/ lunch break riportato sui fogli di lavoro:

- 0: 0 minuti
- 1: 15 minuti
- 2: 30 minuti
- 3: 45 minuti
- 4: 1 ora
- 5: 1 ora e 15 minuti
- 6: 1 ora e 30 minuti
- 7: 1 ora e 45 minuti
- 8: 2 ore
- 9: 2 ore e 15 minuti

N.B. Tutti gli importi si intendono oltre IVA a termine di legge.

L'attivazione dei nostri tecnici è comunque subordinata alla presenza di una richiesta scritta di intervento, regolata dalle presenti condizioni, o all'accettazione scritta di nostro specifico preventivo.

Il prezzo delle parti di ricambio è soggetto a variazioni mensili in funzione delle variazioni dei costi di produzione e delle variazioni dei cambi; siamo comunque a disposizione per fornirVi i singoli prezzi da Voi richiesti di volta in volta.

Vi segnaliamo che la nostra Società è l'unico riferimento della casa madre Philips Nederland B.V. (Veenpluis 6 - 5684 PC Best - The Netherlands) per l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione in Italia di prodotti e servizi su apparecchiature elettromedicali ad alta tecnologia. Pertanto la scrivente Società, con particolare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica ed al fine di garantire la conduzione degli impianti in termini di massima sicurezza, gestisce con standard di qualità esclusiva la fornitura sia delle parti di ricambio originali sia del know how specifico appartenenti a Philips quali risultanti dai consistenti e continui investimenti effettuati allo scopo.

In particolare specifichiamo che il nostro Personale che effettuerà gli interventi viene periodicamente sottoposto a informazione, formazione, addestramento e continuo aggiornamento con corsi esclusivi presso gli appositi centri di riferimento della Casa Madre, oltre che presso i nostri centri in Italia.

Alla luce di quanto sopra i nostri interventi verranno effettuati avendo cura di mantenere, con riferimento e limitatamente alle prestazioni oggetto del contratto, le caratteristiche originarie di conformità delle apparecchiature ai sensi del D. Lgs. 46/97 in applicazione alla Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, nonché l'utilizzo delle apparecchiature medesime in regime di sicurezza in adempimento degli obblighi manutentivi previsti dalla normativa vigente in tema di attrezzature di lavoro ed in particolare del D. Lgs. 81/08, artt.69 e seguenti.