

Deliberazione 1773adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 14 OTT. 2015

**Oggetto:** Presa d'atto verbali della Commissione per la dichiarazione fuori uso apparecchi elettrici e attrezzature varie dell'AOB.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 15 OTT. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario    Dott.ssa Graziella Pintus  
*coadiuvato da*  
Direttore Amministrativo        Dott.ssa Laura Balata  
Direttore Sanitario                Dott. Nazzareno Pacifico

*Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi*

- Premesso**            che con le deliberazioni n. 414 del 08.11.1996, n. 27 del 28.11.2000 e n. 1056 del 14.05.2007 venivano emanate le procedure e le direttive per la dismissione e fuori uso dei beni mobili inventariali nel libro cespiti, riguardanti le apparecchiature sanitarie e non sanitarie;
- Dato atto**            che il D.A. n. 4 del 14.01.2015 allegato b/6 – Procedura 6 – detta precise regole in ordine al fuori uso e dismissione dei beni mobili, qualora a seguito di verifica non risultassero più utilizzabili presso le varie strutture assegnatarie per l'inadeguatezza clinica funzionale (obsolescenza), verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l'impiego di mezzi economici superiori al reale valore residuo delle apparecchiature;
- Vista**                 la delibera n. 2004 del 02.11.2014 di nomina della Commissione all'uopo individuata;
- Visti**                 i verbali della Commissione dal n. 1 al n. 17 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A fg. 17);
- Vista**                 la L.R. n° 10/1997;
- Con**                  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di prendere atto dei verbali di fuori uso dal n. 1 al n. 17, sottoscritti dai componenti dell'apposita Commissione, così come indicato nei verbali stessi allegati al presente atto (All. A);



Segue delibera n. 1773 del 14 OTT. 2015

2. di dichiarare fuori uso sulla base dei verbali della Commissione che attesta la non riparabilità e il non utilizzo delle attrezzature e apparecchiature diverse, oggetto del presente atto;
3. di disporre la cancellazione dal libro cespiti delle apparecchiature e attrezzature descritte negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si rimanda per maggior brevità espositive.

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott.ssa Laura Balata

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Nazzeno Pacifico

**Il Commissario Straordinario**

Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi:  
Direttore Servizio Dott.ssa Aghese Foddis  
Coll. Amm.vo Sig.ra Maristella Frau  
Ass. Amm. vo Dott. ssa Francesca Cotroneo  
Ass. Amm. vo Nicola Tatti



AO Brotzu



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 1 DEL 07-10-2015

S.C. CARDIOCHIRURGIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	TELEFAX	SAMSUNG	SF760P	44173	C9B05KB

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: inceppamento carta, rulli sgranati, riparazione non conveniente, ne dichiara il fuori uso. Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria

All' A Fog. N. 1 di Fog. 17

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 2 DEL 04-10-2015

S.C. CARDIOLOGIA PEDIATRICA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:


N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	TELEVISORE	THOMSON		06522	
2	1	CARRELLO TELEVISORE			06523	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
materiale non riparabile, stato d'uso, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente



Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente



Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 3 DEL 07-10-2015

S.C. CARDIORIABILITAZIONE

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:


N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	MONITOR	LG	STUDIOWORK	14244	N0912WA09868
2	1	CASE	EQUIPE		19693	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: materiale non rotto e obsoleto, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente




Dott.ssa Marinella Spissu

Componente



Ing. Andrea Alimonda

Componente



Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 4 DEL 07-10-2015

SC CHIRURGIA GENERALE CENTRO TRAPIANTI

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:


N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	FOTOCOPIATORE	SHARP	DIGITAL AR 53-GE	21626	6301684Y

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: apparecchio non funzionante, riparazione non conveniente, ne dichiara il fuori uso. Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente




Dott.ssa Marinella Spissu

Componente



Ing. Andrea Alimonda

Componente



Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 5 DEL 04-10-2015

S.C. CHIRURGIA D'URGENZA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	TELEFAX	TELECOM	HERCULES	38226	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: alimentatore non funzionante, antieconomico per la riparazione, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:


Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente



Dott.ssa Marinella Spissu

Componente




Ing. Andrea Alimonda

Componente



Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria





AO Brotzu



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 6 DEL 07-10-2015

S.C. CHIRURGIA GENERALE

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA


in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	TELEFAX	TELECOM	HERCULES	36004	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: alimentatore non funzionante, antieconomico per la riparazione, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis



Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu




Componente

Ing. Andrea Alimonda



Componente

Sig.ra Linuccia Littera



Segretaria





Sistema Sanitario  
Regione Sardegna



AO Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 7 DEL 07-10-2015

SERVIZIO DERMATOLOGIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	TELEFAX	TELECOM	HERCULES	37218	N10081000PS
2	1	MONITOR CRT	IBM		08389	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: telefax non funzionante e scheda elettronica fuori uso, monitor con problema di sfarfallio dell'immagine dovuta alla frequenza di refresh della scheda video, riparazione non conveniente, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 8 DEL 07-10-2015

DIREZIONE SANITARIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA


in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	TELEFONO CELLULARE	NOKIA	2330 C		355362046222647

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
il telefono si spegne e tastiera non funzionante, obsoleto, antieconomica la riparazione, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.


La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis



Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu



Componente

Ing. Andrea Alimonda



Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 9 DEL 04 - 10 - 2015

S.C. EMODINAMICA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:


N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	MONITOR_PC	SAMSUNG		10482	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
non funzionante, obsoleto, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:


Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente



Dott.ssa Marinella Spissu

Componente



Ing. Andrea Alimonda

Componente



Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 10 DEL 04-10-2015

S.C. FARMACIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:


N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	POMPA DI CALORE	LG	LP-E5082ZA		211KA00015
2	1	TELEFONO CORDLESS	SIEMENS	GIGASET A 120	42293	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
la pompa di calore non refrigera e pezzi di ricambio non disponibili, antieconomiche le riparazioni, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:


Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

  
\_\_\_\_\_

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

  
\_\_\_\_\_

Ing. Andrea Alimonda

Componente

  
\_\_\_\_\_

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 11 DEL 07-10-2015

SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:


N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	STAMPANTE	SAMSUNG	ML3471ND	35900	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
non funzionante, riparazione non conveniente, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente




Dott.ssa Marinella Spissu

Componente



Ing. Andrea Alimonda

Componente



Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 12 DEL 07-10-2015

S.C. MEDICINA II

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	FORNO A MICRONDE	SAMSUNG	T.D.S.	02717	7JBR400918J


La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
non riparabile, ne dichiara il fuori uso.

Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente



Dott.ssa Marinella Spissu

Componente



Ing. Andrea Alimonda

Componente



Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 13 DEL 07-10-2015

SC NEFROLOGIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:


N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	MONITOR TUBO CATODICO	PHILIPS	107T50/00	12249	BZ00033016453T
2	1	MONITOR	HANNS	HS61028		9066R3J/10493

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: apparecchi non funzionanti e obsoleti, riparazione non conveniente, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:


Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente



Dott.ssa Marinella Spissu

Componente



Ing. Andrea Alimonda

Componente



Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 14 DEL 07-10-2015

SSD NEONATOLOGIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	FRIGORIFERO	REC		13674	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
non refrigera, non reperibilità dei pezzi di ricambio e inaffidabilità dopo la riparazione, antieconomica la riparazione, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente



Dott.ssa Marinella Spissu

Componente



Ing. Andrea Alimonda

Componente



Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria





VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 15 DEL 07-10-2015

SC ORTOPEDIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:


N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	POMPA DI CALORE	SHARP	AY-X075		

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
non refrigera, non reperibilità dei pezzi di ricambio e inaffidabilità dopo la riparazione, antieconomica la riparazione, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente



Dott.ssa Marinella Spissu

Componente




Ing. Andrea Alimonda

Componente



Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 16 DEL 07-10-2015

SC RADIOLOGIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	TELEFAX	TELECOM	HERCULES	37538	N10081000XZ
2	1	ECOGRAFO	SIEMENS	SONDINE ELEGRA	15166	USS7904774
3	1	SATURIMETRO	NELLCORE	N180	28583	
4	1	PC	OLIDATA	MR19F05N	34617	16830684
5	1	WORK STATION	FUJI		27583	CPZ5D1X

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: telefax non funzionante riparazione antieconomica, ecografo e saturimetro obsoleti, pc con circuiteria di base guasta, ne dichiara il fuori uso. Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu


Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria





AO Brotzu



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 17 DEL 07-10-2015

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	TELEFAX	TELECOM	HERCULES	36138	910107S

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
non riceve e non trasmette, alimentatore non funzionante, riparazione non conveniente, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria