



PROVA SCRITTA N. 1

- 1) Consultazioni preliminari di mercato secondo il D.Lgs 50/2016.
- 2) Definizione di "dispositivo attivo" secondo il Regolamento DM 745/2017.
- 3) Norma CEI EN 62353. Ambito di applicazione e definizione di corrente di dispersione nella parti applicate, con valori limite ammissibili.
- 4) Definizione di "DPI" (Dispositivi di protezione individuale) secondo il D.Lgs del 2008.
- 5) Manutenzione straordinaria delle apparecchiature elettromedicali. Descrivere sinteticamente.



PROVA NON ESTRATTA
9/03/2020
C. Deane



PROVA SCRITTA N. 2

- 1) Commissione Giudicatrice secondo il D.Lgs 50/2016.
- 2) Definizione di "dispositivo impiantabile" secondo il regolamento DM 745/2017.
- 3) Norma CEI EN 62353. Ambito di applicazione e definizione di corrente di dispersione nell'apparecchio con valori limite ammissibili.
- 4) Definizione di "RLS" (Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza) secondo il D.Lgs 81/2008.
- 5) Manutenzione ordinaria delle apparecchiature elettromedicali. Descrivere sinteticamente.

PROVA NON ESTRATTA

9/03/2020

C. De Luca



PROVA SCRITTA N. 3

- 1) Indagine di mercato secondo il D.Lgs 50/2016.
- 2) Definizione di "destinazione d'uso" secondo il Regolamento 745/2017.
- 3) Norma CEI EN 62353. Descrivere sinteticamente l'ambito di applicazione e le prove previste.
- 4) DVR secondo il D.Lgs 81/2008. Descrivere sinteticamente.
- 5) Differenze tra parte di ricambio, materiale di consumo e parti soggette a usura per un'apparecchiatura elettromedicale.

PROVA ESTRATTA

9/03/2020

Concedere