

FAQ

Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in unione d'acquisto, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro con più operatori economici e senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di letti per degenza elettrificati, da destinare ai reparti Covid-19 delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la durata di 24 mesi. Codice Cig 8974507D73.

1) **Quesito:** facendo riferimento al parametro qualitativo "Estensione allungaletto integrato (cm)" siamo a richiedere se il punteggio quantitativo verrà assegnato a quelle soluzioni tecnologiche che permettono un effettivo allungamento della superficie d'appoggio del paziente, in qualsiasi configurazione assuma il piano rete, oppure quelle che garantiscono un allungamento della superficie d'appoggio del paziente solo in posizione piana (piano rete completamente abbattuto)".

Risposta: il parametro "estensione allungaletto integrato (cm)", essendo un quantitativo, verrà valutato considerando il valore in cm di massima estensione garantita dall'allungaletto e dichiarata nella documentazione di gara.

2) **Quesito:** Si prega di confermare, che come riportato nel codice degli appalti, la formula corretta per il calcolo di attribuzione del punteggio economico, in caso di ribasso maggiore della media dei ribassi stessi, sia la seguente:

$$C_i (\text{per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$$

e non quella riportata a pag. 36 del Capitolato Speciale di gara.

Risposta: Si conferma che la formula riportata nel Capitolato Speciale di gara contiene un refuso. La formula corretta è la seguente:

$$C(i) (\text{per } A(i) > A_{soglia}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

3) **Quesito:** Si chiede inoltre di confermare che lo stesso criterio di ripartizione dei quantitativi della fornitura oggetto di accordo quadro, sia applicabile anche in caso di estensione del 100% del valore dell'appalto.

Risposta: Le destinazioni finali verranno comunicate in caso di eventuale reperimento dei fondi e della scelta di avvalersi dell'opzione di estensione delle singole Aziende.

4) **Quesito:** Si chiede infine, di attivare/definire l'attivazione del CIG per la creazione del PASSOE e pagamento contributo ANAC.

Risposta: Il Cig è stato perfezionato.

5) Quesito:

Relativamente alla Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in unione d'acquisto, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro con più operatori economici e senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di letti per degenza elettrificati, da destinare ai reparti Covid-19 delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la durata di 24 mesi. Codice CIG 8974507D73, chiediamo i seguenti chiarimenti:

- Punto 6: i ferma materassi integrati sul piano rete devono essere regolabili e posizionati sui 4 lati del piano per permettere il blocco di sicurezza sia dei materassi in schiuma che dei materassi antidecubito di diverse misure?

Risposta: si conferma quanto richiesto dal Capitolato Speciale

- Punto 16: La sezione piano schiena dovrà raggiungere almeno i 65° +/-5%? La sezione piano femorale dovrà raggiungere almeno i 25° +/-5%? La sezione piano polpaccio dovrà raggiungere almeno i 20°? La posizione di poltrona cardiologica dovrà ottenersi con la pressione di un solo pulsante?

Risposta: si conferma quanto richiesto dal Capitolato Speciale

- Punto 19: l'indicatore dello stato della batteria dovrà essere praticamente un allarme sonoro?

Risposta: si conferma quanto richiesto dal Capitolato Speciale

- Punto 20: l'allarme per letto non frenato dovrà essere sonoro?

Risposta: si conferma quanto richiesto dal Capitolato Speciale

- La richiesta di quotazione anche di un materasso che abbia un carico di lavoro sicuro di 200 Kg a fronte della stessa richiesta per il letto di un carico di lavoro sicuro di 250 kg, è un refuso e si deve intendere che sia il materasso che il letto dovranno avere un carico di lavoro sicuro di 250 kg? O entrambi di 200 kg?

Risposta: si conferma quanto richiesto dal Capitolato Speciale

6) Quesito: In riferimento al Capitolato speciale della "Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in unione d'acquisto, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro con più operatori economici e senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di letti per degenza elettrificati, da destinare ai reparti Covid-19 delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la durata di 24 mesi", art. n.7 "Configurazione e Caratteristiche Tecnico/Funzionali Minime" pag. 13, al fine di garantire la massima partecipazione delle ditte presenti sul mercato, siamo a chiedere una tolleranza pari a 3 cm (3%) per la misura massima in larghezza del letto.

Risposta: Essendo una procedura espletata in unione d'acquisto con conseguenti molteplici destinazioni, caratterizzate da differenti limiti strutturali, non è possibile ammettere tale tolleranza.

7) Quesito: In riferimento al Capitolato speciale della “Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in unione d’acquisto, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro con più operatori economici e senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di letti per degenza elettrificati, da destinare ai reparti Covid-19 delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la durata di 24 mesi”, art. n.8 “Prova pratica/visione” pag. 14, siamo a chiedere di comunicare con quale preavviso verrà comunicato il calendario alle ditte partecipanti, chiedendo di considerare un tempo minimo pari a 15 giorni lavorativi.

Risposta: Con riferimento alla prova pratica, verrà assegnato un congruo preavviso, tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze di ogni ditta partecipante.