
Consultazione preliminare di mercato

1. Stazione appaltante:

ARNAS G. Brotzu
Piazzale Ricchi n. 1 09134 Cagliari
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

2. Struttura e Unità organizzativa di riferimento:

S.C. Acquisti, Beni e Servizi

3. Punti di contatto:

PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it
Referente istruttoria: Dott.ssa Jessica Troncia - email: jessica.troncia@aob.it

4. Obiettivi:

Il Centro di Radioterapia del P.O. Businco dell'Arnas G. Brotzu è un Centro di Riferimento Oncologico Regionale a cui affluiscono pazienti con tutte le tipologie di patologie tumorali.

L'introduzione di un sistema in grado di eseguire Radiochirurgia e Radioterapia Stereotassica si rende fondamentale al fine di ampliare e diversificare l'offerta terapeutica radioterapica con l'obiettivo di portare la radioterapia del centro di riferimento oncologico regionale della Sardegna ai livelli dei più moderni poli oncologici presenti in Italia.

Tale sistema consentirebbe di effettuare trattamenti radianti radiochirurgici ipofrazionati e trattamenti ablativi su lesioni neoplastiche e non neoplastiche inoperabili per sede o lesioni molto piccole dove l'intervento è controindicato.

5. Importo Finanziato Fondi PNRR e cofinanziamento regionale: € 5.209.400,00 Iva Inclusa

6. Oggetto: consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di un sistema di Radiochirurgia e Radioterapia Stereotassica da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'Arnas G. Brotzu. PNRR – M6.C2 1.1.2 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie.

Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ex art. n. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di un sistema di Radiochirurgia e Radioterapia Stereotassica, ivi compresi i lavori di

adeguamento dei locali della Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'Arnas G. Brotzu , nei quali è attualmente installato un LINAC mod. Oncor Expression.

Il sistema che si intende acquisire è, a conoscenza di questa Amministrazione, di esclusiva produzione di un unico Operatore economico.

In considerazione della particolare rilevanza tecnologica dell'apparecchiatura e della natura tecnica della stessa, che la renderebbe "infungibile", la SA ritiene opportuno esperire, prima dell'avvio della procedura di negoziazione, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento, garantendo, tra l'altro, la pubblicità all'iniziativa di approvvigionamento e l'osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione degli operatori economici, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, vi siano altri operatori economici che possano effettuare la fornitura di un sistema di Radiochirurgia e Radioterapia Stereotassica con le caratteristiche di cui all'allegato "A" della presente consultazione.

Pertanto la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice pre-fase di acquisizione della fornitura in oggetto, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ma volta a:

- agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura;
- informare gli operatori economici dell'intendimento della SA di voler indire l'appalto programmato;
- verificare che le caratteristiche tecniche del sistema che si intende acquisire, descrivano un sistema realmente "infungibile"; in caso contrario, l'operatore economico dovrà fornire dettagliata relazione tecnica ed ogni altro documento necessario a dimostrare l'equivalenza di soluzioni proposte in alternativa.

Gli operatori economici, all'atto della compilazione della risposta alla consultazione, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere alla successiva fase di selezione e invito alla gara, e, altresì, di interrompere la procedura in qualsiasi momento, senza che le ditte possano vantare alcuna pretesa.

7. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse.

Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni consecutivi sul sito online aziendale www.aobrotzu.it, decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione. La Ditta interessata deve inoltrare la

propria manifestazione di interesse a mezzo PEC all'indirizzo serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it, secondo il modello allegato alla presente comunicazione (ALL. A). La comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta e riportare il seguente oggetto: ***“Riscontro a consultazione preliminare di mercato ARNAS G. Brotzu - Fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di un sistema di Radiochirurgia e Radioterapia Stereotassica, da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'Arnas G. Brotzu.”***

L'istanza deve pervenire all'indirizzo PEC sopraindicato, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 13:00 del giorno 22.12.2022.**

8. Soggetti ammessi alla procedura:

Operatori economici di cui al D.lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lettera p) e art. 45 commi 1 e 2.

9. Requisiti tecnici, amministrativi e professionali richiesti per la successiva partecipazione alla gara:

- Requisiti di cui al D.lgs. 50/2016, art. 80.
- Iscrizione al Registro delle imprese per attività attinenti al settore della presente procedura, a norma del D.lgs. 50/2016 art. 83.

10. Ulteriori informazioni.

Ai sensi del GDPR 2016/679 e Dlgs n. 101/18 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura.

Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sul sito aziendale.

AII. "A"

Caratteristiche della fornitura

- Fornitura di un sistema di ultima generazione dotato di acceleratore lineare (LINAC) estremamente compatto montato su braccio robotico per trattamenti di radiocirurgia e radioterapia stereotassica su diversi distretti corporei e diverse patologie (Testa-Collo, Polmone, Reni, Prostata, Pancreas, Mammella, Patologie Intracraniche, Spinali, Ginecologiche, Metastasi Ossee, ecc..) con le seguenti caratteristiche minime o equivalenti:
 - Energia nominale del LINAC di almeno 6MV;
 - Dose Rate fisso pari ad almeno 800 UM/min;
 - Dotato di almeno 3 tipologie di collimazione del fascio prodotto dal LINAC:
 - collimatori fissi
 - collimatore a diametro variabile
 - collimatore multi-lamellare MLC
 - Il sistema dovrà poter cambiare in modo automatico la tipologia di collimatore quando necessario;
 - Lettino per il trattamento motorizzato con almeno 5 gradi di libertà;
 - Il sistema dovrà essere dotato di un sistema di guida mediante immagini a raggi X in grado di individuare la posizione del target durante l'intero trattamento, in particolare dovrà consentire:
 - Il tracking di target intracranici;
 - Il tracking di lesioni spinali;
 - Il tracking di tessuti molli;
 - Il tracking di lesioni polmonari;
 - Sincronizzazione del fascio con il ciclo respiratorio del paziente senza interruzione dell'erogazione del trattamento;
 - Console di comando per l'erogazione del trattamento;
 - Sistema di pianificazione dedicato con almeno due postazioni di calcolo, dotate di sistemi automatici di segmentazione e di moduli per la fusione multimodale di immagini, anche deformabile, dotato inoltre di sistema di ottimizzazione per le tempistiche di elaborazione dei piani di trattamento;
 - Sistema dedicato per la pianificazione dei ri-trattamenti;
 - Interfacciamento dell'apparecchiatura con la rete oncologica esistente, nonché la fornitura di un sistema e di relativi strumenti per la gestione dei dati e delle informazioni (Diagnostica Remota, Strumenti di Amministrazione, Revisione ed Importazione delle immagini e gestione dell'import ed export secondo lo standard DICOM);
 - Fantocci per i controlli di qualità dedicati e relativo software;
 - I server, i generatori, e tutto l'HW necessario al corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura dovranno essere allocati in locale dedicato. L'installazione e l'organizzazione di quest'ultimo saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
 - Il sistema deve prevedere l'installazione di telecamere di controllo del paziente in numero adeguato alla verifica di sicurezza per collisioni LINAC-paziente, nonché un sistema interfono bidirezionale con il bunker;
 - dovranno essere incluse nella fornitura tutte le opere necessarie all'eventuale adeguamento del Bunker, ivi compreso lo smontaggio e lo smaltimento del LINAC attualmente installato (mod. Oncor Expression). Tutti i lavori di progettazione, realizzazione, rifacimento/adeguamento degli impianti tecnologici a supporto (impianto di ventilazione e condizionamento, reti elettriche, rete idraulica, rete informatica, etc.) e quelli di sicurezza sono a carico dell'aggiudicatario al fine di garantire una installazione a regola d'arte del sistema elettromedicale richiesto;
 - Tutto quanto necessario per un immediato e pronto utilizzo.



Spett.le ARNAS G. Brotzu

Riscontro a consultazione preliminare di mercato ARNAS G. Brotzu - Fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di un sistema di Radiochirurgia e Radioterapia Stereotassica, da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'Arnas G. Brotzu.

Il sottoscritto _____ nato a Prov..... il
..... codice fiscale, nella sua
qualità di legale rappresentante della ditta, con sede in
_____, iscritta al registro imprese con il n.
_____, c.f. /p.iva _____, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Dichiara

- a. Di essere consapevole che la partecipazione alla presente consultazione preliminare di mercato non ingenera alcun affidamento, non assicura e non preclude l'ammissione successiva alla procedura di affidamento della fornitura, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura, non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, avrà facoltà di interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere o sospendere la procedura di prossimo avvio, senza alcuna responsabilità o pretesa aspettativa, né alcun diritto da parte degli operatori economici consultati. Ciò in quanto la presente consultazione preliminare non è finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ed il relativo avviso non costituisce un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico, ai sensi dell'art. 1989 c.c., né invito a proporre offerta o a partecipare a gara;
- b. Di manifestare la disponibilità a partecipare alla consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016, quale fase preliminare dell'avvio della procedura di affidamento della fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di un sistema di Radiochirurgia e Radioterapia Stereotassica, da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'Arnas G. Brotzu, per il reperimento delle informazioni utili alla predisposizione degli atti di gara;

c. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

A tal fine allega:

- Eventuale documentazione necessaria a dimostrare l'equivalenza della soluzione proposta in alternativa a quella richiesta;
- Copia del documento d'identità.

Data e firma _____