

Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in unione d'acquisto, per la fornitura di ecotomografi portatili e tablet, da destinare ai reparti Covid-19 delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna. Fondi RAS donazioni e atti di liberalità per contrastare l'emergenza Coronavirus in Sardegna. Codice progetto 2022_09 RAS_DONAZIONE PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA COVID, Autorizzazione di Budget BSPROG-2022-29. Lotto 1 Codice Cig 949781982E, Lotto 2 Codice Cig 9497824C4D.

FAQ

1. **Quesito:** Relativamente al requisito minimo di partecipazione alla gara e più nello specifico alla relazione da allegare al DGUE, chiediamo conferma che per il triennio, si faccia riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati 2019/2020/2021.

• **Risposta:** Il triennio è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando.

2. **Quesito:** Chiediamo conferma che, relativamente alla cauzione provvisoria, sia possibile emettere, nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, un'unica cauzione provvisoria con il dettaglio dei lotti di partecipazione

• **Risposta:** si conferma

3. **Quesito:** Chiediamo cortesemente l'invio dei modelli in formato editabile.

• **Risposta:** I documenti sono esclusivamente quelli pubblicati nella piattaforma Sardegna Cat.

4. **Quesito:** Si chiede di precisare l'orario di scadenza di presentazione della procedura poiché sono presenti difformità fra quanto indicato nel bando di gara e quanto visibile a portale;

• **Risposta:** la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 11.01.2023 alle ore 12:00

5. **Quesito:** Si chiede di avere una indicazione circa la previsione della data limite sia relativa all'aggiudicazione sia relativa alla stipula del contratto.

• **Risposta: Al momento non si è grado di indicare le tempistiche.**

6. **Quesito:** Considerato il termine ultimo per la presentazione dell'offerta fissato per il giorno 11.01.23, data a ridosso del periodo di chiusura aziendale legata alle festività natalizie, al fine di avere il tempo utile a produrre nostra migliore offerta tecnico-economica, siamo gentilmente a chiedere un differimento dei termini di scadenza della gara di almeno 7 giorni lavorativi.

• **Risposta: si conferma la data di scadenza indicata nel punto IV.2.2) del Bando GUUE**

7. **Quesito:** In riferimento al lotto 1 “caratteristiche tecniche minime”, pag. 15, “carrello di tipo medicale dedicato, che preveda l'alimentazione elettrica per almeno ulteriori due periferiche”, la Scrivente chiede al Vostro Spett.le Ente di confermare che, l'alimentazione elettrica integrata sul carrello per almeno due periferiche dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica dei dispositivi medici (a titolo esemplificativo non saranno accettati carrelli con ciabatte elettriche, prolunghe, batterie, UPS ... che non rendano nella sua interezza il carrello conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica dei Dispositivi Medici).

• **Risposta: La soluzione proposta dovrà essere conforme alle normative di sicurezza elettrica dei dispositivi medici.**

8. **Quesito:** In riferimento a pag. 13, Art. n. 7 – “Configurazione e Caratteristiche Tecnico/Funzionali Minime” dove viene indicato che: “le apparecchiature e le attrezzature offerte devono essere appropriate all’utenza, di elevato livello qualitativo e tecnologico, ed aggiornate con gli standard di sicurezza attualmente raggiungibili”, visto e considerato che il sistema dovrà garantire successive implementazioni sui sistemi stessi, la Scrivente chiede al Vostro Spett.le Ente di confermare che oltre le sonde convex, microconvex, phased array settoriali, lineari ed endocavitarie, dovranno essere supportate opzionalmente dai sistemi offerti (per quanto da voi sopra indicato) a titolo esemplificativo: transesofagea, intraoperatoria, laparoscopica il tutto onde garantire agli utilizzatori dei reparti il più ampio raggio di utilizzo nelle varie applicazioni cliniche richieste.

• **Risposta: Non si conferma.**

9. **Quesito:** In riferimento al lotto 1 “caratteristiche tecniche minime”, pag. 15, “carrello di tipo medicale dedicato, che preveda l'alimentazione elettrica per almeno

ulteriori due periferiche”, la Scrivente chiede al Vostro Spett.le Ente di confermare che, l'alimentazione elettrica integrata sul carrello per almeno due periferiche dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica dei dispositivi medici (a titolo esemplificativo non saranno accettati carrelli con ciabatte elettriche, prolunghe, batterie, UPS ... che non rendano nella sua interezza il carrello conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica dei Dispositivi Medici).

•**Risposta: Vedasi risposta al chiarimento n.7.**

10. **Quesito:** In riferimento a pag. 13, Art. n. 7 – “Configurazione e Caratteristiche Tecnico/Funzionali Minime” dove viene indicato che: “le apparecchiature e le attrezzature offerte devono essere appropriate all’utenza, di elevato livello qualitativo e tecnologico, ed aggiornate con gli standard di sicurezza attualmente raggiungibili”, visto e considerato che il sistema dovrà garantire successive implementazioni sui sistemi stessi, la Scrivente chiede al Vostro Spett.le Ente di confermare che oltre le sonde convex, microconvex, phased array settoriali, lineari ed endocavitarie, dovranno essere supportate opzionalmente dai sistemi offerti (per quanto da voi sopra indicato) a titolo esemplificativo: transesofagea, intraoperatoria, laparoscopica il tutto onde garantire agli utilizzatori dei reparti il più ampio raggio di utilizzo nelle varie applicazioni cliniche richieste.

•**Risposta: Vedasi risposta al chiarimento n.8.**

11. **Quesito:** In riferimento a pag. 16, “Presenza di funzioni di elaborazione delle immagini anche in post-processing, sulle modalità B- Mode, Color, Doppler”, la Scrivente chiede al Vostro Spett.le Ente di confermare come per la funzione ZOOM, che il sistema di post-processing dovrà essere sia su immagini congelate, clip da archivio ed in cine loop.

•**Risposta:Si conferma la specifica richiesta nel Capitolato Speciale.**

12. **Quesito:** In riferimento a pag. 40, “Tabella Punteggio Tecnico: ecografi portatili”, Sub-Criterio di Valutazione 1.11, la Scrivente chiede al Vostro Spett.le Ente di confermare che la capacità dell’hard disk richiesto dovrà essere interna al sistema portatile (no carrello) come da voi indicato a pag .16 delle caratteristiche tecniche minime “Memoria interna di tipologia SSD con capacità di almeno 500GB”

•**Risposta:Si conferma.**

13. **Quesito:** In riferimento a pag. 39, “Tabella Punteggio Tecnico: ecografi portatili”, Sub-Criterio di Valutazione 1.3, la Scrivente chiede al Vostro Spett.le Ente di confermare che la non presenza di un secondo display touch screen con funzione di console/pannello operativo per un controllo agevole delle principali funzioni non sarà considerata caratteristica pena l’esclusione.

•**Risposta:** Si conferma, la non presenza di un secondo display di tipo touchscreen con funzione di console/pannello operativo non sarà causa di esclusione.

14. **Quesito:** In riferimento al lotto 1 “caratteristiche tecniche minime”, pag. 15, “almeno due porte attive per sonde imaging (no pencil)” la Scrivente chiede al Vostro Spett.le di confermare che le due porte attive per sonde imaging (no pencil) dovranno essere integrate sull’ecografo portatile (non su carrello).

•**Risposta:** Non si conferma.