

**Oggetto: Procedura aperta informatizzata per il service di sistemi di disinfezione, armadi di stoccaggio e carrelli di trasporto di strumenti endoscopici flessibili per un periodo di quattro anni da destinarsi a diverse strutture dell'ARNAS "G. Brotzu". Codice CIG 9860002B0B.**

## FAQ

**Domanda:** Vista la tipologia della richiesta, chiediamo quale sia il margine di discostamento rispetto agli 8000 cicli/anno indicati nel capitolato. Chiediamo inoltre se in questi 8000 cicli sono inclusi anche i cicli di auto disinfezione che la apparecchiatura fa ogni giorno ed i cicli interrotti a causa di un errore.

**Risposta:** Scostamento + o - 20% come da norma.

Gli 8000 cicli richiesti in capitolato sono cicli completi effettivi, non sono compresi né quelli di auto disinfezione e tantomeno i cicli interrotti a causa di un errore.

**Domanda:** In riferimento alla gara in oggetto, Vi chiediamo di volerci inviare le piantine dei luoghi in formato DWG.

**Risposta:** gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati.

### **Domanda:**

- 1) SISTEMA DI ARMADI PER LO STOCCAGGIO DEGLI ENDOSCOPI, (punto 7 rilevazione in tempo reale di stoccaggio e asciugatura di ogni singolo strumento tramite led) si chiede, per il principio di equivalenza se è possibile offrire un armadio che tenga traccia di queste informazioni tramite schermo LCD e non led.
- 2) Si richiede se con il termine "sonde" proposte in gara si faccia riferimento agli endoscopi indicati nell'allegato A.
- 3) In riferimento all'ubicazione dell'armadio per la S.S.D. OSTETRICIA E GINECOLOGIA piano 3 Brotzu blocco 3, SI CONFERMA la sala vista durante il sopralluogo.

### **Risposta:**

- 1) Si conferma il principio di equivalenza.
- 2) Il termine sonda è un refuso, trattasi di endoscopi.
- 3) Quesito non chiaro.

### **Domanda:**

1. Si richiedono le planimetrie dei locali interessati.
2. A seguito di sopralluogo, si richiede se l'armadio di stoccaggio destinato al reparto di pediatria sia posizionabile in un altro sito oltre quello visionato

### **Risposta:**

Punto 1 – Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati.

Punto 2 – Si conferma il CSA

### **Domanda:**

1. con riferimento ai Requisiti di Idoneità Professionale previsti in Capitolato Speciale si chiede cortesemente di confermare che con "dichiarazione attestante la capacità economica finanziaria" è intesa la dichiarazione da rendere tramite DGUE con la compilazione della "Sezione B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA Punto 1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.." relativamente agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019/2021) o in alternativa di precisare cosa esattamente bisogna dichiarare con il documento richiesto;
2. sempre con riferimento ai Requisiti di Idoneità Professionale previsti in Capitolato ed in particolare alla richiesta di

allegare al DGUE n. 2 referenze bancarie, sottopongono le seguenti considerazioni: in ragione dei costi previsti per il rilascio delle referenze e di quelli già sostenuti per il sopralluogo obbligatorio, considerando che la capacità economica può essere dimostrata anche con altri mezzi di prova quali ad esempio i bilanci di esercizio, che contengono tutti gli elementi e gli indici finanziari utili alla verifica della capacità economica dell'operatore di far fronte alle obbligazioni nascenti da una commessa, Si chiede cortesemente di considerare valida per tutti i concorrenti la possibilità di presentazione in sostituzione delle referenze i Bilanci di esercizio 2019/2021 oppure di prevedere l'obbligo di presentare le referenze bancarie solo in capo all'aggiudicatario a comprova del requisito di capacità economico-finanziaria già precisato con l'autodichiarazione di cui al punto che precede. Ci preme inoltre evidenziare che anche il nuovo codice dei contratti, la cui entrata in vigore è prevista tra meno di 15 giorni, ha definitivamente stralciato tale documento tra i requisiti di carattere economico/finanziario.

**Risposta:** Si conferma il CSA.

**Domanda:**

1. in merito al sistema di tracciabilità si chiede la conferma che per tempo reale sia intesa la possibilità di poter consultare l'esito di ogni singola fase, in qualunque momento, a conclusione delle stesse.
2. si chiede conferma che verranno accettati, in merito agli armadi di stoccaggio e asciugatura, sistemi che presentano metodi alternativi di riscontro in tempo reale dello stato dell'endoscopio rispetto a quello riportato nel capitolato speciale tramite led. Come esempio, la possibilità di lettura in tempo reale dello stato dell'endoscopio dal display del dispositivo.

**Risposta:**

1. Si conferma.
2. V. art. 68 D. Lgs. n. 50/2016.

**Domanda:**

1. A pagina 4 del Disciplinare di gara, All'art. "Caratteristiche tecniche minime e configurazione minima delle apparecchiature" al punto 3 è riportato: "La destinazione d'uso deve prevedere specificatamente l'utilizzo in Endoscopia Digestiva e Chirurgia Pediatrica" La destinazione d'uso dei sistemi di reprocessing oggetto di fornitura ha lo scopo di inquadrare il loro campo di utilizzo e la classe di rischio secondo il Regolamento o la Direttiva dispositivi medici applicabile. La destinazione d'uso non è utilizzata per specificare il reparto/servizio ospedaliero a cui sono destinate le apparecchiature richieste. Si chiede pertanto di confermare che tale richiesta costituisca un refuso.

2. A pag. 6 del Disciplinare di gara, tra le caratteristiche di minima delle apparecchiature è richiesto: "Processo con utilizzo di acido peracetico con lavaggio a basso dosaggio (Descrivere l'uso, la quantità e la tipologia del disinfettante da utilizzare per ogni ciclo di lavaggio)" Si chiede di confermare che sia considerata idonea una proposta che preveda l'utilizzo di un agente sterilizzante differente dall'acido peracetico ma comunque equivalente sia da un punto di vista funzionale che di compatibilità.

3. A pagina 4 del Capitolato Speciale "Art. n. 3 Caratteristiche tecniche minime e configurazione minima delle apparecchiature" è richiesto:

"Sono inoltre incluse e a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario le convalide IQ, OQ e PQ"

Si chiede di confermare che le convalide PQ:

- a) siano da effettuare solo in fase di collaudo delle apparecchiature;
- b) dovranno essere effettuate da Azienda terza.

4. A pag. 9 del disciplinare di gara, all'Art. Funzionalità principali del sistema richiesto, relativamente al sistema di tracciabilità è richiesto: "Sistema corredato di appositi sistemi hardware e software (tra cui per esempio: pc, monitor, ecc.) necessari per la corretta gestione e consultazione dei dati inseriti". Si chiede di confermare che il server sarà messo a disposizione dall'Ente.

5. Si chiede di comunicare l'importo di eventuali spese di pubblicazione.

**Risposta:**

1. Si conferma.
2. V. art. 68 D. Lgs. n. 50/2016.
- 3 a. Si conferma la convalida solo in fase di collaudo.
- 3 b. Le convalide dovranno essere effettuate da Ditte che hanno le competenze per poterle fare, compresa la Ditta che installa.
4. NON SI CONFERMA.
5. V. art. 30 del CSA

**Domanda:**

In riferimento al posizionamento degli armadi di stoccaggio per gli endoscopi si chiede:

- a. Se debbano essere collocati al posto di quelli già esistenti nelle sale endoscopiche della SSD Endoscopia Digestiva del P.O. S. Michele e del P.O. Businco;
- b. Non essendo stata data indicazione precisa in merito all'ubicazione degli armadi nei locali nel Blocco Operatorio-SSD Ostetricia e Ginecologia, si chiede di indicare quale dovrà essere l'ubicazione definitiva. In particolare, durante il sopralluogo di gara, è stata indicata come probabile ubicazione la sala medici sita all'interno del Blocco Operatorio: anche in questo caso si chiede se l'armadio di stoccaggio dovrà essere collocato al posto di quello già esistente.

**Risposta:**

- a. Si conferma.
- b. Si conferma il CSA.

**Domanda:**

Durante il sopralluogo di gara alcuni quadri elettrici non sono risultati essere accessibili ed in alcuni di essi non erano presenti interruttori di riserva da cui poter derivare sottoquadri per l'alimentazione delle nuove apparecchiature. Si chiede di fornire indicazione esatta (incluse riserve ed amperaggio delle stesse) dei quadri elettrici da cui poter derivare i sottoquadri di alimentazione delle apparecchiature da fornire nella presente procedura.

**Risposta:**

Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati.

**Domanda:**

A pag. 9 del Capitolato Speciale di gara viene indicato che "Eventuali realizzazioni dei punti rete necessari per il funzionamento del sistema nella sua totalità, saranno a carico dell'Amministrazione." Invece, a pag. 2 dello stesso documento viene indicato che la realizzazione dei punti rete necessari al funzionamento della fornitura debba essere a carico dell'operatore economico. Si chiede di confermare che quest'ultima richiesta sia un refuso.

**Risposta:**

Sono a carico dell'Operatore Economico.