



adottata dal Commissario Straordinario in data 24 APR. 2015

Oggetto: Presa d'atto verbali della Commissione per la dichiarazione fuori uso apparecchi elettrici e attrezzature varie.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 24 APR. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott. ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Responsabile Servizio Acquisti Beni e Servizi:

- Premesso** che con le deliberazioni n. 414 del 08.11.1996, n. 27 del 28.11.2000 e n. 1056 del 14.05.2007 venivano emanate le procedure e le direttive per la dismissione e fuori uso dei beni mobili inventariali nel libro cespiti; riguardanti le apparecchiature sanitarie e non sanitarie;
- Considerato** che tali direttive derivano da disposizioni normative per l'inadeguatezza clinica funzionale (obsolescenza), verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni obsoleti, irrimediabili o riparabili ma con l'impiego di mezzi economici superiori al reale valore residuo delle apparecchiature;
- Vista** la delibera n. 2004 del 02.11.2014 di nomina della Commissione all'uopo individuata;
- Visti** i verbali della Commissione dal n. 1 al n. 17 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A fg. 17);
- Vista** la L.R. n° 10/1997;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di prendere atto dei verbali di fuori uso dal n. 1 al n. 17, sottoscritti dai componenti dell'apposita Commissione, così come indicato nei verbali stessi allegati al presente atto (All. A);

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 604 del 24 APR. 2015

2. di dichiarare fuori uso sulla base dei verbali della Commissione che attesta la non riparabilità e il non utilizzo delle attrezzature e apparecchiature diverse, oggetto del presente atto;
3. di disporre la cancellazione dal libro cespiti delle apparecchiature e attrezzature descritte nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si rimanda per maggior brevità espositive.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi:

Direttore Servizio Dott.ssa Agnese Foddis

Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Masciaci

Ass. Amm. vo Dott. ssa Francesca Cutrano

Ass. Amm. vo Nicola Tatti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliero-Asstoria

Allegato alla delibera n. 604
del 24 APR. 2015 n. 17

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 1

SC ANATOMIA PATOLOGICA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	STAMPANTE LASER	SAMSUNG	ML-2010	20646	BKCL203467E

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: trascriviamo carta consumato, riparazione antieconomica, ne dichiara il fuori uso. Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis	Presidente	
Dott.ssa Marinella Spissu	Componente	
Ing. Andrea Alimonda	Componente	
Sig.ra Linuccia Littera	Segretaria	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. " A " Pag. N. 2 di Fog. 14

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 2

SC ANESTESIA E TERAPIA ANTALGICA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO S.N.	MATRICOLA
1	1	POMPA DI CALORE	FUJITSU	ASY9RSE-W		4025992

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:
non riscalda, non reperibilità dei pezzi di ricambio, ne dichiara il fuori uso.
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linnuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. " A " Pag. N. 3 di Fig. 14

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 3

CENTRO PER LE MALATTIE DISMETABOLICHE

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	MONITOR PC	S700	PEI120T	25649	841CD34TH676
2	1	MONITOR PC	LG	CB777H-ML	29677	310WA19799
3	1	MONITOR PC	ALBATRON	L17AX	29699	17ASADEPA3900471

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: monitor non funzionanti e obsoleti, non in grado di fornire immagini nitide, ne dichiara il fuori uso. Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu





Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. " A " Pag. N. 4 di Fig. 17

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 4

CENTRO DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLO
1	1	TABLET	APPLE	IPAD 32GB	40514	DMP94563DFJ2

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: blocco tastiera, mancati accensione e spegnimento, non riparabile; ne dichiara il fuori uso.
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu





Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. n° A "Pag. N. 5 di 10" 14

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 5

CENTRO TRASFUSIONALE

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	TELEFONO CORDLESS	TELECOM	GIGASET	37961	N080940057Z
2	1	TELEFONO CORDLESS	TELECOM	SIEMENS	32306	N1107402DPU

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:
tastiera non funzionante, riparazione non conveniente, ne dichiara il fuori uso.
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu





Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. n° A Pag. N. 6 di Fig. 14

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 6

SC CHIRURGIA GENERALE

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	LAVATRICE (LAVAZZOCOLI)	BOSCH	MAXX7 ACQUA	21859	FD8702 100655
2	1	MACCHINA SCALDA FLUIDI RIS	HAEMONETTI		3077	1315V-I

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:
lavatrice malfunzionante e riparazione antieconomica, scaldafiumidi obsoleto e non più utilizzabile, ne dichiara il fuori uso.
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu





Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieroIriozu

ALL. "A" Pag. N. 7 di Fig. 14

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 7

UO DIABETOLOGIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLO
1	7	SCHEDARI A 4 CASSETTI	OLIVETTI SYNTESIS		29588-29591-29592-29590- 29593-29589-29564	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: materiale obsoleto, ne dichiara il fuori uso.
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu


Componente


Ing. Andrea Alimonda


Componente


Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria











REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliere Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 8 di Fg. 17

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 8

SSD DIALISI ACUTI

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	CARROZZINA PER TRASPORTO PAZIENTI	INVALCARE		37696	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:
ruote anteriori malfunzionanti, riparata più volte, struttura ruote non garantisce incolumità paziente, ne dichiara il fuori uso.
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linnuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliere Brotzu

ALL. "A" "Pag. N. 9 di Fig. 14"

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 9

SSD EMODIALISI CRONICI

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLO
1	1	TELEFONO CORDLESS	TELECOM	AKROPOLIS	37026	N050940120C

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: tastiera usurata e malfunzionante, riparazione non conveniente, ne dichiara il fuori uso.
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu





Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 10 di Fg. 1*

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 10

LABORATORIO ANALISI

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLO
1	1	FREEZER	FIOCCHETTI	AM700STD	29460	99001014

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:
materiale malfunzionante, non mantiene la temperatura impostata, non reperibilità dei pezzi di ricambio, riparazione antieconomica, ne dichiara il fuori uso.
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBiorizu

ALL. n° 1 "Pag. N. 11 di Fig. 17

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 11

SC MEDICINA 2

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Siggg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	MONITOR	SAMSUNG	S/NCMASTERB1940	40184	NFLUHMDZCO2552W
1	1	CARROZZINA PIEGHEVOLE PER TRASPORTO PAZIENTI	INVACARE	ATLAS LITE BASIC	38934	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: monitor non funzionante, si spegne, sedile carrozzina rotto e non riparabile, ne dichiara il fuori uso. Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBiorizu

ALL. "A" "Pag. N. 12 di Fig. 17"

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 12

SSD NEONATOLOGIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	INVENTARIO
1	1	CARRELLO FARMACI		25490
2	18	SEDIE		S.N.
3	1	ARMADIO PER DISPOSITIVI MEDICI		13679
4	1	ARMADIETTO PER FARMACI		13706
5	1	MOBILE BASSO ACCIAIO		13744
6	5	FASCIATOI NEONATO		13716/13662/13715/13692/13672
7	1	PARETE CUCINA (LAVELLO/SCOLAPIATTI)		13779
8	2	CULLE TRASPORTO NEONATO	GINEVRI	S.N.
9	4	CARRELLI PER TRASPORTO MATERIALE		16623/16622 (N.2 S.N.)
10	30	CULLE NEONATO		13752/13739/26065/13726/13725/13722/25058/13750/25059/13729/25057/
	24	CARRELLI CULLE NEONATO		13753/25063/13755/ (IL RESTO S.N.)
11	6	TAVOLI	AF&F	13677/25332/26382/13658/13678/13851/

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:
attrezzature varie non funzionanti e obsolete, riparazione non conveniente, ne dichiara il fuori uso.
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBiorizu

ALL. "A" "Pag. N. 13 di Fig. 17"

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 13

SSD NEURORIABILITAZIONE

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	CARROZZINA	INVACARE	ACTON3		
2	1	SITEMA POSTURALE	SOPUR	EASY 160		
3	1	SISTEMA POSTURALE	NUOVA BANDINO	G2220		
4	2	CORDLESS	TELECOM	HANDY MEMO	21686/21687	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:
materiale obsoleto, rotto e non riparabile, cordless non funzionanti, riparazione antieconomica, ne dichiara il fuori uso.
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu


Componente


Ing. Andrea Alimonda


Componente


Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria











REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. n° 14 "Pag. N. 14 di Fig. 17"

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 14

SC OCULISTICA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	POLTRONA LETTO OPERATORIO	CASTELLINI	THESIS2	22761	OOACAD
2	1	STAMPANTE	CANON	PIXIMA IP6220D	34976	U10072-5002

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: materiale obsoleto e non più a norma per le manovre del rianimatore, non più utilizzabile, ne dichiara il fuori uso. Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBiorzu

ALL. A *Pag. N. 15 di Fig. 17

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 15

SC RADIOLOGIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	MONITOR MULTIPARAMETRICO PER RM	DATEX OHMEDA	SS	15281/15282	4732378/4545643
2	2	PORTATILE PER RADIOGRAFIA	GENERAL ELECTRIC	VMX	E 24653/ E2715	A5215910/ A5215911

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: monitor con diversi malfunzionamenti, obsoleto, non riparabile; portatili per radiografia non funzionanti e obsoleti, riparazione antieconomica, ne dichiara il fuori uso.

Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMIA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBriotzu

ALL. A *Pag. N. 16 di Fig. 17

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 16

SC CARDIOLOGIA UTIC

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO S.N.	MATRICOLA
1	1	MONITOR	SAMSUNG	732N		PE17HMCPPB031575

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:
materiale non più utilizzabile, ne dichiara il fuori uso.
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu





Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" "Pag. N. 17 di Fig. 17

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 17

CENTRALINO

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	FRIGORIFERO	IGNIS	VD137-S172	15860	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: evaporatore rotto, maniglia e cassetta di scarico condensa rotti, riparazione antieconomica, non reperibilità pezzi di ricambio, ne dichiara il fuori uso. Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria