

Deliberazione 218adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 10 FEB. 2016**Oggetto:** Sostituzione modelli Ventilatori per la S.C. Radiologia. Deliberazione n. 1697/2015.Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 FEB. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

*Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi***RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,  
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;**PREMESSO** che con deliberazione n. 1697 del 30.09.2015 è stata è stata aggiudicata la fornitura di n. 2 Ventilatori per anestesia per la S.C. Radiologia (Sala Angiografica e Sala Risonanza Magnetica) alla Ditta G.E. Healthcare al corrispettivo di € 39.997,00 più Iva, per un importo complessivo di € 48.796,34 Iva compresa, da imputare ai finanziamenti di cui al Piano Investimenti Anno 2012;**ACQUISITA** la nota rif. 15/820/ITO/me del 12.10.2015 (All. "A" fg. 3) con cui la Ditta G.E. Healthcare ha proposto la sostituzione, alle medesime condizioni economiche, dei Ventilatori aggiudicati con nuovi modelli superiori alle versioni precedenti;**DATO ATTO** che i Direttori delle SS.CC. Anestesia e Radiologia hanno espresso parere favorevole alla sostituzione in argomento, come da annotazione in calce alla succitata nota rif. 15/820/ITO/me del 12.10.2015 della Ditta G.E. Healthcare;**RITENUTO** pertanto di autorizzare la proposta di sostituzione dei n. 2 Ventilatori per anestesia aggiudicati alla Ditta G.E. Healthcare con i nuovi modelli descritti nella nota rif. 15/820/ITO/me del 12.10.2015, alle medesime condizioni economiche;**VISTI** il D.Lgs n. 163/06 e il D.P.R. n. 207/2010;**CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;**DELIBERA**

per i motivi esplicitati in premessa, di autorizzare la proposta di sostituzione dei n. 2 Ventilatori per anestesia aggiudicati con deliberazione n. 1697/30.09.2015 alla Ditta G.E. Healthcare con i nuovi modelli descritti nella nota rif. 15/820/ITO/me del 12.10.2015, alle medesime condizioni economiche.

**Il Direttore Amministrativo**

Dr.ssa Laura Balata

**Il Direttore Sanitario**

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

**Il Commissario Straordinario**

Dr.ssa Graziella Pintus

Dir. S.C. Acq. Beni e Servizi Dott.ssa A.Foddis  
Resp. Sett. Acquisiz. Beni - P.I. Dott.ssa A.M.Marongiu



ALL A alla delib. n. 218  
del FEB. 2016 (fg. n. 3)

GE Healthcare

Via Galeno 36  
20126 Milano  
Italia

T +39 02 26001111  
F +39 02 26001199

**Spettabile**  
**Azienda Ospedaliera G. Brozto**  
**Piazzale A. Ricchi 1**  
**09134 Cagliari**

MILANO, 12/10/2015  
Ns. rif. Ns. rif. 15/820/ITO/me

**OGGETTO: Approvazione aggiudicazione acquisto in economia per la fornitura Ventilatori per la S.C. Radiologia Piano Investimenti anno 2012. CIG 5349627BD8. Vostra Delibera n. 1697 del 30/09/2015**

Facendo seguito alla Vs Delibera in oggetto e alla Vs. comunicazione prot. n. PG/2015 0019003 del 05/10/2015, si comunica quanto segue:

- per esigenze di riorganizzazione aziendale infragruppo, con atto a rogito del notaio Ubaldo La Porta., rep n. 37387, iscritto al Registro Imprese di Milano in data 28/10/2014 la società GE Healthcare Clinical Systems s.r.l., che aveva partecipato alla procedura, è stata oggetto di una fusione per incorporazione ed è stata così interamente inglobata nella società scrivente GE Medical Systems Italia Spa ("Operazione") e l'Operazione, in ossequio all'art. 2504 bis, co. 2, c.c., ha avuto efficacia dal 1/11/2014;
- a gennaio 2014 è stata annunciata la fine commercializzazione del ventilatore Avance base e che a marzo 2014 è stata annunciata la fine commercializzazione del modulo respiratorio E-CAIOv. e che quindi la fornitura di cui al provvedimento in oggetto verrà completata con i modelli superiori Avance CS2 e E-sCAIOv alle medesime condizioni economiche.  
Inoltre comunichiamo che nel settembre 2015 è stato lanciato il monitor PROCARE B40 versione 3 superiore rispetto alla versione precedente, e che nel 2014 è stato lanciato il nuovo modello di carrello per Aespire View, superiore rispetto al precedente. La fornitura di cui al provvedimento in oggetto verrà completata con queste ultime release software/hardware alle medesime condizioni economiche.

Avance CS2 presenta le stesse caratteristiche di Avance, con le seguenti migliorie:

- Display da 15" a colori, touchscreen per la gestione e la visualizzazione dei parametri ventilatori. Inclinatori ed orientabili. Visualizzazione di 3 curve in contemporanea, parametri numerici, 1 loop di spirometria (PV, FV o PF).
- Modalità ventilatoria aggiuntiva SIMV-PCVG (SIMV in pressione con garanzia di volume con supporto di pressione)
- Carrello dotato di 4 ruote piroettanti, frenate tramite unico pedale anteriore; ampio spazio di lavoro con possibilità di avere superficie metallica per una migliore pulizia, illuminato da una luce regolabile tramite dimmer; ulteriore ripiano superiore possibilità di avere superficie metallica per una migliore pulizia
- Modulo gas E-sCAIOv: Modulo gas di ultima generazione a uno spazio con ridotto flusso di campionamento, e dotato di spirometria paziente per la rilevazione di loop e misure di compliance e resistenza tramite sensore prossimale



AespireView 3rd edition presenta le stesse caratteristiche di Aespire View.

B40v3 presenta le stesse caratteristiche di B40, con le seguenti migliorie:

- Possibilità di implementare opzionalmente i seguenti moduli: modulo gas sCAIO, N-CAIO e modulo Entropia (non inclusi)

Nell'ordine di fornitura i codici indicati nella Ns offerta rif. G/8255/13/EM del 14/10/2013 dovranno essere sostituiti dai seguenti codici:

SISTEMA PER ANESTESIA PER SALA ANGIOGRAFICA		
Cod.	Descrizione	Q.tà
1009-9050-000	<p><b>SISTEMA PER ANESTESIA MODELLO AVANCE CS2 COMPOSTO DA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- M1231557 Carrello Avance CS2 con alloggiamento 2 vaporizzatori</li><li>- M1231751 Manuali e software italiano</li><li>- M1231596 Configurazione italiana Avance CS2</li><li>- M1231576 Canale N2O</li><li>- M1231677 Modulo ingresso AC 230V/CEE 7/7 con 4 prese ausiliarie isolate</li><li>- M1231768 Alloggiamento per modulo gas Carescape Respiratory Module</li><li>- 1009-8219-000 Uscita ausiliaria gas freschi ACGO</li><li>- 1009-8159-000 Supporto pallone manuale regolabile</li><li>- M1056979 Maniglia lato destro</li><li>- M1231688 Software modalità Pressometriche (VCV, PCV e PCV-VG )</li><li>- M1231689 Software modalità Spontanee (SIMV e PSVPro)</li><li>- M1231770 Sistema evacuazione gas per sistemi attivi</li><li>- SPECIALS Set prolunghe gas</li><li>- SPECIALS Tubo evacuazione</li><li>- M1184858 Modulo respiratorio CO2, O2, N2O, identificazione automatica AA, e spirometria CARESCAPE E-SCAiOV</li><li>- 8003138 Set canestri monouso per ABS (Conf.6pz)</li><li>- M1093632 ABS startup kit, adulti, monouso</li><li>- 8004381 Kit spirometria, 2 m (Conf.20 pz)</li></ul>	1



SISTEMA PER ANESTESIA COMPLETO DI MONITOR EMODINAMICO PER SALA RM		
Cod.	Descrizione:	Q.tà
1009-9212-000	<b>SISTEMA PER ANESTESIA MODELLO Aespire View COMPOSTO DA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1009-8103-000 Configurazione italiana Aespire</li><li>- 2082430-001 AESPIRE VIEW CARRELLO, 3RD ED</li><li>- 1009-8159-000 Supporto pallone manuale regolabile</li><li>- 2084963-IT Aespire View 7900 system software - Italiano</li><li>- M1167854 Modalità Ventilatorie Complete (VCV, PCV, PCV-VG, SIMV con PSV, SIMV-PC, PSVPro)</li><li>- 1009-8168-000 Supporto sx per display ventilatore</li><li>- 1009-8181-000 Braccetto reggicavi</li><li>- 1009-8175-000 Sistema evacuazione gas per sistemi attivi</li><li>- M1167844 Modulo alimentazione AC con cavo CEE 7/7 da 5 metri</li><li>- M1167886 Doppi flussimetri O2, N2O e Aria</li><li>- 1009-8012-000 Flussometro ausiliario</li><li>- 8003138 Set canestri CO2 monouso per ABS (Conf.6pz)</li><li>- M1093632 ABS startup kit, adulti, monouso</li><li>- SPECIALS Set prolunghe gas</li><li>- SPECIALS Tubo evacuazione</li></ul>	1
2600040-003	<b>MONITORAGGIO EMODINAMICO MODELLO B40V3 COMPOSTO DA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2060600-005 B40V3</li><li>- 2084022-001 Unita base B40 V3 con SpO2 GE</li><li>- 2084022-093 Localizzazione B40V3 per Paesi non 510K</li><li>- 2084022-013 Italian Language</li><li>- 2084022-040 B40 V2 con Temp</li><li>- 2084022-109 Rack estensione per B40 V2, con spazio per modulo E</li><li>- MiniC- Modulo vie aeree (solo CO2)</li><li>- 2084022-120 Cavo alimentazione presa EUR (Schuko)</li><li>- 2084022-182 Kit accessori, ECG 5 poli IEC, SpO2 GE TruSignal, NIBP adulto, Temperatura</li><li>- 2084022-088 No rete per B40</li><li>- 2064022-165 Una batteria ricaricabile agli ioni di litio</li></ul>	1

Cordiali saluti

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA  
Consigliere  
Mirella Gariboldi

*Si esprime parere favorevole*

*[Signature]*

*[Signature]*