



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 24 GEN. 2018

**OGGETTO:** Affiancamento di cui alla delibera n. 2226 del 24.11.2017 relativa alla fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari, protesi valvolari ed introduttori destinati al Servizio Farmacia del P.O. "San Michele". Ditta Prodifarm Spa.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 25 GEN. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

**SU** proposta del Servizio del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

**RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,  
le LL.RR. n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;

**PREMESSO** che con deliberazione n. 2226 del 24.11.2017 è stato autorizzato il riaffidamento agli originari contraenti, per sei mesi, della fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari, protesi valvolari ed introduttori destinati al Servizio Farmacia del P.O. "San Michele", a favore, tra le altre, della Ditta Prodifarm Spa, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara in unione d'acquisto di cui l'Azienda Ospedaliera G.Brotzu è capofila;

**ACQUISITA** la nota prot. n. 2322 del 15.12.2017 (All. "A" pag. 4) con la quale il Direttore del Servizio Farmacia ha trasmesso la proposta di affiancamento della Ditta Prodifarm Spa, del materiale in argomento, con una nuova gamma di endoprotesi vascolari toraciche alle medesime condizioni economiche di cui alla succitata delibera;

**DATO ATTO** che il Direttore della S.C. di Chirurgia Toraco - Vascolare ha espresso parere favorevole in calce alla succitata nota;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare l'affiancamento proposto dalla Ditta Prodifarm Spa;



-2-

**VISTI** il D.lgs. n° 163/06, e le LL. RR. n° 10/97 n° 05/07;  
**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**D E L I B E R A**

1. per i motivi esplicitati in premessa, di autorizzare l'affiancamento del materiale in argomento con una nuova gamma di endoprotesi vascolari toraciche, a favore della Ditta Prodifarm Spa, alle medesime condizioni economiche di cui alla deliberazione n. 2226 del 24.11.2017, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara in unione d' acquisto di cui l'Azienda Ospedaliera G.Brotzu è capofila.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott.ssa Laura Balata**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

**Dott. Vinicio Atzeni**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott.ssa Graziella Pintus**



Prot. 2322 del 15/12/17

Al Direttore Servizio ABS

NP/2017/11376  
15/12/2017

**Oggetto: affiancamento protesi vascolari ditta Prodifarm delibera 319/2010.**

Si trasmette il parere favorevole dell'utilizzatore per l'affiancamento delle protesi vascolari di cui alla delibera originaria in oggetto.

**Allegati:**

1. Proposta di affiancamento con parere favorevole dell'utilizzatore

Cordiali saluti.

Il Direttore SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

Dott. Paolo Serra

FARMACIA  
29 NOV. 2017  
PERVENUTO

farmacia

AO BROTZU

PG/2017/26547 del 23/11/2017 ore 12,26

Mittente PRODIFARM SPA

Assignatario SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI



Spett.le

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

c.a. Serv.acquisti: Dott.ssa Foddis

Reparto Chirurgia Toraco Vascolare:

Dott. Camparini

Serv.Farmacia: Dott.ssa Pellecchia

Sassari, 20/11/2017

PERVENUTA IN FARMACIA		
11	4 NOV. 2017	✓
Prot. N. 2182		

Prot. 75/mc

Oggetto: Affiancamento prodotti

In riferimento alla P.A. per la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari e protesi valvolari per anni due con opzione per un altro anno delibera di aggiudicazione 319 del 04.03.2010 e successivi rinnovi, con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che siamo disponibili, in via del tutto eccezionale e visti i buoni rapporti che intercorrono ormai da anni, ad effettuare gli affiancamenti di seguito precisati al prodotto offerto nel rif. 5-f fino alla scadenza del contratto in essere.

Al dott.  
S. Camparini  
per parere tecnico  
nell'affiancamento  
proposto

Parere  
fornire

- Prodotto offerto  
Endoprotesi vascolare toracica GORE CTAG lunghezza 10 cm  
Prodotto in affiancamento  
Endoprotesi vascolare toracica GORE CTAG lunghezza 10 cm  
con Active Control System (TGM)

- Prodotto offerto  
Endoprotesi vascolare toracica GORE CTAG CONFORMABLE  
lunghezza 15 cm + configurazioni coniche da 10 cm  
Prodotto in affiancamento  
Endoprotesi vascolare toracica GORE CTAG lunghezza 15 cm +  
configurazioni coniche da 10 cm  
con Active Control System (TGM)

- Prodotto offerto  
Endoprotesi vascolare toracica GORE CTAG CONFORMABLE  
lunghezza 20 cm  
Prodotto in affiancamento  
Endoprotesi vascolare toracica GORE CTAG lunghezza 20 cm  
con Active Control System (TGM)

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
CAGLIARI

07100 - SASSARI - CHIRURGIA TORACO-VASCOLARE  
Z.I. Fredda Niedda Nord - Tel. 070269531 Fax 070269532  
07100 - SASSARI - DR. STEFANO CAMPARINI  
Viale Trento, 86 - Tel. 070-5488105 Fax 070-482683

www.prodifarm.com - info@prodifarm.com

Capitale sociale euro 1.000.000,00  
Iscrizione Ceina N.56447 Sassari - Reg.Imprese Ssd64 N.2401 Cod.Fisc.P.Iva 00138660907

*Per codici, misure e numeri repertorio, vedasi catalogo allegato.*

Questi affiancamenti saranno effettuati alle medesime condizioni indicate in offerta, quindi senza alcun onere aggiuntivo per il Vs. Ente.

Certi di averVi fatto cosa gradita, restiamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti saluti.


*Prodifarm SpA*

**GORE® TAG® Conformable Thoracic Stent Graft with ACTIVE CONTROL System (TGM)**

CND: P07040199

NUMERO DI CATALOGO	RDM	DIAMETRO PROSSIMALE (mm)	DIAMETRO DISTALE (mm)	LUNGHEZZA ENDO-PROTESI (cm)
TGM212110E	1571346/R	21	21	10
TGM262110E	1571318/R	26*	21	10
TGM262610E	1571349/R	26	26	10
TGM282810E	1571352/R	28	28	10
TGM282815E	1571353/R	28	28	15
TGM312610E	1571319/R	31*	26	10
TGM313110E	1571355/R	31	31	10
TGM313115E	1571356/R	31	31	15
TGM313120E	1571357/R	31	31	20
TGM343410E	1571358/R	34	34	10
TGM343415E	1571359/R	34	34	15
TGM343420E	1571360/R	34	34	20
TGM373710E	1571361/R	37	37	10
TGM373715E	1571362/R	37	37	15
TGM373720E	1571363/R	37	37	20
TGM404010E	1571364/R	40	40	10
TGM404015E	1571365/R	40	40	15
TGM404020E	1571366/R	40	40	20
TGM454510E	1571367/R	45	45	10
TGM454515E	1571368/R	45	45	15
TGM454520E	1571314/R	45	45	20

\* Conicità



Il nuovo GORE® TAG® Conformable Stent Graft Toracico con ACTIVE CONTROL System è un prodotto di ultima generazione che associa la comprovata conformabilità dell'attuale endoprotesi toracica conformable GORE® TAG® con un sistema di rilascio avanzato, che consente di ottenere risultati predittivi per i pazienti mediante la precisione e il controllo del posizionamento. La protesi è disponibile nei diametri compresi tra 21 e 45 mm, per consentire il trattamento di pazienti con diametro aortico di 16-42 mm. Le protesi sono anche disponibili con configurazioni coniche. L'introduttore GORE® DrySeal Flex è disponibile separatamente.



AT2722-IT10  
Confidential Information

Telefono: 045 6209336  
Fax: 045 6209343

versione: 01.01.2017  
aggiornamento: 06.07.2017