

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 07 FEB. 2018

Oggetto: Fornitura di Radioimmunodiagnostici e servizi accessori destinati alla SSD di Servizio Qualità in Radiochimica / Laboratorio Vitro. Anni 3 con opzione di rinnovo per anni 2. Lotto n. 4 – Recesso dal contratto tra AOBrotzu - ditta Omnia Diagnostics.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 09 FEB. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i> Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott.ssa Graziella Pintus Dott.ssa Laura Balata Dott. Vinicio Atzeni
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

- RICHIAMATI**
- il D.lgs n° 502/92 e s.m.i.
 - le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
 - il D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni);
 - il DPR 207/2010, per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016, art. 217, comma 1, lett. u);
- VISTA** la delibera n. 2042/2017, avente ad oggetto l'aggiudicazione della Procedura di ga aperta per fornitura di Radioimmunodiagnostici e servizi accessori destinati alla SSD di Servizio Qualità in Radiochimica/Laboratorio Vitro, per il periodo di 3 anni con opzione di rinnovo per 2;
- ATTESO**
- che il lotto n. 4 (Testosterone RIA), veniva aggiudicato in favore della OMNIA Diagnostics, per l'importo lordo annuale di € 3.720,00 e triennale di € 11.160,00;
 - che il contratto con la citata ditta veniva stipulato nelle forma della lettera commerciale acquisita al protocollo aziendale PG/2017/24358 del 31/10/2017;
- ACQUISITA** la successiva nota prot. n. 342 del 11/01/2018 (**All. A, pag. 1**), a mezzo della quale la Responsabile della Struttura utilizzatrice (SSD Servizio Qualità in Radiochimica / Laboratorio vitro), comunica che, per errore di trascrizione nella procedura di gara in fase di valutazione tecnica, è stata erroneamente riportata la conformità del materiale offerto dalla ditta Omnia relativamente al lotto n. 4, pur non soddisfacendo, lo stesso materiale, i requisiti richiesti in capitolato;
- TENUTO CONTO** pertanto, che in ragione del sopra specificato errore sostanziale, è stato aggiudicato in favore della ditta Omnia un prodotto non conforme, per caratteristiche tecniche fondamentali, a quanto richiesto a pena di esclusione in capitolato di gara;
- RILEVATA** la necessità di annullare la fornitura del lotto in esame e/o l'inopportunità di proseguire il rapporto contrattuale con la ditta Omnia relativamente alla fornitura del prodotto in esame;
- CONSIDERATO** che, per costante e uniforme Giurisprudenza, qualora la P.A., dopo la stipula del contratto di appalto, accerti sopravvenute ragioni di inopportunità nella prosecuzione del rapporto negoziale, non può utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione, ma deve esercitare il diritto potestativo di recesso regolato dall'art.109 D.lgs. n. 50/2016;



- CONSIDERATO** altresì, che ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, e come previsto all'art. 20 del Capitolato speciale, l'Azienda ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto in esecuzione, fermo restando l'obbligo di preavviso scritto di 20 giorni nei confronti della aggiudicataria e il diritto della stessa al pagamento delle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- RITENUTO** per quanto sopra riportato, di dover esercitare il diritto di recesso dal contratto in essere stipulato con la ditta OMNIA (lettera commerciale PG/2017/24358 del 31/10/2017), con riguardo al lotto di gara n. 4, previa comunicazione con preavviso di venti giorni nei confronti della ditta stessa, e fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- VISTA**
- la legge 241/1990, art. 21 sexies;
 - il combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c.;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di esercitare il diritto potestativo di recesso dal contratto stipulato con la ditta OMNIA (lettera commerciale PG/2017/24358 del 31/10/2017), avente ad oggetto il lotto n. 4 (Testosterone RIA) della fornitura di Radioimmunodiagnostici e servizi accessori destinati alla SSD di Servizio Qualità in Radiochimica / Laboratorio Vitro, previa comunicazione con preavviso di venti giorni nei confronti della ditta stessa, e fatto salvo il pagamento in favore della stessa ditta delle prestazioni già eseguite.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vincio Atzeni

Il Direttore Generale

Dr.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu

Coll. Amm. – Dott. Andrea Casu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. A Pag. N. 1 di Fg. 1

SSD Servizio Qualità in Radiochimica/Laboratorio Vitro

Dipartimento Immagini

Laboratorio RIA
tel./fax 070-539-588
Responsabile : 070-531341
e-mail: simonettaledda@aob.it

Prot. 342 /18

Al Direttore Farmacia AOB
Al Direttore SC Aquisizione Beni e Servizi
SEDE

Oggetto : richiesta rettifica delibera di aggiudicazione gara RIA per il Lotto 4

In riferimento alla delibera di aggiudicazione della gara RIA n. 2042 del 25/10/2017, si chiede una rettifica relativa al solo Lotto 4 Testosterone-RIA in quanto per errore di trascrizione nella compilazione del verbale non è stata riportata la non conformità del materiale in oggetto che non soddisfa il requisito , sotto riportato, richiesto in capitolato relativamente alla sensibilità dichiarata dal produttore pari a 0.05 ng/ml

Lotto 4	Metodica con valori normali per bambini prepuberi se disponibili. Metodica ultrasensibile, primo punto della curva standard $\leq 0,1$ ng/ml, sensibilità analitica minima 0,02 ng/ml .
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulteriore non conformità è rappresentata dalla mancanza, in metodica, dei valori minimi di riferimento per le "donne", segnalati come non disponibili in metodica e motivo per il quale è stata esclusa un'altra ditta partecipante.

Il Responsabile SSD Servizio Qualità in Radiochimica/Laboratorio Vitro
Dr. Simonetta Ledda

Cagliari, 11 gennaio 2018

