

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 24 APR. 2018

Oggetto: Fornitura di Ablazioni Intracardiache per la SC Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia del PO San Michele. Ditte Artemide, Biotronik, Boston Scientific, Medica e Prodifarm. Spesa complessiva semestrale pari a € 93.650,00+IVA. CIG 7454447444.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 27 APR. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i>	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- PREMESSO** che, con deliberazione n. 1103/2017, è stata affidata la fornitura di Ablazioni Intracardiache per la SC Cardiologia del PO "San Michele" per un periodo di un anno, per un importo complessivo semestrale di € 94.950,00=Iva esclusa;
- VISTA** la nota n. 765 del 30.03.2018 (All. "A" fg. 1), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha richiesto il riaffidamento per mesi sei agli originari contraenti del contratto di cui alla suddetta delibera, nelle more dell'aggiudicazione della gara in Unione d'Acquisto CND J01, di cui questa Azienda Ospedaliera è individuata quale Capofila;
- PRESO ATTO** che si rende necessario, al fine di assicurare la continuità assistenziale, riaffidare agli attuali contraenti la fornitura in argomento, per mesi sei, nelle more dell'espletamento della suddetta gara regionale in fase di individuazione dei componenti della Commissione al fine di dare inizio alle procedure di valutazione delle offerte ricevute;
- ATTESO** quindi che si è proceduto a richiedere offerta migliorativa per le vie brevi a tutte le Ditte affidatarie;
- CONSIDERATO** che unicamente la Ditta Prodifarm, Medica e Boston Scientific hanno risposto presentando la loro offerta (All. "B" fg. 14);
- RITENUTO** pertanto necessario, per garantire la continuità assistenziale, riaffidare agli originari contraenti la fornitura di Ablazioni Intracardiache per la SC Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia del PO San Michele di cui alla delibera n. 1103/2017, per mesi sei, nelle more della aggiudicazione della gara in Unione d'Acquisto CND J01 di cui questa Azienda Ospedaliera è individuata quale Capofila, attualmente nella fase di individuazione dei componenti della Commissione al fine di dare inizio alle procedure di valutazione delle offerte ricevute, per una spesa complessiva semestrale di € 93.650,00=Iva esclusa;
- VISTI** il D.Lgs n.50/16 e il D.P.R n. 207/2010;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

segue deliberazione n. 942 del 24 APR. 2018

- Di riaffidare, per garantire la continuità assistenziale, agli originari contraenti la fornitura di Ablazioni Intracardiache per la SC Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia del PO San Michele di cui alla delibera n. 1103/2017, per mesi sei, nelle more della aggiudicazione della gara in Unione d'Acquisto CND J01 di cui questa Azienda Ospedaliera è individuata quale Capofila, attualmente nella fase di individuazione dei componenti della Commissione al fine di dare inizio alle procedure di valutazione delle offerte ricevute, per una spesa complessiva semestrale di € 94.950,00=iva esclusa, così come sottodescritto:

Ditta	Lotto.	Q.TA' mesi sei	IMP. UNIT.+IVA	IMP. MESI SEI.+IVA
Prodifarm	1	25	€ 1.200,00	€ 30.000,00
Boston	2	2	€ 1.050,00	€ 2.100,00
	3	10	€ 1.050,00	€ 10.500,00
	8	2	€ 1.650,00	€ 3.300,00
Biotronik	4	5	€ 850,00	€ 4.250,00
	7	10	€ 640,00	€ 6.400,00
Medica	5	5	€ 4.700,00	€ 23.500,00
	6	2	€ 2.300,00	€ 4.600,00
Artemide	9	25	€ 360,00	€ 9.000,00
			tot imp.	€ 93.650,00

- di dare atto che la suddetta spesa complessiva semestrale di € 93.650,00=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto A501010601 – Centri di Costo 080130 Cardiologia_Sala Pace Maker;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu

Rif. M.E.



Prot. 765 del 30/03/2018

Al Direttore Servizio ABS

NP/2018/2311
03/04/2018**Oggetto: estensione DL 1103 del 31/05/2017 -sistemi di ablazione cardiaca-**

Nelle more della gara regionale con CND J01 si richiede estensione della delibera in oggetto per ulteriori mesi sei.

Spesa presunta € 95.710,00 + IVA

Allegati:

- DL 1103 del 31/05/2017 (ultima estensione)

Cordiali saluti.


Il Direttore SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

Dott. Paolo Serra

Spett.le
Azienda Ospedaliera
"G. Brotzu"
Servizio Acquisti Beni e Servizi
Piazzale Alessandro Ricchi, 1
09134 - CAGLIARI

Cagliari, 11.04.2018

Prot. 49SM/mgt

Oggetto: Vs. lettera prot. PG/2018/8955 M.E. 10.04.2018.

In riferimento alla Vs. lettera citata in oggetto, riaffidamento semestrale contratto per la fornitura di ablazioni intracardiache per la S.C. di Cardiologia P.O. S. Michele Codice CIG 744500547B, facciamo presente che non siamo in grado di formulare offerta migliorativa in quanto i prezzi sono già scontati come di seguito indicato:

LOTTO 1 elettrocateri Therapy Cool Flex nei seguenti codici

- cod. A088015
- cod. A088016
- cod. A088017
- cod. A088018

Prezzo di listino € 2.500,00 - (duemilacinquecento/00)

sconto applicato 52% (cinquantaduepercento)

Prezzo offerto Cad.pz. € 1.200,00 (milleduecento/00) + iva 22%

Prodotto in affiancamento (ns. prot. 86SM/mgt 21.04.2015 da Voi accettato con prot. PG/2015/0010286 M.E. 11.05.15 del. 674 29.04.15):

elettrocateri Flexability nei seguenti codici

- cod. A701124
- cod. A701125
- cod. A701127
- cod. A701128
- cod. A701129

- cod. A701157
- cod. A701158
- cod. A701159

Prezzo di listino € 2.600,00 - (duemilaseicento/00)

sconto applicato 53,84 (cinquantatre/84%)

Prezzo offerto Cad.pz. € 1.200,00 (milleduecento/00) + iva 22%

Inoltre si fa presente che è stata fornita in comodato d'uso gratuito, comprensiva di assistenza, l'apparecchiatura necessaria per l'esecuzione delle procedure.

Cogliamo l'occasione per inviare i ns. più distinti saluti.

Prodifarm SpA
Z.I. Predda Niedda Nord - Str. 2
Prodifarm SpA
Codice IVA 00138660907

Medica

Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C. s.a.s.

Via Carloforte, 60
09123 Cagliari
Tel/Fax 070 654526
P.IVA 03642880920

Spett. le Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale Ricchi, 1
09134 Cagliari

Cagliari, 11 aprile 2018

Ns. Prot. 18-78-ml

Oggetto: Trasmissione offerta migliorativa.

Riaffidamento semestrale contratto per la fornitura di ablazioni intracardiache per la SC di Cardiologia del P.O. S. Michele. Mesi sei. Cod. CIG 744500547B.

Rif. Ns. Prot. 17-34-ml

Delibera 1103/2017

Con riferimento alla Vs. richiesta prot. PG/2018/8960 del 10-04-2018 siamo a sottoporVi la seguente offerta migliorativa:

Lotto 5 – CIG 5878434D2F

N° 10 Elettrocateri per isolamento delle vene polmonari attraverso crioablazione.

Kit catetere a pallone "Artic Front Advance" così composto:

NOME COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO		SCONTO % SU		IVA
			OFFERTO €	LISTINO	LISTINO	%	
Arctic Front Advance	2AF233	Catetere a pallone monouso flessibile con lume per guida per isolamento delle vene polmonari mediante crioblazione. Diametro massimo della guida 0.0035". Deflessione bidirezionale della punta a 45°. Diametro del pallone 23mm.	3.290,00 (tremiladuecentonovanta /00)	41,92		22	
UN PEZZO A SCELTA TRA:		Diametro del catetere 10,5Fr. - Misura: Lunghezza Effettiva: 95 cm					
	2AF283	Catetere a pallone monouso flessibile con lume per guida per isolamento delle vene polmonari mediante crioblazione. Diametro massimo della guida 0.0035". Deflessione bidirezionale della punta a 45°. Diametro del pallone 28mm.					
		Diametro del catetere 10,5Fr. - Misura: Lunghezza Effettiva: 95 cm					

Achieve 2ACH15 Catetere intracardiaco monouso circolare per il mappaggio 758,00 45,86 22

Advance/Achieve elettrico delle vene polmonari. Diametro anello: 15mm. Numero (settecentocinquantaotto/

elettrodi: 8. Dimensione Elettrodi 1mm. Distanza tra elettrodi: 00)

4mm. Diametro massimo del corpo: 3,3 Fr (0,043"). Lunghezza

Totale: 165 cm. Lunghezza Utile: 146 cm. Cavo di connessione:

mod. 2ACHC

UN PEZZO A

SCELTA TRA:

2ACH20 Catetere intracardiaco monouso circolare per il mappaggio

elettrico delle vene polmonari. Diametro anello: 20mm. Numero

elettrodi: 8. Dimensione Elettrodi 1mm. Distanza tra elettrodi:

6mm. Diametro massimo del corpo: 3,3 Fr (0,043"). Lunghezza

Totale: 165 cm. Lunghezza Utile: 146 cm. Cavo di connessione:

mod. 2ACHC

2ACH25 Catetere intracardiaco monouso circolare per il mappaggio

elettrico delle vene polmonari. Diametro anello: 25mm. Numero

elettrodi: 10. Dimensione Elettrodi 1mm. Distanza tra elettrodi:

6mm. Diametro massimo del corpo: 3,3 Fr (0,043"). Lunghezza

Totale: 165 cm. Lunghezza Utile: 146 cm. Cavo di connessione:

mod. 2ACHC

990063-015

Catetere intracardiaco monouso circolare per il mappaggio

758,00

45,86

22

elettrico delle vene polmonari. Diametro anello: 15mm. Numero

elettrodi: 8. Dimensione Elettrodi: 1mm. Distanza tra elettrodi:

4mm. Diametro massimo del corpo: 3,3 Fr (0,043"). Lunghezza

Totale: 165 cm. Lunghezza Utile: 146 cm. Cavo di connessione:

mod. 990066

00)

990063-020

Catetere intracardiaco monouso circolare per il mappaggio

652,00

40,73

22

elettrico delle vene polmonari. Diametro anello: 20mm. Numero

elettrodi: 8. Dimensione Elettrodi: 1mm. Distanza tra elettrodi:

6mm. Diametro massimo del corpo: 3,3 Fr (0,043"). Lunghezza

Totale: 165 cm. Lunghezza Utile: 146 cm. Cavo di connessione:

mod. 990066

00)

Flexcath Advance

4FC12

Introduttore orientabile per cateteri con valvola emostatica.

652,00

40,73

22

Deflessione monodirezionale 135° - Curva 55mm - Lunghezza

81cm - Diametro interno 12Fr - Diametro esterno 15Fr

00)

Cavo ombelicale

203CX

Cavo ombelicale coassiale - Misura: 183cm

Sconto merce

100%

22

coassiale

ALL "B" Pac. N. 6 di Falh

Cavo di connessione elettrica tra catetere e Console. conf da 12
2035U
- Misura: 122cm
Sconto merce 100% 22

Cavo sterile per catetere Achieve Advance - 10 Poli protetti
2ACHC
Sconto merce 100% 22

connezzione elettrica

Catetere Achieve

Per la durata del contratto vi verrà fornita in comodato d'uso gratuito la seguente apparecchiatura:

NR 1 CRYOCONSOLE COMPLETA DEI SEGUENTI ACCESSORI:	CODICE 106E2
NR 2 AUTO-CONNECTION BOX	CODICE 2037A
NR 2 CAVI ECG	CODICE 2035W
NR 2 MANUAL RETRACTION KIT	CODICE 20MRK
NR 1 SISTEMA DI EVACUAZIONE GAS	CODICE 1035C
NR 1 CAVO DI ALIMENTAZIONE	CODICE 1038Y

A seconda delle esigenze d'uso verranno forniti in sconto merce i serbatoi di protossido d'azoto ordinabili a coppie. I serbatoi di protossido d'azoto sono così composti:

PROTOSSIDO D'AZOTO	CODICE 103NE
TANK	CODICE 113NE

- ✓ Importo unitario per un kit Euro 4.700,00 (quattromilasettecento/00) + IVA
- ✓ Importo complessivo per n° 5 kit: Euro 23.500,00 (ventitremilacinquecento /00) + IVA

Lotto 6 -CIG 5878440226

N° 4 Elettrocateretri per crioablazione focale.

Kit catetere focale "Freezor" così composto:

NOME COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO OFFERTO	SCONTO % SU LISTINO	IVA %
UN PEZZO A	207F1	Catetere per crioablazione intracardiaca dotato di elettrodo distale con termocoppia. Curvatura monodirezionale- Curva 47mm - Elettrodi n.4 - Spaziatura 2-5-2- Elettrodo distale 4mm- Diametro 7Fr - Lunghezza 108cm. Cavi di connessione mod. 2035U e mod. 203CX	2.300,00	42,50	22
SCELTA TRA: -Freezor/	207F3	Catetere per crioablazione intracardiaca dotato di elettrodo distale con termocoppia. Curvatura monodirezionale- Curva 53mm - Elettrodi n.4 - Spaziatura 2-5-2- Elettrodo distale 4mm- Diametro 7Fr - Lunghezza 108cm. Cavi di connessione mod. 2035U e mod. 203CX	(duemilatrecento/00)		

ALL. B "Pag. N. 9 di Tot. 14"

<p>207F5</p>	<p>Catetere per cryoablazione intracardiaca dotato di elettrodo distale con termocoppia. Curvatura monodirezionale- Curva 58mm - Elettrodi n.4 - Spaziatura 2-5-2- Elettrodo distale 4mm- Diametro 7Fr - Lunghezza 108cm. Cavi di connessione mod. 2035U e mod. 203CX</p>
<p>-Freezor Extra</p>	<p>217F1</p>
<p>217F3</p>	<p>Catetere per cryoablazione intracardiaca dotato di elettrodo distale con termocoppia. Curvatura monodirezionale- Curva 49mm - Elettrodi n.4 - Spaziatura 2-5-2- Elettrodo distale 6mm- Diametro 7Fr - Lunghezza 108cm. Cavi di connessione mod. 2035U e mod. 203CX</p>
<p>217F5</p>	<p>Catetere per cryoablazione intracardiaca dotato di elettrodo distale con termocoppia. Curvatura monodirezionale- Curva 55mm - Elettrodi n.4 - Spaziatura 2-5-2- Elettrodo distale 6mm- Diametro 7Fr - Lunghezza 108cm. Cavi di connessione mod. 2035U e mod. 203CX</p>

	<p>6mm- Diametro 7Fr - Lunghezza 108cm. Cavi di connessione mod. 2035U e mod. 203CX</p>	
<p>-Freezor Max</p>	<p>209F3</p> <p>Catetere per cryoablazione intracardiaca dotato di elettrodo distale con termocoppia. Curvatura monodirezionale- Curva 55mm - Elettrodi n.4 - Spaziatura 3-5-2- Elettrodo distale 8mm- Diametro 9Fr - Lunghezza 90cm. Cavi di connessione mod. 2035U e mod. 203CX</p>	
	<p>209F5</p> <p>Catetere per cryoablazione intracardiaca dotato di elettrodo distale con termocoppia. Curvatura monodirezionale- Curva 66mm - Elettrodi n.4 - Spaziatura 3-5-2- Elettrodo distale 8mm- Diametro 9Fr - Lunghezza 90cm. Cavi di connessione mod. 2035U e mod. 203CX</p>	
<p>Cavo ombelicale coassiale</p>	<p>203CX</p> <p>Cavo ombelicale coassiale - Misura: 183cm</p>	<p>Sconto merce</p> <p>100%</p> <p>22</p>
<p>Cavo di connessione elettrica</p>	<p>2035U</p> <p>Cavo di connessione elettrica tra catetere e Console - Misura: 122cm</p>	<p>Sconto merce</p> <p>100%</p> <p>22</p>

Per la durata del contratto vi verrà fornita in comodato d'uso gratuito la seguente apparecchiatura:

NR 1 CRYOCONSOLE COMPLETA DEI SEGUENTI ACCESSORI:	CODICE 106E2
NR 2 AUTO-CONNECTION BOX	CODICE 2037A
NR 2 CAVI ECG	CODICE 2035W
NR 2 MANUAL RETRACTION KIT	CODICE 20MRK
NR 1 SISTEMA DI EVACUAZIONE GAS	CODICE 1035C
NR 1 CAVO DI ALIMENTAZIONE	CODICE 1038Y

A seconda delle esigenze d'uso verranno forniti in sconto merce i serbatoi di protossido d'azoto ordinabili a coppie. I serbatoi di protossido d'azoto sono così composti:

PROTOSSIDO D'AZOTO	CODICE 103NE
TANK	CODICE 113NE

- ✓ Importo unitario per un kit Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) +IVA
- ✓ Importo complessivo per 2 kit: Euro 4.600,00 (quattromilaseicento/00) +IVA

MODALITA' FORNITURA:


VALIDITA' OFFERTA: 6 mesi.

Rimangono invariate le restanti modalità di fornitura.

Cordiali Saluti

IL Legale Rappresentante

Paolo Pellegrini Bettoli



MEBICA
PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.
P. 0364 9980920

Spett.le
AZ. OSP. G.BROTZU
P.LEA. RICCHI, 2
09100 CAGLIARI CA

Servizio Acquisti Beni e Servizi
c.a. Dott.ssa MARONGIU
FAX 070-539601

Genova, 12 Aprile 2018

Ns rif.to: Prot. N. OFFE-0140/2014-2219/EP/mz //12/04/2018/og

Vs. Richiesta Prot. PG/2018/8961 del 10/04/2018

OGGETTO: Riaffidamento semestrale contratto per la Fornitura di Ablazioni Intracardiache per la SC di Cardiologia del P.O. San Michele. Mesi sei. Codice CIG 744500547B . **VS. RICHIESTA DI MIGLIORIA**

Il sottoscritto, Marco Boniardi nato a Bollate (MI) il 21/01/1967 e residente a Desio (MB) in Via Matteotti 79, Codice fiscale BNRMRC67A21A940Q, in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. con sede legale in Milano (MI) C.A.P. 20134, Viale Forlanini n. 23 e uffici amministrativi e commerciali in Milano (MI) C.A.P. 20134, Viale Forlanini n. 23 (Tel. 02/269831 - Fax 02/26983230) e in Genova (GE) C.A.P. 16149, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55 (Tel. 02/269831 - Fax 02/26983230), Codice Fiscale e P.IVA n. 11206730159, in merito alla richiesta in oggetto, con la presente conferma le condizioni economiche attualmente a Voi riservate.

Restando a Vs. disposizione per ogni ulteriore necessità è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.

il Procuratore


Marco Boniardi

Referente: Ufficio Gare
☎ 02/269831 / ☎ 010-6060200
e-mail: tender.italy@bsci.com

