



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N.1733 _____

DEL 14.09.2018 _____

Oggetto: Fornitura ai sensi del D.lgs 50/16 art. 63 co 2 lett. c) e art. 36 co.2 lett. a) di Defibrillatore Sottocutaneo e relativi accessori per la SC Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia del PO "San Michele". Ditta Boston Scientific. Spesa complessiva pari a € 15.500,00+IVA. COD CIG Z5D24E7B58. PDTD/2018/1803.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14.09.2018 _____ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- VISTA** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l'allora Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- VISTA** la nota n. 1855 del 12.09.2018 (All. "A" fg. 2), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha richiesto la fornitura, nelle more dell'aggiudicazione della gara in Unione d'Acquisto CND J01 di cui questa Azienda Ospedaliera è individuata quale Capofila, di un Defibrillatore Sottocutaneo e relativi accessori per la SC Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia del PO "San Michele" da acquisire dalla Ditta Boston Scientific unica a commercializzare i prodotti di che trattasi;
- ATTESO** che con la succitata nota il Direttore della SC Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia del PO "San Michele" ha precisato che trattasi di un prodotto infungibile, con requisiti indispensabili alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa e al contempo completamente sottocutaneo, per una paziente le cui caratteristiche cliniche ne rendono necessario l'impianto;
- PRECISATO** che la Ditta produttrice, Boston Scientific, ha rilasciato, con nota del 29.08.2017 (All. "B" fg. 1), una dichiarazione di unicità in merito al suddetto sistema S-ICD;
- VISTO** l'art. 63 co 2 lett. c) del D.lgs 50/16 che consente nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, nonché l'art. 36 co.2 lett. a) che consente l'affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00+IVA;
- ACQUISITA** l'offerta della Ditta Boston Scientific del 05.01.2018, agli atti di questa Amministrazione, per la quale il Direttore della SC Farmacia ha espresso precedentemente parere favorevole;
- RITENUTO** pertanto di aggiudicare a favore della Ditta Boston Scientific la fornitura urgente di un Defibrillatore Sottocutaneo e relativi accessori per la SC Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia del PO "San Michele" per un importo complessivo pari a € 15.500,00=IVA esclusa;
- VISTI** il D.lgs n.50/16 e il DPR 207/2010;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in premessa:

- di aggiudicare a favore della Ditta Boston Scientific la fornitura urgente di un Defibrillatore Sottocutaneo e relativi accessori per la SC Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia del PO "San Michele" per un importo complessivo pari a € 15.500,00=IVA esclusa, così come sottodescritto:

Voce	DESCRIZIONE	Q.TA'	Imp unit +IVA	Imp tot+ IVA
	Sistema defibrillazione cutaneo EMBLEM così composto:			
1	Elettrocatteteri per defibrillatore Qtrack 3501	1	500,00	500,00
1.1	Emblem A 219	1	15.000,00	15.000,00
2	Tunnelizzatore	1	Sconto merce	
			Tot imp	15.500,00

- di dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 15.500,00=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto A501010601–Centro di Costo n. 080130 S. Michele - Cardiologia_Sala Pace Maker;
- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/18.04.16;
- di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL Direttore del Servizio A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu _____

Rif. M.E Assistente Amm.vo Dott.ssa Enrica Manduco




AO Brotzu

SC FARMACIA

Sistema Sanitario
Regione SardegnaProt. 1855 del 13/09/18

NP/2018/7797

del 13/09/2018 E



Al Direttore SC Serv.Acquisti Beni e Servizi

Sede

**Oggetto: Fornitura urgente "Defibrillatore sottocutaneo" da destinare alla
SC Cardiologia PO S.Michele**

Nelle more della gara regionale CND J01, in itinere, si chiede la fornitura urgente di N.1 Defibrillatore sottocutaneo Emblem e relativi catetere e introduttore, per la paziente per le cui caratteristiche cliniche risulta indicato tale dispositivo.

Spesa complessiva €15.500 + IVA ditta Boston Scientific.

Cordiali saluti

Allegati: Richiesta Resp. SC Cardiologia PO S.Michele

**Il Direttore SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia**

Dr.ssa G.Sanna

PERVENUTA IN FARMACIA		
	10 SET. 2018.	
Prot. N.	1825	

Cagliari, 05/09/2018



REC Azienda Ospedaliera Brotzu A

Dipartimento di
Patologia Cardiaca

Alla c.a. Sig. Direttore Farmacia
SEDE

Oggetto : richiesta dispositivi impiantabili e di elettrofisiologia

Struttura Complessa
di Cardiologia

La paziente nata il _____ necessita dell' impianto di un defibrillatore per la prevenzione primaria della morte improvvisa. Le caratteristiche cliniche del paziente rendono indicato l'impianto di un dispositivo di defibrillazione sottocutaneo. Per tale motivo si richiede l'acquisto urgente del sistema costituito da :

Dott. Maurizio Porcu
Direttore

- N° 1 Introduttore Q-GUIDE cod. 4712
- N° 1 Defibrillatore sottocutaneo EMBLEM A 219
- N° 1 Catetere per defibrillatore sottocutaneo q track 3501

Tel. + 39 070 539 515
Fax + 39 070 531 400
maurizioporcu@aob.it

Tale materiale è necessario per la continuità dell' attività assistenziale.

S.S.N.
REGIONE SARDEGNA

Azienda Ospedaliera
G. Brotzu

Ospedale di rilievo
nazionale e di alta
specializzazione
(D.P.C.M. 08/04/93)

P.le A. Ricchi 1
09134 Cagliari (Italia)

C.F. e P.I.
02315520920

Cordiali Saluti

Il Medico Responsabile

[Signature]
Dott. Gianfranco Tola
S.C. Cardiologia - A.O. BROTZU

Il Direttore

[Signature]
Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"
Dipartimento Cardio Toraco Vascolare
Struttura Complessa di Cardiologia
Direttore: Dott. Maurizio Porcu

[Signature]
AO Brotzu - Cagliari
DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE
Direttore: Dott. GIORGIO LOCCI

A chi di interesse

Milano, 29 Agosto 2017

OGGETTO: Dichiarazione di unicità del sistema di defibrillazione S-ICD .

Boston Scientific dichiara che il sistema di defibrillazione cardiaca impiantabile S-ICD , indicato per la prevenzione dalla morte cardiaca improvvisa secondo le linee guida correnti, è l'unico sistema interamente impiantabile per via sottocutanea sia per quanto riguarda lo stimolatore sia per quanto riguarda l'elettrocattetero, e di non essere a conoscenza alla data odierna, dell'esistenza sul mercato di prodotti con caratteristiche analoghe.

In particolare lo stimolatore viene impiantato lungo la linea ascellare media sinistra fra il 5° ed il 6° spazio intercostale mentre l'elettrocattetero, per quanto riguarda la parte attiva nella stimolazione (singolo coil) e sensing (elettrodo prossimale e distale, sulla punta), viene posizionato lungo la linea parasternale sinistra attraverso un apposito strumento di tunnellizzazione.

Il sistema S-ICD possiede la marcatura CE ed è altresì registrato al Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici con i seguenti codici:

- | | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| • EMBLEM MRI S-ICD Mod. A219 | Repertorio: 1410776/R | CND: J010599 |
| • Elettrodo EMBLEM S-ICD Mod. 3501 | Repertorio: 1568211/R | CND: J019001020101 |
| • Tunnellizzatore EMBLEM S-ICD Mod.4711 | Repertorio: 1304740/R | CND: J01900180 |
| • Programmatore Q-TECH Mod. 3200 | Repertorio: 981146/R | CND: J01900203 |

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi informazione in merito e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
Dott. Sandro Borio
RM Marketing Manager Italy

