



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 798 _____

DEL 17.06.2019 _____

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per l'acquisto di un microtomo congelatore, destinato alla S.C. Anatomia Patologica. Spesa complessiva € 4.900,00 IVA esclusa. CIG. Z4327D64F6. Ditta Patholab.
PDTD/2019/705

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 17.06.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- VISTA** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 936 del 30/01/19 (All. "A" fg. 3), con la quale il Responsabile della S.C. Anatomia Patologica, ha richiesto l'acquisto di un microtomo congelatore, per un importo presunto di € 5.000,00 IVA esclusa;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all'acquisizione della succitata fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della CAT Sardegna;
- VERIFICATO** che sulla piattaforma elettronica (CAT Sardegna) è presente la categoria merceologica del prodotto di cui trattasi;
- ATTESO** che si è proceduto alla pubblicazione della RDO n.335609, richiedendo preventivo di spesa alle Ditte: N.G.C. MEDICAL SRL, PATHOLAB, P.S. MEDICAL, STERIMED, TECNOMEDICAL e TERAPON;
- RILEVATO** che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 09.05.2019 alle ore 12:00, è pervenuta l'offerta della Ditta PATHOLAB;
- VISTA** la relazione (All. "B" fg. 1) con cui l'utilizzatore, a seguito di esame e valutazione delle schede tecniche, ha espresso parere favorevole circa il prodotto offerto dalla Ditta PATHOLAB;
- VISTA** l'offerta della Ditta PATHOLAB (All. "C" fg. 2);
- RITENUTO** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta PATHOLAB, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs.n. 50/16, per la fornitura di un microtomo congelatore, destinato alla S.C. Anatomia Patologica, per una spesa complessiva di € 4.900,00 IVA esclusa;

D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in premessa:

- di aggiudicare alla Ditta PATHOLAB, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs.n. 50/16, per la fornitura di un microtomo congelatore, destinato alla S.C. Anatomia Patologica, per una spesa complessiva di € 4.900,00 IVA esclusa;



segue Determinazione n 798 del 17.06.2019

- di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 4.900,00+IVA, farà riferimento al n. conto A102020401 – centro di costo n. 030120 S. MICHELE - ANATOMIA PATOLOGICA;
- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/16;
- di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della Circolare dell'Assessore alla sanità della Regione Sardegna prot. 0001763 del 28/05/15;
- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

**Il Direttore del Servizio A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis**

**Resp. Sett. Acquisiz. Servizi, Liquidazione Fatture– Dott. D. Massacci
Coll.Amm. Dott.ssa J. Troncia
Ass. Amm. Dott.ssa F. Aru**



AO Brotzu

DIREZIONE MEDICA
P.O. Businco

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 3

PROT. n° 936 /DS/MT

Cagliari, 30.01.2019

Alla dr.ssa Agnese Foddis
Direttore Acquisizione Beni e Servizi
Azienda Brotzu

E,p.c. Al Direttore
S.C. Anatomia Patologica
- Sede -

OGGETTO: richiesta acquisto urgente microtomo congelatore:

Si trasmette, con il parere favorevole di questa Direzione Sanitaria, la richiesta di pari oggetto inoltrata dal dott. Giuseppe Salvatore Porcu Direttore f.f. della S.C. di Anatomia Patologica.

Cordiali saluti

Il Dirigente Sanitario
Dott.ssa M. Teresa Addis



Al Direttore S.C. Acquisizione Beni e Servizi

Dott.ssa Agnese Foddis

OGGETTO: Acquisto urgente microtomo congelatore

Si richiede acquisto di un microtomo congelatore manuale da utilizzare come "muletto" nell'esecuzione degli esami istologici in estemporanea effettuati durante l'intervento chirurgico per una spesa prevista di 5000 (cinquemila) euro.

Si precisa che l'acquisto riveste particolare urgenza in quanto, l'eventuale guasto del microtomo congelatore in essere, comporterebbe notevoli disagi per le sale operatorie, sino alla possibilità di non poter eseguire l'intervento chirurgico programmato.

Di seguito le caratteristiche tecniche minime del microtomo congelatore.

Cagliari 30/01/2019

Il Responsabile S.C. Anatomia Patologica

AO Brotzu - Cagliari
Dott. Giuseppe Salvatore Porcu
ANATOMIA PATOLOGICA
RESPONSABILE S.C. ANATOMIA PATOLOGICA
DIRETTORE MEDICO
Giuseppe Salvatore Porcu - 749375



CARATTERISTICHE TECNICHE MICROTOMO CONGELATORE

Criostato manuale da pavimento con sistema di avanzamento tramite manovella a volano, microtomo con orientamento del campione negli assi X e Y, avanzamento macro e regolazione micro di taglio, camera facilmente pulibile e disinfetabile con illuminazione.

- I cuscinetti a rulli incrociati di precisione senza gioco e senza manutenzione offrono un movimento di taglio preciso e regolare a qualsiasi temperatura.
- Orientamento standard del provino sugli assi X-Y per maggiore qualità e confort.
- Diversi porta campioni fino a 70x50 mm per maggiore flessibilità.
- Portalama monouso con guida antirotolamento utilizza lame a profilo alto e basso; la lama può essere spostata insieme al blocco di bloccaggio per maggiore praticità e sicurezza.
- Controllo dell temperatura fino a - 35°C.
- Il volano con maniglia per taglio macro e micro manuale.
- Posizionamento ergonomico del volantino con blocco di sicurezza.
- Coperchio in vetro scorrevole con apertura circa 54 cm. Camera con profondità di circa 30 cm.

AO Brotzu - Cagliari
P.G. BUSINCO
ANATOMIA PATOLOGICA
RESPONSABILI S. S. SISTEMI COLLO
DIR. GENTILE FEDO
Giuseppe Salvatore Forcu - 749375



F.A.

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per l'acquisto di un microtomo congelatore, destinato alla S.C. Anatomia Patologica. Spesa complessiva a base d'asta € 5.000,00 IVA esclusa. CIG. Z4327D64F6.

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA'

Vista l'offerta della Ditta PATHOLAB, relative alla fornitura in oggetto, si attesta quanto segue:

La proposta fatta dalla
ditta Patholab è da ritenersi
Congrua

Il Direttore S.C.

Anatomia Patologica

Dott. Giuseppe Salvatore Porcu

P.O. BUSINCO
ANATOMIA PATOLOGICA
RESPONSABILE S.C. TEMPA COLTO
DIRIGENTE MEDICO
Giuseppe Salvatore Porcu - 749375

patholab

Patholab S.r.l.
Via Simon Mossa n° 11
09047 Selargius (CA) Italia
Tel +39 070 840057
Fax +39 070 8477423
C.F. P.Iva 01064530924

Spett.le
Azienda Ospedaliera "G.Brotzu"
Piazzale Ricchi 1
09134 Cagliari

Selargius 03/05/2019

Offerta n.29/CM

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b del D.Lgs n. 50/16, per l'acquisto di un microtomo congelatore, destinato alla S.C. Anatomia Patologica. Spesa complessiva a base d'asta Euro 5.000,00 Iva esclusa. CIG Z4327D64F6

Il sottoscritto Giacomo Madau, nato a Cagliari il 28/12/1959, in qualità di Amministratore unico della ditta Patholab srl, via Simon Mossa 11 - 09047 Selargius - PI 01064530924

Offre

N.1 Criostato HM 505 N con pre congelamento Dimens.(l x p x h) 775x860x1.200 mm. Peso : 132 Kg.
Sistema modulare con accesso superiore, permette di lavorare sia in piedi che seduti.
Struttura montata su ruote, bloccabile in posizione di lavoro.
Ampia camera di raffreddamento in acciaio inossidabile, con superfici lisce e sistema di drenaggio, di facile pulizia e disinfezione.
Vetro scorrevole di protezione riscaldato, per prevenire appannamenti. Compressore: Unico, per camera refrigerata.
Temperatura della camera refrigerata: regolazione continua fino a -35° C. con controllo elettronico ed indicazione della temperatura nominale e reale.
Sistema di sbrinamento automatico ogni 24 ore, con possibilità di esclusione e gestione manuale.
Sistema di precongelamento integrata, 8 supporti porta campioni, 4 dei quali con sistema autonomo di raffreddamento fino a -55°C .
Illuminazione della camera refrigerata a luce fredda, dotata di comando autonomo.
Piani di appoggio previsto nella camera refrigerata o sulla superficie superiore piana dello strumento.
Microtomo rotativo in versione inossidabile, con sistema di movimento verticale del campione guidato da cuscinetti a rullini esenti da gioco e manutenzione; protezione scorrevole della apertura frontale di lavoro.
Meccanismi micrometrico e macrometrico in alloggiamento esterno alla camera di raffreddamento.
Morsetto porta campione: orientabile a 360°.
Corsa verticale del campione: 64 mm.
Dimensione max campione : 70x50 mm.
Orientamento del campione: su due assi, con regolazione vassoio per raccolta sezioni di scarto, estraibile dallo strumento
Sistema di sicurezza: sistema di protezione della lama incorporata nel supporto.
Sistema di blocco del volantino di comando facilmente azionabile in qualsiasi posizione del campione.
Sistema di avanzamento orizzontale : meccanico del campione comandato automaticamente durante il taglio.
Corsa orizzontale massima del campione: 28 mm.
Campo di regolazione dello spessore delle sezioni: da 1,0 a 60

Avanzamento macrometrico: manuale, con volantino di comando
Comando per il taglio: manuale, sul lato destro, con volantino di comando estremamente agile e possibilità di bloccaggio indipendente dalla posizione

Cadauno strumento Euro 4.900,00 (quattromilanovecento/00) + iva 22%
Per un totale di Euro 4.900,00 (quattromilanovecento/00) + iva 22%

CONDIZIONI DI VENDITA:

Iva esclusa al 22%
Pagamento 60 gg. data fattura
Trasporto a nostro carico presso i vostri locali
Consegna pronta salvo venduto
Validità offerta 180 gg

In attesa di un Vs. gradito riscontro in merito passiamo a porgerVi i nostri distinti saluti.

PATROLAB s.r.l.
Patholab S.r.l.
Via Simon Mossa, 11 - 05047 Selargius
Tel. 070 840057 - Fax 070 8477423
P. IVA 01064530924