



Deliberazione 1831

Adottata dal Commissario Straordinario in data 9 AGO, 2019

Oggetto: Autorizzazione a contrarre con Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura ed installazione di un sistema di circolazione extracorporea (CEC), destinato alla sala operatoria della S.C. Cardiochirurgia. Spesa a base d'asta € 180.000,00 IVA esclusa.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 9 AGO, 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta della S.C. A.B.S.

- ACQUISITA** la nota prot. n. 6285/19 (All."A" fg. 2), con cui il Direttore della S.C. Cardiochirurgia ha richiesto l'acquisto e l'installazione di una macchina per la circolazione extracorporea (CEC);
- RILEVATO** che la spesa a base d'asta è di € 180.000,00 IVA esclusa;
- VISTO** il Capitolato (All."B" fg. 7), contenente tutte le clausole contrattuali essenziali;
- ATTESO** che a norma delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, è stata espletata un'indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di apposito avviso per 15 giorni consecutivi sul sito internet aziendale, alla quale hanno risposto 5 Ditte: GETINGE, TERAPON, MEDTRONIC, SANIFARM e MDM;
- DATO ATTO** che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1174 del 19.12.2018, per un importo pari a € 225,00;
- ATTESO** che ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- ATTESO** altresì che ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e dell'art. n. 31 del D. Lgs. n. 50/16 si deve procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento;
- RITENUTO** urgente ed indifferibile l'adozione del presente atto per l'espletamento della Procedura negoziata di che trattasi;
- VISTI** il D.lgs. n. 50/16, e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:

per i motivi esplicitati in premessa, di autorizzare il ricorso alla Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura ed installazione di un sistema di circolazione extracorporea (CEC), destinato alla sala operatoria della S.C. Cardiochirurgia, per una spesa a base d'asta € 180.000,00 IVA esclusa;



segue Deliberazione n. 1831 del 9 AGO, 2019

- di approvare il Capitolato (All. "B" fg. 7), contenenti tutte le clausole contrattuali essenziali;
- di dare atto che sarà dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1174 del 19.12.2018, per un importo pari a € 225,00;
- di individuare l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nel Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della S.C. A.B.S.

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Servizi e Liquid. Fatture – Dott. Davide Massacci

Ass. Amm. Dott. F. Aru



Prot. n. NP/2019/6285

Cagliari 24 Giugno 2019

Sig. Direttore Acquisizione Beni e Servizi

Dr.ssa A. Foddis

Oggetto: richiesta acquisto macchina circolazione extracorporea (CEC) – S.C. Cardiochirurgia

In prossimità della scadenza (novembre 2019 – vedi allegati) del contratto di assistenza e manutenzione della II macchina per la circolazione extracorporea in dotazione alla SC Cardiochirurgia uscita di produzione nel 2011, si fa gentile quanto urgente richiesta di acquisto di n° 1 nuova macchina per la circolazione extracorporea.

La nuova macchina deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- Macchina cuore-polmone modulare
- Il sistema deve essere equipaggiato con motori brushless a trazione diretta per le pompe roller.
- Deve essere costruita di acciaio inossidabile
- Deve disporre almeno di 4 moduli di cui 2 a doppia testata e 2 singoli
- Deve essere provvista di una pompa centrifuga integrata con clamp elettronico arterioso
- Tutti i moduli devono essere gestiti tramite un menù interamente touch-screen
- La velocità di rotazione deve essere regolata da un comando di facile utilizzo che permetta di passare da una regolazione grossolana a una fine con una semplice manopola
- Deve presentare un display per la visualizzazione di tutti i parametri impostati e degli allarmi oltre che della cronologia degli allarmi e degli avvisi di allarme



- La consolle deve essere provvista di UPS e di alimentazione d' emergenza con autonomia di almeno 90 minuti con tutti i moduli in funzione a regime
- Possibilità di visualizzazione dello stato della batteria dell' UPS e del tempo residuo in assenza di corrente elettrica
- Ogni display deve essere sostituibile singolarmente anche durante l' intervento chirurgico senza necessità di set-up e quindi senza interruzione della CEC
- Deve avere un pannello generale di controllo della pompa
- N°3 moduli di pressione a 2 canali per la monitorizzazione
- N°1 modulo di temperatura a 4 canali
- Un sensore di bolle
- Un sensore di livello
- Un miscelatore di gas digitale con possibilità di conversione manuale
- Una regolazione del vuoto digitale
- Una lampada a LED
- Possibilità di aggiornamento e implementazione HW e SW senza necessità di sostituire il corpo macchina.
- Possibilità di implementazione del sistema con cartella clinica elettronica

Base d'asta: 180.000 € (centoottantamila/00)

Il Direttore S. C. Cardiocirurgia

Dr. Emiliano Maria Cirio

AO Brotzu - Cagliari
DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE
Direttore: Dott. GIORGIO LOCCI



CAPITOLATO

Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura ed installazione di un sistema di circolazione extracorporea (CEC), destinato alla sala operatoria della S.C. Cardiocirurgia. Spesa a base d'asta € 180.000,00 IVA esclusa. CIG. 7987183FE8

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione di un sistema di Circolazione Extra Corporea da installare presso la S.C. di Cardiocirurgia avente caratteristiche di seguito descritte.

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati. Tutti i beni devono essere installati a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga indispensabile per l'installazione e la messa in uso delle attrezzature.

Art. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'importo massimo a base di gara della fornitura è il seguente

n. 1 sistema per la Circolazione Extra Corporea	Importo base gara € 180.000 IVA esclusa.
	CIG. 7987183FE8

Le apparecchiature e le attrezzature medico/scientifiche che costruiranno il sistema devono essere appropriate all'utenza, di elevato livello qualitativo e tecnologico, ed aggiornato con gli standard di sicurezza attualmente raggiungibili.

Requisiti fondamentali richiesti per le apparecchiature sono:

- Robustezza
- Ergonomia
- Facilità di disinfezione, Resistenza ai detergenti compreso il cloro, installazione su supporti aventi altezza idonea per la pulizia degli ambienti;
- Assenza di spigoli vivi o altri elementi in grado di produrre traumi;
- Deve permettere ampliamenti futuri secondo le nuove esigenze che dovessero sorgere.

I sistemi offerti deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- Il sistema deve essere modulare ed equipaggiato con motori brushless a trazione diretta per le pompe roller
- Il materiale con cui è costruita deve essere di acciaio inossidabile
- Deve disporre almeno di 4 moduli di cui 2 a doppia testata e 2 singoli
- Deve essere provvista di una pompa centrifuga integrata con clamp elettronico arterioso
- Tutti i moduli devono essere gestiti tramite un menù interattivi ed intuitivo preferibilmente del tipo touch-screen



- La velocità di rotazione deve essere regolata da un comando di facile utilizzo, che permetta di passare da una regolazione grossolana a una fine, con una semplice manopola
- Deve presentare un display per la visualizzazione di tutti i parametri impostati e degli allarmi oltre che della cronologia degli allarmi e degli avvisi di allarme
- La consolle deve essere provvista di UPS e di alimentazione d'emergenza con autonomia di almeno 90 minuti con tutti i moduli in funzione a regime
- Deve essere presente un sistema di visualizzazione dello stato della batteria dell'UPS e del tempo residuo in assenza di corrente elettrica
- Ogni display deve essere sostituibile singolarmente anche durante l'intervento chirurgico, senza necessità di set-up e quindi senza interruzione della CEC
- Deve avere un pannello generale di controllo della pompa
- **N°3 moduli di pressione a 2 canali per il monitoraggio**
- N°1 modulo di temperatura a 4 canali
- Un sensore di bolle
- Un sensore di livello
- Un miscelatore di gas digitale con possibilità di conversione manuale
- Una regolazione del vuoto digitale
- Una lampada a LED
- Possibilità di aggiornamento e implementazione HW e SW senza necessità di sostituire il corpo macchina
- Possibilità di implementazione del sistema con cartella clinica elettronica

Formazione

La ditta dovrà proporre un piano di formazione per il personale coinvolto nell'utilizzo del sistema proposto. Durante l'inizio delle attività cliniche dovrà essere previsto nella fornitura l'affiancamento di uno specialista del prodotto. In offerta deve essere allegato il programma di formazione.

CONSIDERAZIONI GENERALI

- La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga indispensabile per l'installazione e la messa in uso dell'apparecchiatura.
- le apparecchiature devono essere fornite complete di tutti gli accessori necessari per il regolare e sicuro funzionamento ed installati a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.
- i dispositivi offerti devono essere di elevate prestazioni, di recente produzione, di ultima generazione, di alta affidabilità, conformi alla Direttiva 93/42/CEE, alle norme CEI, alle norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto applicabili e compatibili con un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza di operatori e pazienti.
- L'offerta dovrà essere unica, anche con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto specificato, purché rispondente al capitolato. Le offerte multiple, modificative, sostitutive, alternative non saranno quindi considerate valide e daranno seguito all'esclusione della Ditta dalla gara.

Al termine del periodo di garanzia, su richiesta dell'AOB la ditta dovrà fornire senza nessun onere aggiuntivo, eventuali password di accesso e, nel caso fossero presenti, anche le eventuali chiavi hardware di accesso per l'accesso al service del sistema.



Art. 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA

Le apparecchiature e le attrezzature medico-scientifiche devono essere appropriate all'utenza, richiedere bassi costi di gestione e manutenzione semplice, avere centri di assistenza possibilmente reperibili in zona di Cagliari.

La ditta offerente, pena esclusione, deve descrivere:

- l'organizzazione del centro di assistenza tecnica e manutenzione, specificando sede locale e centro di riferimento;
- la durata del periodo di garanzia;
- eventuale presenza di un magazzino in loco;
- Tempo massimo di attesa dalla chiamata per l'intervento tecnico, che non dovrà comunque essere superiore alle otto ore lavorative;

Per il periodo di durata della garanzia dovrà dichiarare:

- le condizioni e modalità di esecuzione degli interventi programmati (indicandone la frequenza) e di quelli su chiamata;
- la disponibilità ad effettuare sia la manutenzione straordinaria, che quella programmata, così come prevista dalla casa costruttrice con la sostituzione delle parti difettose, danneggiate ed anche di eventuali kit periodici in scadenza durante il periodo di garanzia.

Per il periodo post garanzia dovrà proporre:

- un contratto di manutenzione annuo "full-risk" per gli anni successivi al periodo di garanzia. Il canone, il cui valore annuo non può essere superiore al 8% al valore dell'offerta, dovrà essere indicato nell'offerta economica. Tale canone deve rimanere inalterato per 8 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia fatti salvi gli incrementi ISTAT, che potranno essere riconosciuti a decorrere dal 4° anno di vigenza del contratto. Dovrà essere onnicomprensivo, comprendere tutti i componenti, non deve avere limitazioni di chiamate per interventi o parti di ricambio e dovrà comprendere anche le misure di sicurezza elettrica.

Il contratto proposto deve prevedere l'assistenza e manutenzione di tutti i componenti, accessori e quanto altro, nessuno escluso comprese le sonde.

Deve inoltre accettare le seguenti penali:

- **1%** sul costo del contratto di manutenzione per intervento non effettuato entro le 8 (otto) ore per ogni giorno in più;
- **1%** del costo del contratto di manutenzione per ogni giorno successivo al quarto dall'inizio dell'intervento;

Le penali saranno applicate cumulativamente sino ad un ammontare massimo annuo del 10%.

Sarà facoltà dell'amministrazione stipulare il contratto di manutenzione alla scadenza del periodo di garanzia. Nel caso l'amministrazione non stipuli alcun contratto di manutenzione, dovranno comunque rimanere valide le seguenti dichiarazioni:

- La disponibilità, con la massima sollecitudine possibile, alla fornitura, su richiesta dell'amministrazione, dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla data del collaudo dell'apparecchiatura.
- Lo sconto sul prezzo di listino che intende effettuare;
- Condizioni e costi degli interventi tecnici post-garanzia fuori contratto. Devono essere esplicitate tutte le voci che comporranno l'intervento: costo orario ordinario e straordinario, costo viaggio, spese chilometriche, diritto di chiamata e quant'altro la ditta intenda a carico dell'A.O.B. Si intende che le ore di viaggio, che non dovranno essere superiori ad uno per accesso, e le spese chilometriche non dovranno essere forfettarie. La dichiarazione sarà vincolante nella valutazione dei preventivi futuri.
- Che nel caso in cui non sia presente l'assistenza in loco, la ditta non dovrà far gravare sull'A.O.B.:
 - o le spese aggiuntive di viaggio, vitto e alloggio dalla sede dell'assistenza all'ospedale;
 - o le spese aggiuntive di spedizione del dispositivo, o di parte di esso, per la riparazione.



Nel caso in cui la ditta proponente l'offerta non sia l'erogatrice diretta della manutenzione, dovrà essere allegato all'offerta l'accettazione delle clausole sopra riportate a firma della ditta manuttrice.

Art. 4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'Azienda offerente dovrà inoltre presentare, oltre a quanto già indicato negli articoli precedenti e successivi, la seguente documentazione, **pena l'esclusione**:

- caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte con la descrizione completa di tutte le parti sia hardware che software
- dichiarazione di accettazione di tutte le clausole del capitolato;
- **dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla trasmissione del DUVRI, disponibile sul sito internet <http://www.aobrotzu.it>, compilato nella parte di competenza e sottoscritto dal Legale Rappresentante**;
- descrizione dell'organizzazione del centro di assistenza tecnica specificando sede locale e centro di riferimento;
- descrizione del servizio di manutenzione come indicato nell'articolo 3 con tutte le dichiarazioni previste;

inoltre dovranno essere presentati:

1. L'offerta economica, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente, contenente il prezzo proposto così in cifre come in lettere; in caso di discordanza prevarrà il prezzo più vantaggioso per questa Amministrazione. Il preventivo, inoltre, dovrà indicare una validità minima di 180 giorni ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/18.04.16. L'offerta economica, dovrà essere formulata esprimendo il prezzo unitario e complessivo dell'offerta, specificando la percentuale di sconto sui prezzi di listino;

- Il modulo DGUE, compilato in ogni sua parte, accompagnato dalla fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante;
- Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS*;
- la ricevuta di pagamento del contributo ANAC, pari a € 20,00;
- la documentazione prevista espressamente dal Capitolato Speciale;
- Patto d'integrità compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta concorrente.

In caso di aggiudicazione della fornitura, la ditta si impegna a fornire i manuali d'uso in lingua italiana in duplice copia e i CD, o analogo supporto, contenente i software di installazione e gli altri software forniti.

Art. 5 VISIONE DELLE APPARECCHIATURE

L'amministrazione, qualora lo ritenesse necessario, si riserva di richiedere in visione l'apparecchiatura offerta o, in alternativa, visitare un centro proposto dalla ditta in cui sia installata una apparecchiatura con le stesse caratteristiche di quella offerta. Le spese saranno a totale carico della Ditta offerente.

Art. 6 AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata **in un unico lotto, al prezzo più basso** tra offerte conformi, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. n. 50/16.

Qualora le offerte pervenute, contengano clausole modificative rispetto alla presente richiesta, saranno ritenute nulle e come non presentate. Analogamente saranno ritenute nulle e quindi come non apposte, eventuali condizioni, termini, clausole a stampa o similari, indicate sugli stampati della Ditta: infatti la Ditta medesima, con la consegna dell'offerta, accetterà incondizionatamente le clausole inserite nel presente capitolato.

Il pagamento della fattura avverrà entro i termini di legge previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Non saranno ammesse offerte in aumento alla spesa a base di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto senza che le



Aziende possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

Art. 7 INSTALLAZIONE

La Ditta dovrà completare l'installazione entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, ovvero nei termini più brevi indicati dall'aggiudicataria nelle condizioni di fornitura indicate in sede di offerta.

In caso di ritardo, verrà applicata una penale pari al 0,03% dell'importo dell'ordine.

Art. 8 COLLAUDO

Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l'addestramento e l'avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente-aggiornato in sede di contratto.

Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della ditta.

Accertamento delle prestazioni della macchina e dell'installazione

Per quanto riguarda le apparecchiature fornite ai fini del collaudo verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente. In particolare il DL 46/97 e la Guida CEI 62-148.

Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quant'altro sia inerente alla fornitura in oggetto.

La Ditta dovrà curare l'installazione ottimizzando le prestazioni del sistema in ogni sua parte.

A completamento delle verifiche la ditta aggiudicataria dovrà effettuare a suo carico le prove di sicurezza elettrica in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera;

L'accettazione del dispositivo e l'utilizzo su paziente è vincolato all'esito delle prove.

Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale

Verrà verificato che l'istruzione richiesta in capitolato e descritta in offerta sia stata erogata e si procederà all'avviamento del sistema. Eventuali ulteriori periodi di istruzione previsti in fasi più avanzate di utilizzo del dispositivo non pregiudicheranno la firma del collaudo.

Solo ad esito favorevole delle prove elencate in questo articolo, verrà firmato il collaudo della fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia.

Nel caso in cui si verificano condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture.

Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull'interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al di sopra delle parti per un consulto.

Resta inteso che saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le opere di modifica, completamento e sostituzione che dovessero venire prescritte durante i controlli e le verifiche dei singoli impianti per rendere le opere funzionanti e perfettamente efficienti. In detto periodo la Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione dell'immobile e delle apparecchiature a garanzia del lavoro eseguito.

Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e le eventuali spese di disinstallazione saranno a totale carico della ditta.

Art. 9 PENALITA'

Verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, a partire dalla data stabilita per l'ultimazione della fornitura, espressa in giorni, e nella misura dell'importo diviso per il tempo utile.

Art. 10 PAGAMENTI RELATIVI ALL'APPALTO

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7, l'importo della aggiudicazione e/o delle aggiudicazioni della gara in oggetto verrà pagato alla ditta aggiudicataria, previa presa in carico delle fatture ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura da parte degli Uffici o Reparti competenti.



Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse, che dovranno essere emesse nei termini di cui all'art.16 punto 2) della L.R. n.3 del 29.04.2003 (Legge finanziaria Regione Sardegna), previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. 3/03).

La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'azienda è senz'altro esonerata da ogni responsabilità.

In caso di inadempimento a seguito di mancata fornitura da parte della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione provvederà ad addebitare a quest'ultima la maggiore spesa che l'Azienda Ospedaliera dovrà sostenere per l'acquisizione della medesima fornitura oggetto della presente richiesta di preventivo presso altra Ditta.

Art. 11 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico della ditta. Sono del pari a carico della ditta tutte le imposte (ad eccezione dell'IVA che è a carico della Amministrazione appaltante nella misura prevista per legge.) comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 12 CLAUSOLA DI RECESSO

L'Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l'oggetto aziendale della fornitura aggiudicata. In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto allo stesso per le prestazioni rese.

Art. 13 CESSIONE D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, il cessionario deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187;
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste al Fornitore dal Bando di gara e dal Disciplinare.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Ospedaliera tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

Art. 14 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il termine di consegna, l'Amministrazione, previa contestazione mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo posta, al Legale rappresentante della Ditta, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale.

Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Amministrazione li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione può procedere a norma del Capitolato Generale.

Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze



contrattuali.

Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) facendo presente che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte I del Titolo II del D. Lgs. 196/2003. dati trattati potranno essere comunicati dall'Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

Art. 16 AUTOTUTELA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all'aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.

Art. 17 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, al Capitolato Generale di Appalto, che si allega in copia e alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/23, R.D. n. 827/24 e s.m.i.), al D.Lgs. 50/16 e alle LL.RR. nn. 10/97-10/06-5/07.

Per tutte le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

