



adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 27.04.2020

Oggetto: Sostituzione senza oneri aggiuntivi del modello Alien 3030, aggiudicato con Delibera n. 358 del 09/03/20, relativa alla fornitura di un apparecchio radiologico portatile per scopia, destinato alla SSD di Endoscopia Digestiva del PO San Michele. Ditta Eurocolumbus. CIG. 75846635E8.

PDEL/2020/719

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 27.04.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
coadiuvato da

Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Ennio Filigheddu
Dott. Giancarlo Angioni

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Su proposta della S.C. ABS

RICHIAMATO

il Dlgs. n. 50/16;

VISTA

la Deliberazione n. 358 del 09/03/20, con la quale è stata aggiudicata alla Ditta Eurocolumbus la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, avente ad oggetto la fornitura di un apparecchio radiologico portatile per scopia, destinato alla SSD di Endoscopia Digestiva del PO San Michele, per un importo complessivo di € 85.700,00 oltre IVA;

ACQUISITA

la nota prot. n. 153/20 del 03/04/20 (All. "A" fg. 2), con la quale la ditta Eurocolumbus ha proposto la sostituzione, senza oneri aggiuntivi, del modello offerto in sede di gara, Alien 3030, col modello alien 303075, in quanto più performante grazie alla possibilità di poter variare la DFF, ovvero di poter muovere il solo flat panel ed avere uno spazio di lavoro più esteso;

CONSIDERATO

che con nota agli atti di questo ufficio, la proposta della ditta Eurocolumbus di sostituzione senza oneri aggiuntivi del modello offerto in sede di gara, Alien 3030, col modello alien 303075, è stata valutata positivamente dalla SC Fisica Sanitaria, in quanto le caratteristiche del nuovo apparecchio risultano essere superiori rispetto al modello precedentemente offerto;

RITENUTO

pertanto di dover autorizzare la sostituzione senza oneri aggiuntivi, del modello offerto in sede di gara, Alien 3030, col modello Alien 303075, aggiudicato alla Ditta Eurocolumbus con la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, avente ad oggetto un apparecchio radiologico portatile per scopia, destinato alla SSD di Endoscopia Digestiva del PO San Michele, per un importo complessivo di € 85.700,00 oltre IVA;

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario



segue Deliberazione n. 656 del 27.04.2020

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di autorizzare la sostituzione senza oneri aggiuntivi, del modello offerto in sede di gara, Alien 3030, col modello Alien 303075, aggiudicato alla Ditta Eurocolumbus con la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, avente ad oggetto un apparecchio radiologico portatile per scopia, destinato alla SSD di Endoscopia Digestiva del PO San Michele, per un importo complessivo di € 85.700,00 oltre IVA;
- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/16;
- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Giancarlo Angioni

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Servizi e Liquid. Fatture – Dott. Davide Massacci

Ass. Amm. Dott.ssa F. Aru

**eurocolumbus**

Spett.le
Azienda Ospedaliera G.Brotzu
P.le Ricchi, 1
09134 Cagliari

direzione.amministrativa@aob.it
servizio.acquisti@aob.it

p.c. Dr. Pierpaolo Carreras
Mail: pierpaolocarreras@aob.it
p.c. Dr. Sergio Zucca (Resp. Fisica Sanitaria)
Mail: sergio.zucca@aob.it

Milano, 03.04.2020
Prot. 153-20 U.C.

Oggetto: proposta fornitura del modello alien e – Vers. alien 303075 invece del modello alien e – Vers. alien 3030
Rif. Procedura negoziata, ai sensi del DLgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b).
Acquisto di n. 1 apparecchio radiologico portatile per scopia da installare nella SSD di Endoscopia Digestiva dello Stabilimento San Michele della A.O. Brotzu.
CIG 75846635E8
Rif. Vs. Delibera n. 358 del 09.03.2020

In riferimento a quanto in oggetto Vi inviamo una proposta di fornitura di un modello differente, più performante, per operare in endoscopia e cioè del modello alien e – Vers. alien 303075.
Questa proposta non comporta alcun onere aggiuntivo.

Il modello alien e – Vers. alien 303075 è sicuramente più indicato nelle procedure endoscopiche principalmente grazie alla possibilità di poter variare la DFF, cioè di poter muovere il solo flat panel ed avere uno spazio di lavoro più grande.

Le uniche differenze tra i due modelli sono riassunte per semplicità e maggior chiarezza nella seguente tabella:

	alien e – Vers. alien 3030	alien e – Vers. alien 303075
Profondità del'arco	69cm	75cm
Isocentrismo evoluto	No	Sì
Possibilità di variare la DFF	No	Sì di 12cm
Spazio massimo di lavoro	85cm	92cm
Luce led per illuminare il campo	No	Sì
Corsa mov rao lao	180	140



eurocolumbus



Dissipazione complesso RX	1000 watt	1200 watt
Lunghezza sistema	1980mm	2090mm
Larghezza sistema	790mm	800mm
Altezza sistema	1790mm	1820mm
Peso sistema	367kg	387kg

La consegna di alien e – Vers. alien 303075 è prevista entro 30 giorni lavorativi dalla Vs. eventuale approvazione.

Restando a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l'occasione, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Managing Director – CEO
Dr. Andrea Brameri