ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Determinazione del Direttore della SSD TECNOLOGIE SANITARIE

N. 253 del 15.02.2021

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16, per il servizio di manutenzione correttiva di apparecchiatura elettromedicale "Cromatrografo in fase liquida", in uso presso la Struttura di Laboratorio Malattie Metaboliche del P.O. Microcitemico Cao -INV. 10037377 SN 291S13111161FX– Ditta Perkin Elmer– Spesa complessiva € 741,00 oltre IVA. CIG ZA0309AB2F.
PDTD/2021/253 del 12/02/2021.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 15.02.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA Data: 2021.02.15 13:55:46 +01'00'

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda

SI X NO □

Il Direttore FF della S.S.D. TECNOLOGIE SANITARIE

D E TERMINA

Richiamato il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i, il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la L.R. n. 10/06 la deliberazione n. 1811 del 07/08/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha attribuito al Dirigente della SSD Tecnologie Sanitarie autonomi poteri di spesa nelle materie di competenza attribuite dall'atto aziendale entro il limite € 40.000,00;

Richiamata la deliberazione n. 1811 del 07/08/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha attribuito al Dirigente della SSD Tecnologie Sanitarie autonomi poteri di spesa nelle materie di competenza attribuite dall'atto aziendale entro il limite € 40.000,00;

Dato atto che, al fine di garantire la continuità delle attività chirurgiche e delle prestazioni sanitarie dell'Azienda, si rende necessario mantenere l'operatività del patrimonio tecnologico aziendale attraverso l'esecuzione delle attività di manutenzione e riparazione delle apparecchiature elettromedicali;

Rilevato che in data 06/03/2019 durante l'esecuzione della Manutenzione Preventiva prevista da contratto di manutenzione in essere con la ditta Perkin Elmer e in scadenza al 11/10/2019, su apparecchiatura "Cromatrografo in fase liquida", in uso presso la Struttura di Laboratorio Malattie Metaboliche del P.O. Microcitemico Cao", INV. 10037377 e SN 291S1311116FX, si è riscontrata la necessità di sostituire il ricambio "OEM-TIS Electrode Tube e 2K-5K PSI Back Pressure Regulator" (regolatore pressione-elettrodo tubo) non incluso nel canone;

ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Segue determinazione n. 253 del 15.02.2021

Acquisito il consuntivo n. WO-00366881 del 06/09/2019 della Ditta Perkin Elmer Italia SPA, con sede a Milano Via dell' Innovazione, 3-P.I. 00742090152- per la manutenzione della suddetta apparecchiatura al prezzo di € 741,00 oltre IVA ;

Considerato che a norma dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/16, le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici;

D E T E R M I N A

Per i motivi sopra esplicitati:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di manutenzione correttiva, in favore della ditta Perkin Elmer Italia Spa , per un importo complessivo pari a € 741,00 oltre IVA di Legge;
- di dare atto che l'importo di € 741,00 oltre IVA di Legge verrà imputato al:
  - Conto n. A507020102 - Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta del Piano dei Conti;
  - Centro di Costo n. 193321 della Struttura Complessa di Centro di Screening Neonatale "Laboratorio Malattie Metaboliche"- P. O. Microcitemico Cao;
- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all' emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolare esecuzione dell'attività manutentiva e la liquidazione delle fatture da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore FF della S.S.D. Tecnologie Sanitarie
Ing. Andrea Alimonda

ALIMONDA ANDREA

Firmato digitalmente da ALIMONDA ANDREA
Data: 2021.02.15 09:48:27 +01'00'

L' Estensore Maria Carolina Secci

Ass.Tecn. Giovanni Zucca