

A.R.N.A.S. "G.BROTZU"

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N. 1130

del 05.07.2021

Oggetto: Autorizzazione all'affiancamento di cui alla Delibera n. 847 del 15.06.2020, relativo alla fornitura annuale di Aghi per anestesia da destinare a vari reparti dell'AOB. Ditta Surgical S.r.l. (Lotto 8) CIG 8174207103.

PDTD/2021/1186 V.M.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 05.07.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu
SI NO

Il Direttore della S.C. A.B.S.

- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
- Dato atto** che con atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Premesso** che con atto n. 847 del 15.06.2020 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS "G. Brotzu" - è stata aggiudicata, tra le altre, in favore della Ditta Surgical S.r.l., la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura annuale di Aghi per anestesia da destinare a vari reparti dell'AOB, per una spesa complessiva pari a 53.944,50 oltre Iva di Legge;
- Acquisita** la nota prot. n. 4684/21, agli atti del Servizio, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto il recepimento dell'affiancamento (lotto 8), proposto dalla Ditta Surgical Srl dei Kit per anestesia peridurale Smiths/Portex (cod. 100-391-516 e cod. 100-391-518), di cui alla Delibera in premessa, necessario per poter garantire il trattamento sanitario ottimale ai pazienti affetti da obesità afferenti all'Arnas "G. Brotzu" in quanto tale tipologia di prodotto offre all'operatore sanitario un'eccellente sensibilità durante l'avanzamento nei tessuti e legamenti fino all'identificazione dello spazio epidurale;
- Tenuto conto** che nella sopracitata nota l'utilizzatore ha precisato che tale aggiornamento verrà effettuato dalla Ditta aggiudicataria senza ulteriori oneri accessori a carico e alle medesime condizioni economiche (All. A fg 1);
- Ritenuto** pertanto di dover autorizzare in favore della Ditta Surgical Srl., l'affiancamento senza oneri aggiuntivi - relativamente al lotto 8 - dei Kit per anestesia peridurale Smiths/Portex (cod. 100-391-516 e cod. 100-391-518), di cui alla Delibera n. 847 del 20.05.2020;
- Dato Atto** che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/16;

Segue determinazione n. 1130 _____ del 05.07.2021 _____

DETERMINA

1. di autorizzare in favore della Ditta Surgical Srl., l'affiancamento senza oneri aggiuntivi - relativamente al lotto 8 - dei Kit per anestesia peridurale Smiths/Portex (cod. 100-391-516 e cod. 100-391-518), di cui alla Delibera n. 847 del 20.05.2020.

**Il Direttore della S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai**

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture
Dott. Davide Massacci



Prot. 832 del 18/5/21

**Al Direttore SC Servizio Acquisti Beni e Servizi
Sede**

**Oggetto: Affiancamento "Kit per anestesia peridurale " lotto della fornitura di cui a
Delibera 847 del 15.06.2020.**

Si richiede il recepimento dell'affiancamento, proposto dalla ditta Surgical, dei kit per anestesia peridurale Smiths/Portex cod. 100-391-516 e cod 100-391-518 indicati per pazienti obesi, alle stesse condizioni contrattuali dei kit per pazienti normopeso, di cui al lotto n.8 Delibera 847 del 15.06.2020 e senza oneri aggiuntivi.


Tanto per poter garantire il trattamento sanitario ottimale a pazienti obesi afferenti alla ARNAS "G.Brotzu".

Cordiali saluti.

Il Direttore SC Farmacia

Dr.ssa Michela Pellecchia

Resp.Proc.
G.S.



Spett.le
ARNAS "G. Brotzu"
Piazzale Ricchi, 1
SC Acquisti Beni e Servizi
09121 Cagliari (CA)
mail: servizio.acquisti@aob.it

Cagliari, 12.05.2021

e p.c.: Dott.ssa Giustina Sanna - Servizio Farmacia
mail: giustina.sanna@aob.it

e p.c.: Dott. Alberto Alfieri - Coordinatore Servizio Anestesia
mail: albertoalfieri@aob.it

Prot. n. GB/21/mm/028

Oggetto: Proposta di AFFIANCAMENTO Kit per anestesia peridurale Smiths/Portex
Delibera n. ~~43~~ del ~~24.01.2020~~ - **Contratto: 2020 - 603**
847 15.06.2020

Con la presente la scrivente SURGICAL SRL ha il piacere di informarVi che è disponibile un Kit per anestesia peridurale con ago extra-lungo.

Le caratteristiche e i vantaggi del Kit Portex Minipack 1 (ago extra lungo) sono:

Kit codice 100-391-516 con Ago di Tuohy 16G Lunghezza 110 mm 1445582
CND A01030102 – RDM 61024

Kit codice 100-391-518 con Ago di Tuohy 18G Lunghezza 110 mm 1445583
CND A01030102 – RDM 61024

Gli aghi extra lunghi presenti nei kit sopra indicati sono dotati di mandrino in acciaio, di impugnatura con aletta trasparente staccabile ed offrono all'operatore un'eccellente sensibilità durante l'avanzamento nei tessuti e legamenti fino all'identificazione dello spazio epidurale.

A partire da 10 mm dalla punta e per tutta la sua lunghezza sono riportate marcature di riferimento lunghe 10 mm per agevolare il controllo della profondità di inserimento.

A corredo viene fornito nel kit un introduttore da inserire nel cono dell'ago per facilitare l'introduzione del catetere.



I restanti componenti del kit rimangono invariati rispetto ai codici 100-391-126 e 100-391-128 presenti in contratto.

Si allega alla presente scheda tecnica.

In virtù degli eccellenti rapporti di collaborazione sempre intercorsi con la Vostra Amministrazione e con il Vostro Centro e dell'interesse rivestito dallo stesso per la scrivente, ci pregiamo proporre, nell'ambito della gara in corso, la possibilità di fornire **in affiancamento** i Kit Portex Minipack 1 (ago extra lungo) codice 100-391-516 e 100-391-518 alle stesse condizioni economiche attualmente praticate.

Nella speranza di aver fatto con la presente cosa gradita, rimaniamo in attesa di Vostre comunicazioni in merito e con l'occasione porgiamo

Distinti saluti.

SURGICAL S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dr. Bruno Chiari

Produttore: SMITHS MEDICAL

100/391/516-518

SISTEMA EPIDURALE MINIPACK 1 (AGO EXTRA LUNGO)

Il sistema Minipack 1 (ago extra lungo) contiene tutti gli elementi monouso fondamentali necessari per l'identificazione dello spazio epidurale, l'inserimento del microcatetere e l'induzione di un'anestesia locale epidurale.

Materiali e componenti – LATEX FREE

Catetere:	polieter-bloc-amide	Siringa perdita di resistenza -corpo: polipropilene (FINA3620WZ natural)
Corpo del filtro:	policarbonato trasparente	-stantuffo: polipropilene (FINA3620WZ natural)
Membrana del filtro:	trama acrilica (polisulfone / nylon)	-guarnizione interna: gomma (Butil C. 8606005)
Ago di Tuohy:	acciaio inossidabile medicale	

Caratteristiche del prodotto

Il Sistema Portex Minipack 1 (ago extra lungo) Epidurale contiene tutti gli accessori necessari per l'induzione di un'anestesia locale epidurale e permette l'abbinamento ottimale dei suoi componenti. Il set contiene, in un'unica confezione blister sterile:

Ago di Tuohy

16G (diametro esterno 1,08 mm) (diametro interno 0,78 mm) 0 18G (diametro esterno 1,3mm) (diametro interno 1,0mm). Lunghezza 110 mm, con mandrino in acciaio.

E' dotato di impugnatura con aletta trasparente staccabile ed offre all'operatore un'eccellente sensibilità durante l'avanzamento nei tessuti e legamenti fino all'identificazione dello spazio epidurale.

A partire da 10 mm dalla punta e per tutta la sua lunghezza sono riportate marcature di riferimento lunghe 10 mm per agevolare il controllo della profondità di inserimento.

A corredo viene fornito nel kit un introduttore da inserire nel cono dell'ago per facilitare l'introduzione del catetere.

Dispositivo a perdita di resistenza

Dispositivo a perdita di resistenza per il reperimento dello spazio epidurale costituito da una speciale siringa monouso a bassissimo coefficiente di attrito tra corpo e stantuffo con scorrevolezza ottimale. Utilizzabile per la tecnica a *mandrino liquido* con soluzione fisiologica o con tecnica a *mandrino gassoso* con aria.

Catetere

Disponibile nella versione trasparente.

16G (diametro esterno 1,1mm;lunghezza 915mm) e 18G (diametro esterno 0,9mm;lunghezza 915mm).

Disponibile con 3 fori laterali disposti elicoidalmente per un'ottimale somministrazione del farmaco anestetico.

Le marcature di riferimento per l'introduzione sono situate a 50-60-70-80-90-100-150-200mm dalla punta.

Connettore

Epifuse con alette e attacco Luer Lock, ad bloccaggio reversibile

Filtro piatto

Con membrana da 0,2 micron adatto alla microfiltrazione batterica e particellare, con attacchi Luer Lock e possibilità di aspirazione / iniezione previene ogni eventuale contaminazione del farmaco durante la somministrazione.

Volume di riempimento (priming 0,75 ml).

Codici e misure

Codice	Descrizione
100-391-516	ago 16G (110 mm), catetere trasparente con 3 fori laterali.
100-391-518	ago 18G (110mm), catetere trasparente con 3 fori laterali.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (ETO).
Validità 5 anni con confezione chiusa ed integra.

Confezione di vendita

Confezionati singolarmente in confezioni da **10** pezzi.

Prodotto provvisto di marcatura **CE 0086**
CND: A01030102

Classe di appartenenza **IIB**
Rep.: 61024