

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA

N. 1513

del 24.09.2021

Oggetto: Accettazione donazione di un forno a microonde destinato alla S.C. di Cardiologia P.O. San Michele dell'Azienda ARNAS G. Brotzu di Cagliari.

PDTD/2021/1618

---

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 24.09.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

---

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI  NO

---

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA

- PREMESSO che con deliberazione n.1794 del 14.10.2015 è stato approvato il <<Regolamento per la gestione dei beni immobili e mobili costituenti il patrimonio dell'Azienda Ospedaliera Brotzu>> e che con deliberazione n.2132 del 3.10.2018 è stato approvato il <<Regolamento donazioni e per l'acquisizione dei Beni in comodato d'uso gratuito ed in prova/visione>>;
- VISTO l' art.769 del Codice Civile;
- TENUTO CONTO che il Dott. Ennio Filigheddu, Direttore della S.C. Patrimonio e Logistica, è stato nominato, Direttore Amministrativo di questa Azienda con atto deliberativo n. 381 del 12.03.2020 e contestualmente collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 3 bis, comma 11, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i;
- CONSIDERATO che la Direzione Aziendale, con deliberazione n. 574 del 19/05/2021, ha conferito l'incarico di Direttore della S.C. Patrimonio e Logistica all'Ing. Bruno Facen, per la durata dell'aspettativa del titolare;
- VISTA la nota del 17.09.2021 con la quale il Coordinatore della S.C. di Cardiologia P.O. San Michele dell'Azienda ARNAS G. Brotzu comunica la volontà da parte della sig.ra D.M., paziente ricoverata presso la S.C. Cardiologia, di donare al momento della dimissione un forno a microonde, a favore della medesima struttura per varie necessità, allegato A fg. 3;

%

segue determina n. 1513

del 24.09.2021

-2 -

- CONSIDERATO** che il valore economico dell'apparecchio a microonde, marca Bluesky - modello Panasonic NN – E20JWM, 800 W di potenza e 20 litri di capacità, è pari ad euro 70,00 (iva compresa);
- TENUTO CONTO** del parere favorevole della Direzione Medica del Presidio San Michele, dell'utilizzatore e del Responsabile Tecnico sicurezza aziendale;
- RITENUTO** che nulla osta nell'accettare quanto sopra proposto in quanto tutte le spese relative al trasporto e consegna sono a totale carico del donante;

#### D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di accettare la donazione di un forno a microonde destinato alla S.C. di Cardiologia P.O. San Michele dell'Azienda ARNAS G. Brotzu per varie necessità, da parte della sig.ra D.M., paziente ricoverata presso la medesima struttura, centro di costo 080140;
- 2) di dare atto che il valore economico del bene è complessivamente pari ad euro 70,00 iva compresa, come meglio descritto in premessa.

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  
Ing. Bruno Facen

Coll. Amm.vo Sig.ra Maristella Frau



**ARNAS G. Brotzu**  
Azienda di Rilievo Nazionale  
ed Alta Specializzazione

Struttura Complessa di Cardiologia con  
Unità di Terapia Intensiva Cardiologica  
Direttore: Dott. Maurizio Porcu

SSR SARDEGNA

Cagliari 17 Settembre 2021

Alla c. a. del Servizio Patrimonio

SEDE

Oggetto: autorizzazione donazione forno a microonde

Si comunica che in data 10 Settembre 2021 la Signora D. M. ricoverata presso la Cardiologia Degenza al momento della dimissione ha espresso la volontà di donare un forno microonde alla nostra Unità Operativa, al momento sprovvista di questo elettrodomestico.

La presente per chiedere autorizzazione all'accettazione della donazione del forno a microonde modello Panasonic NN-E20JWM, 800 W di potenza e 20 litri di capacità, del valore di circa Euro 70,00.

In attesa di un cordiale riscontro  
si porgono cordiali saluti

Anna Luisa Coghe  
Infermiera Coordinatrice  
Cardiologia Degenza

AO Brotzu - Cagliari  
Dipartimento Cardiovascolare  
S.C. di Cardiologia - DEGENZA  
COORDINATORE INFERMIERISTICO  
ANNA LUISA COGHE

AO Brotzu - Cagliari  
Dipartimento Cardiovascolare  
S.C. DI CARDIOLOGIA  
Direttore:

Zimbra

direzionesanitariapresidio@aob.it

Re: Fwd: Autorizzazione donazione forno a microonde

Da : giovanni mascia &lt;giovannimascia@aob.it&gt;

Oggetto : Re: Fwd: Autorizzazione donazione forno a microonde

A : BRUNO FACEN &lt;brunofacen@aob.it&gt;

Cc : direzonesanitariapresidio &lt;direzionesanitariapresidio@aob.it&gt;, patrimonio &lt;patrimonio@aob.it&gt;

Buongiorno,

Il forno a microonde (**se non contiene resistenze scaldanti, tipiche dei cosiddetti forni "combinati" o "multi funzione" o "micro + grill"**) può essere ammesso. Naturalmente l'introduzione di un forno a microonde è accompagnata da un lieve rischio, che si controlla con gli accorgimenti di cui alla seguente scheda di valutazione del rischio, con evidenza sui fattori che hanno rilevanza sul rischio incendi. È raccomandabile l'esposizione delle frasi in grassetto in prossimità dell'apparecchiatura

#### FORNO A MICROONDE

Il forno a microonde è un tipo di forno da cucina in cui la cottura del cibo è principalmente dovuto all'effetto riscaldante delle microonde. I forni "combinati" utilizzano inoltre resistenze scaldanti per la cottura di tipo tradizionale.

#### Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell'uso

- **Verificare lo stato del cavo di alimentazione e della spina (devono essere in buono stato e non presentare parti logore).**
- **Non collegare a cavi prolunga o "ciabatte" multi-presa! Tali azioni possono essere effettuate solo dal personale del Servizio Tecnico.**
- Verificare che la porta chiuda perfettamente, che il telaio metallico non sia deformato, che le cerniere e i ganci non siano allentati.
- Accertarsi che gli utensili e contenitori scelti siano adatti per il funzionamento a microonde. **Non mettere mai utensili metallici all'interno del forno.**
- **Non introdurre alcolici** ad alta gradazione
- Gli olii vanno inseriti in piccole quantità

Durante l'uso

- Non tentare di far funzionare il forno con la porta aperta manomettendo i dispositivi di sicurezza.
- Non mettere in funzione il forno nel caso che oggetti di qualsiasi genere rimangano intrappolati tra la facciata del forno e la porta.
- **Nel caso si osservi la fuoriuscita di fumo dal forno, NON APRIRE LA PORTA e spegnere immediatamente l'apparecchio o disinserire la spina dalla presa di alimentazione.**
- **Non usare a vuoto.**
- Sorvegliare durante l'uso per evitare surriscaldamenti.

Dopo l'uso

- Chiudere lo sportello.
- Controllare la temperatura prima della consumazione per evitare scottature

Pulizia e manutenzione

- In caso di guasto o malfunzionamento contattare il Servizio Tecnico Ospedaliero
- Mantenere pulito il forno. Non usare detergenti abrasivi, pagliette di metallo appunti o alcool.
- Durante la pulizia accertarsi che non penetrino acqua o detersivo liquido all'interno delle feritoie uscita aria e vapori.

importante:

- **L'installazione deve essere effettuata in presenza del personale del Servizio tecnico Ospedaliero**

- Per il corretto uso del forno leggere il libretto di istruzioni.
- **A fine giornata la macchina deve essere messa in sicurezza: disinserire la spina dalla presa di alimentazione.**
- Quando l'apparecchio giunge a fine vita e diventa inutile, contattare il Servizio Tecnico Ospedaliero per la dismissione.

Possibili rischi connessi

- Elettrocuzione
- Elettromagnetico
- Scottature

Dispositivi di protezione individuale: nessuno

#### Stima del Rischio

**Probabilità evento: IMPROBABILE**

**Gravità del danno: MEDIO (Infortunio o episodio d'esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili)**

**Classe di rischio: LIEVE (Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione)**

**Ing. Giovanni Mascia**

**Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Meccanico**

**Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni**

**mail: [giovannimascia@aob.it](mailto:giovannimascia@aob.it)**

**Tel. 070 539 356 - Cell. 340 0795470**



**ARNAS G. Brotzu**

Azienda di Rilievo Nazionale  
ed Alta Specializzazione

**Piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari**

**[www.aobrotzu.it](http://www.aobrotzu.it)**

Il 17/09/2021 11:59, BRUNO FACEN ha scritto:

prot.1353 del 17.09.2021

Al RTSA Ing.Giovanni Mascia

Si chiede il parere in merito, considerando che avevamo negato l'accesso di macchinette del caffè in donazione, per il problema antincendio, pur essendo elettrodomestici diversi.

Cordiali saluti  
Bruno Facen

----- Messaggio inoltrato -----

Da: "PAOLA QUAGLIONI" <[paolaquaglioni@aob.it](mailto:paolaquaglioni@aob.it)>

A: "direzionesanitariapresidio" <[direzionesanitariapresidio@aob.it](mailto:direzionesanitariapresidio@aob.it)>, "MARINELLA SPISSU" <[marinellaspissu@aob.it](mailto:marinellaspissu@aob.it)>

Cc: "patrimonio" <[patrimonio@aob.it](mailto:patrimonio@aob.it)>

Inviato: Venerdì, 17 settembre 2021 11:12:26

Oggetto: Fwd: Autorizzazione donazione forno a microonde

Buongiorno,  
si chiede cortesemente di esprimere parere in merito alla richiesta riferita all'oggetto ed allegata alla presente.

Cordiali saluti

Paola Quaglioni  
Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
SC Patrimonio e Logistica  
tel. 070/539569

----- Messaggio inoltrato -----

Da: "NICOLETTA CASULA" <[nicolettacasula@aob.it](mailto:nicolettacasula@aob.it)>

A: "Servizio Patrimonio" <[patrimonio@aob.it](mailto:patrimonio@aob.it)>

Cc: "ANNA LUISA COGHE" <[annaluisacoghe@aob.it](mailto:annaluisacoghe@aob.it)>, "MARCO CORDA CARDIOLOGIA" <[marcocorda2@aob.it](mailto:marcocorda2@aob.it)>

Inviato: Venerdì, 17 settembre 2021 10:37:58

Oggetto: Autorizzazione donazione forno a microonde

Segreteria Struttura Complessa di Cardiologia  
e Unità di Terapia Intensiva Cardiologica  
ARNAS "G. Brotzu" - San Michele  
P.le Alessandro Ricchi 1  
09134 Cagliari  
Tel + 39 070 539515