

# A.R.N.A.S. Ospedale "G.Brotzu"

## Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.1642

del 15.10.2021

Oggetto: Autorizzazione all'affiancamento temporaneo di cui alla Delibera n. 1567 del 10.07.2018, relativo al recepimento dell'aggiudicazione della Procedura Aperta in Unione d'Acquisto per fornitura di Dispositivi per chirurgia mini invasiva ed elettrochirurgia (CND K). Anni cinque. Ditte varie. Codici Cig vari.

PDTD/2021/1731 V.M.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 15.10.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu  
SI  NO

### Il Direttore della S.C. A.B.S.

- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
- Dato atto** che con atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Premesso** che con atto n. 1567 del 10.07.2018 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS "G. Brotzu" - è stata aggiudicata, in favore tra le altre, della Ditta Fiab, la procedura aperta in Unione d'Acquisto per fornitura di Dispositivi per chirurgia mini invasiva ed elettrochirurgia (CND K);
- Acquisita** la nota prot. n. 1754 del 08.10.2021, agli atti del Servizio, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia ha fatto richiesta, su proposta dalla Ditta Fiab, di affiancamento temporaneo – causa la difficoltà di approvvigionamento temporaneo - del dispositivo con codice F7320WV con l'analogo dispositivo con codice 7820WV;
- Tenuto conto** che nella sopracitata nota l'utilizzatore ha precisato che tale aggiornamento verrà effettuato dalla Ditta aggiudicataria senza ulteriori oneri accessori a carico e alle medesime condizioni economiche (All. A fg 1-2);
- Ritenuto** pertanto di dover autorizzare in favore della Ditta Fiab, l'affiancamento senza oneri aggiuntivi del Dispositivo Piastra Monouso Bipartita tipo Rem per elettrochirurgia – Cod. F7320WV, di cui alla Delibera n. 1567 del 10.07.2018;
- Dato Atto** che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/16;

Segue determinazione n. 1642 del 15.10.2021

**DETERMINA**

1. di autorizzare in favore della Ditta Fiab, l'affiancamento del Dispositivo Piastra Monouso Bipartita tipo Rem per elettrochirurgia – Cod. F7320WV, di cui alla Delibera n. 1567 del 10.07.2018.

**Il Direttore della S.C. A.B.S.  
Avv. Federica Pillai**

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci

OK



**ARNAS "G.Brotzu"**  
Azienda di rilievo nazionale ad alta specializzazione

**SC FARMACIA**  
**Direttore Dott.ssa Michela Pellecchia**

9

Prot. n° 1754 del 08 /10/2021

**Al Direttore Serv. Acquisti Beni e Servizi**  
**SEDE**

**Oggetto: Richiesta affiancamento temporaneo "Piastre paziente bipartita tipo REM per elettrochirurgia" Delibera 1567-2018. Ditta Fiab.**

Si trasmette la nota della Ditta Fiab che propone l'affiancamento di "Piastre paziente bipartita per elettrochirurgia", aggiudicate con Delibera 1567-2018 "Aggiudicazione in unione di acquisto fornitura dispositivi medici per chirurgia mini invasiva ed elettrochirurgia (CND K)", capofila ATS Nuoro, con prodotti analoghi e alle stesse condizioni economiche alla luce della difficoltà di approvvigionamento temporaneo da parte della Ditta.

Si chiede con la presente il recepimento di tale affiancamento temporaneo al fine di garantire la continuità assistenziale.

Si allega la richiesta della Ditta e le schede tecniche dei prodotti proposti in affiancamento.

Cordialmente,

**Il Direttore SC Farmacia**  
**Dr.ssa Michela Pellecchia**

Resp. Proc.

A.P



CC COMM

08/10/2021

Spett.le

**SERVIZIO PROVVEDITORATO**

**SC FARMACIA**

ARNAS G.BROTZU

**C.A.: CAPOFILA Osp. Nuoro**

P.C.: Dr.ssa Ambra Pedrazzini

**Oggetto:** TEMPORANEA SOSTITUZIONE PRODOTTO

Gentilissimi,

In merito al vostro ordine nr. U9\_F10-2021-7412 del 24/09/2021, vi proponiamo l'invio del cod. F7320WV come temporanea sostituzione delle 7820WV.

Si tratta di una piastra di livello qualitativo superiore che forniremo ovviamente mantenendo le stesse condizioni di fornitura.

Allego la scheda tecnica e rimango in attesa di ricevere vostra gradita accettazione.

la distribuzione di quello aggiudicato verrà garantita a partire dal mese di novembre.

Cordiali saluti

Fiab SpA

-----  
segreteria commerciale Italia

claudia capecchi


tel. 0558497928

fax 0558497977

[claudia.capecchi@fiab.it](mailto:claudia.capecchi@fiab.it)

## F7820W/V – F7820PW/V – F7820NW/V

PIASTRE MONOUSO BIPARTITE TIPO REM PER ELETTROCHIRURGIA COMPLETE DI CAVO DI COLLEGAMENTO  
DISPOSABLE SPLIT REM TYPE GROUNDING PLATES FOR ELECTROSURGERY WITH CONNECTION CABLE



Le piastre monouso bipartite tipo REM con gel solido incorporato e cavo di collegamento con terminale tipo Valleylab hanno caratteristiche che le rendono altamente affidabili nelle pratiche elettrochirurgiche. La sicurezza del prodotto è garantita dall'ampia superficie di contatto, dal gel adesivo a bassissima impedenza, dalla massima tollerabilità del gel e del supporto adesivo medicale che impedisce lo scollamento involontario dalla cute del paziente. La loro superficie bipartita le rende idonee al collegamento con elettrobisturi dotati di sistemi di controllo della continuità del circuito di ritorno. Il confezionamento in buste speciali di alluminio permette un'adeguata conservazione. Sono disponibili in dimensioni ADULTI, PEDIATRICHE e NEONATALI. Prodotto senza lattice.

*FIAB disposable split ground pads with incorporated solid gel and cable - valleylab type connector, have features that make them absolutely reliable during electrosurgical operations. Product's safety is guaranteed by a wide active surface, very low impedance adhesive gel, a good gel durability and a medical adhesive support that avoids undesired coming off. The divided conductive surface is suitable for the connection with electrosurgical unit with REM feature. Packaging in special aluminium pouches allows an adequate pad maintenance. They are available in ADULT, PEDIATRIC and NEONATAL sizes. The products are Latex-free.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

MODELLO MODEL	F7820W/V adulti / adult	F7820PW/V pediatrica / paediatric	F7820NW/V neonatale / neonatal
PESO DEL PAZIENTE PATIENT'S WEIGHT	≥15 Kg	<15 Kg ≥5 Kg	<5 Kg
MATERIALI MATERIALS	foam: PE-foam gel: Hydrogel		
DIMENSIONI DIMENSIONS	202 x 105 mm	148 x 90 mm	88 x 74 mm
SUPERFICIE TOTALE TOTAL SURFACE	212 cm <sup>2</sup>	133 cm <sup>2</sup>	65 cm <sup>2</sup>
SUPERFICIE ATTIVA ACTIVE SURFACE	118 cm <sup>2</sup>	72 cm <sup>2</sup>	33 cm <sup>2</sup>
ATTACCO CON CAVO CONNECTION WITH CABLE	UNIVERSALE - Terminale tipo Valleylab - Piastre tipo Rem UNIVERSAL - Valleylab type connection - Rem type devices		
LUNGHEZZA CAVO CABLE LENGTH	300 cm		
IMPEDENZA @ 200 kHz IMPEDANCE @ 200 kHz	<14,0 Ohm	<17,0 Ohm	
MAX. TEMP:	<3,5 C° @ 700 mA	<3,0 C° @ 500 mA	<2,5 C° @ 350 mA
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIb Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIb medical device		
STANDARD DI SICUREZZA SAFETY STANDARDS	EN 60601-2-2, EN ISO 10993-1		

### CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in busta termosaldada di alluminio e polietilene – NON STERILE Singly packaged in sealed aluminium and polyethylene pouch – NOT STERILE
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	25 pezzi in scatola di cartone 25 pcs in carton box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: +5°C ÷ +35° C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% Temperature: +5°C ÷ +35° C – Relative humidity: 20% ÷ 80%
SCADENZA EXPIRY	Riportata sulla confezione – 36 mesi dalla data di produzione Printed on packaging – 36 months from production

### ALTRE CONFIGURAZIONI – OTHER CONFIGURATIONS


MODELLO MODEL	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	CONFEZIONAMENTO PACKAGING
F7820W/V-5	Come F7820W/V con cavo di 5 metri - As F7820W/V with 5 mts cable	Vedi F7820W/V - See F7820W/V
F7820PW/V-5	Come F7820PW/V con cavo di 5 metri - As F7820PW/V with 5 mts cable	Vedi F7820PW/V - See F7820PW/V

52500953BR4K / 2019-09

## F7305W/V – F7320W/V

PIASTRE MONOUSO IN TNT PREGELATE PER ELETTROCHIRURGIA  
DISPOSABLE NON-WOVEN GROUND PADS WITH SOLID GEL FOR ELECTROSURGERY

**F7305W/V**



**F7320W/V**



Le piastre monouso neutre per elettrochirurgia FIAB con cavo di collegamento (terminale tipo Valleylab) hanno caratteristiche che le rendono altamente affidabili nelle pratiche elettrochirurgiche. La sicurezza del prodotto è garantita dall'ampia superficie di contatto, dal gel adesivo a bassissima impedenza, dalla massima tollerabilità del gel e del supporto adesivo medicale che impedisce lo scollamento involontario dalla cute del paziente. Il confezionamento in buste speciali di alluminio permette un'adeguata conservazione. Prodotto senza lattice.

*FIAB disposable ground pads with solid gel for electrosurgery with connection cable (Valleylab type) have features that make them absolutely reliable during electrosurgical operations. Product's safety is guaranteed by a wide active surface, very low impedance adhesive gel, a good gel durability and a medical adhesive support that avoids undesired coming off. Packaging in special aluminium pouches allows an adequate pad maintenance. The product is Latex-free.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

MODELLO – MODEL	F7305W/V	F7320W/V
MATERIALI – MATERIALS	supporto/support: TNT / Non Woven gel: Hydrogel	
DIMENSIONI – DIMENSIONS	150 x 108 mm	
SUPERFICE TOTALE TOTAL SURFACE	162 cm <sup>2</sup>	
SUPERFICIE ATTIVA ACTIVE SURFACE	114 cm <sup>2</sup>	107 cm <sup>2</sup>
ATTACCO CONNECTOR	Universale, terminale tipo Valleylab. Piastra non Rem Universal, Valleylab type connection. Non Rem type devices	Universale, terminale tipo Valleylab. Piastra Rem Universal, Valleylab type connection. Rem type devices
LUNGHEZZA CAVO CABLE LENGHT	300 cm	
IMPEDENZA A 500 kHz IMPEDANCE 500 kHz	<14 Ohm	
MAX. TEMP:	<3,5 C° @ 700 mA	
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIb Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIb medical device	
STANDARD DI SICUREZZA SAFETY STANDARDS	EN 60601-2-2, EN ISO 10993-1	

### CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in busta termosaldada di alluminio e PE – non sterile Singly packaged in sealed aluminium with PE pouch – not sterile
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	25 pezzi in scatola di cartone 25 pcs in carton box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: +5°C ÷ +30° C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% Temperature: +5°C ÷ +30° C – Relative humidity: 20% ÷ 80%
SCADENZA EXPIRY	Riportata sulla confezione - 36 mesi dalla data di produzione Printed on packaging - 36 months from production date